INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10100	1	3462-1	CHASIS 35 cm x 35 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	989	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10101	2	3462-2	CHASIS 35 cm x 35 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	990	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10102	3	3460-1	CHASIS 18 cm x 24 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	991	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10103	4	3460-2	CHASIS 18 cm x 24 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	992	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10104	5	3461-1	CHASIS 24 cm x 30 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	993	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10105	6	3461-2	CHASIS 24 cm x 30 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	994	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10106	7	3463-1	CHASIS 30 cm x 40 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	995	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10107	8	3463-2	CHASIS 30 cm x 40 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	996	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10108	9	3464-1	CHASIS 35 cm x 43 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de plástico y con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	997	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10109	10	3464-2	CHASIS 35 cm x 43 cm CON PANTALLA REFORZADORA	Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de acero ligero ó aluminio ligero, con ventana, fondo verde	Unidad			RCA N° 060-015/08	998	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10110	11	9478	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA, PARA MAMOGRAFÍA 18 X 24 CM.	CON VENTANA, PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Unidad			RCA N° 035-047/06	999	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10111	12	9479	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA, PARA MAMOGRAFÍA 24 x 30 CM.	CON VENTANA, PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Unidad			RCA N° 035-047/06	1.000	
Instrumetal Radiológico	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10112	13	6128	LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X	Peso no mayor a 136 gr. Contenido de plomo ó equivalente en el vidrio ó cristal: 0,50 a 0,75 mm. Marco ó armazón: material de plástico ó equivalente (vinyl,policarbonato,propionato de celulosa)	Unidad			Res. N° 069-051/08	1.001	
Tomografia-Radiologia	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10113	14	3469	FIJADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para procesadora automática, Kit x 30 a 40 litros.	Kits				1.002	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.1 Materiales Radiológicos 2.1 - SIH GRUPO 10114	15	3501	REVELADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para 30 a 40 Lt. Para procesadora automática- Kits.	Kits				1.003	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10200	16	3490	PELÍCULA ANGIOGRÁFICA DIGITAL Y RADIOLÓGICA - DRYSTAR 5300 DT2B 35 X 43 CM		Unidad			RCA N° 012-006/05	1.004	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10201	17	3489	PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM.		Unidad				1.005	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10202	18	9886	PELÍCULA MAMOGRÁFICA 24 x 30 CM.		Unidad			Res.N° 022-029/07	1.006	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10203	19	3488	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 18 x 24 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.007	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10204	20	3491	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.008	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10205	21	3493	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM	De Fondo Verde	Unidad				1.009	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10206	22	3492	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM.	De Fondo Verde	Unidad				1.010	
RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10207	23	3494	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM	De Fondo Verde	Unidad				1.011	
TOMOGRAFÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.2 Placas Radiográficas 2.2 - SIH GRUPO 10208	24	3824	PELÍCULA TOMOGRÁFICA 14*17 CM		Unidad				1.012	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: Resonancia Magnetica (RMN)	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10300	25	10202	GADOLINIO-GADOTERATO DE MEGLUMINA	De 0,5mmol/ml. Macrociclico - Ionico. Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. como medio de Contraste en estudios por Resonancia Magnética	ML		Frasco ampolla de 10 - 15 - 20 - 30 ml.	Res. N° 069-059/08 RCA: N° 031-003/18	1.013	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: Resonancia Magnetica (RMN)	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10302	26	11285	GADOLINIO-GADOBENATO DE DIMEGLUMINA	De 0,5mmol/ml. Lineal - Ionico. Solución inyectable, estéril, para uso por via E. V. como medio de contraste en estudios por Resonancia Magnética.	ML		Frasco ampolla de 10 - 15 - 20 - 30 ml.	RCA: N° 031-003/18	1.014	
OFTALMOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10303	27	1400-1	FLUORESCEÍNA SÓDICA 10%	Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. en estudios de diagnóstico oftálmica	ML		Ampolla de 5 ml.	RCA N° 067-014/05. Mod. Res. Nº 050-007/11 - RCA: N° 031-003/18	1.015	
OFTALMOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10304	28	1400-2	FLUORESCEÍNA SÓDICA 20%	Solución inyectable, estéril, para uso por vía E.V. en estudios de diagnóstico oftálmica	ML		Ampolla de 5 ml.	Res. Nº 050-007/11 -RCA: N° 031-003/18	1.016	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RX-TAC-HEMODIN-CX VASCULAR-NEURORADIOL-GASTROENTER.	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10305	29	6606	IOBITRIDOL	De 300 MG Iodo/ML. Solución inyectable, estéril, no iónico, hidrosoluble, iodado, baja osmolaridad.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	Res. Nª 003-001/12.- RCA: N° 031-003/18	1.017	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RX-TAC-HEMODIN-CX VASCULAR-NEURORADIOL-GASTROENTER.	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10306	30	6255	IOPAMIDOL	De 300 MG Iodo/ML. Solución inyectable, estéril, no iónico, hidrosoluble, iodado, baja osmolaridad.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	Res. Nº 003- 001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.018	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10307	31	2339	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA	De 11,1 mg. Iodo/ml. Solución estéril para uso vía intrauterina. De alta osmolaridad	ML		Frasco ampolla de 20 ml.	Res.N° 015-029/07 - RCA: N° 031-003/18	1.019	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10308	32	2147	SULFATO DE BARIO	Polvo fino no granulado de color blanco, inoloro.	GRAMOS		Frasco plástico opaco resistente de 1.000 gr	RCA: N° 031-003/18	1.020	
Centro de Diagnóstico e Imágenes: RADIOLOGÍA	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10309	33	6789	SULFATO DE BARIO	Suspención para estudio de colon a ser utilizados en bolsa de enema de doble contraste.	ML		Frasco de 1500 a 2000 ml.	RCA N°018-016/07 - RCA: N° 031-003/18	1.021	
Centro de Diagnóstico e Imágenes:	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10310	34	10647	IOBITRIDOL	Solución inyectable, estéril, no iónico, Hidrosoluble, baja osmolaridad, 350 mg Iodo/ml.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	RCA: N° 003-001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.022	
Centro de Diagnóstico e Imágenes:	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.3 Medios de Contraste 2.3 - SIH GRUPO 10311	35	10648	IOPRAMIDA	Solución inyectable, estéril, no iónico, Hidrosoluble, baja osmolaridad, 370 mg Iodo/ml.	ML		Frasco ampolla de 50 o 100 ml.	RCA: N° 003-001/12 - RCA: N° 031-003/18	1.023	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	36	3951	ACEITE DE INMERSIÓN	Líquido (Fraccionado en Fco de 100 a 200 cc)	cc			Res. N° 062-016/05	1.024	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	37	4656	ACIDO ÚRICO (P/ EQ. AUTOMATIZADO.)*	Líquido	Determinaciones				1.025	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	38	3952	ÁCIDO VALPROÍCO KIT.	Líquido (debe venir con calibrador y control)	Determinaciones				1.026	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	39	4740	AEROBIC C/ INHIBIDOR DE ANTIBIÓTICO. EQ. AUTOMATIZADO. HEMOCULTIVO ADULTO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.027	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	40	4023	AGAR HTM PARA HEMOPHILUS	Con suplementos frasco x 500 gr. Como mínimo. Número de viales de suplemento debe corresponder a 500 gr. de HTM.	Unidad			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/08y Res. Nº 137-035/10	1.028	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	41	4022	AGAR BILIS ESCULINA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.031	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	42	8040	AGAR BÍLIS ESCULINA ÁCIDA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	1.032	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	43	4057	AGAR BLOOD BASE (BASE SANGRE)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.033	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	44	8041	AGAR CARY BLAIR	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 010 - 041/07	1.034	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	45	4408	AGAR CEREBRO CORAZÓN INFUSIÓN (BRAIN HEART)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/07	1.036	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	46	4407	AGAR CITRATO DE SIMONS	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.037	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	47	4025	AGAR COLUMBIA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.038	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	48	10181	AGAR CROMO CANDIDA	Polvo, frasco x 500 grs.	FRASCO			Res. N° 055-023/09	1.039	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	49	10642	AGAR CROMO KPC	Medio de cultivo basado en técnica cromógena para detección rápida de bacterias Gram negativas resistentes a los carbapenemes. Presentación: frasco x 500 gramos como mínimo.	FRASCO			Res. Nº 067-012/11	1.040	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	50	4020	AGAR DN ASA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.041	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	51	4026	AGAR EMB BACTO LEVINE	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.042	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	52	3961	AGAR GC	Polvo - Frasco x 500gr. Como mínimo. Debe contener la cantidad de viales correspondientes a 500 gramos para la preparación del Medio Thayer Martin.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.044	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	53	3957	AGAR HIERRO Y LISINA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.045	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	54	3959	AGAR MAC CONKEY	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.046	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	55	6932	AGAR MAC CONKEY - SORBITOL	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.047	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	56	6933	AGAR MANITOL	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			Res.N° 010 - 041/07	1.048	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	57	4082	AGAR MEDIO C.L.D.E.	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.049	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	58	4405	AGAR MEDIO S.I.M.	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.052	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	59	3958	AGAR MIO (ORNITINA)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.053	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	60	4031	AGAR MUELLER HINTON	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.055	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	61	6266	AGAR MYCOBIOTIC	Polvo	Fco x gr				1.056	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	62	4032	AGAR NUTRITIVO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.057	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	63	3950	AGAR SABOURAUD GLUCOSADO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.058	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	64	6451	AGAR SABOURAUD TETRAZOLIUM	Polvo	Fco x gr				1.059	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	65	6265	AGAR SABOREAUD C/CYCLOHEXAMIDA	Polvo - Frasco x 500gr. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12	1.060	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	66	4058	AGAR SANGRE ACIDA	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.061	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	67	4033	AGAR SS (SALMONELLAS Y SHIGELLAS)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.063	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	68	4414	AGAR T.S.I. (TRIPLE SUGAR IRON)	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.064	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	69	4409	AGAR TIOGLICOLATO	Polvo - Frasco x 500gr.	FRASCO			RCA N° 071-010/06	1.065	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	70	3969	ALBÚMINA P/ EQ.AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.068	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	71	3972	ALDOLASA.REACTIVO. MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	Líquido	Determinaciones				1.069	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	72	4566	ALT(REACTIVO P/ GPT) P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.070	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	73	3977	AMILASA P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.071	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	74	8049	ANTI M PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.072	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	75	8050	ANTI N PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.073	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	76	8051	ANTI S PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.074	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	77	8052	ANTI s PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.075	
Laboratorio - CPS y TC	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	78	3979	ANTI CORE TOTAL. DEBE VENIR C/ CONTROL-CALIBRADOR. EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.076	
Laboratorio - CPS y TC	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	79	4301	ANTI CORE/ IG M. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.077	
Laboratorio - CPS y TC	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	80	4305	ANTI HBE" REACTIVO KIT DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR.EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.078	
Laboratorio - CPS y TC	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	81	4335	ANTI HBS REACTIVO. KIT. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR.EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.079	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	82	10217	ANTICUERPO ANTI- MÚSCULO LISO (ASMA)	Para diagnóstico de Hepatitis Autoinmune Tipo 1. Método ELISA u otro alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.080	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	83	10218	ANTICUERPO ANTI- LKM 1	Para diagnóstico de Hepatitis Autoinmune Tipo 2. Método ELISA u otro alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.081	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	84	10219	ANTICUERPO ANTI- MITOCONDRIALES (AMA)	Para dignóstico Cirrosis Biliar Primaria. Método de ELISA u otro método alternativo.	Determinación			Res. 037-011/09	1.082	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	85	10296	ANTICUERPO ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO CON PATRÓN PERINUCLEAR (p- ANCA)	Para detección de enfermedades autoinmunes (Colangitis Esclerosante Primaria, Colitis Ulcerosa, LES, Anemia Deprenocítica.	Determinación			Res. 037-011/09	1.083	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	86	4306	ANTI HVA -IG M. EQ. AUTOMATIZADO. C/ CALIBRADOR Y CONTROL	Kit. Líquido	Determinaciones				1.084	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	87	4724	ANTI KELL SALIM.P/ DET. DE GRUPO SANGUÍNEO.	Líquido	Frasco				1.085	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	88	5759	ANTIBIOGRAMA MEDIUM. (MEDIO ANAEROBIO)	Kit	Determinaciones				1.087	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	89	3984	ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA (EDTA)	Líquido - Frasco gotero x 20 a 200 cc.	cc			Res.N° 010 - 041/07	1.088	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	90	10132	ANTICUERPO ANTI-ENDOMISIO IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.090	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	91	10131	ANTICUERPO ANTI-ENDOMISIO IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.091	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	92	10134	ANTICUERPO ANTI-GLIADINA IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.092	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	93	10133	ANTICUERPO ANTI-GLIADINA IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.093	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	94	10136	ANTICUERPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.094	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	95	10135	ANTICUERPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGG	Para Diagnóstico de enfermedad celíaca. Método de Elisa, Inmunofluorecencia (IFI) u otro Método alternativo.	Determinación			Res. N° 030-009/08	1.095	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	96	3981	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES A.N.A. método IFI	Láminas - Método IFI, HEP-2cells c/controles, láminas improntas, Kit completos con controles (+) y (-); y patrones.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.096	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	97	3992	KIT ANTÍGENOS FEBRILES	Líquido - Cada kit debe contener Antígeno: O;H;A;B; Proteus, Brucella. Método de aglutinación directa en placas C/controles .	Determinaciones			Res. Nº 137-035/10	1.097	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	98	3991	ANTÍGENO V.D.R.L. (SÍFILIS)	Líquido - Adquirir en presentaciones de 100 a 500 Determinaciones. Antígeno listo para su uso, a ser usado en suero y otros Líquidos biológicos. Con controles (+) y (-) Método rápido en placas, floculación directa sin inactivación del suero.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.098	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	99	4150	ANTÍGENO P/ ANTICUERPO ANTI D.N.A. método IFI	Criptidia Lucilae c/controles, láminas improntas, kit completo con controles (+) y (-) y patrones	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.099	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	100	4562	AST (REACTIIVO P/ GOT) EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.100	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	101	3947	Reactivo para ANTITROMBINA (AT)	Método Automatizado para la determinación cromogénica cuantitativa de la AT, para el diagnóstico de Trombofilias hereditarias y/o adquiridas. Cada kit se compone: 1 Kit Completo : R1 Vial de Trombina bobina (liofilizado) R2 vial de sustrato Cromogenico (liofilizado) y R3 vial	Determinaciones	KIT		Res. N° 082-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.101	
	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	102	6198	AVISPA EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido de 1 cc	cc				1.102	
	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	103	4898	AVISPA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido de 50 cc	cc				1.103	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	104	4346	BETA 2 MICROGLOBULINA REACTIVO KIT EQ. AUTOM.	Líquido	Determinaciones				1.104	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	105	4294	BETA HCG EN SANGRE CUANTITATIVO (Fraccion Beta)	Líquido	Determinaciones			Res. 049-029/05	1.105	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	106	4053	BILIRRUBINA DIRECTA P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.106	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	107	4054	BILIRRUBINA TOTAL P/ EQ. AUTOMATIZADO.*	Líquido	Determinaciones				1.107	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	108	4132	C3 COMPLEMENTO	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 071-010/06 Modificado por RCA 047-013/24	1.108	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	109	4133	C4 COMPLEMENTO	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 071-010/06 Modificado por RCA 047-013/24	1.109	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	110	4071	CALCIO TOTAL P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.110	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	111	4069	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	Polvo - Liofilizado	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.111	
Alergia	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	112	6196	CÁNDIDA ALBICANS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 1 a 5 cc. Presentación.Frasco.	cc			RCA: Nº 020-019/12	1.112	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	113	4079	CARBAMAZEPINA REACT.CON CONTR Y CALIBR. EQ. AUTMT.	Kit. Líquido	Determinaciones				1.113	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	114	4112	CICLOSPORINA REACT. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRD.EQ.AUT*	Kit. Líquido	Determinaciones				1.115	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	115	4099	CK TOTAL (CK NAC) P/EQ. AUTOMT.	Kit. Liofilizado . Debe Ser De Misma Marca Que El Reactivo Ck Mb Con Código 6378.	Determinaciones				1.116	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	116	6378	CK-MB .P/ EQ. AUTOMT.	Kit. Liofilizado . Debe Ser De Misma Marca Que El Reactivo Ck Nac De Código 4099	Determinaciones				1.117	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	117	4107	CLORURO DE CALCIO 0,025 M	Líquido	cc				1.118	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	118	4261	Reactivo para FACTOR IX	Método Automatizado : Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en Factor IX, con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, y Cloruro de Calcio 0.025 M y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Especificar). Cada kit es compuesto	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.120	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	119	4258	Reactivo para FACTOR VIII	Metodología automatizada: Coagulación y Cromogénico, reactivo liofilizado deficiente en Factor VIII con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, Cloruro de Calcio 0.025 M y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Especificar). Cada kit es compuesto	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.121	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	120	4194	Reactivo para FACTOR XI	Metodología Automatizada: Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en factor XI, con calibradores, controles, buffer, reactivo de TTPA, y Cloruro de Calcio 0.025 M, mismos para y método que los códigos 4261, 4258 y 10765, y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.122	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	121	4119	COLESTEROL HDL P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.123	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	122	4118	COLESTEROL P/ EQ. AUTMT.	Líquido	Determinaciones				1.124	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	123	4282	COLORACIÓN DE GRAM	Kit. Líquido - Presentación: Frascos de 100 a 200 ml.-	cc			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.125	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	124	2297	COLORANTE DE GIEMSA	Frasco X 250 a 1.000 ml.	Cm Cúbico			RCA N° 071-010/06	1.126	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	125	4675	COLORANTE DE ZIEHL- NILLSEN 3X100 ML.	Kit. Líquido (Fraccionado en Fco de 100 a 200 cc)	cc			Res. N° 062-016/05	1.127	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	126	2282	COLORANTE WRIGHT SOLUCIÓN	Líquido. Frasco De 250 a 1.000 Cc	Cm Cúbico			Res. Nº 109-036/10	1.128	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	127	8061	CONTROL BIOLÓGICO (PARA ESTUFA) P/BASILUS SUBTILIS	P/BASILUS SUBTILIS PARA ESTUFA	AMPOLLAS			Res.N° 072-003/05	1.129	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	128	4736	CONTROL PARA FTA -ABS Met. IFI	Liofilizado o listo para su uso. Presentación .Frasco.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-010/13	1.130	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	129	4135	CREATININA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.135	
AC Microb	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	130	6192	CUCARACHA .EXTRACTOS.PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.136	
AC Microb	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	131	6122	CUCARACHA CONCT.EXTRACTOS.ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.137	
AC Microb	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	132	6187	DERMATOFAGOIDES BLOMIA . EXTRACTOS PRICK TEST.	. Frasco de 5 cc	cc				1.138	
AC Microb	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	133	6188	DERMATOFAGOIDES FARINAE. EXTRACTOS PRICK. TEST.	Líquido. Frasco De 5 Cc	cc				1.139	
AC Microb	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	134	6189	DERMATOFAGOIDES PTERONISMOS. EXTRACTOS. PRICK TEST.	Líquido. Frasco De 5 Cc	cc				1.140	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	135	4457	DETERGENTE NO IÓNICO	Líquido. Bidón De 5 Lts	Frasco				1.141	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	136	4200	DIGOXINA. REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR. P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Kit. Líquido	Determinaciones				1.143	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	137	4156	DISCO DE AMIKACINA DE 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.145	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	138	4168	DISCO DE AMOXICILINA / AC. CLAVULÁNICO 20/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.146	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	139	4151	DISCO DE AMPICILINA / SULBACTAN 10/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.147	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	140	4158	DISCO DE CEFALOTINA DE 30 ug	Microbiología. Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.148	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	141	4170	DISCO DE CEFTRIAXONA DE 30ug	Microbiología. Frasco ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.149	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	142	4155	DISCO OXIDASA	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.150	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	143	4191	DISCO DE TOBRAMICINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.151	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	144	4179	DISCOS DE OPTOQUINA 5 ug	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.152	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	145	4152	DISCOS DE AMPICILINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.153	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	146	4153	DISCOS DE BACITRACINA 0,04 ug	Frascos ó tubos	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.154	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	147	6788	DISCOS DE CEFEPIME 30 ug	Frasco ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.156	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	148	6267	DISCOS DE CEFIXIMA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.157	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	149	6794	DISCOS DE CEFOTAXIMA - AC.CLAVULÁNICO 30 ug /10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.159	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	150	4154	DISCOS DE CEFOTAXIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.160	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	151	4167	DISCOS DE CEFOXITINA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.161	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	152	6954	DISCOS DE CEFTAZIDIMA - AC.CLAVULANICO 30 ug/10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.162	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	153	4164	DISCOS DE CEFTAZIDIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.163	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	154	4169	DISCOS DE CEFUROXIMA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.164	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	155	4163	DISCOS DE CIPROFLOXACINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.165	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	156	4231	DISCOS DE CLINDAMICINA 2 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.166	
Laboratorio	2 - AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	157	4160	DISCOS DE CLORANFENICOL 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.167	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	158	4162	DISCOS DE COLISTIN 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.168	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	159	4159	DISCOS DE ERITROMICINA 15 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.169	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	160	10305	DISCOS DE ERTAPENEM DE 10 UG.	Microbiología. Frascos o tubos x 50 discos. Sistema (resortes). Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga.	Frasco			Res. Nº 071-038/09	1.170	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	161	4173	DISCOS DE FACTOR V	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.171	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	162	4172	DISCOS DE FACTOR X	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.172	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	163	4174	DISCOS DE FACTOR X + V	Frascos ó tubos; Los discos deben tener impresos la sigla. Presentación. Frasco.	Unidad			RCA N° 071-010/06 RCA Nº 020-019/12	1.173	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	164	4175	DISCOS DE GENTAMICINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.174	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	165	6268	DISCOS DE GENTAMICINA 120 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.175	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	166	4165	DISCOS DE IMIPENEN 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.176	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	167	6955	DISCOS DE LEVOFLOXACINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.177	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	168	4189	DISCOS DE MEROPENEM 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.178	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	169	6956	DISCOS DE MINOXICLINA 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.179	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	170	4181	DISCOS DE NALIDIXICO 30 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.180	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	171	4178	DISCOS DE NITROFURANTOINA 300 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.181	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	172	4161	DISCOS DE NORFLOXACINA 10 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.182	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	173	4177	DISCOS DE NOVOBIOCINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frasco			RCA N° 071-010/06	1.183	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	174	4157	DISCOS DE OXACILINA 1 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.184	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	175	4180	DISCOS DE PENICILINA 10 u.i.	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.185	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	176	4184	DISCOS DE PIPERACILINA 100 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.186	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	177	6269	DISCOS DE PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.187	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	178	4197	DISCO PARA IDENTIFICACIÓN DE ENTEROCOCCUS	Frascos ó tubos. Para diagnóstico rápido de Enterococcus spp y Streptococcus pyogenes.	Unidad			Res.N° 137-035/10	1.188	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	179	4183	DISCOS DE RIFAMPICINA 5 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.189	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	180	4196	DISCOS DE TETRACICLINA 30ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.191	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	181	4190	DISCOS DE TRIMETROPIN/ SULFAMETOXAZOL 1.25/23,75 ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.192	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	182	4192	DISCOS DE VANCOMICINA 30ug	Frascos ó tubos x 50 ; Los discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.193	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	183	10221	DISCOS DE EDTA (Acido etilendiamino tetraacético) 372 ug.	Frasco ó tubos X 50 como mínimo. Presentación. Frasco	Unidad			Res. 096-007/08 RCA: Nº 020-019/12	1.194	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	184	10222	DISCOS DE ACIDO BORÓNICO 300 ug.	Frasco ó tubos X 50 como mínimo. Presentación. Frasco	Unidad			Res. 096-007/08 RCA: Nº 020-019/12	1.195	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	185	6752	REACTIVO PARA ANTICOAGULANTE LUPICO	Método Automatizado: Coagulación. Confirmar al menos con dos pruebas de screening sensibles, con diferentes principios analiticos(ambas pruebas deben ser dependientes de fosfolipidos) Deben incluir controles Positivo y Negativo). Cada kit se compone:	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DE 08/03/2022	1.196	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	186	4897	EPITELIO GATO EXTRACTOS. PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.198	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	187	6191	EPITELIO GATO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.199	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	188	4896	EPITELIO PERRO EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.200	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	189	6190	EPITELIO PERRO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.201	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	190	4742	ESTANDART AEROBIC PLUS S/ INHIBIDOR DE ANTIBIÓTICO EQ. AUTOMATIZADO. HEMOCULTIVO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.202	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	191	6165	ESTRIOL	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.203	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	192	6914	E-TEST P/ CEFOTAXIMA	Tiras	Determinaciones				1.204	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	193	4219	FENITOINA. CON CONTROL, CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.208	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	194	4253	FENOBARBITAL. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.209	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	195	5527	FIJADOR CELULAR (ANATOMIÍA PATOLÓGICA)	Líquido	Frasco				1.210	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	196	4353	FOLATO REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL, CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.211	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	197	9388	FOSFATASA ÁCIDA TOTAL Y PROSTÁTICA P/ EQ.AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.212	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	198	4544	FOSFATASA ALCALINA P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.213	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	199	6164	FOSFATIDIL GLICEROL	Líquido	Determinaciones				1.214	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	200	9389	GENERADOR P/ ANAEROBIOSIS	Tiras	Determinaciones				1.215	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	201	4563	GGT (GAMMA GT) P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.216	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	202	4267	GLICERINA TAMPONADA	Líquido	cc				1.217	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	203	4378	GLOBULINA ANTI IGG HUMANA. MARCADA CON FLUORESCEÍNA	Líquido	Frasco			Res. N° 053-026/08	1.218	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	204	4377	GLOBULINA ANTI IGM HUMANA. MARCADA CON FLUORESCEÍNA	Líquido	Frasco			Res. N° 053-026/08	1.219	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	205	4268	GLUCOSA REACTIVO P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.220	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	206	4304	HBE2 REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.221	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	207	4559	HBS AG (REACTIVO P/ HEPATITIS B) C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.222	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	208	4307	HCV REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.223	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	209	4739	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Medios de cultivos con sensores de crecimiento compatibles con el sistema de Detección Microbiana	Frasco			RCA N° 066-016/07	1.226	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	210	4273	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REAC. EQ. C/ CONTROL Y CALIBRADOR AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.228	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	211	6194	HONGOS ALTERNARIA EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.229	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	212	6124	HONGOS ALTERNARIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.230	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	213	6195	HONGOS ASPERGILLUS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.231	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	214	6125	HONGOS ASPERGILLUS CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.232	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	215	6123	HONGOS CLADOSPORIUM CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.233	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	216	6193	HONGOS CLADOSPORIUM. EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.234	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	217	6127	HORMIGA COLORADA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.235	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	218	6197	HORMIGA COLORADA EXTRACTOS PRICK TEST	Líquido. Frasco De 1 Cc	cc				1.236	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	219	4316	ANTICUERPOS IGA TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 071-010/06 Modificado por RCA 047-013/24	1.237	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	220	4317	ANTICUERPOS IGG TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 071-010/06 Modificado por RCA 047-013/24	1.238	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	221	4315	ANTICUERPOS IGM TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 071-010/06 Modificado por RCA 047-013/24	1.239	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	222	9391	INDICADOR P/ ANAEROBIOSIS	Kit	Determinaciones				1.240	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	223	10300	HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIRUS	Para detección de virus de influenza.	Unidad			Res.Nº 046-023/09	1.241	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	224	8047	KIT ANTI " JKa " PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.242	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	225	8048	KIT ANTI " JKb " PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	1.243	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	226	3987	REACTIVO CA 125	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.244	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	227	3988	REACTIVO CA 15-3	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.245	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	228	4264	REACTIVO FERRITINA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.246	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	229	4286	REACTIVO PROLACTINA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res. Nº 057-004/09	1.247	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	230	9392	17 - HIDROCORTICOSTEROIDES	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.248	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	231	9393	17 - HIDROXIPROGESTERONA	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.249	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	232	9394	17-CETOESTEROIDES	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.250	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	233	4537	REACTIVO ALFA FETO PROTEÍNAS	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.251	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	234	8856	ANDROSTENEDIONA	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.252	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	235	3989	REACTIVO CA 19-9	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.253	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	236	8858	REACTIVO CALCITONINA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.254	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	237	9395	CATECOLAMINAS	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.255	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	238	9396	REACTIVO CORTISOL LIBRE	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.256	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	239	8857	REACTIVO DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.257	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	240	3985	KIT RIA ELSA 2 0/ OSTEO (OSTEOCALCIONA)	Líquido	Determinaciones				1.258	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	241	3986	REACTIVO CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.259	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	242	4237	REACTIVO ESTRADIOL	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.260	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	243	10625	REACTIVO PARA DOSAJE DE TACROLINEMIA	MEIA - QUIMIOLUMINISCENCIA u otro Método similar.	Determinaciones			Res. Nº 120-008/10	1.261	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	244	4290	REACTIVO FSH (FOLÍCULO ESTIMULANTE)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.262	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	245	4289	REACTIVO LH (HORMONA LUTEINIZANTE)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.264	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	246	8855	REACTIVO PTH (HORMONA PARATIROIDEA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.265	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	247	4615	REACTIVO DE PROGESTERONA	Metodología: Quimioluminiscencia u otro método similar para equipo automatizado a comodato. Kit completo con reactivos, calibradores y controles; los reactivos y materiales no provistos en el kit deben suministrarse como soporte y los equipos automatizados a comodato. Muestra: suero, plasma.	Determinaciones		UNIDAD	RCA N° 070-046/2022	1.266	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	248	4291	REACTIVO PSA LIBRE (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.267	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	249	4293	REACTIVO PSA TOTAL (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.268	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	250	8854	REACTIVO HGH (HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANO)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.269	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	251	4613	T3 LIBRE	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			Modificado por RCA 047-013/24	1.270	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	252	4612	REACTIVO T3 (TRIYODOTIRONINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.271	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	253	4611	REACTIVO FT4 (TETRAYODOTIRONINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.272	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	254	4616	REACTIVO TESTOSTERONA	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.273	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	255	4610	REACTIVO HTG (HORMONA TIROGLOBULINA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.274	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	256	4569	REACTIVO TPO (TIROPEROXIDASA)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.275	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	257	4284	REACTIVO TSH (HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES)	MET.QUIMIOLUMINISCENCIA, MEIA O RIA.	Determinaciones			Res.Nº 057-004/09	1.276	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	258	4395	LDH P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.277	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	259	4122	LDL COLESTEROL P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.278	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	260	8853	LIPASA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.279	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	261	4418	METOTREXATO. EQ AUTOMATIZADOS	Debe Venir c/ Control Y Calibradores	Determinaciones				1.280	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	262	4438	MICRO PROTEÍNAS P/ LCR- (MICROPROTEÍNAS)	Líquido	Determinaciones				1.281	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	263	6199	MOSQUITOS EXTRACTOS PRICK TEST.	Líquido. Frasco de 1 cc	cc				1.282	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	264	4899	MOSQUITOS CONCENTRADO EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.283	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	265	8055	PANEL CELULAR IDENTIFICADOR DE 11 CÉLULAS	Panel con 11 frascos goteros, adecuado para ser usado en tarjetas	CAJA			Res.N° 072-003/05	1.284	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	266	8054	PANEL CELULAR SELECTOR DE 2 CÉLULAS	Panel con 2 frascos goteros, adecuado para ser usado en tarjetas	CAJA			Res.N° 072-003/05	1.285	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	267	10641	PANEL PARA VIRUS RESPIRATORIOS	Método semiautomatizado o automatizado	Determinaciones			RCA 054-036/11 Modificado por RCA 047-013/24	1.286	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	268	10624	PLACA DE PETRI DE 3 CM DE DIAMETRO.	Placa de plástico estéril de 3 cm de diámetro. Bolsas de 10 50 unidades. Presentación: Bolsas.	Unidad			Res. Nº 090-003/10	1.287	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	269	6186	POLVO DOMÉSTICO EXTRACTOS PRICK TEST. 5 CC.	Líquido. Frasco de 5 cc	cc				1.288	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	270	4931	POLVO DOMÉSTICO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS FCOX 50 CC.	Líquido. Frasco de 50 cc	cc				1.289	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	271	4531	PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)	Látex - Método rápido de aglutinación, con controles.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.290	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	272	4530	PROTEÍNA TOTAL. P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.292	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	273	4166	PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.293	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	274	6252	REACT. P/ HEMOGRAMA P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.294	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	275	4106	REACTIVO CMV IGM (CITEMEGALOVIRUS) C/ CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.295	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	276	4568	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	Líquido, Revelador incoloro ó de color claro, Frascos de 100 a 200 cc cada componente.-	cc			RCA N° 071-010/06	1.296	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	277	4552	REACTIVO HIV (SIDA) MÉT. ELISA O EQ. AUTOMATIZ.	Reactivo. Kit. 99,8% De Especificidad - 99,9% Sensibilidad	Determinaciones				1.298	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	278	4110	REACTIVO P/ ANÁLISIS DE ORINA	Tiras de 10 parámetros como mínimo, en frascos herméticamente sellados, con desecante.	Determinaciones			RCA N° 010-004/10	1.299	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	279	3994	REACTIVO P/ CHAGAS I.F.I. (TRIPANOSOMA CRUZI)	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que códigos 4377; 4378; 4585 y 4736.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.301	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	280	4105	REACTIVO P/ CMV IG G (CITOMEGALOVIRUS) C/ CONTROL Y CALIBRADOR EQ.AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.302	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	281	4514	REACTIVO P/ DEGRADACIÓN DE LA FIBRINA PDF	Kit Liofilizado, con controles (+) y (-).-	Determinaciones				1.303	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	282	4263	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO	Líquido	Determinaciones				1.304	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	283	4260	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FOSFORO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.305	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	284	8850	REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE HIERRO SERICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.306	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	285	4104	REACTIVO P/ DIAGNÓSTICO DE CHAGAS MET. DE ELISA. C/ CALIBRADOR Y CONTROL. P/ EQUIPO AUTOMATIZADO	99,6% De Especificidad - -100% Sensibilidad. Kit. Líquido	Determinaciones				1.307	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	286	6369	Reactivo para ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA (AAC)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA técnicas automatizadas . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples). Cada kit se compone: 1- Kit completo: a CL IgG e IgM cartuchos Test (Liq), a CL IgG e IgM Calibrador 1 Y 2 (liq), Low a Cl IgG e IgM control (liq), High aCl IgG e IgM control (liq) y/o reactivos necesarios, ó. 2-Kit completo : Tampón de muestra , Tampón de lavado, Conjugado, IgG / IgM, Substrato TMB, Solución de STOP, Calibradores, Controles Negativos y Positivos, Wash, diluyente, , micropocillos recubierto de antígeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.308	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	287	7373	Reactivo para ANTICUERPO ANTIFOSFOLIPIDICO (AAP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA tecnicas automatizadas. Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioliminiscencia, citrometria de flujo, sistemas multiples). Kit completo : Tampón de muestra, Tampón de lavado, Control Negativo y Control Positivo, Calibradores, Conjugado, IgG e IgM, Wash, diluyente, Substrato TMB sustrato,Solución Stop, Micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.309	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	288	8851	REACTIVO P/ ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO) P/ EQ. AUTOMATIZADO (MÓDULO: ISE)	Líquido	Determinaciones				1.310	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	289	4013	REACTIVO P/ FACTOR REUMATOIDEO	Látex - con controles (+) y (-); método rápido de aglutinación en placas de 1 a 2 min.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.311	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	290	4554	REACTIVO P/ HERPES IGG MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Herpes IGM (Cód. 4555)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.312	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	291	4555	REACTIVO P/ HERPES IGM MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia que el Reactivo Herpes IGG (Cód. 4554)	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.313	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	292	4440	REACTIVO P/ MONONUCLEOSIS LÁTEX	Látex - con controles (+) y (-); método rápido de aglutinación en placas de 1 a 2 min.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.314	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	293	4671	REACTIVO P/ RUBEOLA IGG. EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.315	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	294	4672	REACTIVO P/ RUBEOLA IGM .EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.316	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	295	5421	REACTIVO P/ SÍFILIS (TREPONEMA PALLIDUM)	Inmunoensayo de Quimioluminiscencia (CLIA), electroquimiolominiscencia (ECLIA) u otro método que cumpla el fundamento de los Inmunoensayos automatizado cumpliendo además las caracteristicas de desempeño del Dispositivo de Uso In Vitro (IVD) con Sensibilidad (99,5%± 0,5%) y Especificidad (99,5%± 0,5%)	Determinaciones		Unidad	RCA 004-029/2022	1.317	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	296	4619	REACTIVO P/ SÍFILIS IFI (TREPONEMA PALLIDUM)	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que códigos 4377; 4378; 4585 y 4736.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.318	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	297	3996	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IFI	Láminas improntas ó polvo liofilizado para preparar láminas, misma marca que cód.4669.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.319	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	298	4668	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGG. EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.320	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	299	4667	REACTIVO P/ TOXOPLASMOSIS IGM. EQ. AUTOMATIZADO	Reactivo	Determinaciones				1.321	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	300	4820	REACTIVO P/ VIT. B12. C/ CONTROL Y CALIBRADOR. EQ.AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.322	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	301	9081	REACTIVO PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE	ParA detección de Antígeno del Virus Dengue (NS1). Método Inmunocromatográfico. Sensibilidad y Especificidad Mínima 90%.	Determinaciones			Res. N° 016-015/11	1.323	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	302	10636	REACTIVO PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE	Para detección de Antígeno del Virus Dengue (NS1). Método Elisa con Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80%. Especificidad Superior a 80%.	Determinaciones			Res. N° 016-015/11	1.324	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	303	9691	REACTIVO PARA DENGUE IgG	Método Elisa de captura c/Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80% Especificidad Superior a 80%	Determinaciones			RCA N° 019-038/07	1.325	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	304	9692	REACTIVO PARA DENGUE IgM	Método Elisa de captura c/Equipo en Comodato. Sensibilidad Superior a 80% Especificidad Superior a 80%	Determinaciones			RCA N° 019-038/07	1.326	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	305	8029	PKU Neonatal	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA). kit de reactivos para equipo automatizado a comodato: placa de microtitulo, conjugado , diluyente conjugado, sustrato , diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma espa/ñol. los materiales y reactivos no provistos en el kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato	Determinaciones	CE- ISO 13485	Unidad	Res.N° 072-003/05 RCA N° 036-037-2022 Fecha 28 junio 2022	1.327	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	306	9695	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE TROPONINA I	Kit completo, Método Cuantitativo	Determinaciones			Res. N° 067-004/06	1.328	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	307	5649	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN RÁPIDA PARA DENGUE	Método Rápido Inmuno Cromatografia o Similar que permita la diferenciación de las fracciones IgG e IgM. Sensibilidad y especificidad mínima 85 %. Presentación: caja.	Determinaciones			Res. Nº 137-035/10. Res. Nº 070-016/11	1.329	
Laboratorio - CPS y TC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	308	9693	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS HTLV I/II	Para Equipo automatizado.Debe cumplir con todo los estándares internacionales exigidos para Unidades de Medicina Transfucional (Control Serológico antes de su utilización,propuesto por la Dirección del programa Nacional de Sangre para Control Serológico)	Determinaciones			Res. N° 067-004/06	1.330	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	309	4065	Reactivo para PROTEÍNA C	Método Automatizado: coagulación (Cromogénico) Para determinar PC funcional, con calibradores, controles, diluyente y/o reactivos necesarios de la misma marca. Cada kit se compone 1- Kit completo: Reactivo 1: extracto altamente purificado de veneno de Agkistrodon c. contortrix, Activador especifico de la Proteína C (liofilizado), Reactivo 2 Sustrato Cromogenico (liofilizado). Diluyente. Calibrador. Control N+P y/o reactivos necesarios, ó 2- Kit Completo : Activador de la Proteína C (liofilizado), Sustrato cromogénico (liofilizado), y diluyente (liquido). Plasma calibrador. Control normal y patológico y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.331	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	310	6751	Reactivo para PROTEÍNA S	Método Automatizado: Coagulación (Inmunoturbidimetrico) Para determinar Ps libre antigénica. con calibradores , controles, diluyente y/o reactivos necesarios de la misma marca. Cada kit se compone: 1-Kit Completo Test Protein S libre Reactivo 1: Tampon hepes. Reactivo 2: Suspensión de microparticulas de Látex recubiertas con dos tipos de anticuerpos de ratón anti Proteína S libre Humana. Diluyente. Control N+P., Calibrador y/o reactivos necesarios., ó. 2-Kit Completo Proteína S libre : Buffer C4BP Buffer (Liquido), R1 C4BP Látex (liofilizado), R2 Anti PS mAb látex (liofilizado) Calibrador. Control N+P, Test control y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinaciones		KIT	Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.332	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	311	4574	REACTIVO SANGRE OCULTA (TEST DE GUAYACO)	Presentación:Tiras ó Sobres, con controles (+) y (-)	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.333	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	312	9399	REACTIVO SUDAN III	Líquido	cc				1.334	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	313	10220	REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE.	Para detección de toxinas del gérmen causante de diarrea por antibióticos. Método de ELISA o similar.	Determinación			Res. 096-007/08	1.335	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	314	9400	REACTIVO / DETERMINACIÓN DE MAGNESIO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.336	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	315	11469	Reactivo de Interleucina 6	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nº 092-010/2020 del 06/11/2020	1.337	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	316	11470	Reactivo de Inmunoglobulina A para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia) SENSIBILIDAD: 100% ESPECIFICIDAD: 99,8%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nº 092-010/2020 del 06/11/2020	1.338	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	317	11471	Reactivo de Inmunoglobulina G para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)SENSIBILIDAD: 97,5% ESPECIFICIDAD: 99,7%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nº 092-010/2020 del 06/11/2020	1.339	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	318	11472	Reactivo de Inmunoglobulina M para SARS-CoV-2	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (semi automatizadas) o tecnicas automatizadas Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de deteccion (quimioluminiscencia)SENSIBILIDAD: 99,3% ESPECIFICIDAD: 99,4%	Determinacion		Unidad o kit	Resol. CA Nº 092-010/2020 del 06/11/2020	1.340	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	319	11473	Reactivo para PANEL RESPIRATORIO Sistema PCR multiplex	Metodo Automatizado: PCR multiplex anidada (nmPCR), Sistema cerrado, capacidad de mantener a temperatura ambiente los reactivos. Tiempo de respuesta máximo no más de una hora	Determinacion		Unidad	Resol. CA Nº 092-010/2020 del 06/11/2020	1.341	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	320	5998	SANGRE DE CARNERO	Líquido	cc				1.342	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	321	6953	SELENITO - CALDO	Frasco x 500 gr.-	Frasco			Res.N° 010 - 041/07	1.343	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	322	5988	SEROLOGÍA P/ SHIGELLA FLEXNERI	Kit. Líquido	Determinaciones				1.344	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	323	4717	SEROLOGÍA E COLI ENTERO HEMORRÁGICO 0-157	Kit. Líquido	Determinaciones				1.345	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	324	4002	SEROLOGÍA P/ SHIGELLA SONNEI	Kit. Líquido	Determinaciones				1.346	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	325	6990	SEROLOGIA P/ SHIGUELLAS BOYDII	Kit. Líquido	Determinaciones				1.347	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	326	6991	SEROLOGÍA P/ SHIGUELLAS DISENTERIAE	Kit. Líquido	Determinaciones				1.348	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	327	4479	SEROLOGÍA P/ STREPTOCOCOS B-HEMOLITICOS	Kit. Líquido. Para 5 serologías.	Determinaciones			Res.071-010/06	1.349	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	328	6780	SEROLOGÍA P/ STREPTOCOCOS PNEUMONIAE	Kit. Líquido	Determinaciones				1.350	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	329	4417	SEROLOGÍA P/MENINGITIS	Kit. Líquido	Determinaciones			Res. N° 062-016/05	1.351	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	330	4758	SEROLOGÍA PARA ROTAVIRUS.	Latex o inmunocromatográfico. Presentación. Caja.	Determinación			RCA N° 071-010/06 RCA: Nº 020-019/12	1.352	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	331	4238	SEROLOGÍA PARA STAPHYLOCOCOS (LATEX)	Kit Líquido - Tiempo mínimo de lectura e interpretación 30 UG. Segundos.-	Determinaciones			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.353	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	332	4577	SEROLOGÍA PARA STREPTOCOCOS GRUPO A (LÁTEX)	Kit - Líquido .	Determinaciones			Res. N° 062-016/05	1.354	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	333	4578	SEROLOGÍA PARA STREPTOCOCOS GRUPO B (LÁTEX)	Kit - Líquido, Frasco gotero	Determinaciones			Res. N° 062-016/05 y RCA N° 071-010/06	1.355	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	334	4001	SEROLOGÍA POLIVALENTE P/ SALMONELLA	Kit. Líquido	Determinaciones				1.358	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	335	9401	SOLUCIÓN SATURADA DE ACIDO TRICLORO ACÉTICO	Líquido	cc				1.361	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	336	5917	SOLUCIÓN SATURADA DE SUBLIMADO CORROSIVO DE MERCURIO 5%	Líquido. En Frasco Oscuro	cc				1.362	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	337	4585	SORBENTE FTA-ABS PARA SÍFILIS	Liofilizado o listo para su uso. Presentación. Frasco.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.363	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	338	4035	STREPTOLISINA 0 REACTIVA	Látex - Líquido. Método rápido de aglutinación en placas, lectura rápida de 1 a 2 min.-	Determinaciones			RCA N° 071-010/06	1.364	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	339	4735	SUERO ANTI " c "	Frasco gotero	Frascos			RCA N° 071-010/06	1.365	
Laboratorio - CPS y TC	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	340	4720	SUERO ANTI "A" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.366	
Laboratorio - CPS y TC	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	341	4721	SUERO ANTI " AB" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.367	
Laboratorio - CPS y TC	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	342	4722	SUERO ANTI " B " PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.368	
Laboratorio - CPS y TC	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	343	4718	SUERO ANTI "D" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.369	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	344	4714	SUERO ANTI "E" (ANTI RH) P/ TIPIFICACIÓN DE SANGRE.	Líquido	Frascos				1.370	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	345	4719	SUERO ANTI "e" PARA TIPIFICACION DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.371	
Laboratorio - CPS y TC	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	346	4715	SUERO ANTI HUMANO (SUERO DE COOMBS)	Líquido	Frascos				1.372	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	347	4716	SUERO ANTI RH ANTI "C" PARA TIPIFICACIÓN DE SANGRE	Líquido	Frascos				1.373	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	348	4595	TEOFILINA REACTIVO. DEBE VENIR C/ CONTROL Y CALIBRADOR. EQ. AUTOMATIZADO	Kit. Líquido	Determinaciones				1.374	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	349	4283	TEST DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE HCG CUALITATIVO	Método Inmuno cromatográfico. Presentación: en cassette individual con desecante.	Determinaciones			Res.N° 010 - 004/10	1.375	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	350	10487	TEST RÁPIDO PARA HIV I - II	Test rápido cualitativo para detección de anticuerpos para virus HIV I -II por método cromatográfico u otro similar en suero, plasma o sangre total, con control interno que permitan obtener resultados confiables y de fácil interpretación. Sensibilidad mínima a 98% y especificidad mínima a 98%.	Determinaciones			Res. Nº 121-030/09	1.377	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	351	9402	TIEMPO DE TROMBINA	Liofilizado	Determinaciones				1.378	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	352	4609	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA APTT (PTT)	Liofilizado	Determinaciones				1.379	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	353	4303	TIRAS REACTIVAS P/ GLUCOSA EN SANGRE	Frasco x 50 - 100 tiras con desecante. Rango inferior de lectura entre 9 a 20 mg/dl. Rango superior de 800 a 995 mg/dl.	Determinaciones			Res.N° 010 - 041/07	1.380	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	354	9773	TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Frasco x 25 a 50 determinaciones. Debe ser adaptable a glucómetros en existencia en distintos servicios del H.C. Rango de detección mínimo de 0 a 10 mg/ml y máximo de 600 a 800 mg.	Unidad			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 093-025/10	1.381	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	355	10631	TIRAS DIAGNOSTICAS PARA LEISHMANIASIS VISCERAL.	Método Inmunocromatográfico para detección de Leishmaniasis Visceral RK-39.	Determinaciones			Res. Nº 001-015/11	1.382	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	356	4621	TRIGLICÉRIDOS GPO P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.385	
Banco de Sangre	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	357	4092	TRIPACK CONTROL 4C. PARA CONTROL DE CALIDAD	Líquido	cc				1.386	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	358	10623	TUBO CONICO ESTERIL CON TAPA ROSCA DE 15 ML	Tubo cónico de polipropileno de alta transparencia con tapa rosca, estéril. Presentación: Bolsas o cajas.	Unidad			Res. Nº 090-003/10	1.387	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	359	4652	UREA P/ EQ. AUTOMATIZADO.	Líquido	Determinaciones				1.388	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	360	4658	VANCOMICINA REACTIVO. DEBE VENIR C/CONTROL Y CALIBRADOR P/ EQ. AUTOMATIZADO	Líquido	Determinaciones				1.389	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	361	10729	Reactivo para determinación de Anti-Ro/SS-A	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.390	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	362	10730	Reactivo para determinación de Anti-La/SS-B	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.391	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	363	10731	Reactivo para determinación de Anti-RNP	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.392	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	364	10732	Reactivo para determinación de Anti-proteinasa 3 (PR3) o C-ANCA	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.393	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	365	10733	Reactivo para determinación de Anti-mieloperoxidasa (MPO) o P-ANCA	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.394	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	366	10734	Reactivo para determinación de Anti-Sm	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.395	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	367	10735	Reactivo para determinación de Anti-Centrómeros (ACA)	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.396	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	368	10736	Reactivo para determinación de Anti-Scl-70	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.397	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	369	10737	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig A	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.398	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	370	10738	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig G	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.399	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	371	10739	Reactivo para determinación de Anti-péptidos citrulinados cíclicos (CCP) Ig M	Métodologia: Inmunoensayo (EIA; ELISA o similar) Sensibilidad miníma de 95% y Especificidad miníma de 95%. Reactivos con controles y calibradores. Unidad	Determinación			RCA: N° 106-019/12	1.400	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	372	10765	Reactivo para FACTOR VII	Metodología Automatizada: Coagulación Reactivos liofilizados deficiente en Factor VII, con calibradores, controles, buffer y reactivo de TP, y/o reactivos necesarios. Limite de detección inferior a 1 % (Sensibilidad). Cada kit se compone: Por método de coagulación: 1- Kit Completo. Plasma humano deficiente en factor VII (Liofilizado), Reactivo para dosar TP y su diluyente, diluyente, Calibrador, Control N+P y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo. Plasma humano deficiente en factor VII (liofilizado), Diluyente de Factor (liquido) , Reactivo de TP (Liofilizado)con diluyente , Plasma Calibrador, Control Normal y Patológico y /o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.401	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	373	10766	Reactivo para ANTICUERPO BETA 2 GLICOPROTEINA I (Anti B2GP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (técnicas automatizadas) . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples) y/o reactivos necesarios. Cada kit se compone: 1: Kit Completo : anti-ß2GPI IgG/IgM Cartuchos que contienen 1 vial de una suspensión de partículas magnéticas recubiertas con ß2GPI humana purificada, 1 vial de tampón del ensayo, 1 vial de trazador formado por un anticuerpo anti-IgG/IgM humana marcado con isoluminol, y 1 vial de diluyente de muestra que se utiliza para la predilución regular de la muestra y para la dilución automática en la función "rerun". Los reactivos están en una solución tampón fosfato o borato que contiene albúmina de suero bovino, ß2GPI humana, IgG/IgM monoclonal de ratón, estabilizadores yconservante. Calibradores 1 y 2 IgG/IgM y Controles IgG/IgM y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo Tampón de muestra, Tampón de lavado, Conjugado IgG e IgM , Wash, sustrato TMB ,solución Stop, Calibradores IgG/IgM, controles positivos y negativos IgG/IgM , micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.402	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	374	10767	Reactivo para HOMOCISTEINA (Hcy)	Método: ELISA o Método automatizado como microparticulas magnéticas, microesfericas ,Inmunoturbidimetria, Quimioluminiscencia o sistemas múltiples, con controles, calibradores y/o reactivos necesarios. Sensibilidad mínima de 95% y Especificidad mínima de 95%.. Cada kit se compone 1 : Kit Completo.(Turbidimetría) a- Sah reactivo latex liofilizado, Reductante liq, Enzima liq ,Conjugado liq, Buffer liq , Calibrador liq. Control Nivel 1 y 2 liofilizado y/o reactivos necesarios, ó. 2 :Kit Completo (Elisa) React A / Buf Tampón de Ensayo Tampón de Fosfato, ácido sódico liq.React B / Adeno DTT Adenosina/DTT Adenosina / ditiotreitol, ácido cítrico liq. React C / Sah Hydrol Sah-hidrolasa S-adenosil-L-homocisteín hidrolasa recombinante, tris-bufer, glicerol, metilparab liq. React D / Enz Inh Inhibidor de la Enzima Mertiolate, tampón de fosfato liq. React Eadeno Deam Adenosina deaminasa Adenosina deaminasa, tampón de fosfato, ácido sódico, BSA, tinte rojo de fenol liq. React F / Ab Anticuerpo a- SAH Anticuerpo monoclonal anti-S-adenosil-Lhomocisteína de ratón, BSA, mertiolate liq. React G / Enz Conj Conjugado enzimático Enzima de anticuerpos conjugados de conejo anti- ratón, Bsa, peroxidasa de rábano, tinte azulliq. React H / Sub NMP Solución de Substrato N-metil-2 pirrolidona, propilenglicol liq. React S / Stop Solun Solución de Suspensión 0,8 M de Ácido Sulfúrico liq. Wash Soln 10x Tampón de Lavado Tampón de Fosfato, mertiolate, Tween 20, BS liq. CAL 1 – 6 Calibradores S-adenosil-L-homocisteína (2, 4, 8, 15, 30,50 µmol/L) en tampón con conservante liq., Sorb mt Tiras Microtiter Recubiertos con S-adenosil-L-homocisteína 12 x 8 well, Controles L.M.H. y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.403	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	375	10768	Reactivo para ANTIGENO DE VON WILLEBRAND (FvW: Ag)	Metodología automatizada: Quimioluminiscencia o Inmunoturbidimetria (coagulación). Reactivos con calibradores, controles y/reactivos requeridos. Cada kit se compone: Método Quimioluminiscencia: Kit Completo : Cartuchos de VWF:Ag test (liquido), VWF:Ag calibrador 1 (liquido), VWF: Ag calibrador 2 (liofilizado), VWF : Ag Calibrador 2 Código de Barras (tubos) , Control Normal y Patológico y/o reactivos necesarios, ó. Método Inmunoturbidimetria: 1: Kit Completo .R1: tampón de glicina (liq) R2: microparticulas de látex (suspensión) recubiertas con anticuerpos de conejo anti-VWF y estabilizadas (con albúmina bovina) R3: solución contiene glicina para la dilución del reactivo de látex (R2), Diluyente , VWF:Ag Calibrador, Controles normal y anormal y / o reactivos necesarios, ó. 2: Kit Completo. Reactivo látex (suspensión), buffer (liquido),control normal y patológico, Calibrador, Diluyente de Factores y/o reactivo necesario. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.404	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	376	10769	Reactivo para ACTIVIDAD DE VON WILLEBRAND (FvW: Act)	Metodología automatizada: Quimioluminiscencia o Inmunoturbidimetria (coagulación). Reactivos con calibradores, controles y/reactivos requeridos. Cada kit se compone. Quimioluminiscencia: Kit Completo VWF: RCo: VWF: RCo cartuchos para las pruebas (liquido), VWF : RCo calibrador 1 (liquido) , VWF:RCo calibrador 2 (liofilizado) VWF : RCo Calibrador 2, tubo con codigo de barras, control VWF Bajo (liofilizado), control VWF normal (liofilizado),control VWF Bajo tubos con codigo de barra, control VWF normal, y tubos con codigo de barra (quimioluminiscencia) y/o reactivos necesarios; ó Coagulación: 1-A) Kit Completo Reactivo Látex : viales suspensión liofilizada de partículas de látex de poliestireno a las que se les ha unido un anticuerpo monoclonal de ratón purificado, específico contra un epitopo funcional del FVW. Contiene albúmina de suero bovino, estabilizante y conservante. Buffer : viales tampón que contiene albúmina de suero bovino, estabilizantes y conservante, diluyente (liquido), Calibrador, Control normal y patológico , Diluyente de factores y/o reactivos, necesarios, ó 1- B) Kit Completo Látex Reagent, Ristocetina, Buffer, Diluyente, Calibrador, Controles Nivel 1 y 2, y/o reactivos necesarios, ó 2- Kit Completo Coagulación: R1 plaquetas humanas liofilizadas (VWF:RCo Plaquetas). R2 solución salina tamponada lista para usar (VWF:RCo Buffer). R3 ristocetina liofilizada (VWF:RCo Ristocetina. R4 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo Calibrador). R5 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo Control-1), R6 plasma humano liofilizado que contiene tras su reconstitución una actividad conocida de VWF (VWF:RCo , Control 2), Diluyente y/o reactivos necesarios.Debe contar como mínimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación		KiT	RCA: N° 106-019/12-RCA N°013-039/2022 DEL 8/03/2022	1.405	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	377	11354	Kit de PCR en tiempo real para deteccion de SARS-Co V-2(COVID-19)	Reaccion en Cadena de la Polimerasa - PCR en tiempo real	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.406	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	378	11355	Procalcitonina	Quimioluminiscencia	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.408	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	379	11356	Pro-BNP	Quimioluminiscencia	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.409	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	380	11357	Acido Lactico	Enzimatico	Determinacion			RCA:N°020-004/2020 FECHA 16/03/2020	1.410	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	381	11371	Reactivos para Medir Hemostasia General con determinacion de exceso de heparina o protamina	Reactivos de uso unico para determinacion por medio de test viscoelastico de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via intrinseca, via extrinseca fibrinogeno en situaciones de hemorragia aguda, trastornos causados por exceso de heparina o de protamina	Determinacion			RCA:N°020-024/2020 FECHA 17/03/2020	1.411	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	382	11375	Reactivos para Medir Hemostasia General con inibidores de fibrolisis	Reactivos de uso unico para determinacion por medio de test viscoelastico de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via intrinseca, via extrinseca, fibrinogeno en situaciones de hemorragia aguda e inibidores de la fibrinolisis.	Determinacion			RCA:N°020-024/2020 FECHA 17/03/2020	1.412	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	383	11328	Test de Ampliacion de Acidos Nucleicos	Pruebas para determinacion en muestras individuales por test de acidos nucleicos para el tamizaje de los virus HIV 1/2, Hepatitis B y C en sangre	Determinacion			RCA:N°060-032/19 DE FECHA 19/11/2019	1.413	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	384	11386	Anticuerpo Anti CD19 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.414	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	385	11387	Anticuerpo Anti CD 20 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.415	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	386	11388	Anticuerpo Anti CD21 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.416	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	387	11389	Anticuerpo Anti CD22 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.417	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	388	11390	Anticuerpo Anti CD23 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.418	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	389	11391	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.419	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	390	11392	Anticuerpo Anti CD5 marcado con APC para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.420	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	391	11393	Anticuerpo Anti CD7 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.421	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	392	11394	Anticuerpo Anti CD8 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.422	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	393	11395	Anticuerpo Anti CD4 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.423	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	394	11396	Anticuerpo Anti CD2 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.424	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	395	11397	Anticuerpo Anti CD1a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.425	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	396	11398	Anticuerpo Anti CD10 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.426	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	397	11399	Anticuerpo Anti KAPPA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.427	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	398	11400	Anticuerpo Anti LAMBDA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.428	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	399	11401	Anticuerpo Anti CD56 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.429	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	400	11402	Anticuerpo Anti CD57 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.430	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	401	11403	Anticuerpo Anti CD103 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.431	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	402	11404	Anticuerpo Anti CD81 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.432	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	403	11405	Anticuerpo Anti CD49d marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.433	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	404	11406	Anticuerpo AntiMPO marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.434	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	405	11407	Anticuerpo Anti CD36 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.435	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	406	11408	Anticuerpo Anti CD38 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.436	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	407	11409	Anticuerpo Anti CD61 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.437	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	408	11410	Anticuerpo Anti FLAER o equivalente marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.438	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	409	11411	Anticuerpo Anti DR o Anti HLA-DR marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.439	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	410	11412	Anticuerpo Anti CD16 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.440	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	411	11413	Anticuerpo Anti IgD marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.441	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	412	11414	Anticuerpo Anti HLA-B27 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.442	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	413	11415	Anticuerpo Anti ROR1 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.443	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	414	11416	Anticuerpo Anti CD200 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.444	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	415	11417	Anticuerpo Anti ZAP70 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.445	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	416	11418	Anticuerpo Anti CD26 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.446	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	417	11419	Anticuerpo Anti CD279 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.447	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	418	11420	Anticuerpo Anti CD161 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.448	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	419	11421	Anticuerpo Anti CD27 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.449	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	420	11422	Anticuerpo Anti CD13 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.450	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	421	11423	Anticuerpo Anti TDT marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.451	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	422	11424	Anticuerpo Anti CD71 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.452	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	423	11425	Anticuerpo Anti CD66c marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.453	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	424	11426	Anticuerpo Anti TCR GAMMA DELTA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.454	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	425	11427	Anticuerpo Anti TCR ALFA BETA marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.455	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	426	11428	Anticuerpo Anti CD157 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.456	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	427	11429	Anticuerpo Anti CD79a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.457	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	428	11430	Anticuerpo Anti CD79b marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.458	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	429	11431	Anticuerpo Anti CD64 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.459	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	430	11432	Anticuerpo Anti CD117 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.460	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	431	11433	Anticuerpo Anti CD24 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.461	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	432	11434	Anticuerpo Anti CD25 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.462	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	433	11435	Anticuerpo Anti CD28 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.463	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	434	11436	Anticuerpo Anti CD11b marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.464	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	435	11437	Anticuerpo Anti CD11c marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.465	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	436	11438	Anticuerpo Anti CD14 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.466	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	437	11439	Anticuerpo Anti CD123 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.467	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	438	11440	Anticuerpo Anti CD30 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.468	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	439	11441	Anticuerpo Anti CD94 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.469	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	440	11442	Anticuerpo Anti CD138 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.470	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	441	11443	Anticuerpo Anti CD33 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.471	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	442	11444	Anticuerpo Anti CD99 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.472	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	443	11445	Anticuerpo Anti CD34 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.473	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	444	11446	Anticuerpo Anti CD43 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.474	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	445	11447	Anticuerpo Anti CD44 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.475	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	446	11448	Anticuerpo Anti CD235a marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.476	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	447	11449	Anticuerpo Anti FMC7 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.477	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	448	11450	Anticuerpo Anti IgM marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.478	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	449	11451	Anticuerpo Anti CD15 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.479	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	450	11452	Anticuerpo Anti CD9 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.480	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	451	11453	Anticuerpo Anti BCL2 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.481	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	452	11454	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.482	
Servicios de Hematología, Trasplante, Infectologia, Reumatología, Alergia e Inmunología	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	453	11455	Marcador Anti 7 AAD para uso en técnica de Citometria de Flujo	Método automatizado. Citometría de Flujo Multiparamétrica - Marcador marcador conjugado con fluocromos. 100% de Sensibilidad y Especificidad	Determinación		Vial líquido listo para su uso	RCA:N°066-018/2020 FECHA 87/08/2020	1.483	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	454	11517	Reactivo para la detección simultanea de antígenos de SARS-CoV-2 / influenza A /influenza B y otros virus respiratorios	Método: Inmunocromatografía (test rápido). Kit completo con: Dispositivos de prueba (en casette o tiras) con desecante, Solución tampón (que inactiva el virus), tubos de extracción, tapas para los tubos de extracción, control positivo, control negativo, hisopos nasofaríngeos esterilizados para la recolección de muestras virales con mango flexibles, soporte de tubos. Entre otros incluye a Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus, Parainfluenza 1,2, 3, (Lista enunciativa, no limitativa). Certificado de Calidad ISO o CE o FDA	Determinacion		kit	RCA Nº 102-063/2021 DE FECHA 09-12-2021 RCA Nº 001-030/2022 de fecha 6 de enero 2022	1.484	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	455	11524	Reactivo Factores Reumatoideos (FR) cuantitativo	METODOLOGIA:Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de factores reumatoides (FR) en Muestra: suero o plasma humano.Kit completo con: Reactivos provistos; Diluyente, Partículas de látex cubiertas factores reumatoides, calibrador, compatibles con el equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato	Determinacion	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.485	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	456	11525	Reactivo Anti-estreptolisina O (ASO) cuantitativo	METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de anticuerpos anti-estreptolisina O (ASO). Muestra: suero humano. Kit completo con: Reactivos provistos Diluyente, Partículas de látex cubiertas con SLO (Streptolisina O), calibrador, compatibles con el equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.486	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	457	11526	Reactivo Proteina C reactiva (PCR) cuantitativo.	METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria u otro método para equipo automatizado a comodato, para la determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva (PCR) en suero o plasma humano. Kit completo con: Reactivos provistos Diluyente, Partículas de látex cubiertas Proteína C Reactiva, calibrador, para equipo automatizado a comodato. Los insumos y consumibles no provistos en el kit así como los controles deben incluir como soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	RCA Nº 021-034/2022 Fecha de 05 de abril de 2022	1.487	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	458	11536	KIT PARA ELUCION ACIDA A BASE DE GLICINA	Reactivo para técnicas manuales, apto para la elución ácida rápida sin destruir los hematies permitiendo identificar los anticuerpos que recubren a los mismos y diferenciar múltiples especificidades. Incluye todas las soluciones y compuestos químicos en el volumen necesario para las determinaciones del kit. Componentes del kit: Solución de lavado, solución eluyente (tampón de glicina de pH bajo) y solución tampón (solución de TRIS-hidroximetil-aminometano que contiene 6% de albúmina bovina).	Unidad	FDA: N° CT: 7RWR-SJ56	Kit	RCA N° 011-041/2023 Fecha de 22 de febrero de 2023	1.488	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	459	11548	Anticuerpo anti-Alfa Fetoproteína para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.489	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	460	11549	Anticuerpo anti-Alfa Inhibina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.490	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	461	11550	Anticuerpo anti-ALK para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.491	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	462	11551	Anticuerpo anti-AMACR (P504) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.492	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	463	11552	Anticuerpo anti-Antígeno Carcinoembrionario (CEA-CD66e) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.493	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	464	11553	Anticuerpo anti-Antígeno Epitelial de Membrana (EMA) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.494	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	465	11554	Anticuerpo anti-Antígeno Hepatocitario Específico (HEPAR 1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.495	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	466	11555	Anticuerpo anti-Antígeno Prostático Específico para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.496	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	467	11556	Anticuerpo anti-BCL-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.497	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	468	11557	Anticuerpo anti-Cadena Ligera Kappa para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.498	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	469	11558	Anticuerpo anti-Cadena Ligera Lambda para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.499	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	470	11559	Anticuerpo anti-CALDESMON para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.500	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	471	11560	Anticuerpo anti-Calretinina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.501	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	472	11561	Anticuerpo anti-CD10 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.502	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	473	11562	Anticuerpo anti-CD15 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG o IgM. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.503	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	474	11563	Anticuerpo anti-CD20 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.504	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	475	11564	Anticuerpo anti-CD23 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.505	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	476	11565	Anticuerpo anti-CD3 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.506	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	477	11566	Anticuerpo anti-CD30 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.507	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	478	11567	Anticuerpo anti-CD34 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.508	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	479	11568	Anticuerpo anti-CD4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.509	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	480	11569	Anticuerpo anti-CD43 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.510	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	481	11570	Anticuerpo anti-CD45 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.511	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	482	11571	Anticuerpo anti-CD5 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.512	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	483	11572	Anticuerpo anti-CD68 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.513	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	484	11573	Anticuerpo anti-CD7 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.514	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	485	11574	Anticuerpo anti-CD79a para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.515	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	486	11575	Anticuerpo anti-CD8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.516	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	487	11576	Anticuerpo anti-CD99 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.517	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	488	11577	Anticuerpo anti-Ciclina D1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.518	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	489	11578	Anticuerpo anti-p53 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.519	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	490	11579	Anticuerpo anti-Citoqueratina 20 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.520	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	491	11580	Anticuerpo anti-Citoqueratina 5/6 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.521	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	492	11581	Anticuerpo anti-Citoqueratina 7 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.522	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	493	11582	Anticuerpo anti-Citoqueratina 8 / 18 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.523	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	494	11583	Anticuerpo anti-Citoqueratina AE1-AE3 (Multi-Citoqueratina AE1 - AE3) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.524	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	495	11584	Anticuerpo anti-c-KIT (CD117) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.525	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	496	11585	Anticuerpo anti-Cromogranina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.526	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	497	11586	Anticuerpo anti-Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TdT) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.527	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	498	11587	Anticuerpo anti-Desmina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.528	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	499	11588	Anticuerpo anti-Enolasa Neuronal Específica para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.529	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	500	11589	Anticuerpo anti-Estrogeno para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.530	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	501	11590	Anticuerpo anti-Factor de Transcripción Tiroideo-1 (TTF-1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.531	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	502	11591	Anticuerpo anti-Fosfatasa Alcalina Placentaria para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.532	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	503	11592	Anticuerpo anti-GATA-3 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.533	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	504	11593	Anticuerpo anti-GLUT1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.534	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	505	11594	Anticuerpo anti-Gonadotrofina Coriónica Humana para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.535	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	506	11595	Anticuerpo anti-HER-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.536	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	507	11596	Anticuerpo anti-HHV8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.537	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	508	11597	Anticuerpo anti-HMB 45 (antimelanosoma) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.538	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	509	11598	Anticuerpo anti- INI1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.539	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	510	11599	Anticuerpo anti-Ki-67 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.540	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	511	11600	Anticuerpo anti-Mammaglobina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.541	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	512	11601	Anticuerpo anti-Melan A (A103) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.542	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	513	11602	Anticuerpo anti-MLH-1 (MutL1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.543	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	514	11603	Anticuerpo anti-MSH2 o (MutS 2) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.544	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	515	11604	Anticuerpo anti-MSH6 (MutS 6) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.545	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	516	11605	Anticuerpo anti-Myogenin (Myf-4) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.546	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	517	11606	Anticuerpo anti-Oct 3/4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.547	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	518	11607	Anticuerpo anti-p16 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.548	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	519	11608	Anticuerpo anti-P63 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.549	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	520	11609	Anticuerpo anti-PAX-5 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.550	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	521	11610	Anticuerpo anti-PD-L1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.551	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	522	11611	Anticuerpo anti-PMS2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.552	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	523	11612	Anticuerpo anti-PODOPLANINA para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.553	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	524	11613	Anticuerpo anti-Progesterona para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.554	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	525	11614	Anticuerpo anti-Proteína Glial Fibrilar Acida para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.555	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	526	11615	Anticuerpo anti-S100 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.556	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	527	11616	Anticuerpo anti-Sinaptofisinapara Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.557	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	528	11617	Anticuerpo anti-SOX-10 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.558	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	529	11618	Anticuerpo anti-Vimentina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.559	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	530	11619	Anticuerpo anti-Virus de Epstein Barr para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.560	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	531	11620	Anticuerpo anti-BCL-6 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.561	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	532	11621	Anticuerpo anti-CALPONINA para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.562	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	533	11622	Anticuerpo anti-CD138 (Syndecan 1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.563	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	534	11623	Anticuerpo anti-CD1a para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.564	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	535	11624	Anticuerpo anti-CD2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.565	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	536	11625	Anticuerpo anti-CD31 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.566	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	537	11626	Anticuerpo anti-CD56 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.567	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	538	11627	Anticuerpo anti-CD57 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.568	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	539	11628	Anticuerpo anti-CDX-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.569	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	540	11629	Anticuerpo anti-COX-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.570	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	541	11630	Anticuerpo anti-DOG-1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.571	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	542	11631	Anticuerpo anti-E-Caderina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.572	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	543	11632	Anticuerpo anti-Von Willebrand - Antígeno relacionado al Factor VIII para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.573	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	544	11633	Anticuerpo anti-Granzima B para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.574	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	545	11634	Anticuerpo anti-Mieloperoxidasa para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.575	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	546	11635	Anticuerpo anti-MUM 1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.576	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	547	11636	Anticuerpo anti-MyoD1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.577	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	548	11637	Anticuerpo anti- PAX-8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.578	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	549	11638	Anticuerpo anti-SALL-4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.579	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	550	11639	Anticuerpo anti-Actina Músculo Liso para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.580	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	551	11640	Anticuerpo anti-Tiroglobulina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.581	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	552	11641	Anticuerpo anti-WT1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.582	
Servicio de Anatomia Patologica - HC	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	553	11642	Anticuerpo anti-ZAP -70 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	FDA Y/O CE	Frasco	RCA N° 059-035/2024 Fecha 14 de agosto de 2024	1.583	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	554	3948	ABACO DE LECTURA P/ MICROHEMATOCRITO	Escala De Lectura De Microhematocrito	Unidad				1.584	
Laboratorio - Centro Productor de sangre y terapia celular	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	555	10196	ADHESIVOS PARA COMPRIMIR SITIO DE PUNCIÓN	P/comprimir sitio de punción posterior a la extracción de sangre.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.585	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	556	4014	ANSA CALIBRADA DE PLATINO o NIQUEL CROMO	Capacidad 5 Ul. Presentación. Unidad.	Unidad			RCA: Nº 020-019/12	1.586	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	557	4015	ANSA DE PUNTA RECTA	Acero Inoxidable	Unidad				1.587	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	558	10298	BOLSA TÉRMICA PARA PRODUCTOS TERMOLÁBILES 20 X 28 CM.	Para transporte de componentes sanguíneos y fármacos, conservando la cadena de frío. Medida: 20 X 28 cm.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.588	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	559	10299	BOLSA TÉRMICA PARA PRODUCTOS TERMOLÁBILES 95 X 75 CM.	Para transporte de componentes sanguíneos y fármacos, conservando la cadena de frío. Medida: 95 X 75 cm.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.589	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	560	10194	CAJA PARA LÁMINAS DE VIDRIO PORTA OBJETO	Poliestireno con tapa, capacidad de 25 a 100 láminas (76 mm x 26 mm) con soporte p/archivo y transporte de lámina.-	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.590	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	561	4089	CEPILLO P/ LIMPIAR TUBO DE HEMÓLISIS.	Con cerdas en las puntas	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.591	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	562	4090	CEPILLO PARA TUBO DE ENSAYO.	Con cerdas en las puntas	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.592	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	563	4138	CONTADORES MANUALES P/ FÓRMULA LEUCOCITARIA	Electrico, adaptable a 220V. Con alarma que permita el contaje manual de la fórmula leucocitaria. Presentación. Unidad.	Unidad			RCA: Nº 020-019/12	1.593	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	564	4139	CRONÓMETRO P/ LABORATORIO	Digital con funciones para activar, pausar, cerrar el tiempo en segundos y centésimas.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.594	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	565	10197	BANDEJA OCUBETA PARA COLORACIÓN DE LÁMINAS	Bandeja o cubeta de material lavable de dimensión (largo de 35 a 70 cm y ancho 25 a 50 cm) con parrilla de tinción de capacidad mínima 24 porta objetos 76 x 26 mm. Presentación. Unidad.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.595	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	566	10192	ELECTRODO PARA EQUIPO PH METRO. ADAPTABLE A EQUIPO METTLER TOLEDO MODELO INLAB EXPORT PRO	Rango de PH 0 - 14 rango de temperatura 0 - 100° Tiempo de respuesta < 20 seg.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.596	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	567	3881	FRASCOS ESTÉRILES P/ RECOLECCIÓN DE ORINA	Pvc Con Tapa Hermética De 80 A 100 Cc, De Capacidad	Unidad				1.597	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	568	10297	FRASCO DISPENSADOR	Color ámbar, capacidad 500 cc. Con dispensador graduado hasta 10 ml.	Unidad			Res. Nº 037-011/09	1.598	
Laboratorio - Centro Productor de sangre y terapia celular	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	569	8063	GOMA DE LIGAR PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE	GOMA	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.599	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	570	4276	GRADILLA ALAMBRE PLASTIF. Y/ O ACERO INOX	P/ 24 Tubos De Hemólisis como mínimo.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.600	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	571	4280	GRADILLA PARA 30 a 50 TUBOS DE KHAN	De Acero Inoxidable y/o Plástico resistente	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.601	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	572	4281	GRADILLA DE ALAMBRE PLASTIFICADO Y/O ACERO INOX.	P/ 24 (+ - 3). Tubos	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.602	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	573	8033	GRADILLA DE ESPUMA	Capacidad para 100(+-20) tubos. Presentación. Unidad.	UNIDAD			Res.N° 072-003/05 RCA: Nº 020-019/12	1.603	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	574	4279	GRADILLA P/ 36 (+-6)TUBOS DE ENSAYO	Acero inoxidable o plástico resistente.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.604	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	575	4278	GRADILLA P/24 (+-3) TUBOS HEMÓLISIS	Acero inoxidable o plástico resistente.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	1.605	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	576	10199	GRADILLA PARA PIPETAS	Material polipropileno, aluminio o similar. Capacidad de 30 a 100 Pipetas.- Presentación. Unidad	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.606	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	577	10184	GRADILLAS P/MICROTUBOS	Autoclavables de polipropileno. Capacidad 100 (+-10) microtubos.-Presentación. Unidad	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.607	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	578	10628	HEMOCULTIVO ADULTO MANUAL	Con inhibidor, líquido. Presentación: frasco.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.608	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	579	4358	HIISÓPOS P/COLECTA DE MATERIAL BACTERIOLÓGICO	De madera(13 a 17 cm de longitud) con punta de algodón. Conservación a temperatura ambiente. No requiere ser estéril. Presentación: bolsas o cajas.	Unidad			Res.Nº 137-035/10. Res. Nº 070-016/11	1.611	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	580	4357	HISÓPOS ESTÉRILES C/ STUART P/COLECTA DE MAT. BACTERIOLÓGICO	De Algodón. Conservación a temperatura ambiente.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.612	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	581	10198	LAVADOR DE EMERGENCIAS PARA OJOS	Frascos de polietileno de baja densidad, con placa perforada para difundir la solución de lavado sin violencia. Tubo direccional p/eliminar el líquido usado. Válvula de llenado	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.613	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	582	10190	MICRO TUBOS A ROSCA	De propileno autoclavables. Uso en temperatura extremas desde -190°C Base plana o concava. Vol. 1,5 a 3 ml. Presentación. Unidad.	Unidad			Res. N° 053-026/08 RCA: Nº 020-019/12	1.614	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	583	10188	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 1 a 1,30 cc. (Pediátrico)	De Polipropileno con tapa de goma. Estériles desechables con anticoagulante de Citrato de Sodio al 3,8%.	Unidad			Res. N° 053-026/08 y Res. Nº 137-035/10	1.615	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	584	10187	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 2 a 3 cc. (Adulto)	Estériles desechables con anticoagulante de Citrato de Sodio al 3,8% de Polipropileno con tapa.	Unidad			Res. N° 053-026/08. Res. Nº 070-016/11	1.616	
	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	585	10627	MICROCONTENEDORES PARA TOMA DE MUESTRAS CON ANTICOAGULANTE DE 1 A 1,30 cc. (Pediátrico)	De polipropileno con tapa de goma . Estériles desechables con anticoagulante EDTA.	Unidad			Res. Nº 137-035/10	1.617	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	586	4436	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 100 UL		Unidad				1.618	
Laboratorio	2 .- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	587	4437	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 200 ULL		Unidad				1.619	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	588	10186	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 5 MICROLITROS	Volúmen fijo con eyector de tips	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.620	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	589	4435	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 50 UL		Unidad				1.621	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	590	10303	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 5 - 50 UL.	Automática, graduable.	Unidad			Res. Nº 057-004/09	1.622	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	591	4433	MICROPIPETA DE 10 UL		Unidad				1.623	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	592	4441	MICROPIPETA DE 2 UL	Automática	Unidad				1.624	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	593	4503	MICROPIPETA DE 200 A 1000 UL	Automática, graduable.	Unidad				1.625	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	594	4502	MICROPIPETA DE 30 (+ - 10) 200 UL AUTOMÁTICA	Volumen graduable desde 30 UL (+ - 10) hasta 200 UL.	Unidad			Res. Nº 010-004/10	1.626	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	595	4434	MICROPIPETAS DE 20 UL		Unidad				1.627	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	596	8032	PAPEL DE FILTRO TIPO SS903 PARA RIA	Adquirir en Resmas de 100 a 200 hojas de 50 x 50 cm. mínimo.-	UNIDAD			RCA N° 071-010/06	1.628	
	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	597	10191	PAPEL PARA FILM	Para Sellado de Tubos	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.629	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	598	10193	PERFORADORA DE PAPEL (SACABOCADOS) PARA FENIL CETONURIA	De acero inoxidable	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.630	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	599	4513	PIPETAS DE PASTEUR	De Plástico, Resistente A Solventes	Unidad				1.631	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	600	4512	PIZETA PLÁSTICA DE 500 ML	Plástico	Unidad				1.632	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	601	4881	PLACA DE PETRI DESCARTABLE ESTÉRIL 90 X 14 (+ - 1) MM	Descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 109-036/10	1.633	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	602	4471	PORTA ANSAS	Acero inoxidable.	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.634	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	603	10195	POSA BRAZOS (APOYA BRAZOS)	Para extracción de sangre regulable con sistema de fijación de altura.	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.635	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	604	8064	PROPIPETA (GOMA DE ASPIRACIÓN DE PIPETAS)	PERA DE GOMA PARA ASPIRACIÓN DE PIPETAS	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.636	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	605	4518	PUNTERAS AMARILLAS DESECHABLES	Universales, P/ Micropipetas Automáticas De 20/100ul. En bolsas x 100 unidades	Unidad			RCA N° 071-009/06	1.637	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	606	4519	PUNTERAS AZULES DESECHABLES	Universales P/ Micropipetas Autom. De 200/1000 Ul.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.638	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	607	4517	PUNTERAS BLANCAS DESECHABLES	Universales P/ Micropipetas Autm. De 20/200 Ul.	Unidad			Res.Nº 010-004/10	1.639	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	608	4572	RELOJ TIMER	Temporizador digital con batería incluída que especifique hora, minutos y segundos.	Unidad			Res. Nº 010-004/10	1.640	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	609	4594	TERMÓMETRO P/ BAÑO MARÍA	Termómetro De 0 A 100 °C, De Mercurio	Unidad				1.641	
	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	610	10182	TERMÓMETRO PARA FREZER-BASE ALCOHOL	De 5° a -40°C	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.642	
	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	611	10183	TERMÓMETRO PARA HELADERAS-ESTUFAS BASE ALCOHOL	De 0° a 100°C	Unidad			Res. N° 053-026/08	1.643	
	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	612	10189	TUBOS C/ANTICOAGULANTE EDTA	Transparente, Fondo redondo con anticoagulante pulverizado tapados, Tubo de 13 (+ - 2) x 75 (+ - 2)mm.	Unidad			Res. N° 109-036/10	1.644	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	613	4633	TUBOS CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO C/ HEPARINA.	Vidrio Resistente A Centrifugación	Unidad				1.645	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	614	4632	TUBOS CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO S/ HEPARINA.	Vidrio Resistente a Centrifugación	Unidad				1.647	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	615	8031	TUBOS DE POLIPROPILENO PARA RIA		UNIDAD			Res.N° 072-003/05	1.648	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400	616	11530	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE IRT NEONATAL	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA) Kit de reactivos: placa de microtítulos, conjugado, diluyente conjugado, sustrato, diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma español. Los materiales y reactivos no provistos en el Kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato	Determinación	CE- ISO 13485	UNIDAD	RCA N° O40-038-2022 Fecha 19 julio 2022	4.700	
Laboratorio	2.- AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10401	617	11537	PANEL DE ARBOVIROSIS (DETECCIÓN DE VIRUS DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA Y OTROS POR PCR EN TIEMPO REAL)	Reactivo para detección de Dengue Virus (DENV), Zika Virus (ZIKV) y Chikungunya Virus (CHIKV) y otros virus por RT-PCR (Método PCR tiempo real), en formato abierto (incluyendo equipo de extracción y termociclador) o cerrado (Kit automatizado), equipos a comodato y todos los insumos necesarios para cada determinación: Tubos, placas, gradillas y puntas para pipetas automáticas libres de RNAasa con filtros, en cantidad suficiente para todas las determinaciones. Incluye control interno. Debe estar conectado al software de gestión de laboratorio. Cada kit cuenta con los siguientes reactivos: 1- Master mix o mezcla maestra 2- Primers y sondas específicas del gen a detectar 3- Control interno 4- Controles positivos y negativos	Determinación	ISO 9001:2015, 13485:2016	Kit	RCA 071-018/2023 FECHA 24/10/2023	1.407	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	1	7440	ABRE BOCA DE DAVIS -MEYER		Unidad				1.646	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4 .1 -SIH GRUPO 10400 2.4.2 -SIH GRUPO 10401 INSUMOS DE LABORATORIO	2	7374	ABRE BOCA DE MC IVOR		Unidad				1.649	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	3	6941-1	AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño infantil. Empaque individual	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 - RCA N° 036-020/2021	1.650	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	4	6941-2	AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño para adultos. Empaque individual	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 -RCA N° 036-020/2021	1.651	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	5	7449	ANOSCOPIO NIÑOS. CHICO	Acero Inoxidable	Unidad				1.653	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	6	7450	ANOSCOPIO NIÑOS. GRANDE	Acero Inoxidable	Unidad				1.654	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	7	5805	APLICADOR DE CLIP	Acero Inoxidable	Unidad				1.655	
Cardiocir-Cir Ped	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	8	6334	APROXIMADOR COSTAL ADULTOS 16 CM	Acero Inoxidable	Unidad				1.656	
Cardiocir-Cir Ped	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	9	7454	APROXIMADOR COSTAL PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable	Unidad				1.657	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	10	4048	BANDEJA P/ TOMA DE MUESTRA	Acero Inoxidable, Medidas: 50 + - 10 cm x 40 a 45 cm	Unidad		Unidad	RCA N° 054-039/08 - RCA: N° 036-020/2021	1.658	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	11	7375	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 0)	Acero Inoxidable	Unidad				1.659	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	12	7376	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 1)	Acero Inoxidable	Unidad				1.660	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	13	7377	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 2)	Acero Inoxidable	Unidad				1.661	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	14	7378	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 3)	Acero Inoxidable	Unidad				1.662	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	15	7379	BISTURÍ ANULAR (ADENOIDOTOMO) DE BECKMANN RECTO (TAMAÑO 4)	Acero Inoxidable	Unidad				1.663	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	16	7380	BISTURÍ FALSIFORME DE PLESTER	Acero Inoxidable, Reutilizable	Unidad				1.664	
OFTALMOLOGÍA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	17	3513	BOLSA DE GOMA PARA AGUA CALIENTE	Con Tapa Rosca	Unidad				1.665	
OFTALMOLOGÍA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	18	3514	BOLSA DE GOMA PARA HIELO	Con Tapa Rosca	Unidad				1.666	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	19	2467	CAJA DE DIAGNÓSTICO	Con otoscopio, oftalmoscopio y juego de espejos laríngeos y rinoscopios.-	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	1.667	
OFTALMOLOGÍA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	20	7479	CAJA DE ESTERILIZACIÓN P/INSTRUMENTALES VARIOS, ACERO INOXIDABLE C/ PROTECTOR DE SILICÓN	De 330 X 220 X 20 Mm	Unidad				1.668	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	21	5860	CAJA METÁLICA C/TAPA 34 x 16 x 7 cm	Acero inoxidable 34 x 16 x 7 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.669	
Cardiocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	22	7308	CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE)	Acero Inoxidable. 30 X 20 X 10. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.670	
OTORRINO	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	23	7481	CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS	Acero Inoxidable De 20X10X4 cm (Para Marco Reversible)	Unidad				1.671	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	24	3517	CAJA METÁLICA C/TAPA 20 x 10 x 7cm.	Acero inoxidable 20 x 10 x 7 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.672	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	25	3518	CAJA METÁLICA C/TAPA 25 x 12 x 6	Caja Metalica C/Tapa 25*12*6 Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.673	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	26	3519	CAJA METÁLICA C/TAPA 28 x 14 x 6 cm	Caja Metalica C/Tapa28*14*6 cms Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.674	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	27	3515	CAJA METÁLICA C/TAPA 30 x 15 x 10 cm.	Acero inoxidable 30 x 15 x 10 cm, variante + - 3 cm en medidas.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.675	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	28	3524	CAJA METÁLICA C/TAPA 32 x 12 x 6 cm	Caja Metálica C/Tapa 32*12*6 cm Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.676	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	29	2555	CHATA PLÁSTICA	Pvc Rígido P/ Adulto	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	1.677	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	30	6312	CLAMP AÓRTICO NEONATAL CURVO DE 15 CM	De Titanio	Unidad				1.678	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	31	6313	CLAMP AÓRTICO NEONATAL RECTO DE 15 CM	De Titanio	Unidad				1.679	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	32	6311	CLAMP AÓRTICO PARA ANASTOMOSIS PROXIMAL DE 23 CM	De Titanio	Unidad			R.C.A N° 081-031/06	1.680	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	33	7397	CLAMP ARTERIAL DE ROCHESTER-PEAN	Acero Inoxidable	Unidad				1.681	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	34	7507	CLAMP DE HALLE-BIRKETT 20 CM RECTO	Acero Inoxidable	Unidad				1.682	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	35	7510	CLAMP DERRA NEONATAL, DE 15 CM	Titanio. Con Variante De (+)(-) 2 cm En Las Medidas	Unidad				1.683	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	36	7512	CLAMP INTESTINAL CURVO 15 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.684	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	37	7513	CLAMP INTESTINAL CURVO 20 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.685	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO Nº 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	38	7514	CLAMP INTESTINAL CURVO DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.686	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	39	7515	CLAMP INTESTINAL RECTO 15 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.687	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	40	7516	CLAMP INTESTINAL RECTO 20 CM	Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.688	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	41	7517	CLAMP INTESTINAL RECTO DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.689	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	42	6305	CLAMPS AÓRTICO CURVO ADULTO. CON RAMA DE 10 CM	De Titanio	Unidad				1.690	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	43	6284	CLAMPS AÓRTICO CURVO PEDIÁTRICO. PARA COARTACIÓN DE 18 CM.	De Titanio	Unidad				1.691	
Cirugía Mínima Invasiva	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	44	2564	CLIPADORA AUTOMÁTICA	CON VÁSTAGO GIRATORIO CON 20 (VEINTE) CLIPS TAMAÑO MEDIUM Y LARGE.	Unidad			RCA: N° 059-010/17	1.692	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	45	9880	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO GRANDE	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.693	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	46	9881	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO MEDIANO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.694	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	47	9882	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO PEQUEÑO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.695	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	48	7147	COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA. CURVO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	1.696	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	49	7146	COMPAS TIPO CASTROVIEJO	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.697	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	50	7531	CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN	Acero Inoxidable	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	1.698	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	51	7533	CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN, PEQUEÑA	Acero inoxidable. Presentación: unidad.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.- RCA N° 039-019/2021	1.699	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	52	7532	CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN,GRANDE	Acero Inoxidable.	UNIDAD		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.- RCA N° 039-019/2021	1.700	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	53	7537	CURETA DE CHALAZION	MEYERHOEFER SET DE 5: TAMAÑO N° 0-1-2-3 Y 4. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		SET	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.701	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	54	5453	CURETA DE NOVAK	Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.702	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	55	7542	CURETA P/ CAVIDAD MAXILAR DE FAULKNER		Unidad				1.703	
GINECOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	56	9883	CURETA UTERINA DE KEVOURKIAN 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico (variación: + - 1)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.704	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	57	7544	CURETAS GRANDES PARA TRAUMATOLOGÍA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.705	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	58	7546	CURETAS OTICAS BUCK, LONGITUD 14,5 CM (TAMAÑO 0)	Punta Roma. De Acero Inoxidable	Unidad				1.706	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	59	7548	CURETAS PEQUEÑAS PARA TRAUMATOLOGÍA	Cureta craneal con boca de 7 mm x 2,9-3,1 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE	Unidad			RCA: N° 106-019/12	1.707	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	60	7549	DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL, GRANDE	CON DEDAL, GRANDE . Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.708	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	61	7550	DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL,PEQUEÑO	DE SCHEPENS, CON DEDAL,PEQUEÑO. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.709	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	62	7551	DEPRESOR ESCLERAL DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET	DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.710	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	63	6294	DILATADOR DE CORONARIA DE 0,5 mm DE DIÁMETRO y 15 cm DE LONGITUD, VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.711	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	64	7273	DILATADOR DE CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD, VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.712	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	65	7274	DILATADOR DE CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.713	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	66	7554	DILATADOR DE CORONARIA DE 2 MM DE DIÁMETRO y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con pequeña oliva en el extremo.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.714	
GINECOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	67	9884	DILATADOR DE HEGAR N° 3	Acero inoxidable al carbono	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.715	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	68	7561	DILATADOR METÁLICO DE DEBACKEY	Acero Inoxidable quirúrgico, set de 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.716	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	69	7575	DILATADORES DE HEGAR N° 10	Acero Inoxidable	Unidad				1.717	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	70	7576	DILATADORES DE HEGAR N° 12	Acero Inoxidable	Unidad				1.718	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	71	7577	DILATADORES DE HEGAR N° 14	Acero Inoxidable	Unidad				1.719	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	72	7578	DILATADORES DE HEGAR N° 16	Acero Inoxidable	Unidad				1.720	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	73	7579	DILATADORES DE HEGAR N° 6	Acero Inoxidable	Unidad				1.721	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	74	7580	DILATADORES DE HEGAR N° 8	Acero Inoxidable	Unidad				1.722	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	75	7381	ELEVADOR DE HENKE, ANCHURA 11,5 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.723	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	76	6227	ELEVADOR DOBLE DE MASING		Unidad				1.724	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	77	7588	ESCARIFICADOR DE DESMARRES PEQUEÑO	DESMARRES PEQUEÑO. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.725	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	78	7382	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 4 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.726	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	79	7383	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 7 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.727	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	80	7384	ESCOPLO DE COTTLE PLANO DE 9 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.728	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	81	7649	ESPÁTULA DE IRIS DE BARRAQUER	CILÍNDRICA, PEQUEÑA 0,25 MM DIÁMETRO, ANGULADA. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.729	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	82	7650	ESPÁTULA DE KIMURA	PARA ESCARIFICACIÓN CORNEAL Y CULTIVO. Platino	UNIDAD		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	1.730	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	83	7651	ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA	BORDE INFERIOR PLANO P/ FACOEMULSIFICACIÓN. Acero Inoxidable y/ o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.731	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	84	7385	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 1)	Acero Inoxidable	Unidad				1.732	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	85	7386	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 2)	Acero Inoxidable	Unidad				1.733	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	86	7387	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 3)	Acero Inoxidable	Unidad				1.734	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	87	7388	ESPÁTULA DE RUSSEL-DAVIS (TAMAÑO 4)	Acero Inoxidable	Unidad				1.735	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	88	7652	ESPÁTULA DOBLE PARA COCLODIÁLISIS	TIPO CASTROVIEJO, 0,25 MM DE ANCHO. Acero Inoxidable y /o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.736	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	89	7653	ESPÁTULA DOBLE PARA SINEQUIAS, TIPO CASTROVIEJO, PUNTAS SEMICORTANTES, 0,5 MM DE ANCHO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.737	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	90	7654	ESPÁTULA PARA CUERPO EXTRAÑO	GOLF CLUB, PUNTA REDONDEADA ANGULADA. Acero Inoxidable y/o titanio.Presentación:unidad.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.738	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	91	2615	ESPECULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 3MM DE DIAMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.740	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	92	7389	ESPÉCULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 6MM DE DIÁMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.741	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	93	7390	ESPÉCULO DE HARTMANN DE 3,6 MM DE ALTURA Y 7,5 MM DE DIÁMETRO	Espéculo Para Oido De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.742	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	94	7391	ESPÉCULO DE TABIQUE DE COTTLE 55 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.743	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	95	7392	ESPÉCULO DE TABIQUE DE KILLIAN - STROUKEN 75 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.744	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	96	7393	ESPÉCULO DE TABIQUE DE KILLIAN - STROUKEN 90 MM	Acero Inoxidable	Unidad				1.745	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	97	5961	ESPÉCULO NASAL DE HARTMANN 13 CM DE ALTURA	Acero Inoxidable	Unidad				1.746	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	98	3082	ESPÉCULO VAGINAL GRANDE	Especulo Vaginal De Acero Inoxidable	Unidad				1.747	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	99	3084	ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO	Especulo Vaginal De Acero Inoxidable	Unidad				1.748	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	100	3083	ESPÉCULO VAGINAL CHICO	De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.749	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	101	6237	ESPEJO LARÍNGEO Nº 2	Mango Hexagonal A Rosca. Acero Inoxidable	Unidad				1.750	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	102	2619	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO	Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.751	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	103	2620	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO	Con doble campana metálica, con membrana y campana de elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación roscada	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.752	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	104	2631	ESTETOSCOPIO DE PINARD	Estetoscopio De Pinard De Madera	Unidad				1.753	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	105	7662	FLEBO EXTRACTOR METÁLICO	Con mínimo de 4 cabezas intercambiables, Acero Inoxidable Sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.754	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	106	2640	FOQUITOS PARA LARINGOSCOPIO DE HOJAS CURVAS.	Adaptable a juego de laringoscopio de hojas curvas.	Unidad		Unidad	Res. Nº 004-021/09 -RCA: N° 036-020/2021	1.755	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	107	7394	GANCHITO DE COTTLE DE 2 DIENTES, ROMO A LA DERECHA	Acero Inoxidable	Unidad				1.756	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	108	7395	GANCHITO DE COTTLE DE 2 DIENTES, ROMO A LA IZQUIERDA	Acero Inoxidable	Unidad				1.757	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	109	7396	GANCHO P/ EL DORSO DE LA NARIZ DE AUFRICHT	Acero Inoxidable	Unidad				1.758	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	110	7678	GANCHO DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE GASS, CON AGUJERO OVALADO EN LA PUNTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.759	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	111	7679	GANCHO DE IRIS Y MANIPULADOR DE LIO DE KUGLEN, ANGULADO	Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.760	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	112	7681	GANCHO DE RECUPERACIÓN DE HELVESTON, EXTRA DELICADO CON PUNTA ANGULADA CÓNICA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.761	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	113	8739	GANCHO DE TENOTOMÍA DE STEVENS, PUNTA ROMA, PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.762	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	114	8742	GANCHO MUSCULAR DE JAMESON, GRANDE	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.763	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	115	8743	GANCHO MUSCULAR DE JAMESON, PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.764	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	116	5220	GANCHO PARA VÁLVULA MITRAL. 25 CM. VARIANTE + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.765	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	117	3552	GEL PARA TRANSMISIÓN ULTRA SÓNICA	Pote De Plastico De 500 G	Unidad				1.766	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	118	9866	GLUCÓMETRO DIGITAL	Lector digital para lectura de tiras reactivas para glucosa en sangre, debe ser adaptable a las tiras para glucómetro	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.767	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	119	3087	HISTERÓMETRO	Histerometro De Acero Inoxidable	Unidad				1.768	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	120	9308	HOJA PARA RASURADORA ELÉCTRICA CLIPPER	P/Rasuradora 3M	Unidad				1.769	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	121	2749	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO	Acero Inoxidable , con juego de hojas curvas correspondientes N° 3, 4, 5, y foquitos correspondientes.-	unidad		Kit	R.C.A N° 079-041/06 - RCA: N° 036-020/2021	1.770	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	122	2748	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable , con juego de hojas rectas N° 0, 1, 2 y foquitos correspondientes.-	unidad		Kit	R.C.A N° 079-041/06 - RCA: N° 036-020/2021	1.771	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	123	8763	LEGRA DE ASPIRACIÓN CON MANDRIL		Unidad				1.772	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	124	5466	LEGRA DE COBB GRANDE	Acero Inoxidable	Unidad				1.773	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	125	5475	LEGRA DE COBB MEDIANAS	Acero Inoxidable	Unidad				1.774	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	126	7398	LEGRA DE LEMPERT DE 3 MM		Unidad				1.775	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	127	7399	LEGRA DE PLESTER DE 8 MM DE DIÁMETRO		Unidad				1.776	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	128	4394	LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR .	De policarbonato, tamaño Standard, Material liviano, descartable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.777	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	129	8773	LUPA BINOCULAR PARA MICROCIRUGÍA DE 3,5 MM.	Con aumento de 3,5 X, montado en cinta craneal, cristales de protección contra salpicaduras. Distancia de trabajo de 300 a 450 mm, campo de visión 45 a 70 mm, con palancas para rebatir la lupa, con certificados de calidad según normas ISO 900x, CE y otras que avalen calidad.	Unidad			Res. Nº 022-029/07	1.778	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	130	7400	MANGO ASPIRADOR DE FISCH CON ORIFICIO DE INTERRUPCIÓN	Acero Inoxidable	Unidad				1.779	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	131	7307	MANGO DE BISTURÍ Nº 3 de 18 cm.	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.780	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	132	2763	MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.781	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	133	5471	MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.782	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	134	7321	MANGO DE BISTURÍ N° 11 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.783	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	135	7322	MANGO DE BISTURÍ N° 11 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.784	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	136	7325	MANGO DE BISTURÍ N° 23 de 12 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.785	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	137	7326	MANGO DE BISTURÍ N° 23 de 18 cm	De Acero Inoxidable. Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad				1.786	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	138	2762	MANGO DE BISTURÍ N° 3 de 12 cm.	Acero Inoxidable, variante + - 3 cm	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.787	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	139	7327	MANGO DE BISTURÍ N° 7	De Acero Inoxidable de 25 cm (+ - 3 cm)	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.788	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	140	8775	MANGO PEQUEÑO (10 cm + - 2 cm) PARA BISTURÍ	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.789	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	141	8776	MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE	Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.790	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	142	8777	MARCADOR ESCLERAL PARA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA	Acero Inoxidable y/ o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.791	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	143	3363	MARTILLO DE REFLEJO		Unidad				1.792	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	144	7409	MARTILLO METÁLICO DE COTTLE 18 CM		Unidad				1.793	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	145	3782	NEBULIZADOR HOSPITALAR DE ALTA POTENCIA	Capaz de resistir varias nebulizaciones sucesivas sin recalentarse. Tensión 220 Volt - 50/60 Hz. Tamaño de partículas aprox. 1,65 micrones,Potencia de consumo: 35 - 40 W, con control de potencia; Frecuencia: 1,7 - 2,0 MHZ, con gran caudal de nebulización. Portátil con sus accesorios. Garantía y servicio técnico de un año.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.794	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	146	2766	OFTALMOSCOPIO	Oftalmoscopio manual directo p/ consultorio, con luz halógena y baterias alcalinas	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.795	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	147	2772	ORINAL DE PLÁSTICO	Orinal De Pvc Rígido Masculino Adulto	Unidad				1.796	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	148	8785	OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.797	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	149	8786	OSTEOTOMOS CURVOS PEQUEÑOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.798	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	150	8787	OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.799	
TRAUMATO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	151	8788	OSTEOTOMOS RECTOS, PEQUEÑOS	Acero Inoxidable	Unidad				1.800	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	152	2770	OTOSCOPIO	Con Mango Neumático Con Fuente De Luz Incorporada	Unidad				1.801	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	153	8789	PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL DE 14,5 CM DE LONGITUD	Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable	Unidad				1.802	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	154	7310	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES GRANDE	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.803	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	155	7309	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES MEDIANO	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.804	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	156	2778	PERA DE GOMA PARA ASPIRAR SECRECIONES PEQUEÑO	Pera De Goma Para Aspirar Secreciones Surtido	Unidad				1.805	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	157	6898	PERFLUORODECALINE LÍQUIDO ESTÉRIL	Frasco De 5 a 7 ml. Presentación: frasco.	Unidad			Mod . Res. Nº 050-007/11	1.806	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	158	8793	PERFORADOR ÓSEO DE KERRISON TAMAÑO 2 (MEDIANO)	Material de acero inoxidable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.807	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	159	7403	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. Y 4 MM DE DIÁMETRO	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.808	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	160	7404	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 10)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.809	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	161	7405	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 11)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.810	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	162	7406	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 12)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.811	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	163	7407	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 15)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.812	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	164	7408	PICO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON DE 11 CM DE LONG. (TAMAÑO 9)	Con Orificio De Interrupción Y Mandril,	Unidad				1.813	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	165	7314	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 10 CM.	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.814	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	166	8794	PINZA DE CAMPO BACKAUS 14 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.815	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	167	6310	PINZA KOCHER CURVA DE 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.816	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	168	2818	PINZA KOCHER CURVA DE 20 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.817	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	169	2821	PINZA KOCHER RECTA 16 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad				1.818	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	170	2823	PINZA KOCHER RECTA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.819	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	171	2784	PINZA ALLIS CURVA 13 CMS	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.820	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	172	2786	PINZA ALLIS DE 18 CM RECTA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.821	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	173	7295	PINZA ALLIS DE 20 CM RECTA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.822	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	174	2787	PINZA ALLIS DE 25 CM RECTA	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.823	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	175	2785	PINZA ALLIS RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.824	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	176	2790	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.825	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	177	2783	PINZA ANATÓMICA ADSON CON DIENTE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.826	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	178	2782	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.827	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	179	7286	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 15 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.828	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	180	7287	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.829	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	181	2791	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.830	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	182	7288	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 22 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.831	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	183	7289	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.832	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	184	2788	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE DE 13 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.833	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	185	7290	PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 28 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.834	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	186	2789	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 14 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.835	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	187	2792	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.836	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	188	9887	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE DE TITANIO PARA MICROCIRUGÍAS 16 a 18 CM	Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.837	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	189	8795	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.838	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	190	10258	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.839	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	191	10259	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA BOCA 15 MM - 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.840	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	192	10260	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA BOCA 20 MM - 17 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.841	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	193	8796	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 24 CM	Acero Inoxidable sanitario, variación: + - 1 cm en la medida.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.842	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	194	8797	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.843	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	195	10261	PINZA ANATÓMICA DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA ANGULADA 30 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.844	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	196	10262	PINZA CLAMP DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA DE 20 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad, variación: + - 2 cm en las medidas. Punta fina delicada, liviana.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.845	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	197	7080	PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 15 CM	De Titanium	Unidad				1.846	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	198	6292	PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 25 CM	De Titanium	Unidad				1.847	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	199	2797	PINZA ANATÓMICA S/DIENTE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.848	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	200	7294	PINZA ANATÓMICA S/DIENTE 28 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.849	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	201	7291	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 14 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.850	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	202	7292	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 12 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.851	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	203	7293	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.852	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	204	2795	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.853	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	205	9888	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE TITANIO PARA MICROCIRUGÍAS de 16 a 18 CM	Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugia de mano.	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.854	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	206	6319	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BAKEY 15 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.855	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	207	8798	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BAKEY 20 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.856	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	208	2796	PINZA ANATÓMICA RECTA SIN DIENTE DE 18 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.857	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	209	6308	PINZA BENGOLEA CURVA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.858	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	210	8802	PINZA BULLDOG 15 CM . VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.859	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	211	10266	PINZA CLAMP BULLDOG DE DEBACKEY ATRAUMÁTICA 70 MM. CURVA.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RES. N° 066-029/08	1.860	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	212	9890	PINZA CÍSTICA DE 19 CM	Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.861	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	213	9891	PINZA CÍSTICA DE 23 CM	Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 3)	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.862	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	214	7079	PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.863	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	215	6283	CORTADOR DE HILO DE ACERO 20 CM DE LONGITUD + - 2 CM. DE VARIACIÓN.	Acero Inoxidable quirúrgico alta calidad, fuerte y de buen filo.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.864	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	216	6303	PINZA CORTANTE DE 150° Y 15 CM PARTE INFERIOR BOCA MÓVIL	Titanio. Con Variante De (+) (-) 3 Cm. Con Garantia De 5 Años	Unidad				1.865	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	217	6304	PINZA CORTANTE DE 150° Y 15 CM PARTE SUPERIOR BOCA MÓVIL	Titanio. Con Variante De (+) (-) 3 Cm. Con Garantia De 5 Años	Unidad				1.866	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	218	3095	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 16 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.867	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	219	7296	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 24CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.868	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	220	2388	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.869	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	221	3096	PINZA DE ARO FOERSTER RECTA 24 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.870	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	222	2798	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 13 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.871	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	223	2799	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 16 CM.	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.872	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	224	8820	PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 12 MM DE DIAM	pinza de chalazion de 12 mm de diametro. Acero Inoxidable Y Titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.873	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	225	8819	PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 8.0 MM DE DIAM	pinza de chalazion circular de 8 mm de diametro. Acero Inoxidable y/ o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.874	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	226	8822	PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, MEDIANA	pinza de chalazion oval mediana. Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.875	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	227	8821	PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, PEQUEÑA	pinza de chalazion oval pequeña. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.876	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	228	8824	PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR ANGULADA DE LORDAN	pinza de chalazion triangular angulada de lordan. Acero Inoxidable y/o titanio	UNIDAD		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.877	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	229	8829	PINZA DE COTTLE, FORMA DE BAYONETA		Unidad				1.878	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	230	6291	PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 17 CM CON ANILLO DE 1.5 MM. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad. Garantía mínima de 3 años.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.879	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	231	7081	PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 18 CM CON ANILLO DE 0.5 MM	De Titanio. Con 5 Años De Garantia.	Unidad				1.880	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	232	8830	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 16 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.881	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	233	8831	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 20 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.882	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	234	8832	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 25 CM	De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.883	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	235	6315	PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad variación: + - 2 cm en las medidas, delicada, liviana.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.884	
C.V.P.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	236	6287	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 19 CM. VARIACIÓN + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.885	
C.V.P.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	237	8833	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 25 CM. VARIACIÓN + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico quirúrgico de alta calidad.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.886	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	238	7103	PINZA DE FIJACIÓN CORNEAL EN FORMA DE U, CON DIENTES 1X2 , 0.12 (para transplante).	pinza de fijación corneal en forma de u con dientes 1x2 0.12 (para transplante). Acero Inoxidable y/o titanio.	UNIDAD		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	1.887	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	239	7437	PINZA DE HARTMANN DE 8 CM DE LONGITUD	P/ Taponar Oido, De Acero Inoxidable	Unidad				1.888	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	240	7109	PINZA DE LIVERNOIS Y DE SPALECK PARA LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE (EL PAR)	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: par.	Unidad			Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11	1.889	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	241	2826	PINZA DE MAGGIL ADULTO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.890	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	242	2825	PINZA DE MAGGIL PEDIÁTRICO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.891	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	243	7412	PINZA DE OIDO DE WULLSTEIN, OVALADA DE 0,9 MM		Unidad				1.892	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	244	7410	PINZA DE OIDO HARTMANN EXTRASUAVES, ROMAS		Unidad				1.893	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	245	7411	PINZA DE OIDO HARTMANN REDONDAS DE 2MM DE DIÁMETRO		Unidad				1.894	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	246	2839	PINZA DE PEAN DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.895	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	247	7413	PINZA DIRECCIONALES P/TABIQUE DE WALSHAN		Unidad				1.896	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	248	5449	PINZA ERINA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.897	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	249	8849	PINZA FUERTE PORTA AGUJAS PARA HILO DE ACERO 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm resistente o fuerte al uso o pinzamiento del hilo de acero Nº 5 para sutura de esternón.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.898	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	250	8911	PINZA GUBIA MEDIANA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.899	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	251	3387	PINZA GUBIA 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.900	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	252	3388	PINZA GUBIA RECTA 23 CM	De 21-25 cm de longitud y 4,9 - 5,1 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA N° 054-039/08 RCA: N° 106-019/12	1.901	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	253	6302	PINZA GUBIA RECTA DE 31 CM DOBLE ARTICULACIÓN	De 30 -32 cm de longitud y 4,9 - 5,1 mm. Doble articulación. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA N° 054-039/08 RCA: N° 106-019/12	1.902	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	254	8914	PINZA GUBIA PEQUEÑA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.903	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	255	8859	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA DE 10 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.904	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	256	2808	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12,5	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.905	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	257	6309	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.906	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	258	2809	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.907	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	259	6301	PINZA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA DE 10 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.908	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	260	8862	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 14 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.909	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	261	2802	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.910	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	262	2805	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.911	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	263	8863	PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.912	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	264	2814	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.913	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	265	5450	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE 20 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.914	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	266	5470	PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE MEDIANA (12 CM)	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.915	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	267	5451	PINZA HEMOSTÁTICA DE 25 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.916	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	268	8864	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.917	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	269	2811	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.918	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	270	8865	PINZA HEMOSTÁTICA MIXTER BABY RECTA DE 14 CM	Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.919	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	271	8866	PINZA HEMOSTÁTICA MIXTER BABY RECTA DE 18 CM	Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	1.920	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	272	5469	PINZA HEMOSTÁTICA RECTA 14 a 16 cm	Acero Inoxidable Quirúrgico	Unidad			Res. N° 022-028/07	1.921	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	273	9893	PINZA KNUTSEN CON DOS GARRAS	Acero Inoxidable al Carbono , para estudios de Uretrocistografía	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.922	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	274	2815	PINZA KOCHER CURVA DE 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.923	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	275	2819	PINZA KOCHER RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.924	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	276	6306	PINZA MIXTER DE 15 CM CON RAMA FINA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.925	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	277	2828	PINZA MIXTER CURVA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.926	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	278	8867	PINZA MIXTER CURVA DE 25 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.927	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	279	7315	PINZA MIXTER DE 20 CM CON RAMA FINA	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.928	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	280	2827	PINZA MIXTER RECTA DE 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.929	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	281	7414	PINZA NASAL DE BLAKESLEY, TAMAÑO 1		Unidad				1.930	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	282	7415	PINZA NASAL DE BLAKESLEY, TAMAÑO 3		Unidad				1.931	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	283	7416	PINZA NASAL DE BLAKESLEY-WILDE CURVA TAMAÑO 1		Unidad				1.932	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	284	7417	PINZA NASAL DE BLAKESLEY-WILDE CURVA TAMAÑO 2		Unidad				1.933	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	285	7418	PINZA NASAL DE TAKAHASHI		Unidad				1.934	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	286	8881	PINZA ÓSEA DE JANSEN , FORMA DE BAYONETA DE 20 CM		Unidad				1.935	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	287	8882	PINZA ÓSEA DE LUER - RUSKIN	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.936	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	288	8883	PINZA P/ALAMBRE DE MC GEE		Unidad				1.937	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	289	5448	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.938	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	290	7438	PINZA P/OIDO DE FISCH, EXTRASUAVES, PUNTIAGUDAS		Unidad				1.939	
OTORRINO-Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	291	8889	PINZA P/PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS, ABERTURA BILATERAL, DIAM. DE VAINA 2,5 MM, LONG DE 50 CM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	1.940	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	292	9894	PINZA PARA BIOPSIA DE KEVOURKIAN 25 CM ANGOSTA	Cureta para biopsia endocervical, de acero inoxidable quirúrgico, (Variación: + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.941	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	293	9895	PINZA PARA BIOPSIA WITTER 23 CM	De Acero Inoxidable Quirúrgico, para biopsia de cuello uterino (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.942	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	294	7108	PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, CURVADA, PUNTAS DELICADAS TRIANGULARES DE 11 MM	pinza para capsulorrexis de utrata curvada puntas delicadas triangulares de 11 mm. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.N° 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.943	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	295	3093	PINZA PARA CUELLO UTERINO	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.944	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	296	8900	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 01	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.945	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	297	8901	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 02	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.946	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	298	8902	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 03	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.947	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	299	8903	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 04	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.948	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	300	6280	PINZA SACATROMBOS O SACABOCADOS RECTO DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas. Para extracción de trombos y calcio de la válvula aórtica y mitral.	Unidad			RCA N° 066-029/08	1.949	
C.V.P.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	301	8905	PINZA SATINSKY 24 CM	De Acero Inoxidable Sanitario alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.950	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	302	10271	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 17 CM.	De Acero Inoxidable Sanitario alta calidad. Con variante de + - 2 cm en las medidas.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.951	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	303	10285	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.952	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	304	10286	PINZA CLAMP SATINSKY ATRAUMÁTICA 26 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.953	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	305	6288	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 12 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.954	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	306	7311	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 14 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.955	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	307	7312	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 24 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				1.956	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	308	9897	PINZA TISCHLER 27 CM	De Acero Inoxidable Quirúrgico, para biopsia de cuello uterino (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res. N° 022-029/07	1.957	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	309	8912	PINZA GUBIA MEDIANA DOBLE ARTICULACIÓN TRAUMATOLÓGICA	De 21-25 cm de longitud y 2,9 -3,1 mm de corte. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO-DIN-CE.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	1.958	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	310	8913	PINZA GUBIA PEQUEÑA DOBLE ARTICULACIÓN TRAUMATOLÓGICA	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.959	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	311	8915-1	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (mediana standard)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	1.960	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	312	8915-2	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (recta)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				1.961	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	313	8915-3	PINZA PARA ARTROSCOPÍA(curva angulada derecha)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				1.962	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	314	8915-4	PINZA PARA ARTROSCOPÍA (curva angulada izquierda)	Acero Inoxidable, Medida: mediana Estandar, rectas, curva angulada derecha y curva angulada izquierda	Unidad				1.963	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	315	8916	PISTOLAS/PERFORADORAS QUIRÚRGICAS NEUMÁTICAS	Funcionamiento con nitrógeno, Kit completo con accesorios	Unidad			Mod.RCA N° 081-031/06	1.964	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	316	6298	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO MANGO REDONDO DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.965	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	317	7436	PORTA AGUJA DE MASING, CON FORMA DE PINZAS DE OIDO	Acero Inoxidable	Unidad				1.966	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	318	2850	PORTA AGUJA PARA HILOS DE ACERO DE 20 CM	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				1.967	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	319	2851	PORTA AGUJA 10 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				1.968	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	320	7297	PORTA AGUJA 12 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				1.969	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	321	6613	PORTA AGUJA 15 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.970	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	322	7298	PORTA AGUJA 18 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				1.971	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	323	7299	PORTA AGUJA 23 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en la medida	Unidad				1.972	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	324	7300	PORTA AGUJA 26 CM.	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.973	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	325	7301	PORTA AGUJA 30 CM.	De acero Inoxidable.Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad				1.974	
CVP/OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	326	7304	PORTA AGUJAS DE KALT	porta agujas de kalt. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº126-018/09-RCA N° 039-016/2021	1.975	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	327	9899	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS 16 cm de largo + - 2 cm CON TRABAS	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. N° 126-018/09	1.976	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	328	6300	PORTA AGUJAS VASCULARES PARA CORONARIAS DE 20 CM. VARIANTE + - 2 CM	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.977	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	329	10272	PORTA AGUJAS VASCULARES DE DEBACKEY DE 20 CM. VARIACIÓN: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.978	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	330	10273	PORTA AGUJAS DE DEBACKEY DE 18 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.979	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	331	10274	PORTA AGUJAS DE DEBACKEY DE 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.980	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	332	6299	PORTA AGUJAS CASTRO VIEJO MANGO PLANO 18 CM PARA CORONARIA. VARIANTE + - 2 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	1.981	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	333	8922	PROTECTOR DE ORBITA	Plastico claro o aluminio. Presentación: unidad.	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11- RCA N° 039-019/2021	1.982	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	334	8927	PUNTA TIPO BORRADOR PARA CAUTERIO BIPOLAR	Descartable - caja. Presentación: caja.	Unidad			Mod . Res. Nº 050-007/11.	1.983	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	335	7439	RASPA ÓSEA DOBLE CARA RUGOSA	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	1.984	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	336	8929	RASURADOR ELÉCTRICO PARA CAMPO QUIRÚRGICO	Rasurador eléctrico para campo quirúrgico con batería recargable y cuchillas descartables.	Unidad			RCA N° 106-019/12	1.985	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	337	8930	RESPIRÓMETRO	Medidor de flujo respiratorio. (Pico flujo).	Unidad			Res. Nº 046-023/09	1.986	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	338	8932	RETRACTOR DE PARPADOS N° 1 DE DESMARRES	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	1.987	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	339	8933	RETRACTOR DE PARPADOS N° 2 DE DESMARRES	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	1.988	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	340	7419	RETRACTORES DE PLESTER DE 2 X 2 DIENTES		Unidad				1.989	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	341	7420	RETRACTORES DE PLESTER DE 2X2 DIENTES A LA DERECHA Y HOJA COMPLETA		Unidad				1.990	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	342	7421	RETRACTORES DE PLESTER DE 2X2 DIENTES A LA IZQUIERDA Y HOJA COMPLETA		Unidad				1.991	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	343	8939	RINOSCOPIO KILLAN N 4	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.992	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	344	8940	RINOSCOPIO KILLAN N 2	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.993	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	345	8941	RINOSCOPIO KILLIAN N 3	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				1.994	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	346	3562	RIÑONERA	Rinonera Mediana De Acero Inoxidable	Unidad				1.995	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	347	7120	ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR, PUNTA ROMA, 0.2 MM DE DIÁM, TIPO SINSKEY II	rotador de lente intraocular, punta roma, 0.2 mm de diám tipo sinskey II. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	1.996	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	348	9469	SABANA PARA CAMA 0,70 a 0,75 mts. X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	1.997	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	349	9467	SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 a 1,95 X 0,90 a 0,95 mts.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	1.999	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	350	9468	SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad			Res. Nº 005-002/06	2.000	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	351	8943	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER		Unidad				2.001	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	352	8944	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET 15 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.002	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	353	6296	SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA DISECCIÓN DE MAMARIA INTERNA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.003	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	354	8949	SEPARADOR AUTOESTÁTICO BALFOUR 30 CM	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.004	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	355	8945	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GOSSET 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.005	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	356	8954	SEPARADOR AUTOESTÁTICO FINOCHEITO 20 CM VARIANTE + - 2 CM.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.006	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	357	10275	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.007	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	358	10276	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX MEDIANO	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.008	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	359	10277	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX GRANDE.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidaad, desarmable, con rama larga.	Par			Res.Nº 066-029/08	2.009	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	360	8959	SEPARADOR DE ALLISON	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.010	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	361	3104	SEPARADOR DE FARABEUF ADULTOS 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.011	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	362	5480	SEPARADOR DE FARABEUF MEDIANO 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variante: + - 2 . Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.012	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	363	8960	SEPARADOR DE FARABEUF NEONATO	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.013	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	364	3105	SEPARADOR DE FARABEUF NIÑOS	Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.014	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	365	7422	SEPARADOR DE GARFIO DE 4 DIENTES	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.015	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	366	8965	SEPARADOR DE PÁRPADOS 20 CM. VARIANTE + - 2 CM.	separador de párpados 20 cm. variante + - 2 cm. Cm. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.016	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	367	7154	SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN, TIPO LIEBERMAN	separador de párpados para facoemulsificación tipo lieberman. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.017	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	368	7155	SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA RECIÉN NACIDO TIPO FRAENKEL	separador de párpados para recién tipo fraenkel. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.018	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	369	7157	SEPARADOR DE PÁRPADOS TIPO BARRAQUER PARA NIÑOS	separador de párpados tipo barraquer para niños niños. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	2.019	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	370	8966	SEPARADOR DE VOLKMANN		Unidad				2.020	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	371	8967	SEPARADOR DE YESO		Unidad				2.021	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	372	8970	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON		Unidad				2.022	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	373	6905	SET DE ANILLOS DE FIJACIÓN DE FLIERINGA	Set De 8 Anillos De 14 A 22 Mm De Diametro) Acero Inoxidable.Presentación: set	Unidad		SET	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/221	2.023	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	374	7423	SET DE FRESAS CON CABEZA DE DIAMANTE		Unidad				2.024	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	375	7424	SET DE FRESAS CON CABEZA DE METAL DURO		Unidad				2.025	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	376	7158	SET DE GANCHOS MUSCULARES DE GRAEFE: TAMANOS 1-2-3	Acero Inoxidable y/o titanio	Set			Res.Nº 126-018/09	2.026	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	377	7159	SET DE SONDAS LAGRIMALES X 6: DE OOOO A 8	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/221	2.027	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	378	7926	SIERRA DE GIGLI (PARA CRANEOTOMIA)		Unidad				2.028	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos 3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	379	8975	SIERRA NEUMÁTICA QUIRÚRGICA	Sierra para esternotomia para adultos y niños. Para apertura primaria y secundaria (re-operación). sierra a bateria con 2 (dos) baterias y cargador externo para cirugias cardiacas. debe contener juegos de hojas alternativas, minimo de 8 (ocho), diferentes tamaños para pacientes adultos, obesos y delgados, ademas para pacientes pediatricos para esternotomia.	Unidad		KIT	Mod.RCA N° 081-031/06. mod. RCA N° 057-038/2022 de fecha 20 de setiembre de 2022	2.029	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos 3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	380	3429	SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA	Kit completo con 5 (cinco) juegos de hojas semicirculares oscilantes como minimo, en 3 (tres) medidas y por lo menos 5 (cinco) de hojas cada medida, para apertura secundaria (re-operacion) con hojas de diferentes tamaños para pacientes adultos, obesos y delgados, ademas para pacientes pediatricos para esternotomia. Con 2 (dos) baterias y cargador externo para las cirugias cardiacas	Unidad		KIT	Mod.RCA N° 081-031/06 mod. RCA N° 057-038/2022 de fecha 20 de setiembre de 2022	2.030	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	381	2904	SONDA ACANALADA	Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				2.031	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	382	7425	SOPORTE P/ 24 PERFORADORES Y FRESAS CON VAINA LISA		Unidad				2.032	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	383	4581	SOPORTE P/ PIPETAS DE ERITROSEDIMENTACIÓN	Acero Inoxidable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.033	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	384	3568	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 12 x 16 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.034	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	385	3565	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 20 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.035	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	386	3569	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 30 CM	Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.036	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	387	8994	TELESCOPIO DE VISIÓN OBLÍCUA 30° DIÁM. 5,5 MM	Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Esterilizable En Autoclave	Unidad				2.037	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	388	3584	TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el simbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. Resolusión: Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) Rango de medición: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. Batería interna: de 1.5 V o menor.	Unidad		Unidad	Res. Nº 134-006/10 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 036-020/2021	2.038	
DASM-FARMACIAS	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	389	11315	TERMOHIGRÓMETRO	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el valores de °C (Grado Celsius) - °F (Grado Fahrenheit) y % indistintamente. Resolucion: Incrementos y decrementos de 0,1 °C (0,1 °F) / 1% RH como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (0,1° F) / ± 1% RH. Rango de medición de la humedad: entre 10% RH a 99% RH. Rango de medición de la temperatura: entre - 40° c a + 70° C. Preparado para ubicar por pared o mesada.	Unidad		Caja conteniendo el instrumento electrónico con las baterías incorporadas	RCA: N° 082-001/18	2.040	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	390	7426	TIJERA ACODADA DE 12 CM DE LONGITUD Y 2X2 DIENTES		Unidad				2.041	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	391	8998	TIJERA CASTRO VIEJO 15 CM PARA CORONARIA	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación : + - 2	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.042	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	392	10287	TIJERA CASTRO VIEJO ANGULO RECTO 15 CM.	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2.	Unidad			Res.Nº 066-029/08	2.043	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	393	9901	TIJERA CURVA PARA MICROCIRUGÍA 16 a 18 CM	De acero quirúrgico inoxidable. Con certificados de calidad que avalen la composición del acero de acuerdo a Normas DIN 46001 - ISO 9001, etc. Garantía mínima 3 años	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.044	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	394	7427	TIJERA DE COTTLE CURVA 10 CM	Acero Inoxidable	Unidad				2.045	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	395	7428	TIJERA DE COTTLE CURVA 10 CM, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable	Unidad				2.046	
TRAUMATO/Oftalmo/ Cir Pediat	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	396	6625	TIJERA DE IRIS CURVA	Acero inoxidable y/o titanio. Curva de 10 cm (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	2.047	
TRAUMATO/Oftalmo/ Cir Pediat	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	397	6626	TIJERA DE IRIS RECTA	Acero inoxidable y/o titanio. Recta de 10 cm (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.048	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	398	6333	TIJERA DE LISTER PARA YESO DE 17-20 CMS.	Acero Inoxidable	Unidad				2.049	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	399	7429	TIJERA DE OÍDO BELUCCI, SUAVES	Acero Inoxidable	Unidad				2.050	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	400	6293	TIJERA DE POTT DE 45 ° P/CORONARIA DE 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en las medidas. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.051	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	401	10278	TIJERA DE POTT DE 45º DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.052	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	402	10279	TIJERA DE POTT DE 45º DE 20 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.053	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	403	10280	TIJERA DE POTT DE 45º DE 23 CM. VARIANTE: + - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.054	
Cirugía Vascular Periférica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	404	10284	TIJERA DE POTT DE 60º DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM, PARA CIRUGÍA VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Buen filo. Garantía mínima 3 años.	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.055	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	405	9005	TIJERA DE POTT DE 60 ° PARA CORONARIA DE 18 CM	Acero Inoxidable Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantía	Unidad			Res. Nº 066-029/08	2.056	
Cardiocir	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	406	7271	TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 18 CM	De Titanio Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantia	Unidad				2.057	
CVP	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	407	7272	TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 28 CM	Acero Inoxidable Con Variantes De (+) (-) 2 Cm En Las Medidas. Con 5 Años De Garantía	Unidad				2.058	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	408	3013	TIJERA FINA CURVA 17 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.059	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	409	3021	TIJERA FINA RECTA 15 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.060	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	410	3011	TIJERA MAYO CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-				RCA N° 054-039/08	2.061	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	411	3014	TIJERA MAYO CURVA 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.062	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	412	3015	TIJERA MAYO CURVA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.063	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	413	3017	TIJERA MAYO CURVA 23 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.064	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	414	3018	TIJERA MAYO CURVA DE 22 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.065	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	415	9009	TIJERA MAYO RECTA DE 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.066	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	416	3020	TIJERA MAYO RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.067	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	417	3024	TIJERA MAYO RECTA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.068	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	418	3031	TIJERA METZEMBAUN CURVA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.069	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	419	3034	TIJERA METZEMBAUN CURVA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.070	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	420	3027	TIJERA METZEMBAUN CURVA DE 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.071	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	421	9471	TIJERA METZEMBAUN DE 15 CM PUNTA FINA	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.072	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	422	3030	TIJERA METZEMBAUN DE 18 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad				2.073	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	423	9011	TIJERA METZEMBAUN RECTA 12 CM	Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad				2.074	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	424	3032	TIJERA METZEMBAUN RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.075	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	425	3028	TIJERA METZEMBAUN RECTA 20 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.076	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	426	9010	TIJERA METZEMBAUN RECTA 30 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.077	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	427	9012	TIJERA NASAL DE HEYMANN, MEDIANA	Acero Inoxidable	Unidad				2.078	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	428	9013	TIJERA P/ FISURA LARÍNGEA DE KILLIAN	Acero Inoxidable	Unidad				2.079	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	429	7430	TIJERA PARA ALAMBRE GUILFORD-WRIGHT 10 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.080	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	430	9015	TORNIQUETE NEUMÁTICO C/ BRAZALETE P/ MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR	Acero Inoxidable	Unidad				2.081	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	431	7140-1	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)	trepano corneal descartable con sistema de vacío (tipo barron). (de 7.50 a 7.75 mm de diametro. RECECTOR)	Unidad		UNIDAD	Res.N° 126-018/09. Mod. Res. N° 050-077/11-RCA N° 039-019/2021	2.082	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	432	7140-2	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE.	trepano corneal descartable con sistema de vacío (tipo barron) para donante + placa base antideslizante. antideslizante. (de 7.75mm a 8.00mm de diametro DONANTE)	Unidad		UNIDAD	Res. N° 050-077/11-RCA N° 039-019/2021	2.083	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	433	9772	TROCAR TORÁXICO TIPO ARGYLE N°8	Estéril, descartable, de PVC	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.084	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	434	9018	TROQUEL CON CABEZA DE MARTILLO DE HOUSE DIETER	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.085	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	435	9019	TROQUEL ÓSEO DE CITELLI (TAMAÑO3)		Unidad				2.086	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	436	9022	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, ACODADO, 35 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable	Unidad				2.087	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	437	9023	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, ACODADO, 50 A 55 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable Quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.N° 066-029/08	2.088	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	438	9025	TUBO ASPIRADOR CON EXTREMO DE GOMA, RECTO, 50 A 55 CM DE LONGITUD.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad			Res.N° 066-029/08	2.089	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	439	4629	TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN, DE PLÁSTICO	Resistente a centrifugado, medida Standard	Unidad				2.090	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	440	7431	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 0,7 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.091	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	441	7432	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.092	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	442	7433	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1,3 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.093	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	443	7434	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 1,5 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.094	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	444	7435	TUBOS ASPIRADORES ACODADOS DE 2 MM DE DIÁMETRO		Unidad				2.095	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	445	7213	VALVA DE BRESKY (MANGO LARGO)	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.096	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	446	9047	VALVA DE DOYEN SUPRAPÚBICA 28 CM DE LONGITUD	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.097	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	447	9048	VALVA DE DOYEN VAGINAL 45 MM X 120 MM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida . 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.098	
Cir. Gral.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	448	9049	VALVA DE DOYEN VAGINAL 60 MM X 120 MM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.099	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	449	10770	Lente intraocular de cámara posterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 6,0 a 6,5 mm, Constante A: 118,2 A 118,5 Longitud global: 12,5 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.100	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	450	10771	Lente intraocular de cámara posterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 5,5 mm, Constante A: 118,2 a 118,5 Longitud global: 12,5 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.101	
OFTALMOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	451	10772	Lente intraocular de cámara anterior	Pieza simple, Material: polimetilmetacrilato (PMMA) de calidad clínica de absorción de rayos UV, Tamaño óptico: 6,0 mm, Constante A: 115,1 A 115,3 Longitud global: 12,75 mm. Paquete Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.102	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	452	11464	RINOSCOPIO KILLAN N1	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad		Unidad	RCA: N° 082-032/2020	2.103	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	453	11465	GANCHITO DE HEERMANN, RETROGRADO	Acero Inoxidable	Unidad		Unidad	RCA: N° 082-032/2020	2.104	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Odontológicos	454	11466	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 6 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Unidad		Envase Esteril Individual	RCA: N° 082-032/2020	2.105	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	455	10330	ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.106	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	456	10331	ABRE BOCA PARA NIÑOS Mc KESSON	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.107	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	457	10332	ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 3/4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.108	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	458	10333	ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.109	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	459	10334	BAJA LENGUA DE WIEDER	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.110	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	460	10335	CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.111	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	461	10337	CINCEL COTTLE-MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.112	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	462	10338	CUCHARILLA PARA ENUCLEACIÓN DE GLOBO OCULAR 15 CM - 6 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.113	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	463	10339	ELEVADOR TIPO SELDIN, ROMA 19,5 CM - 7 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.114	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	464	10340	ESPATULA BUCAL , O SEPARADOR DE LENGUA TIPO BRUNINGS 19 CM - 7 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.115	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	465	10341	ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS, 15 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.116	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	466	10342	ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.117	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	467	10343	FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.118	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	468	10344	FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.119	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	469	10345	GANCHO PARA LIGADURA DEL ARCO ZIGOMÁTICO OBWEGESER 23 CM - 9 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.120	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	470	10346	GANCHO PARA LIGADURA DE MANDIBULA OBWEGESER 14 CM - 5 1/2.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.121	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	471	10347	GARFIO PARA MALAR DE GINESTET, 22 CM 8 3/4 PULGADAS, 20 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.122	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	472	10348	GUÍA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19 CM- 7 1/2 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.123	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	473	10349	LEGRA TIPO FREER 19 CM - 7 1/2 PULGADAS, CORTANTE/ROMO: 5MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.124	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	474	10350	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 6 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.125	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	475	10351	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 7 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.126	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	476	10352	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.127	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	477	10353	LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.128	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	478	10354	LEGRA CURVA TESSIER 18 CM - 7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.129	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	479	10355	LEGRA TIPO HENAHAN 17 CM - 6 1/4 PULGADAS, 12 MM.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.130	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	480	10356	LIMA PARA HUESO MILLER 18 CM - 7 1/8 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.131	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	481	10357	MENISCOTOMO SMILIE 17 CM - 6 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.132	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	482	10358	OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NIÑOS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.133	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	483	10359	OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.134	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	484	10360	PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.135	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	485	10361	PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER CURVO CALIBRE 12	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.136	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	486	10362	PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 6,0	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.137	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	487	10363	PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 5,1	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.138	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	488	10364	PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.139	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	489	10365	PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.140	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	490	10366	PINZA PARA REDUCCIÓN DE FRACTURA NASAL TIPO ASH	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.141	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	491	10367	PINZA EN FORMA DE BAYONETA GRUENWALD 16 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.142	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	492	10368	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.143	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	493	10369	PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8,5 CM - 3 3/8 PULGADAS (IRIDECTOMÍA)	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.144	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	494	10370	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE IZQUIERDA	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.145	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	495	10371	RETRACTOR PARA PÁRPADO TIPO DEMARES 14 CM - 5 1/2 PULGADAS (2): 14 MM	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.146	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	496	10372	SEPARADOR DE APÓFISIS CORONOIDES OBWEGESER : 22 CM - 8 3/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.147	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	497	10373	SEPARADOR HOOKS, PUNTA ROMA TIPO GILLIES 19 CM - 7 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.148	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	498	10374	SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO INTERNO	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.149	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	499	10375	SEPARADOR DENN - MILER, PUNTA ROMA 16 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.150	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	500	10376	SEPARADOR NASAL TIPO COTTLE 14 CM - 5 1/2 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.151	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	501	10377	SEPARADOR NASAL TIPO AUFRICHT 18 CM - 7 1/8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.152	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	502	10378	SEPARADOR UNIVERSAL DE MINNESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.153	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	503	10379	SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO EXTERNO	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.154	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	504	10380	SEPARADOR DE BORDE INTERIOR DE RAMA MANDIBULAR	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.155	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	505	10381	SEPARADOR DE LABIO DE PLÁSTICO, TIPO ESPANDEX, ADULTOS	Plástico flexible, reesterilizable	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.156	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	506	10382	SEPARADOR DE LABIO DE PLÁSTICO, TIPO ESPANDEX, NIÑOS	Plástico flexible, reesterilizable	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.157	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	507	10383	TIJERA KELLY, HOJA DE BISTURÍ Y DENTADURA MICRO 16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.158	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	508	10384	TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.159	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	509	10385	TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.160	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para Cirugía Oral y Maxilofacial	510	10386	TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.	Acero inoxidable quirúrgico alta calidad o titanio	Unidad			Res. Nº 118-047/09	2.161	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	511	10394	PINZA O PUNZON DE KERRIZON CORTE SUPERIOR RECTA DE 90º PEQUEÑO CORTE DE 3 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.162	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	512	10395	PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90º PEQUEÑO . CORTE DE 4 A 4,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.163	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	513	10396	PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90º PEQUEÑO . CORTE DE 5 A 5,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-10)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.164	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	514	10397	PINZA DE KERRIZON	PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 140º (+-10°) MEDIANO MIRADA ANTERIOR O ESFENOIDAL TIPO HAJEK-KOFLER CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM, VASTAGO 200 MM (+-10MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad	Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.165	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	515	10398	PINZA DE KERRIZON	PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 90º MIRADA POSTERIOR O HAJEK-KOFLER CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM, VASTAGO 200 MM (+-10MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad	Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.166	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	516	10399	PINZA DE DISCO RECTA O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 200 MM(+-10) TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.167	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	517	10400	PINZA DE DISCO RECTA O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 200 MM(+-10) TAMAÑO DE BOCA 10 X 4 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.168	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	518	10401	PINZA DE DISCO	PINZA DE DISCO OBLÍCUA HACIA ABAJO O TIPO RONGEUR CUSHING ANGULADA HACIA ABAJO A 140º (+-10°) VÁSTAGO 200 MM(+-10), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad	Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.169	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	519	10402	PINZA DE MENISCO	CUSHING OBLÍCUO INTERNO O RONGEUR DE PENNYBACKER. VÁSTAGO 125 MM(+-10 MM), BOCA 3 MM (+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad	Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.170	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	520	10403	UÑA DE FINOCHEITO O PERIOSTOMO TIPO SEMB 230 MM(+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.171	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	521	10404	LEGRA O RASPADOR DE LOBB ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.172	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	522	10405	DISECTOR NEUROQUIRÚRGICO	ESPATULITA LARGA RECTA EBILLAU O ELEVADOR SEBILEAU, ANCHO 5 MM (+-1MM), LONGITUD 175 MM (+ -10 MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.173	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	523	10406	ESPATULITA LARGA CURVA O DISECTOR TIPO PENFIELD Nº 2 DOBLE PUNTA.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.174	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	524	10407	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE BECUMANU DE ADSON ARTICULADO O SEPARADOR ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD 320 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.175	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	525	10408	SEPARADOR GRANDE CON CRICKET SCOVILLE RITHTER O RETRACTOR AUTOESTÁTICO TIPO SCOVILLE- RICHTER COMPLETO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.176	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	526	10409	SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA TAYLOR HOJA DE 30 X 70 MM (+-10), LONGITUD TOTAL 185 MM (+-10).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.177	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	527	10410	PICO ASPIRADOR CON MANDRIL O CÁNULA DE SUCCIÓN TIPO POOL. CHARR.23 (+-1) DEE DIÁMETRO TUBO EXTERIOR DESENROSCABLE, OLIVA DE 6,5 A 9,5 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.178	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	528	10411	GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN RECTA 240 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.179	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	529	10412	GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN CURVA LISTONKEY - HORSLEY O CIZALLA TIPO LISTONKEY - HORLEY FORMA S.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.180	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	530	10413	ESCOPLO QUIRÚRGICO	ESCOPLO ACANALADO STILLE, PEQUEÑO O GUBIA STILLE, ANCHO 10 MM (+-1MM), LONGITUD 205 MM (+-20MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.181	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	531	10414	MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.182	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	532	10415	ESCOPLO ACANALADO STILLE, MEDIANO O GUBIA STILLE, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.183	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	533	10416	ESCOPLO PLANO RECTO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE RECTO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.184	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	534	10417	ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO O SINCEL BISELADO STILLE RECTO. ANCHO 12 MM (+-1), LONGITUD 100 A 105 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.185	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	535	10418	ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO O SINCEL BISELADO STILLE RECTO. ANCHO 15 MM(+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.186	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	536	10419	ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.187	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	537	10420	ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 15 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.188	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	538	10421	PINZA CORTA ALAMBRE SUAVE HASTA 1,5 MM DE DIÁMETRO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.189	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	539	10422	PINZA CORTA ALAMBRE FUERTE HASTA 1,2 MM DE DIÁMETRO.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.190	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	540	10423	PINZA ROCHESTER PEQUEÑA LARGA O PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER RECTA 1 X 2 DIENTES . LONGITUD 140 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.191	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	541	10424	PINZA ROCHESTER CURVA PEQUEÑA LARGA O PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER CURVA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.192	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	542	10425	SEPARADOR ANILLO DE MATHIEU DOBLE TERMINACIÓN. SET DE DOS PIEZAS. LONGITUD TOTAL 200 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.193	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	543	10426	EXPLORADOR DE RAÍZ O ELEVADOR FREER ROMO 4 MM X 190 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.194	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	544	10427	EXPLORADOR DE RAÍZ 4 MM O RASPADOR DE SYMES PUNTA AFILADA. LONGITUD 18 A 18,5 MM. 190 MM (+-20).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12	2.195	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	545	10428	CURETA SCHOEDER O CUCHARILLA UTERINA SCHOER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 002-013/10	2.196	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	546	10429	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 1 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.197	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	547	10430	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 3 - 3,3 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.198	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	548	10431	PINZA KERRISON	PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 140º(+-10°), CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-10MM), CORTE DE 5 - 5,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 072-002/18	2.199	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	549	10432	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 - 2,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.200	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	550	10433	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 - 3,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.201	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	551	10434	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM(+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.202	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	552	10435	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 - 2,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.203	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	553	10436	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 - 3,5 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.204	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	554	10437	PINZA PARA MENISCO	PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULADA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM(+-10MM), TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM(+-1MM). Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 002-013/10 RCA: N° 072-002/18	2.205	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	555	10493	TREPANO CRANEAL DE HUDSON (SET)	Set de Acero inoxidable compuesto de: - 1 trépano, - 1 fresa lisa adulto 14-16 mm de diámetro, - 1 fresa lisa pediatrica 9-11 mm de diámetro, - 1 fresa oval adulto 13-15 mm de diámtro, - 1 prolongador.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.206	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	556	10494	FRESA LISA PARA TREPANO DE HUDSON	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.207	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	557	10495	FRESA OVAL PARA TREPANO DE HUDSON DE 13 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.208	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	558	10496	GUIA DE SIERRA DE GIGLI	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.209	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	559	10497	GANCHO DE SIERRA DE GIGLI- PAR	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Par			Res. Nº 090-002/10	2.210	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	560	10498	LEGRA PERIOSTAL DE CUSHING 16 MM X 18 CM (+ - 2)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.211	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	561	10499	DISECTOR DE PENFIEL Nº 1	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.212	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	562	10500	DISECTOR RECTO DE NERVIO DE DANDY	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.213	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	563	10501	MICROTIJERA EN BAYONETA RECTA LONG. 16 (+ - 2 CM)	Titanio / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.214	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	564	10502	UÑA DE FINOCHEITO O PERIOSTOMO TIPO SEMB 230 MM(+-2).	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.215	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	565	10503	MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ARRIBA (LONG. 16 + - 2 CM)	Titanio / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 106-019/12	2.216	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	566	10504	MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ABAJO (LONG. 20 + - 2 CM)	TITANIO /Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.217	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	567	10505	MICROTIJERA RECTA (LONG. 15 + - 1 CM)	TITANIO / Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.218	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	568	10506	SET DE MICRODISECTORES DE RHOTON PARA ANEURISMAS	COMPUESTOS: 1 microdiscector romo recto, 1 microdiscector romo semicurvo, 1 microdiscector romo curvo, 1 microdiscector gancho en angulo recto corto, 1 microdiscector gancho en angulo recto largo, 1 microdiscector cortante recto, microdiscector cortante semicurvo, 1 microdiscector cureta plana pequeña, 11 microdiscector cureta plana grande, 1 microdiscector cureta pequeña, 1 microdiscector cureta grande, 1 microdiscector de nervio redondo, 1 microdiscector de nervio plano, 1 microcurveta. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos	Unidad		SET	Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 072-002/18	2.219	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	569	10507	MANGO EN BAYONETA PARA BISTURI Nº 3	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.220	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	570	10508	SEPARADOR AUTOESTATICO CEREBELAR DE ADSON BRAZO RECTO	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.221	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	571	10509	SEPARADOR AUTOESTATICO CEREBELAR DE ADSON BRAZO ANGULADO	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.222	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	572	10510	RETRACTOR CEREBELAR DE MISKIMON	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes.	Unidad		Unidad	Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 072-002/18	2.223	
Neurocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	573	10511	SEPARADOR NEUROLÓGICO: SET - SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA COLUMNA CERVICAL DE CASPAR	Set compuesto de: - 2 separadores de Caspar para partes blandas, - 2 pares de valvas para los separadores de Caspar, - 1 separador de cuerpo Vertebral de Caspar, - 3 pares de tornillos para el separador de cuerpo, - 1 destornillador para los tornillos de cuerpo vertebral. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- AISI. Presentación Set.	Unidad			Res. Nº 090-002/10 RCA: N° 050-037/13	2.224	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	574	10512	PUNTA DE ASPIRADOR METALICO FRAZIER 160 + - 30 MM X 1,5 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.225	
Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	Instrumentales para caja de Columna Vertebral Multiperforada de Traumatología	575	10513	PUNTA DE ASPIRADOR METALICO FRAZIER 160 + - 30 MM X 2,5 MM	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad			Res. Nº 090-002/10	2.226	
U.T.I.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	576	5939	COLCHÓN DE AIRE		Unidad				2.227	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	577	3459-2	DELANTAL PLOMADO Tamaño Mediano/ Completo	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad			R.C.A N° 047-030/08	2.228	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	578	3459- 4	DELANTAL PLOMADO Tamaño Mediano/ Parcial	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad				2.229	
Radiología-Hemodinamia	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	579	3459-3	DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO GRANDE COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	Unidad	LA FDA Y/O CE		R.C.A N° 047-030/08 RCA: N° 106-019/12	2.230	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	580	3459-5	DELANTAL PLOMADO Tamaño Grande/ Parcial	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad				2.231	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	581	9722	GUANTES PLOMADOS N° 7	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.232	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	582	9723	GUANTES PLOMADOS N° 7 1/2	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.233	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	583	3475	GUANTES PLOMADOS N° 8	De látex plomado de 0,3 mm de Plomo de espesor, para los 5 dedos.-	Par			R.C.A N° 047-030/08	2.234	
Radiología-	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	584	5846	PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)	Plomado de 0,5 mm de plomo de espesor	Unidad			R.C.A N° 047-030/08	2.235	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	585	2465	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm de fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), Brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. De 10 a 12 x 34 a 45 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.236	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	586	2462	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.237	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	587	10156	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09	2.238	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	588	8072	CAUTERIO MANUAL A BATERÍA	C/ Mango Para 2 Baterias AA Y Puntas Recambiables	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11- RCA N° 039-019/2021	2.239	
Cardiocir- Oftalmo- Cir. Pediat	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	589	9405	LENTES DE AUMENTO PARA CIRUGÍA	Lupas Con Aumento X 4. Montadas En Anteojos	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	2.240	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	590	3428	SIERRA ELÉCTRICA		Unidad				2.241	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	591	3427	SIERRA ELÉCTRICA P/ YESO		Unidad				2.242	
TRAUMATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	592	9094	TALADROS QUIRÚRGICOS A BATERÍA		Unidad				2.243	
TRAUMATOLOGÍA-Neurocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	593	9095	PERFORADOR/TALADROS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS	Perforador eléctrico, 220v, 60Hz, 500 W, 2500 a 3500 rpm, abertura de 10 mm (3/8")	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.244	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos: Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Analísis Químico 3.3 SIH GRUPO 11300	594	9096	TONÓMETRO DE SCHIOTZ CON CAJA Y PESAS DE 5.0, 7.5 Y 10 MG	Acero Inoxidable	Unidad				2.245	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	595	3843	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 18 x 9,5 x 38 cm. PARA AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm. Caja x 100 uds.	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.246	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	596	3840	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO, C/FUELLE. 11 X 3 X 19 CM(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo, para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06- RCA: N° 036-020/2021	2.247	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	597	3841	BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR. QUÍMICO C/ FUELLE. 14 X 5 X 33 CM.(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.248	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	598	3844	BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 32 x 12 x 54 cm (+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo, para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 5 cm y la altura +- 10cm.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06. Modif. Res. N° 049-001/11 - RCA: N° 036-020/2021	2.249	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	599	5753	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 1 (NEONATAL)	Material reutilizable, compatible con monitor multiparametrico, para presion no invasiva. Manguera con conector y adaptadores. Circunferencia de 3.1 cm a 5.7 cm +/- 0.5 cm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.250	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	600	5754	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 2 (NEONATAL)	Material reutilizable, compatible con monitor multiparametrico, para presion no invasiva. Manguera con conector y adaptadores. Circunferencia de 4.3 cm a 8,0 cm +/- 0.5 cm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.251	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	601	3856	CINTA TESTIGO P/ ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.252	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	602	3857	CINTA TESTIGO QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO.	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo (Control adhesivo químico p/esterilización por autoclave)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.253	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	603	3854	CONTROL BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, con medio de cultivo incorporado	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06-RCA: N° 036-020/2021	2.254	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	604	4598	CONTROL BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 -RCA: N° 036-020/2021	2.255	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	605	3859	CONTROL EN TIRAS P/ OXIDO DE ETILENO	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para óxido de etileno.-	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07-RCA: N° 036-020/2021	2.256	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	606	3858	CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para calor seco.-	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07-RCA: N° 036-020/2021	2.257	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	607	8046	DISCOS DE ESTREPTOMICINA 300 ug	Frascos o tubos x 50 ;Los Discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.-	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	2.258	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	608	8045	DISCOS DE TEICOPLAMINA 30 ug	Microbiología. Frascos o tubos x 50 ;Los Discos deben tener impresos a ambos lados la sigla y la carga del antibiótico.-	FRASCO			Res.N° 072-003/05 y RCA N° 071-010/06	2.259	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	609	8005	ELECTRODO DE PCO2 + ANILLOS DE GOMA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476247	KIT			Res.N° 072-003/05	2.264	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	610	8006	ELECTRODO DE PO2 + ANILLOS DE GOMA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476246	KIT			Res.N° 072-003/05	2.265	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	611	9136	ELECTRODO DE COAGULACIÓN. FORMA DE BISTURÍ	Compatible Con El Equipo Endoscopico (Storz) - Ser. De Urología	Unidad				2.267	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	612	8004	ELECTRODO DE Ph + ANILLOS DE GOMA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 476267	KIT			Res.N° 072-003/05	2.270	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	613	9140	EQUIPO DOBLE "T" DE BARAKA	Para uso en anestesiología	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.291	
UROLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	614	7137	FRASCO PARA DRENAJE de 1.000 cc	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.292	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	615	2487	FRASCO PARA DRENAJE de 2.000 cc	De Vidrio, Sellado Bajo Agua.	Unidad			Res. 049-029/05	2.293	
AC UTI	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	616	7136	FRASCO PARA DRENAJE de 500 cc	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.294	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	617	7356	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°3	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.299	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	618	9726	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°4	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.300	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	619	9727	HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°5	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.301	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	620	2717	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°0	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.302	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	621	9724	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°1	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.303	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	622	9725	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA N°2	De Acero Inoxidable, Adaptable a los juegos de laringoscopios adquiridos	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.304	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	623	7357	HUMIDIFICADORES PARA OXÍGENO CENTRAL	De PVC Rígido	Unidad				2.305	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	624	8062	INCUBADORA P/AMPOLLAS DE CONTROL BIOLÓGICO	EQUIPO PARA CONTROL BIOLOGICO	Unidad			Res.N° 072-003/05	2.306	
Serv.Esterilización	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	625	3860	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 - RCA: N° 036-020/2021	2.307	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	626	8030	TSH Neonatal	Método Inmunoensayo enzimático fluorométrico (FEIA) kit de reactivos para equipo automatizado a comodato: placa de microtítulos, conjugado , diluyente conjugado, sustrato , diluyente para el sustrato, solución de parada, solución de lavado, calibradores, controles, cubiertas de plástico, ficha con valores para los controles y calibradores, cubetas de reactivos, ficha técnica en idioma español. Los materiales y reactivos no provistos en el kit deben ser suministrados como equipos de soporte a comodato.	Determinación	CE- ISO 13485	Unidad	Res.N° 072-003/05. RCA N° 036-037-2022 Fecha 28 junio 2022	2.308	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	627	4703	KIT DE AFÉRESIS PEDIÁTRICO P/ EQ. AUTOMATIZADO	Kit	Kit				2.309	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	628	8000	KIT DE AGUJA Y CUBIERTA DE AGUJA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673253	KIT			Res.N° 072-003/05	2.310	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	629	7999	KIT DE AGUJA Y TUBULADURA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673251	KIT			Res.N° 072-003/05	2.311	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	630	8007	KIT DE ELECTRODO DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	Con: Cubeta de Electrodo de Referencia, Solución de KCL de relleno y anillos de goma - CAT 476273	KIT			Res.N° 072-003/05	2.315	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	631	8001	KIT DE PROTECTORES DE AGUJA DE 10 Unidades. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673373	KIT			Res.N° 072-003/05	2.316	
Laboratorio	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	632	7998	KIT DE RELLENO DE ELECTRODO DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	Con: Cubeta de sensor de Referencia, Solución de KCL para relleno y anillos de goma de cubeta - CAT 478498	KIT			Res.N° 072-003/05	2.317	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	633	8022	KIT DE SOLUCIÓN DE RELLENO PARA ELECTRODO DE REFERENCIA + ANILLO DE GOMA x 4 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478822	KIT			Res.N° 072-003/05	2.320	
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	634	8021	KIT DE SOLUCIÓN PARA ELECTRODO DE Ph + ANILLO DE GOMA x 3 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 478533	KIT			Res.N° 072-003/05	2.322	
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	635	8003	KIT DE TUBOS PARA ASPIRACIÓN DE MUESTRA Y REACTIVO. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673358	KIT			Res.N° 072-003/05	2.323	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	636	4702	KIT PARA PLAQUETAFÉRESIS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.325	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	637	9473	KIT PARA PLASMAFÉRESIS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.326	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	638	2600	KIT PARA RECOLECCIÓN DE CÉLULAS MADRES PERIFÉRICAS	Componentes del Kit de Aféresis con Equipo en Comodato	Kit			Modificaión RCA N° 029-011/06	2.327	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	639	2764	MANGUITO DE PRESIÓN ADULTO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.328	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	640	9160	MANGUITO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.329	
CVP	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	641	8066	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DE BALÓN ENDOTRAQUEAL		Unidad				2.330	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	642	9729	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°0	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.331	
LCC	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	643	6784	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°1	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.332	
LCC	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	644	9730	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°2	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.333	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	645	6783	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°3	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.334	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	646	9728	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°4	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.335	
Serv. Urgencias y RIA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	647	6782	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°5	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.336	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	648	3726	MASCARILLA P/ OXÍGENO	Con sistema venturi y prolongador (tubuladura) para Oxígeno con accesorios de medición FIO2	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.337	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	649	6918	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA ADULTOS	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.338	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	650	9907	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.339	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	651	4878	MONITORES DE GASES	Servicio de Esterilización, para uso individual del personal	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.341	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	652	4469	PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 120 CM X 120 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma por 100 unidades.	Unidad		Unidad	Res.N° 022-028/07 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019 - RCA: N° 036-020/2021	2.342	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	653	3865	PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 130 cm X 180 cm	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.343	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	654	9398	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE pH	Papel pH Universal. Rango de 0 a 14 con escala comparativa.	Determinación			Res. 096-007/08	2.344	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	655	4478	PAPEL PH ORINA / HECES	Block	Unidad				2.346	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	656	2777	PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESIÓN	Pera de inflado de goma, resistente y de alta elasticidad para uso en adultos y pediátrico.	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.348	
Cardiocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	657	6317	PICO ASPIRADOR METÁLICO CURVO DE 45° DE 15 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	Adultos. Acero inoxidable quirúrgico con múltiples perforaciones y en la punta desarmable. Uso en Cardiocirugía.	Unidad			RCA N° 066-029/08	2.349	
Cardiocirugía	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	658	6318	PICO ASPIRADOR METÁLICO CURVO DE 90° DE 15 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	Adultos. Acero inoxidable quirúrgico con múltiples perforaciones y en la punta desarmable. Uso en Cardiocirugía.	Unidad			RCA N° 066-029/08	2.350	
CVP	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	659	2351	PICO PARA ELECTROBISTURÍ	Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.351	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	660	7347	PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VÍAS	Alargador de PVC de 10 cm(+5), transparente con llave giratoria de 360º, 2 conectores a rosca o a presion hembra y un conector a rosca o a presion rotatorio macho. Desechable. No pirogeno. Libre de Latex Esteril. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.352	
	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	661	4705	REGULADOR DE FLUJO GRADUADO	Regulador de flujo graduado. Estéril, descartable. Envase individual	Unidad		Envase Estéril	RCA: N° 036-020/2021, modificado por RCA 061-028/2024	2.353	
ANESTESIA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	662	5689	RESUCITADOR ADULTO CON CAMARA AUTOINFLABLE	Bolsa de doble pared de silicona de 1000 a 1600 ml autoinflable, con bolsas de reservorio de O2. Con válvulas de seguridad, sistema de seguridad por valvula de sobrepresion, mascarilla facial para adulto de tamaño Nº3, Nº4, Nº5 de silicona con borde almohadillo trasparente para adulto, salida expiratoria, con valvula para PEEP. Todos los compañentes deben ser desmontable y reutilizable	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.354	
ANESTESIA	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	663	5692	RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON CAMARA AUTOINFLABLE	Bolsa autoinflable de 500 a 1000 ml con reservorio de O2 desmontable de 1000 ml a 1800 ml. Con válvulas de seguridad espiratoria, valvula para PEEP o coneccion para la misma. Con medidor de presion maxima o conneccion para el mismo.Con conector a oxigeno. Con mascarilla anatomica trasparente de silicona con borde almohadillo, tamaño Nº1, Nº2.	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.355	
Serv.Neonatal	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	664	7372	RESUCITADOR NEONATAL con camara autoinflable	Bolsa autoinflable de 150 a 300 ml con reservorio de O2 máscara anatómica de silicona, transparente con borde almohadillado Nº 0, Nº1 válvula unidireccional con entrada de Oxígeno entrada de admisión de aire de ambiente. Salida expiratoria, válvula de seguridad. con valvula de PEEP incluida, desmontable y reutilizable	Unidad		kit	R.C.A N° 079-041/06-RCA: N° 036-020/2021	2.356	
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	665	8035	SEROLOGÍA PARA HEMOPHILUS INFLUENZAE	KIT Líquido	Unidad			Res.N° 072-003/05	2.358	
Cardiocir	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	666	3659	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL / PLEURAL DE 2000 cc. (+ - 500 CC)	De material plástico transparente (PVC), con trilla graduada. Con tubo de drenaje pleural / mediastinal sin trocar, de múltiples orificios no enfrentados entre sí, con línea radiopaca, de 36- 40 Fr de diámetro. Estéril.	Unidad			Res. Nº 127-035/10	2.359	
Banco de Sangre	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	667	8053	SOLUCIÓN LISS (SOLUCIÓN ADITIVA)	FRASCO GOTERO	FRASCO			Res.N° 072-003/05	2.360	
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	668	8043	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN Ph 4,01	FRASCO	CC			Res.N° 072-003/05	2.361	
Laboratorio	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	669	8042	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN Ph 7,00	FRASCO	CC			Res.N° 072-003/05	2.362	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	3.- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	670	8056	TARJETAS CON AHG,C 3d POLIESPECÍFICA	Tarjetas con 6 determinaciones cada una	Unidad			Res.N° 072-003/05	2.364	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	671	9900	TEST DE BOWIE DICK	Test para detectar presencia de Aire en la cámara (Autoclave) Prueba en paquete lista para su uso.	Unidad		Paquete	Res. N° 022-029/07 RCA: N° 036-020/2021	2.365	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	672	3005	TRAMPA PARA MUCUS		Unidad				2.367	
Serv. Urgencias y RIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	673	9181	TUBO METÁLICO DE ASPIRACIÓN VASCULAR	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad			RCA N° 054-039/08	2.368	
Todos los Servicios de Internados	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4 Accesorios de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorios de Análisis Químico 3.4 - SIH GRUPO 11301	674	11322	Línea de bajada para Nutrición Enteral	Descartable, con cámara de goteo flexible y serrada de aire, con tubo de silicona (de calidad), con regulador de flujo y conector escalonado. Libre de pirógenos. Libre de DEHP Y LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Unidad	RCA: N° 039-0243/19	2.369	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	675	4676	3 WAY VALVE. COD. 1453X214 C REP. EQ. EXPRESS(REPUESTO)	No Tiene	Unidad				2.370	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	676	6939	ADAPTADOR P/ FIBROBRONCOSCOPIO A.R.M.	Estéril, poliuretano, rígido (Tipo SWIBEL)	Unidad				2.371	
cir pediátrica	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	677	9056	ASPIRADOR QUIRÚRGICO OHIO	C/ Frasco De Vidrio De 5 Lt, Con Motor	Unidad				2.372	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	678	2468	ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL	*Flujo de aspiración: 50 lt/min ó más; Control de intensidad de vacío de 0 a 300-500 mm Hg. *Capacidad del frasco colector 5 lt de vidrio ó policarbonato transparente con escala de volumen, de boca amplia para facilitar la limpieza. *Llave de encendido. Interrupción automática de la Aspiración al alcanzar el nivel máximo.* Filtro de seguridad para impedir entrada de secresiones a la bomba. *Alimentación eléctrica de 220 V + - 10% 50 Hz Alarma audiovisual de llenado de frasco y para cambio de frasco *Transporte sobre ruedas y manijas para sostén *Garantía técnica mínima 1 año. Manuales de operación. Normas de Calidad (Mercosur, ISO 9000, TUV, UL, ó CE, etc.)	Unidad			RCA N° 031-024/07	2.373	
LCC	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	679	9057	BALANZA ANALÍTICA (120 G/CAP. MÁX) CON IMPRESORA		Unidad				2.374	
LCC	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	680	9059	BALANZA DE PRECISIÓN DE PLATO (GRANATARIAS)		Unidad				2.375	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	681	2474	BALANZA PARA ADULTO CON TALLÍMETRO	De 0 A 150 Kg	Unidad				2.376	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	682	2475	BALANZA PARA BEBÉ	Balanza Para Bebé De 0 Kg A 10 Kg	Unidad				2.377	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	683	5935	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 34 ML	Kit completo (c/catéter + balón), estéril, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.378	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	684	5624	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 36 ML		Unidad				2.379	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	685	5614	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN INTRA-AÓRTICO DE 40 ML	Kit completo (c/catéter + balón), estéril, descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.380	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	686	8023	BALÓN DE GAS PARA CALIBRACIÓN (5 % CO2 - 12 % O2) Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 477434000	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.381	
AC UTI	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	687	8024	BALÓN DE GAS PARA CALIBRACIÓN DE PENDIENTE (10 % CO2 - 0 % 02)Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 477438000	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.382	
AC UTI	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	688	8010	BANDEJA DE GOTEO. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673255	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.383	
UROLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	689	9099	BISTURÍ PARA ESTENOSIS - URETRÓTOMO 27037 M 7 CHARR LONG: 40 cm.	Compatible Al Equipo Storz Del Servicio Urología	Unidad				2.384	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	690	8012	BLOQUE DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673272	UNIDAD			Res.N° 072-003/05	2.385	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	691	9707	BRAZALETE P/ CONTROL DE PRESIÓN ADAPTABLE A MONITOR DRAGUER	Con control de presión p/adultos de una sola salida impermeable, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.386	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	692	9706	BRAZALETE P/ CONTROL DE PRESIÓN P/ ADULTOS CON UNA SOLA SALIDA	Con control de presión p/adultos de una sola salida impermeable adapt. A Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.387	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	693	9700	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 4 P/DRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños: circunferencia de 12-19 cm, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.390	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	694	5752	BRAZALETE P/TOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 6 P/DRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños: circunferencia de 17-25 cm, adaptables a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.391	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	695	7352	CABLE CONECTOR P/E.C.G. P/EQUIPO HEWLET PACKARD - ADULTOS	Adaptable a Equipo Hewlett Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.392	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	696	9717	CABLE DE CONEXIÓN MULTIPARÁMETROS E.C.G.TEMPERATURA SPO2 P/EQUIPO DRAGUER	Adaptable a Monitor Draguer Mod.Infinity Delta	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.394	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	697	9102	CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA FRONTLUZ		Unidad				2.395	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	698	9106	CABLE PACIENTE CON PINZA P/SATUROMETRÍA ADAPTABLE A NIHON KOHDEN	Adaptable a Eq. Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.398	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	699	9108	CABLE PACIENTE P/ PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NIHON KODEN		Unidad				2.401	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	700	9113	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.409	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	701	9114	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA NIHON KOHDEN		Unidad				2.410	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	702	7100	CABLE PARA ECG CON ELECTRODOS, PINZA Y VENTOSAS TIPO PERITAS	Para Equipo SIEMENS	Unidad				2.413	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	703	10019	CÁMARA DE HUMIDIFICADOR TIPO MR 340 PEDIÁTRICO PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 11 047	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.415	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	704	10018	CÁMARA DE HUMIDIFICADOR TIPO MR 370 ADULTO PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 217	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.416	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	705	4905	CAMILLA		Unidad				2.417	
Análisis Clínicos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	706	4088	CENTRÍFUGA DE MESA P/ 12 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.420	
Análisis Clínicos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	707	4084	CENTRÍFUGA DE MESA P/ 24 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.421	
Análisis Clínicos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	708	4087	CENTRÍFUGA P/ 36 TUBOS	No Tiene	Unidad				2.422	
Análisis Clínicos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	709	4086	CENTRÍFUGA P/ MICRO HEMATOCRITO	No Tiene	Unidad				2.423	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	710	3826	CILINDRO DE CO2(REPUESTO)	No Tiene	Unidad				2.424	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	711	7344	CIRCUITO P/ RESPIRADOR ADULTO	Universal, adaptable a todas las marcas de respiradores en uso, siliconado	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.425	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	712	7345	CIRCUITO P/ RESPIRADOR PEDIÁTRICO	Siliconado	Unidad				2.426	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	713	4853	CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO PARA RESPIRADOR	CIRCUITO REUTILIZABLE PARA RESPIRADOR (PARA TODAS LAS MARCAS)	Unidad				2.427	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	714	10021	CIRCUITO RESPIRATORIO DEL PACIENTE SILICONADO, REUTILIZ. 15 MM	Pediátrico/infantil c/trampa de agua y linea proximal con conexión en "Y" del paciente, adaptable al respirador NEWPORT - E500 similar cód. PBC 450 A	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.428	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	715	10020	CIRCUITO RESPIRATORIO DEL PACIENTE SILICONADO, REUTILIZ. 15 MM DI (LÍNEA DE 12 DI) P/RESPIRADOR NEWPORT - E 500	Para Ped./infante con trampa de agua y línea proximal con conexión en Y del paciente, adaptable al respirador NEWPORT - E500 similar cód. PBC 450 A	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.429	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	716	10022	CODO ADAPTADOR SILICONADO	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar cód. ADP 1210 M	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.431	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	717	11312	CONTENEDORES DE PLASTICO RIGIDOS DE 500 CC	Adaptable a bomba de infusión Kangaró c/ líneas correspondientes, p/ nutrición enteral	Unidad			RCA N°065-016/18	2.437	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	718	3535	DOSÍMETRO PERSONAL MEDIDOR RADIACIONES IONIZANTES	Acero Inoxidable	Unidad				2.438	
UTI P	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	719	4466	EL 0247 LÁMPARA DE 26 V		Unidad				2.439	
Serv. Cirugía Vascular Periférica.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	720	7282	ELECTRODO ADULTO DESCARTABLE VENTRO TIPO MARTIN D - 78501	Adaptable a Equipo Martin, Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.440	
AC UTI	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	721	4241	EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE (GASÓMETRO)		Unidad				2.444	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	722	9069	EQUIPO DE CONTROL DE MARCAPASOS DEFINITIVOS - MINICLINIC	P/ Medición De Frecuencia, Anchura De Pulso, Sensibilidad, Largo E Intervalo De Pulso	Unidad				2.447	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	723	10025	FIADOR DE HILO DE CALENTAMIENTO (1,5 M) REUTILIZABLE	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - cód. 84 11 050	SET			RCA N° 064-044/07	2.448	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	724	10026	FILTRO BACTERIANO ADULTO AUTOCLAVABLE PARA RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 33987	Unidad			RCA N°064-044/07	2.449	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	725	7663	FOCO PRISMÁTICO CON CONECCIÓN P/ CABLE DE LUZ DE FIBRA DE VIDRIO		Unidad				2.450	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	726	9743	GENERADOR DE MARCAPASO TEMPORARIO EXTERNO BICAMERAL, UNI ó BIPOLAR	Obs:Para uso permanente de los servicios de Terapia (UTI,UCO y TIM) con Catéter Uni ó Bipolar 7 French.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.452	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	727	9744	GENERADOR DE MARCAPASO TEMPORARIO EXTERNO UNICAMERAL, UNI ó BIPOLAR	Obs:Para uso permanente de los servicios de Terapia (UTI,UCO y TIM) con Catéter Uni ó Bipolar 7 French.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.453	
Cardiocir	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	728	6027	GENERADOR DE MARCAPASOS TEMPORARIO		Unidad				2.454	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	729	10028	HUMIDIFICADOR " F& P " PARA MR 850 ALU - PARA RESPIRADOR SAVINA - DRAGUER MEDICAL	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. OPC 0529	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.455	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	730	8008	KI DE TUBO PRECALENTADOR. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248	CAT 673256	KIT			Res.N° 072-003/05	2.459	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	731	2751	KIT ARTERIAL (LÍNEA ARTERIAL)	Adaptable A Monitor Omeda Datex	Kit				2.460	
UTI Adultos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	732	10029	KIT CIRCUITO PACIENTE DE 72" ADULTO, REUTILIZABLE	Adaptable a respirador AVEA (Vyasys)	KIT			RCA N° 064-044/07	2.461	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	733	10030	KIT CIRCUITO PACIENTE NEONATAL REUTILIZABLE	Adaptable a respirador AVEA (Vyasys)	KIT			RCA N° 064-044/07	2.462	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	734	9484	KIT DE JERINGA DESECHABLE P/BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	Para estudios de Angiotomografía	Kit			Res.N° 035-048/06	2.463	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	735	9712	KIT PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO P/MONITOR NIHON KOHDEN	Adaptable a Eq. Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.464	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	736	5895	LÁMPARA DE HALÓGENO P/ MICROSCOPIO 12V 50W (ZEISS) AXIOPHOT	No Tiene	Unidad				2.465	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	737	9323	LÍNEA DE INFUSIÓN ADAPTADO A ALARIS IMED COD. 2220 Y 2280.		Unidad				2.474	
Serv. Cirugía Vascular Periférica.	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	738	7283	MANGO P/ELECTROBISTURÍ TIPO MARTIN D - 78532, C/CABLE CONECTOR Y BOTON PULSADOR	Adaptable a Equipo Martin, Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.477	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	739	3812	MANGUERA SILICONADA	Equivalente a 20 metros,siliconada,flexible	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.478	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	740	6337	MANGUERA SILICONADA DE ASPIRACIÓN	No Tiene	Aerosol				2.479	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	741	7099	MANÓMETRO PARA AIRE COMPRIMIDO	Para sistema de distribución ó red.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.482	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	742	3827	MANÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	Ajustado a 3,5 Kg/cm2 ó PSI, Válvula de sobre presión como seguridad y conexión Diss. Humidificador con rosca interna metálica, debe ser compatible con la mascarilla de nebulización.-	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.483	
UTI Adulto	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	743	10031	MEMBRANA PARA VÁLVULA EXHALATORIA	Adaptable a respirador SAVINA	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.484	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	744	9161	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.487	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	745	9162	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA NIHON KODEN		Unidad				2.488	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	746	9711	MÓDULO DE MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO P/MONITOR NIHON KOHDEN	Adaptable a Nihon kohden	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.489	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	747	9164	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.490	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	748	9165	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NIHON KODEN		Unidad				2.491	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	749	7361	MÓDULO DE SATUROMETRÍA LIFE SCOPE 9		Unidad				2.493	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	750	9169	MÓDULO DE SATUROMETRÍA NIHON KODEN		Unidad				2.494	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	751	9170	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR LIFE SCOPE 9		Unidad				2.496	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	752	2767	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR NIHON KODEN	Módulos de PA pediátrico adaptable a monitor SPACE LABS	Unidad				2.497	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	753	10033	NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS P/VENTILADORES DRAGUER	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 935	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.499	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	754	6362	NIPLES C/ CONECCIÓN DISS P/ NEBULIZACIÓN C/O2		Unidad				2.500	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	755	9328	NIPLES P/ CONECCIÓN A MANGUERA FLEXIBLE TIPO DISS		Unidad				2.501	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	756	3657-1	OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO .	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A MACHI II.	Kit				2.502	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	757	3657-2	OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO- MODELO SAMS 2	KIT				2.503	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	758	9172	OXIGENADOR DE FIBRAS HUECAS CON RESERVORIO RÍGIDO NEONATAL ADAPTABLE A LA MAQUINA IC 4 , CON SU BANDEJA Y SOPORTE.	Policarbonato, polipropileno microporoso. Flujo sanguíneo Mín: 0,1 L/min; Máx: 1,5 L/min. Conector de entrada sanguínea (desde la bomba) 1/4" (6,4 mm). Conector de salida sanguínea 1/4" (6,4 mm). Prime c/ 45 a 50 ml, reservorio venoso 1.200 ml.	Kit			Res. Nº 120-007/10. Mod. Res.Nº 046-006/11	2.506	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	759	5594-1	OXIGENADOR A MEMBRANA PEDIÁTRICO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO-MODELO SAMS 2. Rango: Como mínimo a 15 (quince) Kilo gramos o más. Presentación Kit.	KIT			RCA: N° 049-009/13	2.507	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	760	4481	PANELES DE CÉLULAS P/ T/ DE ANTICUERPOS(DE 3 CÉLULAS Y 11CÉLULAS)	No Tiene	Unidad				2.509	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	761	10034	PAPEL DE FILTRO ANTIBACTERIANO TIPO " F & P " PARA CÁMARA MR 340	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 11 073	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.510	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	762	10035	PAPEL DE FILTRO ANTIBACTERIANO TIPO " F & P " PARA CÁMARA MR 370	Adaptable a respirador SAVINA, DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 12 218	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.511	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	763	5993	PAPEL P/ ESPIRÓMETRO 50005	Papel Tipo 50005 Adaptable A Espirómetro 110 X 45 Cm. Rollo	Unidad				2.512	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	764	3645	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 63 mm DE ANCHO.	Alta densidad, largo de 30 a 50 mt. En rollos.-	Unidad			RES N° 038-022/08	2.514	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	765	5863	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA P/12 CANALES	Doblado En Z	Unidad				2.515	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	766	5862	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA 6 CANALES	Doblado e "Z"	Unidad				2.516	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	767	5447	PAPEL PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Papel Para Electroencefalografía En Z, Formulario Contínuo De 24,5Cmx30Cm	Unidad				2.517	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	768	4786	PAPEL PARA ERGOMETRÍA	Tipo Dot Card 660 100 22 P/ Ergometría (Cardiete 346). Y Ecocardiografía	Unidad				2.518	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	769	9929	PAPEL PARA ESPECTROFOTÓMETRO 50 cm X 30 cm	Rollo para papel adaptable a Equipo Espectrofotómetro Marca LARQUEST Tamaño 50 (+ - 5) cm long. X 30 cm Ancho.-Presentación: rollo	Unidad			RCA N° 027-077/07	2.519	
Servicio Endoscospía Digestiva	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	770	7226	PAPEL PARA VIDEO PRINTER CON RIBBON PARA USO DE VIDEO ENDOSCOPÍA.	Para equipo Sony Upc - 21 L 4 paquetes de papel de 50 unidades c/u con 4 ribbon.	Kit			RCA N° 052-026/07	2.521	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	771	3089	PAPEL PARA VIDEO PRINTER DE ALTA DENSIDAD	Tipo Uvp-1100 Hd -850	Unidad				2.522	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	772	9331	PERFUS ADAPTADO A LA BOMBA DE INFUSIÓN TIPO GEMINI		Unidad				2.524	
Cardiocirugía	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	773	7035	PILA ALCALINA 9V		Unidad				2.525	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	774	9176	PILA ALCALINA AA		Unidad				2.526	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	775	8875	PINZA ÓPTICA CUCHARA P/ BIOPSIA DE 4,3 MM DIÁM.	P/Telescopio	Unidad				2.527	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	776	8876	PINZA ÓPTICA P/ PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.528	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	777	8877	PINZA ÓPTICA P/ PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.529	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	778	8878	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/ CUERPO EXTRAÑO C/ DISPOSITIVO ANTIVAHO, MORDAZA GRANDE	P/Telescopio	Unidad				2.530	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	779	8879	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/ CUERPOS EXTRAÑOS DUROS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.531	
OTORRINO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	780	8880	PINZA ÓPTICA TIPO COCODRILO P/CUERPOS EXTRAÑOS DUROS	P/Telescopio Pediátrico	Unidad				2.532	
GASTROENTEROLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	781	9367	PINZA P/ BIOPSIA P/ EQUIPO DE VIDEORECTOSIGMOIDEOSCOPIO	Flexible	Unidad				2.533	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	782	3043	PLACA REMM P/ELECTROBISTURÍ C/CABLE ADULTO	Adaptable a electrobisturí Valleylab Forceps II, descartable.	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.534	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	783	4521	PROBE HORIZONTAL DRIVE BELT. (REPUESTO)	Cod. 23282	Unidad				2.535	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	784	5664	PROBE TIP ASSY(ASASY)	Cod. 1753X 105 8Repuesto)	Unidad				2.536	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	785	4522	PROBE VERTICAL DRIVE BELT. COD. 23234. (REPUESTO)		Unidad				2.537	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	786	9178	PUNTAS Y MECHAS P/ DRILL		Unidad				2.538	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	787	7017	SENSOR DACTILAR ADULTO ADAPTABLE A OXÍMETRO CRITICARE	Sensor tipo pinza de saturometría reutilizable adaptable a oxímetro Criticare	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.540	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	788	7018	SENSOR DACTILAR ADULTO P/ OXÍMETRO NIHON KHODEN		Unidad				2.541	
UTI Adultos	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	789	10036	SENSOR DACTILAR DESCARTABLE ADULTO PARA SATUROMETRÍA ADAPTABLE A MONITOR DRAGUER		Unidad			RCA N° 064-044/07	2.542	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	790	7022	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A OXIMETRO NIHON KHODEN	Adaptable a monitor Hewlet Packard	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.543	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	791	10037	SENSOR DE FLUJO TIPO "HOT WIRE" P/ RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 51000 - 40081	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.544	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	792	10038	SENSOR DE FLUJO TIPO SPIROLOG	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. 84 03 735	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.545	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	793	10040	SENSOR DE OXÍGENO P/RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 16045	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.546	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	794	10041	SENSOR DE OXÍGENO TIPO OXYTRACE	Adaptable a respirador SAVINA - DRAGUER MEDICAL - similar a cód. MX 01049	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.547	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	795	7025	SENSOR DE TEMPERATURA P/ INCUBADORA TIPO MEDIX	Adaptable a Equipo MEDIX	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.548	
UTI P	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	796	9093	SERVOCUNA AIR SHIELDS (PIPS)		Unidad				2.551	
UTI P	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	797	2900	SERVOCUNA MEDIX (PIPS)	Luminoterapia, termómetro digital, chasis p/ R X.	Unidad				2.552	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	798	3430	SILLA DE RUEDAS		Unidad				2.559	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	799	10044	SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 50000 - 40035	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.560	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	800	10043	SOPORTE FILTRO BACTERIANO	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 51000 - 40640	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.561	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	801	9745	TELESCOPIO DE VISIÓN FRONTAL 0° DE 4 MM DE DIÁMETRO, 53 CM DE LONGITUD	Acero Inoxidable. Con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado, adaptable a Equipo Storz	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.563	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	802	9746	TELESCOPIO DE VISIÓN OBLICUA 30° DE 4 MM DE DIÁMETRO	Con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado, adaptable a Equipo Storz	Unidad			RCA N° 081-031/06	2.564	
UTI Adulto	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	803	10046	TRAMPA DE AGUA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA RESPIRADOR	Adaptable a respirador SAVINA	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.565	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	804	10047	TRAMPA DE AGUA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA RESPIRADOR AVEA STANDARD (VyASyS)	Adaptable a equipo AVEA STANDARD, similar a cód. 33985	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.566	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	805	3666	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	Conector Tipo DT 4812, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.568	
UTI PEDIÁTRICO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	806	7365	TUBULADURA CORRUGADA PARA RESPIRADOR NEONATAL	Adaptable a respiradores AVEA - VIASYS, NEWPORT E 500- reesterilizable	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.569	
Quirófanos del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	807	11478	CIRCUITO EXTERNO PARA ANESTESIA	Circuito anestésico hechos de LDPE (Polietileno de baja densidad) con aditivo de plata, para pacientes de mayor de 20kg en adelante, longitud 1,8 m en tubo corrugado estándar unida en un extremo con los conectores al equipo de PE (polietileno) con aditivo de plata para mejor agarre con el fin de evitar fugas de gases y por el otro extremo en una pieza en Y paralela plana de k-resin con aditivo de plata con codo de SBC (Estireno Butadieno Copolímero) al paciente con puerto de capnografía y mini filtro bacteriano con puerto de capnografía HME con longitud adicional de extremidad 0,8 m en tubo corrugado estándar con bolsa de respiración libre de látex desmontable de 3,0 litros con línea de muestreo de gas de 3,0 m de longitud con mascarilla facial ultrasparente tamaño 5. Uso universal adaptable a todas las marcas o compatible con máquina de anestesia	Unidad		Kit	R.C.A.Nº 097-004/2020	2.571	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	808	9185	TUBULADURA CORRUGADA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA CON CONEXIÓN EN "Y"	Adultos y pediátrico, estéril, PVC corrugado	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	2.572	
UTI Pediátrico	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	809	10048	VÁLVULA RESPIRATORIA PARA VENTILADORES DRAGUER - SAVINA	Adaptable a respirador DRAGUER, SAVINA, similar a cód. 84 13 660	Unidad			RCA N° 064-044/07	2.573	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	810	11101	Bombas de infusión a volumétrica	Cálculo automático de tasa de entrega al calcular volumen entregado sobre tiempo. Modo de tasa dosis: cálculo automático de tasa de entrega en ml/h, basado en el dato de concentración de la droga, y la tasa de dosis deseada. (ej. Ml/kg/min). Librería de drogas: hasta 720 nombres de drogas, incluyendo datos de terapia e información que puede ser almacenada en 15 categorías. Valores limites de dosis especificos de acuerdo al tipo de droga. Sofware TCI Y PCA.	Unidad			R C.A. N° 048-009/16	2.575	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		811	11132	ADAPTADOR PARA ECG NEONATO	Adaptador de electrodo, para conectar electrodos neonatales a MultiMed pod.	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.576	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		812	11134	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL NEONATAL	Dispositivo para control de presión arterial para neonato de dos salidas	DATEX OHMEDA - CARDIOCAP/5-CARESCAPE		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.578	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGÍA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		813	11135	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 3 NEONATAL	Puntera NIBP, desechable, recién nacido , tamaño de 3; 5,8 - 10,9 cm.	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.579	
NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		814	11136	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 3 NEONATAL	Dispositivo neonatal N° 3 descartable libre de latex vinilo suave para pieles sensibles y manguera simple con circunsferencia de 5,8 a 10,9 cm., de ancho del manguito 4,2 cm. y largo 10,0 cm. +/- 0,5 cm.	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.580	
NEONATOLOGIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		815	11137	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 4 NEONATAL	Dispositivo NIBP desechable recién nacido, tamaño 4; 7.1 - 13.1 cm	DRAGUER - INFINITY DELTA		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.581	
NEONATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		816	11138	BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL N° 4 NEONATAL	Dispositivo neonatal N° 4 descartable libre de latex vinilo suave para pieles sensibles y manguera simple con circunsferencia de 7,1 a 13,1 cm., de ancho del manguito 5,1 cm. y largo 11,9 cm. +/- 0,5 cm.	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.582	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, CARDIOCIRUGIA, PEDIATRIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		817	11139	CABLE INTERFASE PARA E.C.G. DE 3 VÍAS	Cable interfase para cable paciente de ECG de 3 vías reutilizable compatible con monitores multiparamétrico	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.583	
CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR, UNIDAD CORONARIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		818	11141	CABLE PACIENTE PARA BALON DE CONTRAPULSACION	Cable paciente reutilizable compatible con balón de contrapulsación	DATASCOPE - GENERICO		BALON DE CONTRAPULSACION	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.585	
QUIROFANO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		819	11145	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA CON GRAPA CURVA 45 MM	Cartucho de recarga de sutura para recto bajo de 45 mm - 4,8 mm, carga verde	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.589	
QUIROFANO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		820	11146	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA 45 MM	Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. De longitud, articulada, carga púrpura, Con 3 hileras de grapas de 3 mm; 3.5 mm. y 4mm. De altura de la grapa, para tejidos gruesos	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.590	
QUIROFANO	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		821	11147	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECANICA 60 MM	Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. De longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3 mm; 3.5 mm. y 4mm. De altura de la grapa, para tejidos gruesos	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL INSTRUMENTAL EN COMO DATO		GRAMPADORA	RCA: N° 081-002/17	2.591	
TOMOGRAFIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		822	11131	CONECTOR DE 96" Y PICO CONECTOR PARA BOMBA	Tubo conector para set de jeringa desechable, para las bombas de inyección de contraste, de baja presión con llave de paso y válvula de cierre.	MEDRAD - SPECTRYS SOLARIS		BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	RCA: N° 081-002/17	2.594	
	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		823	11154	CONEXIÓN INTERFASE PARA MONITOR	Cable de extensión ECG, con 6 pines, conector de 1 pin.	NIHON KOHDEN - TODOS		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.599	
OFTALMOLOGIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		824	11158	CUCHILLA PARA ESCLEROTOMIA 20 G	Cuchilla para esclerotomía de 20 G con mango y punta angulada	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.603	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		825	11160	FILTRO BACTERIANO PARA VENTILADOR	Filtro Bacteriano compatible con ventiladro pulmonar	MAQUET - SERVO-S		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.605	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		826	11161	FILTRO BACTERIANO TIPO HME PARA VENTILADOR	Filtro Bacteriano tipo HME compatible con ventiladro pulmonar	MAQUET - SERVO-S		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.606	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		827	11163	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE	Filtro de entrada de aire compatible con ventilador pulmonar	VERSAMED - INVENT 201		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.608	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
TERAPIA INTENSIVA, NUTRICION	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		828	11164	FILTRO HEPA	Filtro absoluto HEPA (alta eficiencia en partículas de aire) compatible con cabina de flujo laminar marca Trock. Dimensiones: filtro Hepa, LH mini pliegue, plano 1220 x 610 x 78 mm. Estructura Marco de Chapa galvanizada o aluminio. Medio filtrante de papel de micro fibras de vidrio, plegadas y distanciadas por medio de separadores que posean borde replegado.Eficacia: 99, 999% DOP sobre 0,3 micrones. Filtro HEPA clase H 14. Baja caida de presión.	GENÉRICO - 1220 X610X78 MM		CABINA DE FLUJO LAMINAR	RCA: N° 081-002/17	2.609	
HOSPITAL DIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		829	11165	FILTRO HEPA	Filtro absoluto HEPA (alta eficiencia en partículas de aire) para flujo laminar Alexander.Dimensiones: filtro Hepa, LH mini pliegue, plano 610 x 305x78 mm. Estructura Marco de Chapa galvanizada o aluminio. Medio filtrante de papel de micro fibras de vidrio, plegadas y distanciadas por medio de separadores que posean borde replegado.Eficacia: 99, 999% DOP sobre 0,3 micrones. Filtro HEPA clase H 14. Baja caida de presión.	GENÉRICO - 610X305X78 MM		CABINA DE FLUJO LAMINAR	RCA: N° 081-002/17	2.610	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		830	11166	FILTRO PARA INCUBADORA	Filtro de aire para particulas mayores a 0,3 micrones	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.611	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		831	11167	KIT DE EXTRACCION DE FLUIDOS BISCOSOS	Kit de retirada de fluidos biscosos. 19 G	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.612	
TOMOGRAFIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		832	11168	KIT DE JERINGAS Y CONECTORES	Jeringas desechables y conectores para Inyector Electrónico de contraste, con una jeringa de 100 ml. y de otra 200ml,. Un tubo conector en Y de 150 cm. Con válvula de chequeo, un tubo de llenado rápido y punzón.	NEMOTO - GENERICO		BOMBA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE	RCA: N° 081-002/17	2.613	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		833	11170	KIT DE TROCAR DE UN SOLO PASO	Kit de trocar, un solo paso. 23 G	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.615	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		834	11171	LAPIZ PARA ENDODIATERMIA	Lápiz para endodiatermia 20 G descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.616	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		835	11172	LAPIZ PARA ENDODIATERMIA	Lápiz para endodiatermia 23 G descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.617	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		836	11173	LAPIZ PARA EXODIATERMIA DESCARTABLE	Lápiz para exodiatermia descartable para cauterio	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.618	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		837	11174	MANGA PORTILLO IRIS	Manga tipo iris para portillo reutilizable compatible con incubadora	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.619	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		838	11177	PACK DE VITRECTOMIA	Vitrectomo posterior de alta velocidad, 20 G. Tubo para inyección de aire con filtro. Llave de 2 vías (x 2).	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.622	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		839	11178	PACK DE VITRECTOMIA	Vitrectomo posterior de alta velocidad, 23 G. Tubo para inyección de aire con filtro. Llave de 2 vías (x 2).	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREÓFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.623	
TERAPIA INTENSIVA, UNIDAD CORONARIA, CIRUGIA INFANTIL, CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS, TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, CIRUGIA VASCULAR, NEUROCIRUGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		840	11181	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	Block de papel termosensible en Z de 50 mm. X 100 mm. X 300 hojas, compatible con desfibrilador	NIHON KOHDEN - TEC-5521E		DESFIBRILADOR	RCA: N° 081-002/17	2.626	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA,CLINICA MÉDICA, URGENCIAS, ENDOVASCULAR, IMÁGENES, TRAUMATOLOGIA, CARDIOCIRUGIA, GINECOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		841	11182	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA TERMOSENSIBLE	Rollo de papel termosensible tipo fax de 210 mm. X 30 m. compatiple con electrocardiógrafo	BTL - O 8LC		ELECTROCARDIOGRAFO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.627	
LABORATORIO	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		842	11183	PAPEL PARA EQUIPO DE GASOMETRÍA	Bovinas térmicas de 8 cm. de ancho y altura máxima de 4 cm.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.628	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		843	11185	PASA CÁNULA PARA INCUBADORA	Pasa cánulas compatible con incubadora	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.630	
TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGIA Y CARDIOCIRUGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		844	11186	PASA CÁNULA PARA SERVOCUNA	Pasa cánulas compatible con servocuna	MEDIX - SM401		SERVOCUNA	RCA: N° 081-002/17	2.631	
OFTALMOLOGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		845	11187	PERFLUOROCARBONO	Kit de perfluoro-N-Octano purificado, 5 ml	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		VITREOFAGO	RCA: N° 081-002/17	2.632	
LABORATORIO	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		846	11188	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO	Cassette de 300 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.633	
LABORATORIO	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		847	11189	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO QC3 GLU	Cassette de 300 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.634	
LABORATORIO	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		848	11190	REACTIVO CASSETTE PARA GASOMETRO	Cassette de 50 determinaciones con duración on board de 30 vías, que realice Gases (PO2, PCO2 y pH), Electrolitos (Na, k, Cl y Ca), y parámetros calculados incluidos.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.635	
LABORATORIO	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		849	11191	REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD	Ampollas de 2 ml. Con rangos establecidos para los equipos AVL80 de los parámetros realizados.	RADIOMETER - ABL80PLUS		GASÓMETRO	RCA: N° 081-002/17	2.636	
TERAPIA INTENSIVA, CLINICA MÉDICA, URGENCIAS, TRANSPLANTE	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		850	11192	ROLLO DE PAPEL PARA ELECTRO	Rollo de papel termosensible de 120 mm. X 20 m. compatiple con electrocardiógrafo	CARDIOLINE - AR 1200 ADV		ELECTROCARDIOGRAFO	RCA: N° 081-002/17	2.637	
NEONATOLOGIA, PEDIATRIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		851	11193	SENSOR DE OXIGENO	Sensor de oxigeno reutilizable compatible con incubadoras	MEDIX - NATAL CARE		INCUBADORA	RCA: N° 081-002/17	2.638	
TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA, CARDIOCIRUGIA, CIRUGIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		852	11200	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITROR CARDIACO	Sonda de temperatura de uso general, reutilizable, adulto, conector de 7 pines	DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO EN COMO DATO		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17	2.645	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, ANALGESIA Y ANESTESIA, CARDIOCIRUGIA, ENDOVASCULAR, QUIROFANO, PEDIATRIA	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		853	11201	SENSOR DE TEMPERATURA	Sensor de temperatura reutilizable compatible con Monitores Multipamétricos	PHILIPS - MP 5,MP20, MX700		MONITOR MULTIPARAMETRICO	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.646	
TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNADOS	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		854	11202	Linea de bajada Fotosensible para bomba de infusión.	Descartable opaco para administración de drogas intravenosas y preparados parenterales. Color de set adecuado para lograr la absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente. Con regulador de flujo inyector lateral con entrada rosca. Libre de pirógenos y de DEHP, LATEX. Para bomba en comodato.	Unidad		Unidad	RCA: N° 081-002/17-RCA: N° 036-002/19	2.647	
TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS, NEONATOLOGIA, ENDOVASCULAR	3. - ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		855	11203	SOPORTE PARA FILTRO BACTERIANO	Soporte reutilizable para filtro antibacteriano compatible con Ventilar Pulmonar	CAREFUSIÓN - AVEA		VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17-Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	2.648	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
ANALGESIA Y ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		856	11213	FILTRO ANTIBACTERIANO	Filtro antibacteriano compatible con máquina de anestesia	TODAS		MÁQUINA DE ANESTESIA	RCA: N° 081-002/17	2.658	
ANESTESIOLOGIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		857	11214	TRANSDUCTOR DE PRESION PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA	Transductor de presión invasiva para máquina anestesía.	TODAS		MÁQUINAS DE ANESTESIA	RCA: N° 081-002/17	2.659	
ANESTESIOLOGIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000		858	11216	TUBULADURA CORRUGADA CON CONEXIÓN EN Y PEDIATRICA	Tubuladura corrugada con conexión en Y compatible con máquina de anestesia/Ventilador Pulmonar tamaño pediatrico	TODAS		MÁQUINA DE ANESTESIA/VENTILADOR PULMONAR	RCA: N° 081-002/17	2.661	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	859	11069	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 0.5	Reutilizable. Para pacientes hasta 4 kilos. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R. C.A. N° 048-009/16	2.662	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	860	11070	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 1.0	Descartable. Para pacientes de 4 a 7 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.663	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	861	11071	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 1.5	Descartable. Para pacientes de 7 a 17 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.664	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	862	11072	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 2.0	Descartable. Para pacientes de 17 a 30 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.665	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	863	11073	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 2.5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.666	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	864	11074	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 3.5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.667	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	865	11075	Tubo laringeo supraglótico con máscara autopresurizable de 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.668	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	866	11076	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 2,5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.669	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	867	11077	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 3,5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.670	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	868	11078	Tubo laringeo supraglótico de rescate y bloqueador con máscara y con canal adicional. Tamaño 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.671	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	869	11079	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 2,5. Tamaño 2,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.672	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	870	11080	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 3,5. Tamaño 3,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.673	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	871	11081	Tubo bloqueador para uso con tubo laringeo supraglótico de rescate de 4,5. Tamaño 4,5	Descartable. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.674	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	872	11082	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 1.0 y 1.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.675	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	873	11083	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 2.0 y 2.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.676	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	874	11084	Estilete de extracción desechable para tubos laringeos de tamaño 3.5 y 4.5	Para extracción de tubos endotraqueales.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.677	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	875	11085	Catéter de rescate para vía aerea. Adulto	Con punta curva y flexible. De 14 fr y 65 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.678	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	876	11086	Catéter de rescate para vía aerea. Pediátrico	Con punta curva y flexible. De 8 fr y 35 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.679	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	877	11087	Catéter para intubación y paso de broncoscopios con diámetro interno de 4,5 mm o más y de 55 a 60 cm de largo.	Con válvula para conexión a ventilación. Debe incluir la llave en T. Estéril	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.680	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	878	11088	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 8 a 9 fr de 45 a 50 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 3 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.681	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	879	11089	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 10 a 11 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 4 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.682	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	880	11090	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 14 a 15 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 5 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.683	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	881	11091	Catéter para intercambio de tubos endotraqueales de 18 a 19 fr de 80 a 85 cm de largo	Para intercambio de tubos endotraqueales de diametro interno de 7 mm o más. Con valvula para conexión a ventilación.	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.684	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	882	11093	Kit de Anestesia Peridural	Conteniendo: Aguja Peridural con bisel curvo tipo Tuohy 16 a 18 G, con longitud de 80 a 100 mm, con mandril codificado por color y marcas de inserción. Catéter Peridural de 19 a 21 G con punta atraumatica - cerrado, con una longitud de 700 mm a 1000mm, con marcas radiopacas por cm y 3 a 6 orificios laterales. Conector de catéter. Jeringa de pérdida de resistencia de 5 a 10 cc., Filtro plano peridural de 0.2 µ (micras). Fijador de filtro autoadhesivo. Catéter libre de látex. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.686	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	883	11095	Aguja de neuroestimulación N° 22 G	Para técnicas de punción única en anestesia de plexos y nervios periféricos, neuroestimulables y ecogenicas con giros de hasta 360° que aseguren buena bisibilidad bajo pantalla de ultrasonido. Aguja: Diámetro 22 G X 50mm (2"). Completamente aisladas a excepción del bisel. Bisel con un corte de 20° a 30°. Longitud del cable mínimo 50 cm.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.687	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	884	11097	Aguja de neuroestimulación N° 20 G	Para técnicas de punción única en anestesia de plexos y nervios periféricos, neuroestimulables y ecogenicas con giros de hasta 360° que aseguren buena visibilidad bajo pantalla de ultrasonido. Aguja: Diámetro 20 G X 100 a 120 mm (4" a 4 3/4"). Completamente aisladas a excepción del bisel. Bisel con un corte de 20° a 30°. Longitud del cable mínimo 50 cm.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 048-009/16 - RCA: N° 047-001/18	2.688	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	885	11098	Neuroestimulador para anestesia regional periférica	Equipo de neuroestimulación para localización de nervios, señal de pulso acústica y visual, batería de 9V, frecuencia de pulso intercambiable 1 a 2 Hz, estimulación de 0 a 5 mA, pantalla que indique el estado de la batería, el ancho del pulso, indicador de pulso, salida activa, intensidad actual o nominal. Dial de control digital. Protección contra descarga eléctrica tipo BF. Debe incluir cable paciente para la conex de la cánula de estimulación (Hasta 125 cm).	Unidad			R.C.A. N° 048-009/16	2.689	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	886	11290	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18	2.691	
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	887	11291	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 120 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranjado, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual , en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18 - RCA. N° 053-024/2020	2.692	
ANESTESIA PEDIATRICA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	888	11292	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 50 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18	2.693	
ANESTESIA PEDIATRICA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	889	11293	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 25 G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 50 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20 G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	R.C.A. N° 047-001/18 - RCA. N° 053-024/2020	2.694	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
ANESTESIA	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	890	11294	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G	Punta Biselada, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,4 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color marrón, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.695	
ANESTESIA - ONCOLOGIA (Hospital Central)	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA GRUPO 11302	891	11296	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 150 cc a 270 cc para goteo continuo de 48 hs a 54 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la línea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.696	
Radiología-Hemodinamia	3 .- ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.2 Articulos para Aplicación Hospitalaria 3.2. SIH GRUPO 11200	892	3459-6	DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO MEDIANO-COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO MEDIANO COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	UNIDAD	LA FDA Y/O CE			4.701	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	1	4042	BALÓN AFORADO	Capacidad 50 Cc	Unidad				2.698	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	2	4043	BALÓN AFORADO	Capacidad 100 Cc	Unidad				2.699	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	3	4044	BALÓN AFORADO	Capacidad 200 Cc	Unidad				2.701	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	4	4041	BALÓN AFORADO	Capacidad 25 Cc	Unidad				2.702	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	5	4046	BALÓN AFORADO	Capacidad 500 Cc	Unidad				2.703	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	6	4045	BALÓN AFORDO	Capacidad 250 Cc	Unidad				2.704	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	7	9188	BALÓN DE VIDRIO		Unidad				2.705	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	8	9189	BALONES CON TUBOS LATERALES		Unidad				2.706	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	9	9190	BOTELLA DE VIDRIO DE TAPA ESMERILADA Y ÁMBAR		Unidad				2.707	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	10	4077	CÁMARA DE RHOSENTAL P/ LCR	No Tiene	Unidad				2.709	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	11	9191	CRISOLES CON TAPA MEDIANA		Unidad				2.710	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	12	9193	EMBUDO CON VÁSTAGO CORTO 25 CC		Unidad				2.711	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	13	9192	EMBUDO CON VÁSTAGO CORTO 50 CC		Unidad				2.712	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	14	9195	EMBUDO CON VÁSTAGO LARGO 25 CC		Unidad				2.713	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	15	9194	EMBUDO CON VÁSTAGO LARGO 50 CC		Unidad				2.714	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	16	4211	EMBUDO DE VIDRIO 10 CC	C/ Vàstago Corto	Unidad				2.715	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	17	4215	EMBUDO P/ DECANTACIÓN 125 ML	No Tiene	Unidad				2.718	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	18	4214	EMBUDO P/ DECANTACIÓN 50 ML	No Tiene	Unidad				2.719	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	19	9196	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 1000 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.720	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	20	9197	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 250 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.721	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	21	9198	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 500 ML CON LLAVE DE TEFLÓN		Unidad				2.722	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	22	9199	EQUIPO DE DESTILACIÓN CON ACCESORIOS		Unidad				2.723	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	23	9200	EQUIPO DE DISGREGACIÓN CON ACCESORIOS		Unidad				2.724	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	24	9202	ERLENMEYER DE 100 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.725	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	25	9203	ERLENMEYER DE 1000 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.726	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	26	9204	ERLENMEYER DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA SIN TAPA		Unidad				2.727	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	27	9205	ERLENMEYER DE 25 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.728	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	28	4236	ERLENMEYER 2000CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.729	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	29	4234	ERLENMEYER 500CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.732	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	30	4235	ERLENMEYER DE 1000 CC	Vidrio Tipo A	Unidad				2.733	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	31	3879	FRASCO ERLENMEYER 1000 CC DE VIDRIO	No Tiene	Unidad				2.734	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	32	9206	FRASCOS DE BOCA REDONDA DE 100 ML		Unidad				2.735	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	33	9207	FRASCOS DE PORCELANA		Unidad				2.736	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	34	9208	FRASCOS DE VIDRIO, PORCELANA Y EMBUDOS GRANDES		Unidad				2.737	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	35	9209	FRASCOS ESMERILADOS DE 1000 ML		Unidad				2.738	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	36	9210	FRASCOS ESMERILADOS DE 2000 ML		Unidad				2.739	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	37	9211	FRASCOS ESMERILADOS TRANSPARENTES Y ÁMBAR		Unidad				2.740	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	38	9212	KITASATO DE 250ML		Unidad				2.743	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	39	4379	LÁMINA DE VIDRIO EXCAVADA	Para tipificación y VDRL. Placas de vidrio con ranuras rebozadoras, con 12 cavidades como mínimo de 1,4 a 1,6 mm de profundidad y 15 (+ -1) mm de diámetro.	Unidad			Res. Nº 086-006/10 y Res Nº 137-035/10	2.744	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	40	4381	LÁMINA DE VIDRIO PORTA OBJETO CON BORDE ESMERILADO		Unidad				2.746	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	41	9214	MATRACES AFORADOS DE 100ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.753	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	42	9215	MATRACES AFORADOS DE 200ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.754	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	43	9216	MATRACES AFORADOS DE 250ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.755	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	44	9217	MATRACES AFORADOS DE 25ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.756	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	45	9218	MATRACES AFORADOS DE 500ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.757	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	46	9219	MATRACES AFORADOS DE 50ML COLOR ÁMBAR CON TAPA		Unidad				2.758	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	47	7343	MATRAZ AFORADO DE 1000ML CON TAPA DE VIDRIO COLOR BLANCO		Unidad				2.759	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	48	9221	MATRAZ AFORADO DE 100ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.760	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	49	9222	MATRAZ AFORADO DE 250ML CON TAPA DE VIDRIO COLOR BLANCO		Unidad				2.761	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	50	9223	MATRAZ AFORADO DE 25ML CON TAPA		Unidad				2.762	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	51	9224	MATRAZ AFORADO DE 500ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.763	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	52	9225	MATRAZ AFORADO DE 50ML CON TAPA COLOR BLANCO		Unidad				2.764	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	53	5797	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 ML VIDRIO	Vidrio	Unidad				2.765	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	54	5796	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 5ML	Vidrio	Unidad				2.767	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	55	4429	MEDIDA DE VIDRIO 1000CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.768	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	56	4425	MEDIDA DE VIDRIO 125CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.769	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	57	4426	MEDIDA DE VIDRIO 500CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.770	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	58	4427	MEDIDA DE VIDRIO DE 250 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.771	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	59	9226	MORTERITO DE ÁGATA		Unidad				2.772	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	60	4447	MORTERO DE PORCELANA 22 CC	No Tiene	Unidad				2.774	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	61	4446	MORTERO DE PORCELANA 6 CC C/PILÓN	No Tiene	Unidad				2.776	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	62	4449	MORTERO DE PORCELANA 8,5 CC	No Tiene	Unidad				2.777	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	63	9213	MORTERO DE VIDRIO		Unidad				2.778	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	64	4454	MORTERO DE VIDRIO DE 14 CC	No Tiene	Unidad				2.779	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	65	4455	MORTERO DE VIDRIO DE 20 CC	No Tiene	Unidad				2.780	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	66	9227	PIPETA AFORADA DE 10ML		Unidad				2.781	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	67	9228	PIPETA AFORADA DE 15ML		Unidad				2.782	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	68	9229	PIPETA AFORADA DE 1ML		Unidad				2.783	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	69	9230	PIPETA AFORADA DE 25ML		Unidad				2.784	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	70	9231	PIPETA AFORADA DE 2ML		Unidad				2.785	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	71	9232	PIPETA AFORADA DE 3ML		Unidad				2.786	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	72	9233	PIPETA AFORADA DE 5ML		Unidad				2.787	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	73	4486	PIPETA CAPILAR 0,1ML	No Tiene	Unidad				2.788	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	74	4498	PIPETA GRADUADA AL DÉCIMO 10 CC	Vidrio resistente	Unidad				2.792	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	75	4495	PIPETA GRADUADA AL DÉCIMO 1CC	Vidrio resistente	Unidad				2.793	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	76	4064	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO GRANDE 150X 25 MM	Vidrio	Unidad				2.798	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	77	9239	PROBETA DE 1000 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA		Unidad				2.799	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	78	9240	PROBETA DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.800	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	79	9241	PROBETA DE 10 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.801	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	80	9242	PROBETA DE 250 ML CON BOCA ESMERILADA CON TAPA		Unidad				2.802	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	81	9243	PROBETA DE 25 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.803	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	82	9244	PROBETA DE 500 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.804	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	83	9245	PROBETA DE 50 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.805	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	84	9246	PROBETA DE 50 ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.806	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	85	9247	PROBETA DE 5 ML CON BOCA ESMERILADA, CON TAPA		Unidad				2.807	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	86	9248	PROBETA DE 5ML CON BOCA REDONDA		Unidad				2.808	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	87	4525	PROBETA DE VIDRIO 100 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.809	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	88	4515	PROBETA DE VIDRIO 25 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.810	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	89	4516	PROBETA DE VIDRIO DE 50 CC.	Vidrio. Con Graduación Al Dècimo	Unidad				2.813	
	4 - VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	90	9249	TAPA DE CRISOL		Unidad				2.815	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	91	9250	TAPAS DE VIDRIO		Unidad				2.816	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	92	4625	TUBO CÓNICO 1,5 ML TIPO EPPENDORF	No Tiene	Unidad				2.817	
Serv.Microbiología	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	93	7997	TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN DE 15 ml.	VIDRIO PIREX	Unidad			Res. N° 072-003/05	2.818	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	94	4627	TUBO DE KHAN 12 MM DE (DIÁMETRO) 75 MM DE ALTURA	Vidrio clase A resistente a la centrifugación	Unidad				2.820	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	95	4635	TUBO DE VIDRIO	Vidrio Clase A	Unidad				2.821	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	96	4638	TUBO DE CULTIVO, VIDRIO C/TAPA A ROSCA x 15 CM.C536	Vidrio Clase A	Unidad				2.822	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	97	9251	TUBOS DE CENTRÍFUGA GRANDE		Unidad				2.824	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	98	4628	TUBOS DE ENSAYO 16 CM (ALTURA) X 16 MM (DIÁMETRO). DE VIDRIO	No Tiene	Unidad				2.825	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	99	4626	TUBOS DE VIDRIO DE HEMÓLISIS DE 12 MM (DIÁMETRO) X 100 MM (ALTURA)	Vidrio Resistente A La Centrifugación	Unidad				2.826	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	100	4659	VARILLA DE VIDRIO 15 CM. X 8 MM.	Vidrio	Unidad				2.827	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	101	4662	VARILLA DE VIDRIO 30 CM. X 8 MM.	Vidrio	Unidad				2.828	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	102	9254	VASITO PRECIPITADO BERLING 5ML		Unidad				2.829	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	103	9253	VASITO PRECIPITADO BERLING 25ML		Unidad				2.830	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	104	9252	VASITO PRECIPITADO BERLING 10ML		Unidad				2.831	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	105	4664	VASO PRECIPITADO BERLING 250 CC.VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.832	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	106	9255	VASO DE BERLING DE 60ML		Unidad				2.833	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	107	4665	VASO DE PRECIP. BERLING 500 CC.VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.834	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	108	4663	VASO PRECIP BERLING 100 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.835	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	109	4666	VASO PRECIP BERLING 1000 CC. VIDRIO PIREX	Vidrio	Unidad				2.836	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	110	9256	VASO TIPO CÁPSULA		Unidad				2.837	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	111	9257	VASOS PRECIPITADOS DE 50ML		Unidad				2.838	
ALERGIA	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	112	9258	VIALES DE 10 CC	C/ Tapa De Caucho A Presión P/ Preparar Vacunas	Unidad				2.839	
	4 .- VIDRIERIA DE USO HOSPITALARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS QUÍMICO	4. SIH GRUPO 11520	113	9259	VIDRIO RELOJ		Unidad				2.840	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13099	1	11539	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL	Pulsera de compresión radial: dispositivo de material trasparente de cierre de arteria radial o cubital por medio de 2 balones. Incluye jeringa especifica e indicador de insuflado. Diámetro de la pulsera de 24 cm de circunferencia.Envase estéril individual, en papel grado médico, herméticamente cerrado. la caja debe contener los siguientes datos : código de lote ,fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento	Unidad	FDA y/o CE	Kit (Envase estéril individual)	RCA 088-016/2023	2.858	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	2	6134	CONECTOR SILICONADO PARA CATÉTER	Conector con material interno de silicona transparente que facilite la visualización del líquido a infundir, libre de látex y DEHP, no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudio de Resonancia Magnética y otros), con desplazamiento neutro .Con conexión a rosca y punta catéter , resistente a altas presiones tales como se presentan en lineas arteriales y NPT, compatibles con soluciones lipidicas, quimioterapéuticas y antibióticas, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos. Estéril y libre de pirógenos.	Unidad		ENVASE ESTERIL	RCA 091-030/10 - Modificado por RCA 031-003/18 -modificado por RCA 047-001/18 - modificado por RCA 060-053/24	2.841	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	3	11295	EXTENSOR DE VIAS VENOSAS.	Descartable, conexión próxima al paciente con rosca. Longitud de 80 a 120 cm. Libre de Látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.842	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	4	2370	AGUJA 21G X 1	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad				2.843	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	5	6943	AGUJA 23G X 1 (USO PEDIÁTRICO)	Estéril, tribicelada, descartable. Empaque individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 036-020/2021	2.845	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	6	6946	AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR 8G a 11G - DE 7 a 15 CM DE LONGITUD	Estéril Descartable	Unidad			RCA 081-031/06	2.847	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	7	9756	AGUJA DE INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 20 G	Para uso en Adultos, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, set con mariposita y conector	Set			Res. N° 022-029/07	2.848	
ANESTESIA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	8	2448	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA N° 25G	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,5 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color naranja, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	Res. 126-017/09 - RCA: N° 047-001/18	2.849	
ANESTESIA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	9	2449	AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM	Punta Lápiz, con abertura lateral, longitud de 88 a 90 MM, de 0,4 mm de diámetro interno, de acero inoxidable, pabellón transparente, con introductor mandril codificado color marrón, con marca indicando la dirección del orificio distal, Introductor 20G X 35 a 38 mm. Libre de pirógenos. Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes (aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blister trasparente. estèril.	Unidad		Unidad	Res. 126-017/09 - RCA: N° 047-001/18 - RCA: N° 036-020/2021	2.850	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	10	6945	AGUJA P/BIOPSIA DE PRÓSTATA	Estéril, descartable, 22 mm, disparo automatico	Unidad				2.852	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	11	2442	AGUJA P/PUNCIÓN LUMBAR 18G X 3 a 3 1/2 P/PERIDURAL	Estéril Descartable Tribicelada	Unidad			Res. 049-029/05	2.853	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	12	9757	AGUJA PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 22G	Para uso en niños, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, Set con mariposita y conector	Kit			Res. N° 022-029/07	2.854	
Serv. Neurología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	13	2444	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm. Empaque individual en papel grado medico y/o blister trasparente.	Unidad		Unidad	RES. N° 038-022/08. Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: N° 036-020/2021	2.855	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	14	2443	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 0,7 x 90 mm. Empaque individual en papel grado mèdico y/o blister trasparente.	Unidad		Unidad	Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: Nº 036-020/2021	2.856	
Hematología-Hospital Día	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	15	6951	AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA	De 15 a 16 G de 20 a 70 mm de longitud. Adulto/pediatrica. Estèril Desechable. Presentación. Unidad	Unidad			RCA 081-031/06 RCA: Nº 023-022/12	2.857	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	16	6937	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE HIDROFILICA 0.014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM.DE LONGITUD	Alambre Guia 0,014´´ Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidable y recubrimiento distal hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o CE.Experiencia mínima de 5años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estos productos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. Nº 070-016/11 RCA Nº 070-020/2023	2.859	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	17	3891	ALGODÓN HIDRÓFILO	Peso Neto (de algodón) como mínimo 300 g, bajo tenor de impurezas, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo/zigzag.	Gramo. (peso neto del algodón)			Res. Nº 014-010/09 RCA: N° 049-009/13 RCA: N° 061-021/13 RCA: N° 096-021/13	2.860	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	18	3888	ALGODÓN LAMINADO 10 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	Rollo				2.864	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	19	3889	ALGODÓN LAMINADO 15 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario,	Unidad		Paquete/Rollo	RCA N° 036-020/2021	2.865	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	20	3890	ALGODÓN LAMINADO 20 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario,	Unidad		Paquete/Rollo	RCA N° 036-020/2021	2.866	
Proctología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	21	9758	ANILLO DE GOMA DE LÁTEX PARA APLICAR LIGADURAS ELÁSTICAS A HEMORROIDES	Adaptable a las pinzas p/ligaduras hemorroidal. Descartable, en paquetes por 100 - 200 unidades.-	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.867	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	22	2457	ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	Plástico Rígido. No Estéril	Unidad				2.868	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	23	5837	APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (largo y ancho)	Estéril	Unidad			RCA 081-031/06	2.870	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	24	5424	APOSITO POS-PARTO (MEDIDA MÍNIMA 30 X10 CM LARGO Y ANCHO)	Toalla higiénica hospitalaria.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	2.871	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	25	3838	APOSITO TRANSPARENTE DE 6 CM X 7 CM (+ - 2) HIPOALERGENICO P/FIJACION DE CATETER	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	2.872	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	26	5437	APOSITO TRANSPARENTE P/FIJACIÓN DE CATÉTER, HIPOALERGÉNICO DE 10 CM X 12 CM(+ - 2)	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	2.873	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	27	6962	ASA DE COLLINS Nº 24	Adaptable a Equipo Storz, Serv. Urología	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.874	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	28	2472	BAJA LENGUA DE MADERA	Artículo de Uso Medico, Desechable Elaborado de Madera con borde redondo, pulido, aseptico, de superficie uniforme, lisa y sin astillas ni perforaciones. Medida 150 mm x 18 mm x 16 mm	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.878	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	29	9903	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ - 6)gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 a 135 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11	2.879	
Nefrología y otros Servicios	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	30	3922	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11-RCA: N° 079-025/12	2.880	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	31	11366	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad				2.881	
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	32	11367	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad				2.882	
Nefrología y otros Servicios	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	33	10670	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados de 5 a 45 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 85%.	Unidad			RCA: N° 079-025/12	2.883	
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	34	11368	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	2.884	
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	35	11370	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	2.885	
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	36	11373	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 140 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	2.886	
hospitalario	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	37	11374	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS de 50 (+ - 6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, sin costura (uniones por termosellado o ultrasónico), repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 140 (+/- 5) cm. Deberán acompañar al producto. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			RCA: N° 040-002/2020	2.887	
UTI-Neonatología-Clínica Médica-Cirugía General	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	38	10710	Chaleco o Bata del tipo quirúrgico. No estéril. Descartable.	Confeccionada con tela de polipropilene de 1 o más capas. Gramaje de 30gr/m2 o más. Mangas largas con puños elastizados d 5 a 15 cm de ancho. Cierre posterior del tipo magnético y/o con tiras en el cuello y parte posterior de la cintura. Longitud mínima de 110 cms. Presentación Unidad.	Unidad			RCA: N° 092-027/12	2.888	
Servicios Clinicos y Quirúrgicos	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	39	11360	Guante de procedimiento descartable de NITRILO	Antialérgico, apto para ser utilizado con productos químicos, poseen alta resistencia. Revestimiento interno gamuzado de algodón, textura antideslizante en palma y dedos, 100% NITRILO. Color: AZUL Celeste-Talle: L- Espesor: 0,06 mm. No estéril- Las medidas de largo 35 cm como mínimo	par		Unidad	RCA N° 020-025/20	2.889	
Servicios Clinicos y Quirúrgicos	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	40	11362	Protector Ocular tipo Antipara	Diseño de bajo perfil, una banda elástica regulable y un opcional inserto para lentes de prescripción. Debe tener recubrimiento antiempañante el cual resiste al empañamiento de larga duración, deben ser resistente para una variedad de riegos incluyendo salpicaduras liquidas, sustancia en suspensión con aerosoles y partículas de alto impacto a mediana energía, temperaturas extremas entre -5ºC a 55ºC y cuente con protección contra la radiación. Una solo talla que se ajusta a la mayoría de rostros. Banda elástica ajustable. Ventilación indirecta. Lunas de policarbonato.	Unidad		Unidad	RCA N° 020-025/20	2.891	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	41	4690	BOLSA DE TRANSFERENCIA P/ SANGRE S/ ANTICOAGULANTE		Unidad				2.894	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	42	6110	BOLSA EST.P/ RECL. DE ORINA ADLT. C/ URINÓMETRO		Unidad				2.895	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	43	10626	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS.	Estéril descartable Unisex. Envase individual.	Unidad		Unida	Res. Nº 137-035/10 RCA: N° 036-020/2021	2.898	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	44	5931	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL de 500 CC, con una linea de bajada MATERIAL EVA. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.899	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	45	2491	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	Con sistema de llenado incorporado con 3 líneas de bajada.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	2.900	
UNIDAD DE NUTRICION	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	46	2495	Bolsa flexible para nutricion parenteral 1000 cc Material Eva	Bolsa flexible EVA (Etil Vinil Acetato) o triplecapa, atóxica, de un solo uso, con dos o tres vías de llenado incorporado a la bolsa y una línea de bajada, empaque individual, esteril y apirógeno, capacidad de 1000ml Envase esteril	Unidad		BOLSA	Modificado por RCA 047-013/24	2.901	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	47	3864	BOLSA MIXTA PLEGABLE C/AUTOADHESIVO C/ IND.QUÍMICO S/FUELLE 5X21CM.(+ - 2) P/OXIDO DE ETILENO	Plegable, Autoadhesiva	Unidad				2.902	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	48	3863	BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Manta de polipropileno ó papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para óxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.903	
Cir Gral-Cir Ped	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	49	5551	BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMÍA PEDIÁTRICO	Bolsa pediatrico de 2 (dos) piezas (base más bolsa). Drenable con clamp individual incorporado con barrera para la piel y filtro para olor (carbón activado o similar). Con Base con barrera para piel resistente, con adhesivo cutáneo hidrocoloide 100%, de larga duración. Borde adhesivo recortable , aro flexible y encastrable. Bolsa con aro flexible y encastrable, drenable con sistema de cierre integrado y filtro antiolor (carbon activado o similar).	Unidad		KIT	Modificado RCA N° 038-023-2024	2.904	
Cir. Gral.	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	50	5915	BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMÍA ADULTO	Bolsa adultos de 2 (dos) piezas (base más bolsa). Drenable con clamp individual incorporado con barrera para la piel y filtro para olor (carbón activado o similar). Con Base con barrera para piel resistente, con adhesivo cutáneo hidrocoloide 100%, de larga duración. Borde adhesivo recortable , aro flexible y encastrable. Bolsa con aro flexible y encastrable, drenable con sistema de cierre integrado y filtro antiolor (carbon activado o similar).	Unidad		KIT	Res. Nº 128-001/10 RCA: N°001-013/16 Modificado RCA N° 038-023-2024	2.905	
Cir. Gral.	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	51	7082	BOLSA P/UROSTOMÍA	Bolsa para Urostomía de 2 (dos) piezas (base más bolsa). Drenable con sistema antireflujo. Con Base con barrera para piel resistente, con adhesivo cutáneo hidrocoloide 100%, de larga duración. Borde adhesivo recortable , aro flexible y encastrable.	Unidad		KIT	Res. Nº 134-006/10 RCA: N°001-013/16 Modificado RCA N° 038-023-2024	2.906	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir Gral-Cir Ped	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	52	5913	BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMÍA ADULTO	Bolsa adultos de 1 (una) pieza . Drenable con clamp individual incorporado con barrera para la piel y filtro para olor (carbón activado o similar). Con adhesivo cutáneo hidrocoloide 100%, de larga duración. Borde adhesivo recortable. drenable con sistema de cierre integrado y filtro antiolor (carbon activado o similar).	Unidad		Unidad	Res. Nº 128-001/10 RCA: N°001-013/16 R.C.A. Nª 013-012/16 RCA: N° 036-020/2021 Modificado RCA N° 038-023-2024	2.907	
RADIOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	53	9480	BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE	Capacidad de 1000 a 2500 cc,con sus respectivas almohadillas y manguitos para insuflar, no estéril.	Unidad			RCA N°035-047/06 RCA: N° 106-019/12	2.908	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	54	5932	BOLSA PRESURIZADORA P/ PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, SWAN GANG Y SANGRE	Bolsa Manual de 300 Mm Hg, como mínimo. Adaptable p/Catéter de Termodilución Swan Gang, para en Unidades de Terapias Intensivas (UTI). Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 050-038/13 RCA: N°001-013/16- RCA: N° 036-020/2021	2.909	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	55	3704	BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Bolsa Respiratoria 1 Litro Reutilizable De Látex	Unidad				2.910	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	56	3707	BOLSA RESPIRATORIA 1/2 LITRO	Bolsa Respiratoria 1/2 Litro Reutilizable De Látex	Unidad				2.911	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	57	3709	BOLSA RESPIRATORIA 3 LITROS	Bolsa Respiratoria 3 Litros Reutilizable De Látex	Unidad				2.913	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	58	4691	BOLSAS CUADRUPLE P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA-1 (ADENINA)	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				2.915	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	59	4688	BOLSAS DOBLES P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				2.916	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	60	3862	BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para oxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.917	
Cir Gral-Cir Ped	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	61	3849	BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMÍA PEDIÁTRICO	Bolsa pediatrico de 1 (una) pieza . Drenable con clamp individual incorporado con barrera para la piel y filtro para olor (carbón activado o similar). Con adhesivo cutáneo hidrocoloide 100%, de larga duración. Borde adhesivo recortable. drenable con sistema de cierre integrado y filtro antiolor (carbon activado o similar).	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 134-006/10 RCA: N°001-013/16 Modificado RCA N° 038-023-2024	2.918	
Bco. de Sangre/Cardiocirugia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	62	4684	BOLSAS SIMPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad				2.919	
Centro Productor de Sangre y Terapia Celular - Unidad de Medicina Transfusional	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	63	4689	BOLSAS TRIPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAG. CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado, plástico permeable a gases.	Unidad				2.920	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	64	3839	CAJA DESCARTABLE P/MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE.	Aproximadamente de 13 litros. Cartón prensado con bolsa de polietileno amarillo, en su interior	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.921	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	65	2775	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	Estéril, Descartable	Unidad			RCA 081-031/06	2.922	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	66	2776	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)	Estéril, Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	2.923	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	67	8623	CÁNULA ARTERIAL DE 10 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.924	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	68	8624	CÁNULA ARTERIAL DE 12 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.925	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	69	8625	CÁNULA ARTERIAL DE 14 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.926	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	70	8626	CÁNULA ARTERIAL DE 16 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.927	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	71	8627	CÁNULA ARTERIAL DE 18 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.928	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	72	8628	CÁNULA ARTERIAL DE 20 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.929	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	73	8629	CÁNULA ARTERIAL DE 22 FRENCH AÓRTICA	Siliconada	Unidad				2.930	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	74	5097	CÁNULA ARTERIAL DE 8 FRENCH AÓRTICA	Siliconada- Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	2.931	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	75	8630	CÁNULA ARTERIAL PARA ARTERIA FEMORAL 17 A 18 FRENCH		Unidad			RCA 081-031/06	2.932	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	76	8631	CÁNULA ARTERIAL PARA ARTERIA FEMORAL 20 A 21 FRENCH		Unidad			RCA 081-031/06	2.933	
cir pediátrica	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	77	2509	CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K66	Material PVC, Flexible, con adaptador al Sist. de aspiración, long. Mínima 1,80 mt. Diámetro interno 9 mm, c/pico bucal de una sola pieza, con regulador de flujo en material de PVC rígido, estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 071-009/06	2.936	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	78	8635	CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 11 FRENCH	Siliconada. Estéril	Unidad				2.937	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	79	8636	CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 7 FRENCH	Siliconada. Estéril	Unidad				2.938	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	80	9762	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN N° 8	En material PVC altamente transparente, con baño de silicona, balón de baja presión, guía de inserción y tubo de aspiración interna, soporte con anillo metálico, velcro de sujeción, estéril, descartable	Unidad			Res. N° 022-029/07	2.939	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	81	3715	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.940	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	82	6994	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.942	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	83	3716	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.943	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	84	6997	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.944	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	85	6961	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 C/BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.946	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	86	7001	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				2.949	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	87	7003	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				2.950	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	88	3722	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 9 CON BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad				2.951	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	89	6024	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.952	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	90	6917	CÁNULA NASAL ADULTO PARA OXÍGENOTERAPIA	Bigotera adulto y dos cánulas intranasales regulables de 4,00 a 4,5 mm de diametro externo,atraumaticas, de silicona 100%, libre de latex y PVC .Y Tubuladura de PVC transparente de longitud minima de 100 cm y maximo 200 cm	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 043-008/17- R CA N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020	2.953	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	91	6919	CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA	Bigoteraneonatal y dos canulas intranasales,de 2 a 2,5 mm de diametro externo,atraumaticas de Silicona 100%,libre de latex y PVC. Y tubuladura de PVC transparente de longitud minima de 100cm y maximo 200 cm	Unidad			Res.N° 093-006/10-RC N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020	2.954	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	92	6920	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA PARA OXIGENOTERAPIA	Bigotera pediátrica y dos cánulas intranasales regulables, de 3,00 a 3,5 mm de diámetro externo, atraumáticas, de silicona 100%, libre de látex y PVC. Y Tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm y máximo 200 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 093-006/10. Mod. Res. Nº 046-006/11 RCA: N° 043-008/17- RCA N° 092-011/2020 DEL 06/11/2020- RCA: N° 036-020/2021	2.955	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	93	3710	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 0	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.956	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	94	9904	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 00	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.957	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	95	3711	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 1	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.958	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	96	9905	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 2	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.959	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	97	3712	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 3	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.960	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	98	9906	CÁNULA OROFARÍNGEA N° 4	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad			Res.N° 022-028/07	2.961	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	99	5095	CÁNULA VENOSA ANGULADA 12 FRENCH ó RECTA MALEABLE		Unidad			RCA 081-031/06	2.962	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	100	5096	CÁNULA VENOSA ANGULADA 14 FRENCH ó RECTA MALEABLE		Unidad			RCA 081-031/06	2.963	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	101	5089	CÁNULA VENOSA RECTA 34 FR	Siliconada	Unidad				2.964	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	102	5090	CÁNULA VENOSA RECTA 36 FR	Siliconada	Unidad				2.965	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	103	5597	CÁNULA VENOSA RECTA 40 FR	Siliconada	Unidad				2.966	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	104	10014	CARTUCHOS (FILTROS) INTERCAMBIABLES PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Adaptables a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos adquirida. De formas circulares (polvo) Trapezoidales (vapores orgánicos y gases) Identificables con colores según el uso. Ajustables a los diferentes tamaños.	Unidad			Res.N° 064-041/07	2.967	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	105	5538	CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA	Con tapa, p/Uso de anatomía patológica.-	Unidad			RCA N° 071-009/06	2.968	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	106	7068	CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,27 mm X 0,58 mm	Catéter de acceso central por vía periférica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 1,8 FR 0,27 mm de diámetro interno y 0,58 mm de diámetro externo, estéril	kit			Res.N° 022-028/07	2.969	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	107	5822	CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,3 mm X 0,6 mm	Catéter de acceso central por vía periferica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 2 FR 0,3 mm de diámetro interno y 0,6 mm de diámetro externo, estéril	kit			Res.N° 022-028/07	2.970	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	108	2521	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.971	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	109	2982	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 3	El cateter esta indicado para la eliminacion trombos embolos y frescos y suaves en el sistema arterial. El cateter consiste en un cuerpo de cloruro de Polivinilocde un solo lumen con balon de latex en el extremo distal, expandible a 3 french. En el extremo proximal del cateter se presenta un cono que se utiliza para la inflacion del balon . La longitud del cateter debe ser minimo de 80 cm. El volumen del balon inflable debe tener 0,05 a 3 ml. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 079-043/06 - RCA: N° 036-020/2021	2.972	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	110	2983	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 4		Unidad			Res.N° 079-043/06	2.973	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	111	2984	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMÍA Nº 5		Unidad			Res.N° 079-043/06	2.974	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
CVP	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	112	2985	CATÉTER DE FOGARTY P/ EMBOLECTOMIA Nº 6	El cateter esta indicado para la eliminacion trombos embolos y frescos y suaves en el sistema arterial. El cateter consiste en un cuerpo de cloruro de Polivinilocde un solo lumen con balon de latex en el extremo distal, expandible a 6 french. En el extremo proximal del cateter se presenta un cono que se utiliza para la inflacion del balon . La longitud del cateter debe ser minimo de 80 cm. El volumen del balon inflable debe tener 0,05 a 3 ml. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 079-043/06- RCA: N° 036-020/2021	2.975	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	113	6630	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 14	Con camisa protectora. Estéril. Envase individual.	Unidad		Unidad		2.976	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	114	2533	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	2.977	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	115	2534	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 12 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	2.978	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	116	2535	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Kits			Res. 049-029/05	2.979	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	117	2536	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	2.980	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	118	4821	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad			Res. 049-029/05	2.981	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cardiocirugia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	119	2532	CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible. Envase individual	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	2.982	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	120	6628	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.983	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	121	6629	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN 7,5 FRENCH	Catéter de 7,5 Fr., de punta recta, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	2.984	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	122	6155-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	2.985	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	123	6155-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.986	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	124	7258-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	2.987	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	125	7258-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.988	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	126	8737-1	CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad			RCA N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	2.989	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	127	8737-2	CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	2.990	
Oncología, Nefrología, geriatría H.Crónico, Unidad Terapia,Serv.Intern.Prolongada	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	128	9688	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°16 DE POLIURETANO de 32 a 45 mm de Longitud	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 205 ml/min.	Unidad			Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13	2.992	
USO HOSPITALARIO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	129	9689	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10 ml)	Unidad			Mod. Res..N° 087-005/10 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17	2.993	
USO HOSPITALARIO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	130	9690	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO DE 30 A 32 MM DE LONGITUD MÁXIMA	Hecho a base de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10 ml). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 062-007/07 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17 RCA: N° 036-020/2021	2.994	
Uso Pediatrico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	131	2530	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 de 25 mm de Longitud Máxima USO PEDIÁTRICO	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 35 ml/min.	Unidad			Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13	2.995	
USO HOSPITALARIO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	132	2531	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 DE 19 A 20 MM DE LONGITUD.	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10 ml). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-007/17- RCA: N° 036-020/2021	2.996	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	133	9272	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 062-007/06	2.997	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	134	5439	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad				2.998	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	135	9273	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart.. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad				2.999	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	136	11020	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.000	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	137	11021	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.001	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	138	11022	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.002	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	139	11023	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.003	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	140	11024	FILTRO BACTERIANO C/HUMIDIFICADOR PEDÍATRICO	Estéril, Descartable, Con Adaptador Corrugado.	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.004	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	141	11016	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 12	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.007	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	142	11017	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 10	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.008	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	143	11018	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 8	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.009	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	144	11019	CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad			RCA: N° 050-038/13	3.010	
Serv. De U.T.I. Pediátrico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	145	2520	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL DOBLE LÚMEN 4,5 A 5 FR.	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.011	
Serv. de U.T.I. Adultos	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	146	2979	CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 16	Kit, estéril descartable, con aguja incluída de vialón radiópaco	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.012	
Servicio de U.T.I. Adultos	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	147	2525	CATÉTER P/VÍA VENOSA CENTRAL 3 LÚMEN 7 A 7,5 FR.	Catéter de poliuretano 16 a 24 cm de longitud, descartable, estéril con jeringa y aguja incluída, con alambre guía de doble punta. Kit completo; aguja introductora, tapones intermitentes, con o sin hoja de bisturí, con o sin jeringa para infiltrar piel, aguja dilatadora, aleta de sutura móvil con traba clamp. Presentación: kit.	Unidad			RCA N°020-005/10	3.014	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	148	6763	CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 22 FR.de 20 a23 cm de longitud	Estéril, Descartable,Material Vialón o Poliuretano	Unidad			Res. 049-029/05	3.015	
Serv. Oncología	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	149	7164	CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/PUNCIÓN SUBCLAVIA NIÑOS - ESTÉRIL, DE 4 A 6 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona) - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores con cierre deslizable; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber ,- 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad			Res. Nº 134-006/10 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.017	
Ser. Oncología	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	150	7165	CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona): - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores de Slidelock; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber; - 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad			Res Nº 134-006/10	3.018	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	151	9277	CATÉTER SILICONADO PARA AFÉRESIS DOBLE LÚMEN DE LARGA DURACIÓN TIPO HICKMAN		Unidad				3.019	
Neonatologia	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	152	3102	CATÉTER UMBILICAL VENOSO DOBLE LUMEN	*Esteril*poliuretano*doble lumen*calibre 3,5 Fr a 4FR*Longitud 35 a 38 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado*	Unidad			RCA N° 062-007/06-RCA N° 011-013/2020	3.020	
Neonatologia	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	153	3101	CATÉTER UMBILICAL ARTERIAL UNILÚMEN	*Esteril*poliuretano*unilumen*calibre 3,5 Fr a 4FR*Longitud 35 a41 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado*	Unidad			RCA N° 062-007/06-RCA N° 011-013/2020	3.021	
Patología Cerv	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	154	4808	CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA (ANAT.PATOLÒGICA)		Unidad				3.022	
Patología Cerv	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	155	5456	CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.	Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación.	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 106-019/12	3.023	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	156	3529	CEPILLO QUIRÚRGICO	Cepillo Quirúrgico Impregnado Con Iodopovidona. Descartable	Unidad				3.024	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	157	3915	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 10 CM	10 cm. De ancho x 5 mt. De largo mínimo, alta adherencia, en sustrato impermeable (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.025	
TOMOGRAFÍA	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	158	3916	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA	10 cm de ancho x 4,5 mt de largo mínimo, antialérgico, alta adherencia, impermeable	Unidad				3.026	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	159	3913	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 RCA: N° 106-019/12 - RCA: N° 036-020/2021	3.029	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	160	3914	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable (a prueba de humedad), antialérgico	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.032	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	161	5858	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON BASE TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA DE 7,5 CM X 5 MTS.	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad)	Unidad		Rollo	RCA N° 062-007/06 RCA: N° 036-020/2021	3.033	
CVP	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	162	2560	CINTA CARDÍACA DE 80 CM		Unidad				3.034	
CVP	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	163	9284	CLAMP DE FAVALORO		Unidad				3.039	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	164	9285	CLAMP DEBAKEY MODIFICADO		Unidad				3.040	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	165	3103	CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	Unidad			Res. 049-029/05	3.041	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	166	8069	CLIPS P/ VIDEO LAPAROSCÓPICA (Hemoclips Tradicional)	CLIPS de Titanio, Mediano, Esterilizado a Oxido de Etileno	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.042	
ANESTESIA	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	167	3846	COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	De Látex,	Unidad				3.050	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	168	9292	COMBITUBE		Unidad				3.051	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	169	5761	COMPRESA ABDOMINAL 45 X 45 cm (+ - 5 cm)	Dobladas en cuatro capas, con cinta radiópaca, sin almidón, Absorvente, No Estériles,Confeccionada en Gasa de 16 Hebras xcm2	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.052	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	170	7029	CONECTOR OROTRAQUEAL CON CONECTOR DE OXÍMETRO		Unidad				3.054	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	171	10646	CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL.	Con dos vías de acceso distal, puerto de inyección no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con desplazamiento neutro ,con cierre deslizante en cada una de las vías, conector próxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, libre de látex y DEHP, estéril y libre de pirógenos. Longitud 20 cm (+- 3 cm)	Unidad		ENVASE ESTERIL	RCA 070-016/11 - modificado por RCA 061-032/12 -modificado por RCA 031-003/18 - modificado por RCA 060-053/24	3.055	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	172	3918-1	CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard.	Par			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 082-003/17	3.057	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	173	3918-2	CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard..	Unidad			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 082-003/17	3.058	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	174	6876	CUCHILLA PARA MICRÓTOMO DESCARTABLE	Acero Inoxidable. 35 ° Y 80 Mm de Longitud. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.059	
Urología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	175	9294	CUCHILLAS PARA URETRÓTOMOS	P Eq. Uretrótomo Storz (Pips)	Unidad				3.061	
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - U DE OBSTETRICIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	176	9678	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	Estéril,carga de cobre por DIU:380	Unidad		Unidad	Res.N° 062-006/06 RCA: N° 036-020/2021, Mod. RGS D-137/23. Modificado RCA 073-009/25	3.063	
Ginecología, Obstetricia y Medicina Perinatal	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	177	11325	Implante Sub Dérmico	Etonogestrel 68 mg	Unidad		Aplicador estéril descartable	RCA: N° 053-031/19	3.064	
Servicio de Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	178	10146	DISPOSITIVO ó CABEZAL DE CENTRIFUGACIÓN PARA C.E.C. (Cirugía Extracorpórea)	Descartable, adaptable a máquina de Circulación Extracorpórea modelo Sarns 8000- Terumo 3M	Unidad			RCA N° 054-035/08	3.065	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	179	3531	DREN DE PENROSE 1	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.066	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	180	3534	DREN DE PENROSE 1/4	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.067	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	181	3533	DREN DE PENROSE 5/8	Desechable Estéril. De Látex	Unidad				3.068	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	182	3632	ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO EPICÁRDICO. C/ 2 AGUJAS	Agujas Recta Y Curva	Unidad				3.069	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	183	3633	ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 4 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 5 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad		Unidad	Res.N° 099-023/10 - RCA: N° 036-020/2021	3.070	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	184	5875	ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL	Para recién nacido, cabecera de metal, base de forma circular, cuadrada o rectangular, soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse,empaque resistente a la humedad.	Unidad			Res.N° 099-023/10	3.071	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	185	3628	ELECTRODO DESCARTABLE PEDIÁTRICO	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 3 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 4 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad			Res.N° 099-023/10	3.072	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	186	7285	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO		Unidad				3.076	
Servicio de Ginecología y Obstetricia.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	187	9485	ENDOCEPTIVO DE LEVONORGESTREL 20 mcg./24 h.	Sistema Intrauterino de levonorgestrel.- Servicio de Ginecología y Obstetricia.	Unidad			RCA N° 104-022/08	3.077	
Cir. Gral.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	188	4680	EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA	Con interruptores de plástico, estéril, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 117-003/10 - RCA: N° 036-020/2021	3.078	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	189	4700	EQ. DESCARTABLE P/ EXANGUÍNEO	No Tiene	Unidad				3.080	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	190	9295	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN DE SOLC.C/ FOTOSENS. C/ MACROGOTERO	C/ Aguja Incluída	Unidad				3.081	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	191	5592	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN ENTERAL	No Tiene	Unidad				3.082	
~~Oncología~~	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	192	6279	EQ. P/ ADMINISTRACIÓN I.V. C/ REGUL. P/ PACLITAXEL	No Tiene	Unidad				3.083	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	193	6014	EQ. P/ NUTRICIÓN ENTERAL TIPO MICROFIX ENTERAL	No Tiene	Unidad				3.084	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	194	10643	EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV. MACROGOTERO	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de partículas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector.Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente	Unidad		Unidad	Res. Nº 070-016/11 - RCA N°031-003/18 - RCA: N° 036-020/2021	3.085	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	195	3926	EQ. PERICRANEAL N° 21	Estèril Descartable	Unidad				3.087	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	196	3927	EQ. PERICRANEAL N° 23	Estèril Descartable	Unidad				3.088	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	197	3928	EQ. PERICRANEAL N° 25	Estèril Descartable	Unidad				3.089	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	198	3925	EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MICROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+ 30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de particulas, espiga con protector, calibrado a 60 gotas/ml, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladura entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la línea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatibles con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+-20 cm), medición longitud de la tubuladura desde abajo de la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res Nº 091-030/10. Res. Nº 070-016/11 RCA: N°001-013/16 - RCA N°031-003/18	3.090	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	199	10645	EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MACROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización de la infusión, con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la linea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser ulizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos. Esteril. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.Nº 070-016/11 RCA: N°001-013/16 - RCA N°031-003/18 - RCA: N° 036-020/2021	3.091	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	200	4694	EQ. VOLUMÉTRICO P/ SANGRE C/ FILTRO Y MACROGOTERO.	Cámara Rígida De 150 Cc Graduada C/ 1Cc	Unidad				3.093	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	201	3932	EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO	C/ Aguja Incluída	Unidad				3.094	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	202	10644	EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV MICROGOTERO	Calibrado a 60 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de particulas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en Estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 180 cm (+- 20cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. Nº 070-016/11 - RCA N°031-003/18	3.095	
Obstetricia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	203	10149	EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)	Componentes: Aspirador cilindrico de 60 ml, con aro de seguridad; Válvulas(sencillas y dobles); Embolo con mango ergonómico y anillos de seguridad; Sistema de cánulas rígidas multiuso: cánulas de, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. Capacidad: contención 60 cc; succión 24 - 26 pulgadas de mercurio, compatibilidad con canulas rígidas mutiuso. Estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11. RCA: N° 050-037/13	3.096	
UTIA, Cirugía General	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	204	2605	EQUIPO P/ MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL	PVC, graduado de 0 (+ - 0) hasta 25 cm (+-10), recto y rígido, estéril, descartable, con o sin filtro. El extremo debe tener encastre perfecto a la llave de tres vías.	Unidad			Mod. N° 086-007/10	3.097	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	205	9296	EQUIPO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS U OTRAS LESIONES SANGRANTES. EQUIPO MULTIBANDAS	Equipo Multibandas Código Mbl	Unidad				3.098	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	206	9482	HISOPO PARA TOMA DE MUESTRA CON MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIRUS.	Hisopo estéril individual con mango flexible DE POLIETILENO ROMPIBLE, con punta de rayón o dacrón(de tamaño pequeño que facilite su introducción en orificios nasales de pacientes pediátricos) LARGO TOTAL MINIMO DE 14 CM,PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL.Con medio de transporte para viruys (2 ml como mínimo), que debe contener solución de Hnk`s o MEM (Medio Esencial Mínimo), estabilizador que puede ser (albúmina bovina, lactoalbúmina o suero bovino fetal), y antimicrobiales que eviten el crecimiento de bacterias y hongos.	Unidad			RCA N° 020-004/10 - RCA Nº 040-003/2020	3.099	
Oftalmología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	207	9297-2	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 10 MM DE DIÁMETRO	DE 10 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.100	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	208	9297-3	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 14 MM DE DIÁMETRO	DE 14 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.101	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	209	9297-4	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 18 MM DE DIÁMETRO	DE 18 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.102	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	210	9297-5	ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 22 MM DE DIÁMETRO	DE 22 MM DE DIÁMETRO. Polimetil metacrilato de metilo (PMMA)	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.103	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	211	4242	ESPÁTULA DE MADERA P/ PATOLOGÍA CERVICAL	Paquete por 100 a 200 Unidades	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.104	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	212	2612	ESPÉCULO ANAL DESCARTABLE	Plástico Rígido Estéril	Unidad				3.105	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	213	5884	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE CHICO	Estéril	Unidad				3.106	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	214	5886	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	Estéril. Envase individual	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.107	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	215	5885	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	Estérill	Unidad				3.108	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	216	9298	ESPONJA ABSORBENTE CON MANGUITO	DE PLÁSTICO DE 8 MM DE LARGO O MENOR , ESTÉRILES. Caja por 10 y/o 20 paq.	Unidad		Unidad	Res. Nº 126-018/09. Mod Res. Nº 050-007/11.- RCA N° 039-019/2021	3.109	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	217	3004	ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA	Esponja Hemostática Quirúrgica de Colágeno Natural de Origen Bovino de 8+/-2 cm x 6+/- 2cm x 1 +- 0,5 cm	Unidad			RCA: N° 033-007/17	3.110	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	218	4697	Filtros Antileucocitarios para la transfusión de Globulos Rojos.	Los filtros deberán ser de alta eficiencia en la remoción de leucocitos (99,99%) (Log 4), Nivel residual mínimo de leucocitos 5 x 10^6 / unidad posterior de filtración.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.113	
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	219	4698	Filtros Antileucocitarios para la transfusión de Plaquetas.	Los filtros deberán ser de alta eficiencia en la remoción de leucocitos (99,99%) (Log 4), Nivel residual mínimo de leucocitos 5 x 10^6 / unidad posterior de filtración.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.114	
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	220	11034	Reactivo para determinación del grupo hemático ABO	Reactivo para determinación del grupo hemático ABO, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.115	
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	221	11035	Reactivo para determinación de Fenotipo Rh y Kell	Reactivo para determinación de Fenotipo Rh y Kell, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.116	
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	222	11036	Pesquisa de Anticuerpos Irregulares	Pesquisa de Anticuerpos Irregulares, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.117	
Medicina Transfusional	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	223	11037	Test de Coombs Directo	Test de Coombs Directo, para ser utilizado en equipo automatizado.	Unidad			RCA: N° 066-031/14	3.118	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	224	10240	FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS.	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	3.119	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	225	10241	FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición. Esteril.	Unidad		Unidad	Res. Nº 020-008/09 - RCA: N° 036-020/2021	3.120	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	226	4225	FILTRO BACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR	Estéril, Descartable,Con Adaptador Corrugado	Unidad			Res.020-005/10	3.121	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	227	9303	FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE	Paquete de 10/20 Unidades	Unidad				3.124	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	228	3866	FRASCO GOTERO PLÁSTICO 30 CC	PVCCon Tapa Rosca Y Contratapa Con Inserto Gotero. Paquetes De 10 / 20 Unidades.	Unidad				3.125	
UNIDAD DE NUTRICION	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	229	3868	Frasco Plástico de 500 CC	Frasco Plástico de color Transparente esteril 500 CC/ PED O HDPE transparente con tapa rosca para transportar y mantener formulas enterales via oral reconstituidas, sin contratapa. Envase estéril individual Paquetes de 10/20 unidades	Unidad		FRASCO	Modificado por RCA 047-013/24	3.126	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	230	3880	FRASCOS ESTÉRILES X 10 CC	De vidrio, con tapa hermética,estéril	Unidad			Res. 049-029/05	3.127	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	231	3867	FRASCOS PLÁSTICOS C/ INSCRIPCIÓN IPS 250 CC	PVC Con Tapa Rosca Y Contratapa . Paquetes De 10/20 Unidades	Unidad				3.128	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	232	5788	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)	Abiertas:15 x 15 cm y dobladas en cuatro deben medir 7,5 x 7,5 cm, algodón 100% absorvente, material no deshilachable,blanca, paquetes de 10/20 unidades.	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.129	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	233	5787	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 10 X 10 CM (+ - 1)	Blanca, de Algodón Absorvente. Material NO DESHILACHABLE, Paquetes de 10 A 20 Unidades, que dobladas en cuatro deben medir 10 x 10 cm (+ - 1)	Unidad				3.130	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	234	3896	GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL.	Cortada en piezas de 40 m de largo mínimo X 90 a 100 cm de ancho, doblada en zig zag, algodón 100%, absorbente, mínimo 16 hebras/cm2 con terminaciones laterales como mínimo de tres hilos. Serán sometidos a estudios de farmacopeas y normativas vigentes	Metro		Paquete	RCA 012-004/09 RCA 049-099/13 RCA 061-021/13 - RCA 036-020/21, modificado por RCA 053-023/24	3.131	
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	235	11709	LOCION DERMICA HUMECTANTE CON VITAMINA A	Loción humectante, está compuesto por glicéridos de Ácidos Grasos Esenciales, principalmente linoleico (en un 60 %), oleico y linolénico, y triglicéridos de cadena media. Contiene vitamina A, vitamina E y Lecitina de soja Frasco de 50 ml Envase conteniendo Valvula spray	UNIDAD		FRASCO	RCA 056-012/26		
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	236	11710	APOSITO - HIDROGEL CON ALGINATO	Es un gel hidratante y absorbente, en un excipiente acuoso transparente y viscoso que contiene: Alginato de sodio, Proplenglicol, Carboximetil celulosa sódica de alta viscosidad, Cloruro de calcio dihidrato, Sorbato de potasio, Acido bórico, Agua purificada. Envase tipo pomo de 50g	UNIDAD		POMO	RCA 056-012/26		
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	237	11711	APOSITO DE MALLA DE ALGODÓN (CON NEOMICINA+POLIMIXINA+TRIAMCINOLONA)	Gasa de algodón que permite el pasaje de fluidos impregnados en vehículos poco adherentes y sustancias antibacterianas. Cada 100 g de producto contienen: Neomicina (como Sulfato)..... 300 000 UI Polimixina B (como Sulfato)..... 300 000 UI Triamcinolona Acetonida..... 0.0375 g Sobre conteniendo 2 apositos de 10cm x 10cm	UNIDAD		SOBRE	RCA 056-012/26		
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	238	11712	PROPOLEOS ESTABILIZADOS - (APOSITO)	Es un apósito impregnado en un vehículo hidrosoluble cuyo principio activo es un antimicrobiano "Propóleos estabilizado". Cada gramo contiene propoleos estabilizado 0,02g. El apósito es de color marrón claro, de consistencia firme e hidrosoluble. La formulación del mismo posibilita una impregnación homogénea de la malla permitiendo su aplicación en forma individual Sobre conteniendo 2 apositos de 10cm x 10cm	UNIDAD		SOBRE	RCA 056-012/26		
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	239	11713	APOSITO DE MALLA DE ALGODÓN (COM NEOMICINA+POLIMIXINA)	Es un apósito impregnado en un vehículo hidrosoluble cuyo principios activos son Neomicina (como Sulfato) y Polimixina B (como Sulfato) en malla es gasa inglesa 100 % algodón. Facilita la exudación y la ventilación adecuada de las heridas. Cada 100 g de producto contienen: Neomicina (como Sulfato)..... 425 000 UI Polimixina B (como Sulfato)..... 300 000 UI Sobre conteniendo 2 apositos de 10cm x 10cm	UNIDAD		SOBRE	RCA 056-012/26		
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	240	9304	GEL BIOLÓGICO	Coadyuvante Líquido	Pomo				3.132	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	241	3917	GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES	Desechables resistente a fluídos, tamaño estándar con goma.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.133	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	242	3543	GUANTE GRANDE NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.135	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	243	3542-2	GUANTE MEDIANO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.137	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	244	3544-1	GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación par. La presentación en par sera excluido del CBI una vez que se agote en stock.	Unidad			RCA: N° 069-010/12	3.138	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	245	3544-2	GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Caja	Unidad		Unidad	RCA: N° 069-010/12 RCA: N° 036-020/2021	3.139	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	246	3548	GUANTE QUIRÚRGICO N°7 1/2 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15	3.141	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	247	3545	GUANTE QUIRÚRGICO N°7 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15	3.142	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	248	3546	GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño". Envoltorio grado medico, sobre esteril. Par.	Unidad		Unidad	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 047-007/15 RCA: N° 036-020/2021	3.143	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	249	10154	HALO CEFÁLICO PEQUEÑO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.144	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	250	3550	HALO CEFÁLICO GRANDE	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.145	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	251	10155	HALO CEFÁLICO MEDIANO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad			RCA N° 041-020/08	3.146	
Servicio de Cardiocirugía	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	252	10147	HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS	Descartable, adaptable a Máquina de Circulación Extracorpórea Modelo Sarns 8000- Terumo 3M	Unidad		unidad	RCA N° 054-035/08 RCA: N° 036-020/2021	3.147	
Servicio de Cardiocirugía	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	253	10148	HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICO	Descartable, adaptable a Máquina de Circulación Extracorpórea Modelo Sarns 8000- Terumo 3M	Unidad			RCA N° 054-035/08	3.148	
Ortopedia y Traumatología	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	254	8640	HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 10 a 14 FR. PEDIÁTRICO	Estéril de PVC con tubuladura, pediátrico, 10 a 14 Fr.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.149	
Ortopedia y Traumatología	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	255	3355	HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 16 a 18 FR. ADULTOS	Estéril de PVC con tubuladura, 16 a 18 Fr.	Unidad			RCA N° 081-031/06	3.150	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	256	3123	HOJA DE BISTURÍ N° 15	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.151	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	257	2478	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 20	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad				3.154	
CVP	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	258	2479	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 21	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.155	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	259	2480	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.156	
CVP	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	260	2481	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.157	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	261	2482	HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 24	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.158	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	262	9309	HOJA PARA RASURADORA MANUAL		Unidad				3.159	
Oncología- (Hospital Central)	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	263	10145	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 150 cc a 270 cc para goteo continuo de 48 hs a 54 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la línea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos. Equipo fotosensible o con bolsas protectoras para goteo de medicaciones citostáticos sensibles a la luz. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 041-020/08 - RCA: N° 047-001/18- RCA: N° 036-020/2021	3.160	
ANESTESIA	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	264	10144	INFUSOR PORTÁTIL	Infusor portátil elastomérica de 65 cc a 125 cc para un goteo continuo de 24 hs a 25 hs. Puerto de entrada al contenedor adaptable a jeringas de punta fina o a rosca. Conexión próxima al paciente con rosca y protector. Con clan o pinza de cierre en la línea de infusión. Con filtro de aire y partículas. Longitud 110 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo del contenedor hasta conexión próxima al paciente. Libre de látex, libre de DEHP, libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA N° 041-020/08 - RCA: N° 047-001/18	3.161	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	265	7171	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 8 FRENCH	Con Aguja de Punción Arterial (Kit). Envase esteril individual grado medico.	Unidad		Kit	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.162	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	266	4869	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 5 FRENCH		Unidad				3.163	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	267	9310	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 6 FRENCH		Unidad				3.164	
UTIA	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	268	9311	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 7 FRENCH		Unidad				3.165	
Cardiocirugía	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	269	6750	INTRODUCTOR CON CAMISA PROTECTORA DE 8 FRENCH	Estéril, descartable.	Unidad				3.166	
Cirugía GENERAL	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	270	9314	INTRODUCTOR DE PRÓTESIS DE MALAFAIA	Parte De Acero Inoxidable De 11 Cm (Dilatador) Y Tubo Semi Flexible Con Terminales De Acero De 73 Cm	Unidad				3.168	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	271	5625	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 5 FRENCH		Unidad				3.171	
Cardiocirugía, UTI	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	272	8733	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 6 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.172	
Cardiocirugía, UTI	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	273	8734	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 7 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.173	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugía, UTI	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	274	8735	INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 8 FRENCH	Estéril, descartable	Unidad			RES N° 038-022/08	3.174	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	275	11466	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 6 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Set			Res.N° 071-021/06	3.176	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	276	4701	INYECTOR P/TRANSFUSIÓN DE SANGRE C/AGUJA	Macrogotero C/ Filtro, Con Cámara Flexible e Inyector Lateral	Unidad				3.177	
Laboratorio	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	277	9306	HISOPOS DE ALGODÓN NO ESTÉRILES	De Algodón No Estériles	Unidad				3.178	
Laboratorio	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	278	9307	HISOPOS DE DACRÓN		Unidad				3.179	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	279	2739	JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI. C/AGUJA DE 27G a 28G x 1/2	Estéril, Descartable, c/Aguja Desmontable. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 RCA: N° 036-020/2021	3.180	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	280	2733-1	JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.182	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	281	2733-2	JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X11/2. Embolo de goma y punta a presión.	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.183	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	282	2724	JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril, Embolo de goma. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020-2021	3.184	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	283	2729	JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA	Estéril C/Aguja 21X1.1/2. Embolo De Goma y Punta Enroscable. Envase individual grado medico.	Unidad		Unidad	Res. N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020-2021	3.185	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	284	2735	JERINGA DESECHABLE 50 a 60 CC, CONOCATÉTER SIN AGUJA	Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.186	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	285	2731-3	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G x 1 1/2	ESTÉRIL. PLASTICO C/AGUJA DESMONTABLE, 21G X 1 1/2 LIBRE DE PIRÓGENOS, CON ROSCA EMBOLO EXTERNO DISTAL DE GOMA QUE NO PERMITA FILTRACIONES, GRADUADO CADA 0,5 ML.	Unidad			Res. N°004-021/09 RCA: N° 019-018/19	3.187	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	286	2731-2	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G x 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta a presión.	Unidad			Res. N°004-021/09	3.188	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	287	7009	JERINGA 50 ml a 60 ml	Descartable, con aguja N° 18 o 18 1/2 o 21 o 21 1/2, pico fino con rosca, graduado por ml. De polipropileno, goma interna libre de Látex. Libre de pirógenos.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	Res. Nº 022-028/07 - RCA: N° 047-001/18	3.189	
UROLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	288	9765	KIT DE CITOSTOMÍA SUPRAPÚBICA PERCUTÁNEA TIPO STAMEY	Con aguja obturadora, catéter de malecot de poliuretano 14 FR, 25 cm. Con conector y llave de una vía	Kit			Res. N° 022-029/07	3.190	
UROLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	289	9766	KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA TIPO MALECOT, 10 FR Y 30 CM.	Con aguja de punción N° 18 con cable guía de acero inoxidable recubierto (TFE) de 0,97 mm. De diámetro, 80 cm de largo con "Stylet" flexible, disco de retención, tubo conector	kit			Res. N° 022-029/07	3.191	
UROLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	290	9767	KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA TIPO PIGTAIL, 10 FR Y 30 CM.	Poliuretano,con aguja de punción N° 22 de 20 cm Cable guía de acero inoxidable recubierto, dilatadores de 9, 10, 12 Fr. Y disco de retención, tubo conector con llave para cierre	kit			Res. N° 022-029/07	3.192	
TRAUMATOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	291	8071	KIT DE PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA DE LA VÍA AÉREA (CPAP)	Con máscara	Kit				3.193	
TRAUMATOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	292	9319	KIT DE VERTEBROPLASTÍA CON AGUJA 11 DBBNY-11-10.0-MI-BC		Kit				3.194	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	293	9320	KIT DE VERTEBROPLASTÍA CON AGUJA 13 DBBNY-13-15.0-MI-BC		Kit				3.195	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	294	4388	LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	Desechable, estéril	Unidad		Unidad	RCA N° 062-007/06 - RCA: N° 036-020/2021	3.197	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	295	4390	LÁPIZ DEMOGRÁFICO	No Tiene	Unidad				3.198	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	296	9322	LÁPIZ MARCADOR DE VIOLETA DE GENCIANA, ESTÉRIL, DESECHABLE	Paq. X 10	Unidad				3.199	
Cir Gral-Cir Ped	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	297	3737	LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	Plástico Rígido Estéril, conección a rosca	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.200	
Cirugia General	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	298	2856	MALLA DE POLIPROPILENO GRANDE 30 x 30 cm (+ - 5)	Con tramas no deshilachables al producirse el corte, estéril	Unidad			RCA N° 038-022/08	3.201	
Cir Gral-Cir Ped	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	299	7095	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 x 15 cm	Estéril. Variación del ancho + 10 cm y del largo + 5 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 063-008/07 - RCA: N° 036-020/2021	3.202	
Serv.Cir.Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	300	7096	MALLA DE POLIPROPILENO 3 CUERPOS (HOJA SUPERIOR, CONECTOR Y HOJA INFERIOR) UNIDO POR UN TALLO PHs	Estéril	Unidad			Res. 049-029/05	3.203	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	301	4824	MARCADOR INDELEBLE P/ VIDRIO PUNTA FINA	No Tiene	Papel				3.204	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	302	10013	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO GRANDE PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	Unidad			Res.N° 064-041/07	3.205	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	303	10012	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO MEDIANO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	Unidad			Res.N° 064-041/07	3.206	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	304	10057	MÁSCARA DE PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA , TAMAÑO PEQUEÑO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES TÓXICOS	Reutilizable. Con todos sus accesorios (cartuchos o filtros intercambiables, retenedores, etc.) desarmable, liviana con buena visibilidad, ajustable al rostro del personal operario mediante soportes de cabeza. Con o sin válvula de inhalación y exalación. Fabricada en material que no produzca alérgias ni irritación al personal operario. Resistente a la acción de agentes antisépticos y de limpieza.	Unidad			Res.N° 064-041/07	3.207	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	305	9326	MÁSCARA FACIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA		Unidad				3.208	
hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	306	11365	MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	Macarilla quirúrgica,con triple filtro,en tela no tejidaTNT(POLIPROPILENO),SIN COSTURAS,UNIONESPOR TERMOSELLADOS U ULTRASONICOS) de alta resistencia a los fluidos, debe permitir buena transpirabilidad, las caras internas y externas deben estar claramente identificadas. Hipoalergenico con filtro de 3 pliegues sujeción elástica a la oreja. Con sujeccion nasal. Tamaño minimo plegado de 17 cm x 9 cm.	Unidad			RCA Nº 040-003/2020	3.209	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	307	10295	MÁSCARA DE PROTECCIÓN N 95	Descartable, espuma interna, con filtro adecuado contra bacilos de la Tuberculosis, con precinta de seguridad elástica para prender, adaptables a la cabeza, cuyo compartimiento debe poseer un tenor de O2 superior a 18% PV y no debe contener concentración de sustancias nocivas, en envoltorios individuales con indicación para el uso, forma convexa, adaptable a amplio rango de tamaños de cara.	Unidad			Res. Nº 040-011/09	3.211	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	308	9327	MONOVACUOMETRO		Unidad				3.212	
Servicio de Neurología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	309	4823	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Pote plástico x 400 a 500 gramos, con tapa hermética	Unidad			RCA N° 031-024/07	3.213	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	310	3921	PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Con: 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelencia a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana. Longitud de las batas: de 120 a 135 cm. - Mangas con puño elastizado reforzado de 5 a15 cm de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano; - 5 compresas de campo de 1,20 x 1,20 mts.(+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS; - 6 compresas de vientre de 0,50 x 0,65 mts. (+ - 0,3 mts); - 1 cobertor de mesa de 1,30 x 1,80 mts. (0,3 mts). Material plástico impermeable; - 1 cobertor fenestrado de 2,00x 3,15 mts.(+ - 0,3mts) de tela tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad			Res. N° 040--015/09. Res. Nº 070-016/11	3.214	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	311	3920	PAQUETE P/CIRUGÍA ESTÉRIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Cada paquete deberá contar como mínimo con: 4 chalecos o batas quirúrgicas , confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelente a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana, longitud de las batas de 120 a 135 cm. Mangas con puño elastizado, reforzado de 5 a 15 cm aprox. de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano 4 compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts)de tela tejida, tipo SSMMS 6 compresas de vientre (0,50 x 0,65mts(+ - 0,3 mts) 1 cobertor de mesa,de 1,30 x 1,80 mts (+ - 0,3 mts), material plástico impermeable; 1 cobertor fenestrado de 2,00 x 3,15 mts (+ - 0,3 mts) de tela no tejida tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Presentación: kit	Unidad			Res. N° 040-015/09. Res. Nº 070-016/11	3.215	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	312	4603	PH / BLOCK GAS SLOPE SOLUTIÓN	No Tiene	Unidad				3.216	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	313	9770	PINZA PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (45°)	Sistema por aspiración de 45 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.217	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	314	9771	PINZA PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (90°)	Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable	Unidad			Res. N° 022-029/07	3.218	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	315	3870	POTES DE PLÁSTICO C/ TAPA BOCA ANCHA	Tapa A Presión. 30 G De Capacidad	Unidad				3.219	
Programa Salud Reproductiva Gineco Obstetricia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	316	3871	POTES DE POLIET. C/ TAPA A PRESIÓN. 30 G	No Tiene	Unidad				3.220	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	317	10015	PREFILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVOS, NEBLINAS, ETC. PARA LA MÁSCARA DE PROTECCIÓN	Adaptables a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos.	Unidad			Res.N° 064-041/07	3.221	
ESPECIALIDADES MÉDICAS - U DE OBSTETRICIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	318	9481	PRESERVATIVO	De Látex de caucho natural, resistente a roturas, Lubricado con Cloruro de Benzalconio o silicona, con Depósito, Adaptable, Flexible, para uso masculino. Envase individual, esteril.	Unidad		Unidad	Res.N° 060-006/06. Mod. Res. Nº 046-006/11 - RCA: N° 036-020/2021, Mod. RGS D-137/23. Modificado RCA 073-009/25	3.222	
Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	319	7346	PRESURIZADOR	Presurizador Uti Manual De 500 Mm Hg Adaptable P/Catéter De Termodil.Swan Gang, Para Quirófano Para Difusor De Sangre	Unidad				3.223	
Laboratorio	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	320	4536	PRINTER PAPER COD. 478638 EQ. CIBA CORNING 644		Unidad				3.224	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	321	4535	PRINTER RIBBON	Casette Eq. Ciba Corning 644 (Electrolitos)	Unidad				3.225	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	322	4534	PRINTER SYSTEM. P/ EQ. DE ELECTROLÍTOS	No Tiene	Unidad				3.226	
Cir. Gral.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	323	9332	PRÓTESIS DE TUNELIZACIÓN ESOFÁGICA (MALAFAIA) DE 15 CM DE LONGITUD. CON HILO DE ALGODÓN		Unidad				3.227	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	324	9333	PRÓTESIS DE TUNELIZACIÓN ESOFÁGICA (MALAFAIA) DE 19 CM DE LONGITUD. CON HILO DE ALGODÓN		Unidad				3.228	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	325	9334	PUERTO DE ACCESO VASCULAR TOTALMENTE IMPLANTABLE		Unidad				3.229	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	326	7077	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	Caracteristicas de los punch de tipo Regular. Borde cortante agudo de acero inoxidable. Mango Acanalado. Tamaño grabado en cada punc Numero 3 (3mm de diametro el borde cortante) Esteril Desechable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.230	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	327	7078	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	Caracteristicas de los punch de tipo Regular. Borde cortante agudo de acero inoxidable. Mango Acanalado. Tamaño grabado en cada punc Numero 4 (4mm de diametro el borde cortante) Esteril Desechable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.231	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	328	9335	REDUCTOR PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA TROCAR DE 10-12 A 5 MM CON VÁLVULA FLOTANTE		Unidad				3.232	
GASTROENTEROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	329	5812	RESERVORIO PARA SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA	P/ Bomba P/ Cardioplejía Machi (Pips)	Unidad				3.233	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	330	9336	SET PARA CISTOSTOMÍA N° 12	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.234	
UROLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	331	9337	SET PARA CISTOSTOMÍA N° 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.235	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	332	9338	SET PARA NEFROSTOMÍA Nº 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad			Res. Nº 007-003/10	3.236	
Cardiocirugía,	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	333	5601	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 0,5 MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.237	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	334	7093	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.238	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	335	7094	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO.	Siliconado Estéril	Unidad				3.239	
CVP	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	336	6028	SHUNT PARA ARTERIA CORONARIA DE 2MM DE DIÁMETRO	Siliconado Estéril	Unidad				3.240	
CVP	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	337	7090	SHUNT PARA CARÓTIDA 3 X 4 MM		Unidad			Res.N° 079-043/06	3.241	
CVP	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	338	7091	SHUNT PARA CARÓTIDA 3,5 X 5 MM		Unidad				3.242	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	339	7059	SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE 10 FRENCH	Incluye Catéter Guía De 10 French Y Catéter Empujador De 10 French. Desechable	Unidad				3.244	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	340	6435	SISTEMA DE INTRODUCTOR DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA 8,5 FR.	Incluye catéter guía de 8,5 French y catéter empujador de 8,5 French desechable p/endoscopía.-	Unidad			R.C.A N° 079-041/06	3.245	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	341	9686	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 14	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad			Res.N° 062-007/06	3.246	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	342	7060	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 18	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad			Res.N° 062-007/06	3.247	
GASTRO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	343	7062	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL POR FRICCIÓN	Sonda De 14 Fr De 155 Cm Con Aletas A Lo Largo Del Catéter Con Marcas Graduadas Cada 10 Cm. Desechable	Unidad				3.248	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	344	2935	SONDA DE KEHR N° 14	Sonda De Kehr N 14, Látex,	Unidad				3.249	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	345	2936	SONDA DE KEHR N° 16	Sonda De Kehr N 16, Látex,	Unidad				3.250	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	346	2938	SONDA DE KEHR N° 20	Sonda De Kehr N 20, Látex,	Unidad				3.251	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	347	2939	SONDA DE KEHR N° 22	Sonda De Kehr N 22, Látex,	Unidad				3.252	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	348	3770	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ BALÓN	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca, Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.253	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	349	6614	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC siliconada, radiópaca,Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.254	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	350	6623	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 10 C/ BALÓN	Flexible, Siliconada, Estéril.	Unidad				3.255	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	351	3773	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 10 SIN BALÓN	Flexible, Siliconada, Estéril.	Unidad				3.256	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	352	3757	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2 S/BALÓN	Flexible Siliconado S/ Balón Radiópaco Estéril	Unidad				3.257	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	353	3758	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconada S/ Balón Radiópaco Estéril.Descartable.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.258	
Anestésia, Otorrinolaringología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	354	3759	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.-	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.260	
Anestésia, Otorrinolaringología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	355	3760	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.262	
Anestésia, Otorrinolaringología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	356	3761	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.264	
Anestésia, Otorrinolaringología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	357	3762	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.266	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Anestésia, Otorrinolaringología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	358	10162	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad			RES N° 038-022/08 RCA: N° 106-019/12	3.267	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	359	6615	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/BALÓN,	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca. Estéril. Descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.270	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	360	6616	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.272	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	361	6617	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.273	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	362	6618	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/BALÓN,	Flexible, PVC estéril, siliconada, radópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.275	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	363	6619	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.277	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	364	6620	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALÓN	Flexible, PVC, siliconada, radiópaca. Estéril.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.279	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	365	6621	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.281	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	366	6622	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.283	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	367	3772	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad				3.284	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	368	2920	SONDA FOLEY Nº 16 C/ BALÓN DE 5 CC	Látex Siliconada Estéril Flexible .Descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 036-020/2021	3.285	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	369	8074	SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC	Siliconada, Estéril, Flexible, Descartable.	Unidad			Res. Nº 004-021/09 RCA: N° 106-019/12	3.286	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	370	6912	SONDA FOLEY Nº 20 SILICONA 2 VIAS TRASPARENTE	100% de silicona, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.287	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	371	7040	SONDA FOLEY N°22 TRES VÍAS	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.288	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	372	7039	SONDA FOLEY N°24 TRES VÍAS-	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.289	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	373	2917	SONDA FOLEY Nº 10 C/BALÓN 5 CC.	Látex , Siliconado, estéril, flexible, descartable..	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.290	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	374	2918	SONDA FOLEY Nº 12 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.291	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	375	2919	SONDA FOLEY Nº 14 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.292	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	376	2924	SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN 30 CC,	Látex siliconado, estéril, flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.293	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	377	2921	SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN DE 5 CC	Látex, Siliconado Estéril Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.294	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	378	2927	SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.295	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	379	2922	SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.296	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	380	7037	SONDA FOLEY Nº 6 SIN BALÓN	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.297	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	381	2916	SONDA FOLEY Nº 8 C/ BALÓN 3 a 5CC,	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09 RCA: N° 106-019/12	3.298	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	382	2926	SONDA FOLEY Nº. 12 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.299	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	383	2925	SONDA FOLEY Nº. 14 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad			RCA N° 004-021/09	3.300	
Uso hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	384	2941-1	SONDA NASOGÁSTRICA N°12 , PVC siliconada.	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.301	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	385	2941-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 PVC 100% siliconada.	Estéril, marerial 100 % siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.302	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	386	7038	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 11	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	Unidad				3.303	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	387	2942-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 ,100 % de silicona.	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.305	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	388	2943-2	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 ,100% de silicona	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad			Res. Nº 005-001/06	3.307	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	389	2944-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:18 -100 % silicona	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA N° 053-030/19 22 de octubre de 2019 -RCA: N° 036-020/2021	3.309	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	390	9339	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:9	Estéril, material PVC grado medico con baño de silicona, radiópaca y flexible, de long. Minima 105 cm. Tipo levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019 - RCA: N° 036-020/2021	3.310	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	391	2948-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:09 -TIPO K 30, 100 % DE silicona	Estéril, radiopaca, flexible, 100% silicona, longitud mínima de 60 a 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.312	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	392	2945-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr: 07 -TIPO K 31, silicona.	Estéril, radiopaca, flexible, 100% silicona, longitud mínima de 60 a 105 cm. Tipo Levine. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 050-037/13 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.314	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	393	2949-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:06 -TIPO K 33, 100 % silicona.	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad			Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019	3.316	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	394	2947-2	SONDA NASOGÁSTRICA Fr:04 -TIPO K 35, 100% silicona	esteril, material 100% silicona, radiopaca, flexible. Long. 40-60 cm. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. Nº 005-001/06 RCA: N° 106-019/12 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019-RCA: N° 036-020/2021	3.318	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	395	7255-2	SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad		Kit	RCA: N° 036-020/2021	3.320	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	396	7256-2	SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad		Kit	RCA: N° 036-020/2021	3.322	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	397	7257-2	SONDA NASOYEYUNAL 16 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad				3.324	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	398	2958	SONDA NELATON Nº 14	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.328	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	399	2959	SONDA NELATON Nº 16	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.329	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	400	2960	SONDA NELATON Nº 18	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.330	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	401	5909	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL (PEDIÁTRICO) TIPO K 107	Estéril, descartable, de poliuretano, con mandril guía y oliva de Tungsteno de 2 cm, doble boca	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.331	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	402	2978	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 108 DE 8 FRENCH, (ADULTOS)	De 130 cm. De poliuretano, con mandril guìa, con punta de tungsteno, de 2 cm, con doble boca.	Unidad		Kit	Res. 049-029/05 - RCA: N° 036-020/2021	3.332	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	403	9340	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 110 DE 12 FRENCH (ADULTO)	De 130 Cm De Poliuretano C/ Mandril Guía, Con Punta De Tungsteno De 2 Cm	Unidad				3.333	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	404	2965	SONDA PEZZER Nº 16	Estéril, PVC flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.334	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	405	2967	SONDA PEZZER Nº 20	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad			Res.Nº 004-021/09	3.336	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	406	2973	SONDA PEZZER Nº 32	Estéril, PVC Flexible, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.Nº 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.339	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	407	2991	SONDA TRANSPILÓRICA 6FR. 100 % SILICONA	Con oliva corta,Mandril guía, radiópaca, flexible, material 100% silicona, estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 027-076/07	3.341	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	408	5650	STENT DE 4 MM DE DIÁMETRO X 10A 13 MM DE LONGITUD MONTADO SOBRE BALÓN DE ALTA PRESIÓN E INTERCAMBIO RÁPIDO	Stent convencional, estéril, descartable. Aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. Nº 070-016/11	3.343	
Cirugía Vascular	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	409	4858	STENT DE 6 A 12 MM DE Ø X 1 A 4CM DE LONGITUD		Unidad				3.344	
Neurorradiología	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	410	9341	STENT DE CARÓTIDA DE 7 A 8MM DE Ø X 20 A 40 MM DE LONGITUD		Unidad				3.345	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	411	9342	STENT MONTADO PARA AORTA ABDOMINAL		Unidad				3.346	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	412	9343	STENT MONTADO PARA AORTA TORÁCICA		Unidad				3.347	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	413	11657	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 20 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 20MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.348	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	414	11658	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 21,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 21,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTENIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.349	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	415	11659	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.350	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	416	11660	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 23 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Envase secundario conteniendo:El sistema de colocación de válvulas cardiacas Transcateter compatible con alambre guía de 0,035 longitud mínima de 260 cm. Sistema de navegación o suministro de la válvula cardiaca Transcateter, juego de introductores. Aleación de cobalto, níquel, cromo o nitinol de pericardio porcino. Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25 RCA 025-021/2025	3.351	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	417	11661	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 24,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 24,5MM. PAQUETE INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALONDE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25	3.352	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	418	11662	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 25 MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 25 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Envase secundario conteniendo:El sistema de colocación de válvulas cardiacas Transcateter compatible con alambre guía de 0,035 longitud mínima de 260 cm. Sistema de navegación o suministro de la válvula cardiaca Transcateter, juego de introductores. Aleación de cobalto, níquel, cromo o nitinol de pericardio porcino Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25 RCA 025-021/2025	3.353	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	419	11663	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 26 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Envase secundario conteniendo:El sistema de colocación de válvulas cardiacas Transcateter compatible con alambre guía de 0,035 longitud mínima de 260 cm. Sistema de navegación o suministro de la válvula cardiaca Transcateter, juego de introductores. Aleación de cobalto, níquel, cromo o nitinol de pericardio porcino. Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25 RCA 025-021/2025	3.354	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	420	11664	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.355	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	421	11665	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27 MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 27 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Envase secundario conteniendo:El sistema de colocación de válvulas cardiacas Transcateter compatible con alambre guía de 0,035 longitud mínima de 260 cm. Sistema de navegación o suministro de la válvula cardiaca Transcateter, juego de introductores. Aleación de cobalto, níquel, cromo o nitinol de pericardio porcino. Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25 RCA 025-021/2025	3.356	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	422	11666	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTENIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.357	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	423	11667	SISTEMA DE VALCULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 29 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Envase secundario conteniendo:El sistema de colocación de válvulas cardiacas Transcateter compatible con alambre guía de 0,035 longitud mínima de 260 cm. Sistema de navegación o suministro de la válvula cardiaca Transcateter, juego de introductores. Aleación de cobalto, níquel, cromo o nitinol de pericardio porcino Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25 RCA 025-021/2025	3.358	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	424	11668	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALONDE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.359	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	425	11669	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 30,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 30,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.360	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	426	11670	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 32 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 32 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DEL STENT NITINOL, SUPRA-ANULAR PARA ACCESO TRANSFEMORAL, CON VALVAS DE PERICARDIO PORCINO. REPOSICIONABLE DURANTE EL IMPLANTE. EL KIT DEBE INCLUIR: INTRODUCTOR :14 F. SISTEMA DE ENTREGA (DELIVERY SISTEM) COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,035". PERFIL DISTAL CON LA VALVULA MONTADA: 18 F.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.361	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	427	11671	SISTEMA DE VALCULA CARDIACA TRANSCATETER DE 34MM AUTOEXPANDIBLE	Sistema de válvula cardiaca Transcateter de 34 mm. Paquete estéril individual conteniendo: la válvula cardiaca Transcateter. Estructura de aleación del stent nitinol, supra-anular para acceso transfemoral, con valvas de pericardio porcino. Reposicionable durante el implante. El kit debe incluir: introductor: 14 a 18 f. Sistema de entrega (delivery sistem) compatible con guía de 0,035". Perfil distal con la válvula montada: 18 f. Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		KIT	RCA 004-034/25	3.362	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	428	11672	ALAMBRE GUIA DE ACCESO EXTRA SUPER RIGIDA PUNTA RECTA	ALAMBRE GUIA EXTRA SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, NUCLEO DE NITINOL, UNA PUNTA DISTAL DE PLATINO, CON REVESTIMIENTO PTFE , ACERO INOXIDABLE Y MANGUITO DE POLIURETANO PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 004-034/25	3.363	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	429	11673	ALAMBRE GUIA DE ACCESO EXTRA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA	ALAMBRE GUIA EXTRA SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, NUCLEO DE NITINOL, UNA PUNTA DISTAL DE PLATINO, CON REVESTIMIENTO PTFE , ACERO INOXIDABLE Y MANGUITO DE POLIURETANO PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 004-034/25	3.364	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	430	11674	ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO PEQUEÑO. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 004-034/25	3.365	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	431	11675	ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO MEDIANO. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 004-034/25	3.366	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	432	11676	ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO GRANDE. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 004-034/25	3.367	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	433	11677	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 8 FRENCH	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 8 FRENCH: Dispositivo de cirre vascular. Cateter de insercion. Localizador de arterioptomia y guia de 70 cm con insertador de guia en J. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.368	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	434	11678	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 6 FRENCH	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 6 FRENCH: Dispositivo de cirre vascular. Cateter de insercion. Localizador de arterioptomia y guia de 70 cm con insertador de guia en J. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.369	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	435	11679	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA-PERCLOSE	Sistema de cierre percutaneo mediante sutura de monofilamento de polipropileno canulada con cortador de sutura. El kit incluye embolo, empuñadura, vaina con recubrimiento hidrofilico y radiopaco, punta atraumatica y sistema de intercambio de guia intercambio rapido. Con valvula hemostatica y empujador. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT	RCA 004-034/25	3.370	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	436	11681	CATETER BALON PARA VALVULA AORTICA Y MITRAL	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DISEÑADO PARA PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTE DE VALVULA AORTICA Y MITRAL, FORMA RELOJ DE ARENA DE 18 A 30 DE DIAMETRO X 4 A 6 DE LONGITUD. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	UNIDAD	RCA 004-034/25	3.372	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	437	9344	SUJETADOR ENDOTRAQUEAL COMERCIAL		Unidad				3.373	
Preparación de Medicamentos Oncológicos Hospital Central	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	438	10016	SUJETADORES DE PREFILTROS, PARA MÁSCARA DE PROTECCIÓN OCULAR	Adaptable a máscara de protección para vapores orgánicos y gases tóxicos.	Unidad			Res.N° 064-041/07	3.374	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	439	9362	TAPAS PLÁSTICAS		Unidad				3.375	
Servicio de Microbiología del H.C.	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	440	10049	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.376	
Servicio de Microbiología del H.C.	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	441	10053	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.377	
Servicio de Microbiología del H.C.	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	442	10051	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA HONGOS	Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.378	
Laboratorio	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	443	9363	TARJETAS DE ANTIBIOGRAMA BACTERIANA P/ EQ. AUTOMATIZADOS		Unidad				3.379	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	444	4587	TARJETAS DE IMPRESIÓN DE RESULTADOS	P/ Eq. Coulter	Unidad				3.380	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Microbiología del H.C.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	445	10050	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Amikacina, Ampicilina, Cefalotina, Cefoxitina, Ceftazidima, Ciprofloxacina, Gentamicina, Imipenem,Meropenem, Trimetoprim/Sulfametoxazol, Piperacilina, Piperacilina/Tazobactam, Ampicilina/sulbactam, cefepime. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.381	
Servicio de Microbiología del H.C.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	446	10056	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA ENTEROCOCCUS SP.	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Ampicilina, Cloranfenicol, Ciprofloxacina, Gentamicina Alta Carga, Tetraciclina, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.382	
Servicio de Microbiología del H.C.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	447	10055	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP.	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Ciprofloxacina, Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina, Oxacilina, Rifampicina, Trimetoprim/Sulfametoxazol, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.383	
Servicio de Microbiología del H.C.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	448	10054	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIBIOTICOS: Penicilina, Cefotaxima, Eritromicina, Vancomicina. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.384	
Servicio de Microbiología del H.C.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	449	10052	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS	Las pruebas de sensibilidad, deben cubrir el rango de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) de lo sgtes. ANTIFÚNGICOS: Anfotericina B, Fluconazol. Provisión de tarjetas para Control de Calidad, según lo recomendado por el Centro de Referencia.	Unidad			RCA N° 066-016/07	3.385	
Laboratorio	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	450	9364	TARJETAS P/ IDENTIFICACIÓN BACTERIANA P/ EQ. AUTOMATIZADOS		Unidad				3.386	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	451	7317	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 10 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.387	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	452	7318	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 12 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.388	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	453	7319	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 14 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 050-038/13	3.389	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	454	7320	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 16 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad			Res. Nº 127-035/10 RCA: N° 050-038/13	3.390	
Cardiocirugía	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	455	3035	TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 8 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad			Res. Nº 127-035/10 RCA: N° 050-038/13	3.391	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	456	9366	TROCAR P/TORACOSENTÉSIS		Unidad				3.392	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	457	7202	TUBO " T "	Con nebulizador y tubuladura de conección para Oxígeno, PVC, Estéril o altamente desinfectada, con ó sin máscara. Presentación: kit.	Unidad			Res.N° 020-005/10	3.393	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	458	9470	TOALLA INTER-HOJAS (CAJA)	Descartable;Producidas con 100% de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos agresivos, extra blanco y suave, alta absorción y rendimiento.-	Caja				3.394	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	459	4634	TUBO DE POLYPROPILENE 12X 75 CM	Para Determinación de RIA	Unidad				3.395	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	460	8075	TUBO DE TCA (TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO)	Cartucho Con Reactivo. Uso Único	Unidad				3.396	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	461	8076	TUBO DOBLE LÚMEN IZQUIERDO / DERECHO		Unidad			Res. N° 062-007/06	3.397	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	462	6786	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 7,5	Estéril	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.398	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	463	9687	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 8	Estéril	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.399	
OTORRINO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	464	5866	TUBO DE MONTGOMERY CHICO	Tubo chico en "Y", diámetro traqueal 6 mm y 8 mm.	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.400	
OTORRINO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	465	6766	TUBO DE MONTGOMERY GRANDE	Tubo grande en T, diámetro traqueal de 12 mm.	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.401	
OTORRINO	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	466	6765	TUBO DE MONTGOMERY MEDIANO	Tubo mediano en T, diámetro traqueal de 10 mm.	Unidad				3.402	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	467	5849	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 DERECHO. ESTÉRIL	Con Accesorios: Sonda De Aspiración, Piezas De Unión Angulada, Adaptadores, Racor En Y Y Llave Extractora	Kits				3.403	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	468	5848	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.404	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	469	5851	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 DERECHO. ESTÉRIL		Kits				3.405	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	470	5850	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.406	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir. Gral.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	471	5852	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 DERECHO. ESTÉRIL		Kits				3.407	
Cir. Gral.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	472	5853	TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits				3.408	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	473	3045	TUBULADURA ADAPTABLE A BOMBA DE INFUSIÓN 3M	Adaptable a bomba de infusión 3M	Unidad				3.409	
ANESTESIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	474	7036	VÁLVULA DE RUBENS UNIDIRECCIONAL INSPIRATORIO-EXPIRATORIO		Unidad				3.410	
ANESTESIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	475	3749	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE RUBENS		Unidad			Res. N° 062-007/06	3.411	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	476	3902	VENDA CAMBRAI 15 CM.X 3 MT. DE LARGO MÍNINO	No almidonadas, 15 cm. Ancho x 3 mt. De largo mínimo. 100% algodón. Presentación : rollos	Unidad			Res. N° 062-007/06	3.413	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	477	3903	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM X 1,50 A 1,80 mts. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO	Alta compresión, presentación: rollos. No adherente.	Unidad			Res. N°004-021/09	3.415	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	478	3907	VENDA ENYESADA 20 cm X 3 MT DE LARGO MÌNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.417	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	479	3904	VENDA SEMIELASTIZADA 10 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión. No adherente.	Unidad		Rollos	Res. N° 004-021/09 RCA: N° 036-020/2021	3.419	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	480	3905	VENDA SEMIELASTIZADA 15 cmX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos . No adherente.	Unidad			Res. N° 004-021/09	3.420	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	481	10740	PICO PARA IRRIGACIÓN DE FRASCOS DE SUEROS	Dispositivo rígido con tapa y aleta, pico de inserción con protector, que permita la irrigación de grandes volúmenes. Estéril y libre de pirógenos	Unidad		Unidad	RCA: N° 106-019/12 - RCA N°031-003/18 - RCA:N° 036-020/2021	3.423	
Urología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	482	10741	Cateter doble "J " N° 6 CON GUIA Y POSICIONADOR	ESTERIL DESCARTABLE DE 24 CM	Unidad			RCA: N° 106-019/12	3.424	
Urología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	483	10774	Esfinter Urinario Artificial	Compuesto por anillos, una bomba y un reservorio de líquido, conectados por caños flexibles resistente. Presentación Kit	Unidad			RCA: N° 010-016/13	3.425	
Neonatologia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	484	11346	CATETER UMBILICAL VENOSO DOBLE LUMEN	*Esteril*poliuretano* doble lumen* calibre 5FR*longitud 35-38 cm*Graduado cada cm* Extremo distal abierto redondeado	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL EN ORIGEN	RCA :N°011-011/2020 11/02/2020	3.426	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	485	11377	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO MEDIANO	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 157+- 3 cm. Ancho de 60+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.428	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	486	11378	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO GRANDE	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 165+- 3 cm. Ancho de 65+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.429	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	487	11379	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO TAMAÑO EXTRA GRANDE	Mameluco con capucha con elastico en el borde para mejor ajuste,deschable.Confeccionada en material microporoso laminado con capa interna en tela no tejida, TNT(polipropileno) tipo SMS de 50(+-6)gr/m2, y una capa externa de recubrimiento en material polietileno de excelente permeabilidad que permita la salida del vapor del sudor y humedad del operador.Que provea una proteccion contra particula de material seco,salpicadura de gotas y spray de productos quimicos liquidos y fluidos corporales.Mangas con puños y tobillo, elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cintura elastizados.Cierre de cremallera frontal de doble sentido y solapa con cierre magnetico sobre la cremallera,sin costura(uniones por termosellado o ultrasonico),repelencia al alcohol de 70%, la mas alta barrera bacteriana Largo desde el hombro hasta el tobillo de 173+- 3 cm. Ancho de 70+-3 cm,Alto de la capucha desde el cuello hasta el extremo de 35+-2 cm."Certificados que respalden la alta barrera bacteriana de proteccion, que no debera ser inferior al 94%	Unidad		Unidad	RCA N°047-017/2020 de fecha 23/06/2020	3.430	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	488	11456	Set estéril para bombas de infusión	Set primario estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de pirógenos, DEHP y Látex, longitud 280 (+ -) 10 cm. Con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.431	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	489	11457	Set estéril para bombas de infusión	Set secundario estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de Pirógenos de DEHP y Látex, longitud 90 (+ o -) 20 cm. Con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.432	
Hospitalario	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	490	11458	Set estéril fotosensible para bombas de infusión	Set primario fotosensible estéril descartable, con cámara de goteo flexible con filtro de líquido y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona con casette, inyector lateral, con entrada a rosca, libre de Pirógenos, DEHP y Látex, foto protector, longitud 280 (+ -) 10 cm. con bomba a comodato	Unidad		Unidad	RCA N°069-001/2020 de fecha 26/08/2020	3.433	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	491	11483	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 3 FR de 100% silicona de 50cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectoreslibres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.434	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	492	11484	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 4 FR de 100% silicona de 65 cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectores libres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.435	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	493	11485	Cateter Percutaneo con Introductor Pelable Doble Lumen	Cateter 5 FR de 100% silicona de 65 cm esteril, radiopaco pinza metalica; introductor pelable,lazo esteril,cinta metrica;2 prolongadores;2conectores libres de aguja	Kit		Envase Esteril de Origen	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.436	
UTIP,UTIA,Cardiocirugia-Neonatologia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	494	11486	Oclusor antibacterial con alcohol etilico al 70%	Oclusor de puerto con alcohol etilico al 70%	Unidad		Unidad	RCA N° 022-026/2020 de fecha 25/03/2020	3.437	
HOSPITALARIO	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	495	11477	PAÑO CON SOLUCIÓN JABONOSA DE CLOREHEXIDINA AL 2% PARA LA HIGIENE CORPORAL DE LOS PACIENTES	Paño para la higiene corporal con solución jabonosa de clorhexedina al 2%, dimensiones 30cm x 20cm (+ -) 5 cm, descartable	Unidad		Caja por 100 uds. como mínimo	RCA Nº 100-023/2020 de fecha 04/12/2020	3.438	
HOSPITALARIO-AMBULATORIO	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	496	11507	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	GAS LICUADO CRIOGÉNICO ALMACENADO EN TANQUES CRIOGÉNICOS, A UNA TEMPERATURA DE -183°C PUREZA 99%	METROS CÚBICOS (m^3)		CILINDRO DE ACERO	RCA Nº 055-027/1021 de fecha 22/06/2021	3.439	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	497	10225	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de Acero Inoxidable. Longitud mínima 60 cm. Los extremos de la unión de las agujas deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.440	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	498	2716	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.441	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	499	9354	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,2 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de las agujas deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.442	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	500	2715	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/O C/2 AGUJAS DE 13 MM, 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación + - 0,2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.443	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	501	2683	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.444	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	502	2714	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.445	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	503	7252	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Monofilamento estéril, no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.446	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	504	2713	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 22 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.447	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	505	5537	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 26 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17- RCA: N° 036-020/2021	3.448	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	506	11013	KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO.	Sutura de Poliéster trenzado, estéril, con almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE) 3 x 3 x 1,5 mm; calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilíndricas de 1/2 circulo de 20 (+-2) mm. Los colores son de uso universal. Presentación Kit. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-004/14 RCA: N° 066-003/17	3.449	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	507	11014	KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO.	Sutura de Poliéster trenzado, estéril, con almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm; calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilíndricas de 1/2 circulo de 22 (+-2) mm. Los colores son de uso universal. Presentación Kit. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 009-004/14 RCA: N° 066-003/17	3.450	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	508	5535	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.451	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	509	7056	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RES. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.452	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	510	2712	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS 2 CM (+ - 0,2 CM)	Con 2 agujas armadas 1/2 círculo. Punta redonda. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 066-003/17	3.453	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	511	7041	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO CON (PTFE), VARIACIÓN: +- 2 MM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado con almohadilla politetrafluoretileno (PTFE) , con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.454	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	512	9348	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N°2/0 C/ 2 AGUJAS	Aguja 2 agujas cilíndricas mínimo 3 cm y 1/2 circulo.Sin almohadilla de politetrafuoroetileno (PTFE), variación +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.455	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	513	7046	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 3/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 0,1 cm.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Sin almohadilla de politetrafuoroetileno (PTFE). Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.456	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	514	2679	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 3,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RES.004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.457	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	515	7043	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER Nª 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO SIN (PTFE). VARIACIÓN: +- 0,2 CM	No absorbible,estéril de poliéster trenzado, sin almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE), con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.458	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	516	7057	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3 CM. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0.2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.459	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	517	5536	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.460	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	518	7049	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 4/0 C/2 AGUJAS 1,5 CM. (+ - 0,2 cm)	Con 2 agujas cilíndricas 1,5 cm. Sin almohadilla de politetrafluoroetileno (PTFE), variación + - 0,2 cm. Longitud mínima 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 066-003/17	3.461	
CVP	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	519	7055	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 3/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.462	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	520	2656	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.	Long. de hebra como mínimo 30 Cm. Con 2 Agujas Armadas, Punta Espatulada De 3/8 o 1/2 Círculo 6,4 mm, + - 0,8 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. Nº 126-018/09 RCA: N° 056-013/14 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.463	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	521	8067	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.464	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	522	2699	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 6/0 C/2 AGUJAS DE 0,87 MM	Long. de hebra como mínimo 45 cm. Con 2 agujas doble armada punta espatulada 1/4 de círculo 0,87 cm, para oftamología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res.N 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.465	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	523	9352	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 8/0 C/2 AGUJAS	Long. de hebra como mínimo 20 Cm. Agujas Dobles Armadas Punta Espatulada De 3/8 Círculo, 0,65 mm . Oftalmología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res.N 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.466	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	524	2700	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 7/0 C/2 AGUJAS	Longitud de hebra como mínimo 45 cm agujas dobles armadas, Punta espatulada de 3/8 Círculo 0,65 mm. Oftalmología. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 069-051/08 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021-RCA N° 100-027/2021	3.467	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	525	2678	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA VIRGEN N° 8/0 CON 2 AGUJAS.-	Uso oftalmológico, con 2 agujas 3/8 circulo, 0.65 mm. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL	Res.Nº 126-018/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 039-019/2021	3.468	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	526	2676	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA	Aguja cilindrica 1/2 circulo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res.Nº 126-018/09 RCA: N° 066-003/17	3.469	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	527	7053	SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO N°1 C/AGUJA DE 4 CM. VARIANTE +-0, 2 CM.	Absorbible, estéril, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019	3.470	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	528	2694	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 2 MM	Absorbible, estéril, longitud de hebra como mínimo 60 cm. Con agujas punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo-aguja fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.471	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	529	2695	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. GASTROINTESTINAL. VARIACIÓN: + - 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17- RCA: N° 036-020/2021- RCA N° 100-27/2021	3.472	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	530	2696	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA.N° 4/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 1 MM	Absorbible, estéril, longitud mínimo de hebra 60 cm con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA N° 081-031/06 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.473	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	531	2692	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA Nº 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra mínima 60 cm. Con agujas punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo-aguja fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.474	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	532	7162	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/ AGUJA 4 CM, CILÍNDRICA, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.475	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Articulos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	533	9357	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/ AGUJA 2,5 CM, 1/2 CILINDRICA, VARIACIÓN: +- 2 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.476	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	534	2702	SUTURA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO N° 2 C/AGUJA TRIANGULAR DE 7,5 CM 3 HEBRAS 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.477	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	535	2672	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN : + - 0,1 MM.	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.478	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	536	2671	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 1 C/AGUJA DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: +- 1 MM	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.479	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	537	2663	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,6 CM. VARIACIÓN: +- 2 MM	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.480	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	538	2664	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.481	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	539	2667	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/AGUJA 2 CM . VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, estéril, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud mínima de hebra 45 cm como mínimo. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. Nº 099-023/10 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.482	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	540	2649	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA.	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.483	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	541	2690	SUTURA QUIRÚRGICA POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm, trenzado. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.484	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	542	7085	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 33 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.485	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	543	2854	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 25 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.486	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	544	7086	SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 29 MM. DE DIÁMETRO . + - 1 mm.	Lúmen anastomótico 20,4 mm. Con visor de rango de cierre entre 1,0 y 2,5 mm. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejido, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable. Envase individual.	Unidad		Unidad	Res. N° 068-005/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.487	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	545	7089	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA CON GRAPA CURVA DE 45 MM Y DISPOSITIVO	Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables, para tejidos normales y gruesos. Las grapas de titanio. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			Res. 049-029/05 RCA: N° 066-003/17	3.488	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	546	3007	CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 75 MM. VARIACIÓN +- 5 MM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO.	Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables para tejidos normales y gruesos. Con bisturí en las cargas, 3 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,0 - 3,5-4,0. Las grapas de titanio	Unidad		Kit	RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17- RCA N° 072-035/2022	3.489	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	547	7087	SUTURA MECÁNICA ENDO LINEAL DE 60 MM. DE LONGITUD CON VISOR DE RANGO DE CIERRE Y DISPOSITIVO.	Por cada 20 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos con tres hileras de grapas de titanio, cortantes, para tejidos normales y gruesos, estériles y descartables. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.490	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	548	9260	SUTURA MECÁNICA ENDO LINEAL DE 60 MM DE LONGITUD CON VISOR DE RANGO DE CIERRE Y DISPOSITIVO.	Por cada 20 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos con tres hileras de grapas de titanio, cortantes, para tejidos vasculares, estéril y descartable. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.491	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	549	2693	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACIDO POLIGLICOLICO N° 1 C/AGUJA DE 5 CM. VARIACIÓN: + - 0,5 CM.	Absorbible, estéril, longitud de la hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 5 cm. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17 RCA N° 053-030/19 de 22 de octubre de 2019- RCA N° 100-027/2021	3.492	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	550	2657	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 0 C/AGUJA DE 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Cuticular .Variación + - 1 mm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Longitud mínima de la hebra 60 cm. No absorbible. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 050-038/13 RCA: N° 066-003/17	3.493	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	551	7161	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja,Trenzado, múltiples hebras X 60 cm. como mínimo de longitud. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.494	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	552	2651	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja, de mínimo 10 hebras X 75 cm., trenzado, resistente, estéril. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.495	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	553	2665	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°5/0 C/AGUJA. DE 2 CM.VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible. Aguja cortante triangular, 3/8 círculo, 2 cm, cuticular/plástica. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.496	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	554	2674	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 cm.	Longitud mínima. De hebra 60 cm. Con aguja punta ahusada. Gastrointestinal. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.497	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	555	9345	SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO DE ABSORCION RAPIDA 5/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Absorción rápida. Calibre USP 5/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Presentación estéril, en doble empaque. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.498	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	556	9346	SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO DE ABSORCION RAPIDA 6/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Absorción rápida. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 40 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Presentación estéril, en doble empaque. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.499	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	557	2548	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIDIOXANONA 5/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Sintética, estéril. Calibre USP 5/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.500	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	558	2669	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIDIOXANONA 6/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Sintética, estéril. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.501	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	559	2670	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIESTER CON ALGODÓN N° 2/0 S/AGUJA	Sin aguja. Incoloro, Trenzado, como mínimo 10 Hebras X 75 cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.502	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	560	9359	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 3/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 2,5 cm. +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.503	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	561	9358	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 2/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.504	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	562	6017	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 0 C/ AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.505	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	563	7168	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Con Aguja fuerte y resistente, curva punta cilíndrica de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.506	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	564	2647	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Aguja curva triangular cortante de 2,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Aguja de acero inoxidable fuerte y resistente, estéril. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.507	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	565	3360	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/AGUJA 4,8 CM.	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8 cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.508	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	566	3356	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°2 C/AGUJA, INFANTIL.	No absorbible, estéril, monofilamento. Aguja cortante triangular para sutura esternal, infantil, 3/8 círculo, hebra no menor a 25 cm. Aguja de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.509	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	567	9361	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/AGUJA. VARIACIÓN +- 0,2 CM	Curva de 2,6 cm de 1/2 círculo. No absorbible. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.510	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	568	5721	SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N° 1 C/AGUJA CORTANTE TRIANGULAR P/SUTURA ESTERNAL	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal de acero inoxidable.Longitud de hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.511	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	569	2646	SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 C/AGUJA DE 3,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,1 CM	Aguja curva triangular cortante de 3,5 cm, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.512	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	570	2691	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 2/0 S/AGUJA	Sin Aguja, Trenzado, como mínimo 15 Hebras X 75Cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA: N° 066-003/17	3.513	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	571	2697	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 5/0 C/AG DE 1,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 .	Aguja curva atraumática, punta ahusada urológica,1,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.514	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	572	2666	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N 6/0 C/AGUJA 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 de círculo, 2 cm., cuticular plástica, variación + - 0,1 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	Unidad			RCA N° 062-007/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA: N° 066-003/17	3.515	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	573	3361	HILOS DE KIRSCHNER 1.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.516	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	574	7908	HILOS DE KIRSCHNER 1.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.517	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	575	7909	HILOS DE KIRSCHNER 2.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.	EN ACERO QUIRÚRGICO.	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 066-003/17	3.518	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	576	2546	SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL, Nº 0 CON AGUJA CURVA DE 4 CM.	Aguja 1/2 Círculo, 4 cms. Punta Redonda Con Acostillado Longitudinal Y Hebra De 60 Cm De Largo mínimo. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.519	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	577	10223	SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL Nº 4/0 CON AGUJA CURVA DE 1,5 A 2 CM.	Aguja 1/2 círculo 1,5 a 2 cm, cilíndrica, atraumática. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.520	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	578	7050	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 circulo con aguja de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm) . Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-027/2021	3.521	
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	579	7051	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N°3-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo con aguja de (26 a 27 mm) y hebra de (60 a 75 cm) . Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA: N° 066-003/17-RCA N° 100-27/2021	3.522	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cirugia General, Traumatología, Ginecología,Cardiocirugía, Obstetricia, Urología, ORL, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Quemdos, Vascular Periférico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	580	7052	HILO PARA SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO	N°1 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo con aguja de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm). Unión aguja hilo fuertemente adherido. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021- RCA N° 100-27/2021	3.523	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	581	2687	HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática, de acero inoxidable. 3/8 circulo con 25 mm y hebra de (40 a 45 cm) de largo. Unión de la aguja hilo fuerte. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Envase individual.	Unidad		Unidad	Res.004-021/09 RCA: N° 066-003/17 - RCA: N° 036-020/2021	3.524	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100	582	2682	HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 circulo con aguja de (25 a 26 mm) y hebra (55 a 70 cm) . Los extremos de unión de las agujas e hilos deben ser fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad			Res. 004-021/09 RCA: N° 066-003/17	3.525	
Unidad de Nutricion	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	583	11383	BOTELLA PLASTICA SEMIRRIGIDA PARA NUTRICION ENTERAL	Botella de PVC o derivados del vinilo de grado medico,semirrigida,descartable capacidad de 500 ml,graduado cada 50 ml,color natural transparente para conservacion y administricion de nutricion enteral.De boca ancha con tapon de rosca, listos para conectar a la linea de administracion a traves de adaptadores de rosca, otros a traves de una terminal a rosca o de aguja perforadora. Con soporte para colgar en la base	Unidad			RCA N°058-008/20 Modifcado por RCA 041-015/26	2.436	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	584	10514	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.526	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	585	10515	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 300 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.527	
Servicio de Cirugía Reconstructiva-MASTOLOGIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	586	10516	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.528	
Servicio de Cirugía Reconstructiva-MASTOLOGIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	587	10517	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 500 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.529	
Servicio de Cirugía Reconstructiva-	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	588	10518	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Redondo Volumen 600 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula redonda sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.530	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	589	10519	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 100 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.531	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	590	10520	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.532	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	591	10521	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 250 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.533	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	592	10522	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 320 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.534	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	593	10523	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.535	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	594	10524	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Rectangular Volumen 500 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.536	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	595	10525	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 50 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.537	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	596	10526	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 100 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.538	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	597	10527	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 150 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.539	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	598	10528	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 200 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.540	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	599	10529	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 300 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.541	
Servicio de Cirugía Reconstructiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	600	10530	EXPANSOR TISULAR DE TEJIDO	Semi-Lunar. Volumen 400 ml. Material de silicona para expansión tisular con válvula remota sub-cutánea.	Unidad			Res. Nº 090-001/10	3.542	
Servicio de Cirugía Reconstructiva, Quemados y Maxilofacial	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	601	11348-1	Apósito de Reconstrucción Tisular a Base de Ácido Hialuronico.	Apósito de dos capas una de tejido 100% Ácido Hialurónico, (éster del ácido hialurónico) y la otra capa elastómero de grado médico.	Unidad		Caja conteniendo bolsa de Apósito de 10X10 cm	RCA: N° 011-014/2020	3.543	
Servicio de Cirugía Reconstructiva, Quemados y Maxilofacial	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS SERVICIO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	602	11348-2	Apósito de Reconstrucción Tisular a Base de Ácido Hialuronico.	Apósito de dos capas una de tejido 100% Ácido Hialurónico, (éster del ácido hialurónico) y la otra capa elastómero de grado médico.	Unidad		Caja conteniendo bolsa de Apósito de10X20 cm	RCA: N° 011-014/2020	3.544	
Servicio Gastroenterología.	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	603	2455	AGUJA DE PUNCIÓN DE BIOPSIA HEPÁTICA TRANSPARIETAL	Aguja de punción para extracción de tejido hepático de forma cilíndrica. Tipo Menghini, para toma de muestra por aspiración. Medidas: 16 a 18G 20 cm de largo, desechable.-	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.545	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	604	10060	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios FUJINON	KIT			Res.N° 069-052/08	3.546	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	605	10061	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios OLYMPUS	KIT			Res.N° 069-052/08	3.547	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	606	10062	Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 220 a 240 cm de largo	Para canales de trabajo de 2,0 mm, catéter de la aguja De 220 a 240 cm de largo. Descartable.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.548	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	607	10063	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm de largo	Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango.	Unidad			Res.N° 116-003/10	3.549	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	608	2404	Aguja para esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes de 23 G la aguja y 7 French el catéter.-	Longitud 220 cm ó mayor.-	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.550	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	609	10064	Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.021", de 480 cm de largo, con punta recta y cubierta hidrofilica de por lo menos 5 cm en la punta.	Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.551	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	610	10065	Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 450 a 480 cm de largo, con punta recta.	Punta flexible y con 20 a 30 cm de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscopicas. Descartable.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.552	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	611	6715	ALAMBRE GUÍA BILIAR P/ENDOSCOPÍA DIGESTIVA TOTALMENTE HIDROFÍLICA DE 0.035" ; 260 cm DE LARGO,CON PUNTA RECTA	Radiópaco.Descartable.	Unidad			RCA N° 052-026/07	3.553	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	612	6716	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA	Nº 0,035 / 480 Cm De Largo. Punta Recta Y Radiópaca. Hidrofílica. Desechable	Unidad				3.554	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	613	6717	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA	Nº 0,035 / 480 Cm De Largo. Punta Angulada Y Radiópaca. Hidrofílica. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.555	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	614	10066	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable c/asa de forma ovalada p/canales de 2,0 mm. De 160 o mas cm de largo	Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.556	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	615	10067	ASA PARA EXTRACCION DE POLIPOS O CUERPOS EXTRAÑOS, VIA ENDOSCOPICA DESCARTABLE C/ASA CON RED P/ CANALES DE TRABAJO DE 2,5 MM O MÁS DE 230 CM O MÁS DE LARGO.	Descartable	Unidad			Res.N° 116-003/10	3.557	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	616	6718	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada	Tamaño de asa: mini, standard y jumbo de Multifilamento 7 Fr. 230 cm ó más.-	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.558	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	617	6721	BALÓN (DE 12 MM) DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm. Desechable	Unidad				3.559	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	618	6433	BALÓN (DE 8,5 MM) DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm . Desechable	Unidad				3.560	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	619	6723	BALÓN DE (DE 15 MM) EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES CON TRES VÍAS (LÚMEN)	7Fr Punta Distal. Catéter 5 Fr/ 200 Cm. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.561	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	620	6720	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.562	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	621	6722	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.563	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	622	4952	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 6 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.564	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	623	6724	Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple lumen	Mismo balón permite inflar 12 -15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.-	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.565	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	624	6725	Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr Punta Distal. Triple lumen	Calibre 6 a 7 Fr. 200 cm para usar con guía de 0.035".Mismo balón permite inflar 8,5 - 10 - 12 y 15 mm. De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.-	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.566	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	625	6726	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA DE 24 FRENCH	Balón De Recambio Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, Disco De Retención De Silicona. Desechable	Unidad				3.567	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	626	6727	BALÓN DILATADOR DEL ESÓFAGO PARA ACALASIA POR VÍA ENDOSCÓPICA.	De 30 a 35 Mm De Diámetro Y 8 Cm De Largo. Desechable	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.568	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	627	10068	Boquilla para Adulto de uso endoscópico	Descartable. Debe incluir goma de fijación	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.569	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	628	10069	Boquilla Pediátrica de uso endoscópico	Descartable. Debe incluir goma de fijación	Unidad			RCA N° 062-007/06 R.C.A. N° 042-019/16	3.570	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	629	6767	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR - 2,4 CM - 100% silicona c/obturador y tubo p/alimentar	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.571	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	630	6429	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR. 1,7 CM - 100% silicona c/obturador y tubo para alimentar.	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.572	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	631	6769	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR.4,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.573	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	632	6768	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FRENCH 3,4 CM - 100% silicona c/obturador y tubo p/alimentar	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.574	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	633	6770	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.1,7 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.575	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	634	6771	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.3,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.576	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	635	6772	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR.2,4 CM 100% SILICONA C/OBTURADOR Y TUBO P/ALIMENTAR	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06 R.C.A. N° 042-019/16	3.577	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	636	6773	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 12	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.578	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	637	6774	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 14	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.579	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	638	6775	BOTÓN DE GASTROSTOMÍA N° 16	100 % Silicona debe incluir tubo p/alimentar, con obturador. Descartable (Kit)	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.580	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	639	10070	Canastilla rotable para uso con litotriptor mecánico de uso endoscópico.	195 cm. de longitud, abertura de 30 mm para canales de trabajo de 3.7 mm para guía de 0.035".Descartable.-	KIT				3.581	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	640	6776	CANASTILLAS (DE 1,5 X 3,5 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/ EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.582	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	641	6777	CANASTILLA (DE 2 X 4 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.583	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	642	6778	CANASTILLAS (DE 2,5 X 5 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			R.C.A. N° 042-019/16	3.584	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	643	6779	CANASTILLAS (DE 3 X 6 CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA.	Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.585	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	644	10071	Canastillas para extracción de cálculos biliares o cuerpo extraño, vía endoscópica	Descartable, para canales de trabajo de 2,0 m. y de 160 cm o mas de largo.	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.586	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	645	10072	Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo	Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.587	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	646	10073	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	Unidad				3.588	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	647	6427	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR DE 7 FRENCH (VÍA ENDOSCÓPICA)	Con Banda Radiópaca; 200 Cm De Largo; Punta Distal Cónica De 4 French. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.589	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	648	7214	Catéter de dilatación biliar de 8,5 Fr. (Vía Endoscópica)	Con Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 5 Fr. Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.590	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	649	10074	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.591	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	650	6728	Catéter para E.R.C.P. de utilización endoscópica	Con marcas radiopacas cada 3 mm. En punta distal. Para guías de 0,035 Pulgadas.	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.592	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	651	3065	Cepillo de limpieza descartable para limpieza del endoscopio.-	Catéter para canales de trabajo de 2.0 mm de 240 cm de largo o mas.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.593	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	652	7012	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 10 Fr. De 200 cm o más de largo.-	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.594	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	653	10075	Clip endoscópico de 15 a 16 mm (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip), rotable Catéter de 230 cm de largo o mas, para canales de trabajo de 2.8 mm	Descartable, con su sistema de liberación	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.595	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	654	10076	Cortador de lazo para uso endoscópico.	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Reutilizable.	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.596	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	655	10077	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 10 mm/30 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.597	
Servicio Endoscpía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	656	10078	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 11 mm/33 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.598	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	657	10079	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 12 mm/36 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.599	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	658	10080	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 12.8 mm/38 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.600	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	659	10081	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 7 mm/21 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.601	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	660	10082	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 8 mm/24 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.602	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	661	10083	Dilatador esofágico tipo SAVARY de 9 mm/27 Fr, 70 cm de largo	Reutilizable	Unidad			Res. 049-029/05	3.603	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	662	7216	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 8-9-10 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.604	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	663	7220	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 10-11-12 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.605	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	664	7221	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13.5 -15 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.606	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	665	7222	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 15-16.5 -18 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.607	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	666	7219	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.	MISMO BALON PERMITE INFLAR 18-19 -20 MM Y BALON DE 5 A 6 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.608	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	667	7217	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO,BALÓN PILÓRICO DE 16 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.609	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	668	7218	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO,BALÓN PILÓRICO DE 20 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			Res. 049-029/05	3.610	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	669	7215	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DEL TUBO DIGESTIVO, BALÓN PILÓRICO DE 8 MM x 5,5 CM	Descartable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.611	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	670	10084	Dispositivo insuflador para balones de dilatación esofágica, colonica y pilórica.	Para inflar, desinflar y monitorizar la presión del balón, no estéril, descartable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.612	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	671	10085	Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 6 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de aleación de niquel y titanio con sistema de liberación, no recubierto	Unidad			RCA N° 069-059/07 RCA N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.613	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	672	10086	Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 8 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de aleación de niquel y titanio con sistema de liberación, no recubierto	Unidad			RCA N° 069-059/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.614	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	673	10087	Dren autoexpansible con cuerpo de 22 a 23 mm de diam, extremos de 27 a 28 mm de diam y largo del stent 6 a 9 cm de largo. Sistema de liberación de 10 fr. De diámetro	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Colocación por medio del canal de trabajo del endoscopio. Estéril	Unidad			RCA N° 069-059/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 042-019/16	3.615	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	674	10088	Dren autoexpansible con cuerpo de 22 a 23 mm de diam, extremos de 27 a 28 mm de diam y largo del stent 9 a 12 cm de largo. Sistema de liberación de 10 fr. De diámetro	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Colocación por medio del canal de trabajo del endoscopio. Estéril	Unidad			RCA N° 052-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 042-019/16	3.616	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	675	10632	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 30 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 25 mm o mayor y 8 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.617	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	676	10633	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 30 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 25 mm o mayor y 6 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.618	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	677	10634	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 27 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 22 mm o mayor y 6 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.619	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	678	10635	Dren colonico autoexpansible no recubierto de 27 mm de diametro o mayor en los extremos, cuerpo 22 mm o mayor y 9 cm de largo. Para uso por vía endoscópica.	Incluye set introductor de 10 Fr. o menor. Estéril.	Unidad			Res. Nº 138-012/10	3.620	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	679	7013	DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES	Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm	Unidad			RCA N° 052-026/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.621	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	680	7014	DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES	Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.622	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	681	10089	Dren doble cola de chancho para drenaje pseudoquiste pancreático de 10 Fr. y 3 a 7 cm. de largo	Set con dren radiópaco, incluye catéter empujador y catéter guía	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.623	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	682	10090	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura.	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.624	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	683	10092	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 a 12 cm de largo. Con válvula antireflujo.	Descartable	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.625	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	684	10093	Dren esofágico autoexpansible totalmente cubierto de 23 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 a 12 cm de largo.	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Estéril	Unidad			Res.N° 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.626	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	685	10091	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. Estéril	Unidad			RCA N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.627	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	686	10094	Dren pancreático con cola de chancho en un extremo distal de 3 Fr y 4 cm. Uso endoscopico.	Sin aletas y sin orificios laterales. Descartable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.628	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	687	10095	Dren pancreático de 7 Fr. y 8 cm. Uso endoscòpico.	Con aletas y orificios, descartable	Unidad				3.629	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	688	6426	EQUIPO DE DRENAJE NASO BILIAR POR VÍA ENDOSCÓPICA	Sonda De Silicona De 250 Cm De Largo; Con Tubo De Transferencia Nasal; Guía De 0,035 Pulgadas; Y Tubo De Conexión Y Drenaje. Desechable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.630	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	689	10096	Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm.	Catéter doble lúmen 5 Fr. y 200 cm. descartable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.631	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	690	10097	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 mm. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.632	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	691	10098	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Precurvado, 2 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm.recubierto en el extremo proximal, punta de 7 mm. Desechable	Unidad			Res.N° 069-052/08	3.633	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	692	6921	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica vaina de 5 a 6 Fr.	Precurvado; Doble lúmen; para guía de 0,021 pulgadas. Con punta radiópaca. Desechable	Unidad				3.634	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	693	6922	ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 6 FRENCH	Precurvado; Doble Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable	Unidad				3.635	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	694	6730	ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 7 FRENCH	Precurvado; Triple Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas.Con Punta Radiópaca. Desechable	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.636	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	695	7224	EXTRACTOR DE DREN BILIAR P/ VÍA ENDOSCÓPICA DE 180 a 190 CM DE LONGITUD DE 10 FR.	Para retirar Drenes, de 10 Fr.descartable. De 180 a 190 cm. de longitud	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.637	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	696	7223	EXTRACTOR DE DREN BILIAR P/ VÍA ENDOSCÓPICA DE 180 a 190 CM DE LONGITUD DE 8,5 FR.	Para retirar Drenes, de 8,5 Fr.descartable. De 180 a 190 cm. de longitud	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.638	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	697	10099	GRAPAS	Grapas para uso con pinza aplicadora de uso endoscópico. Presentación: Caja	Unidad			RCA N° 069-059/07 RCA N° 052-037/14	3.639	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	698	10100	Guía para uso con dilatadores Savary de 200 cm. de largo.	Reutilizable	Unidad			Res. 049-029/05	3.640	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	699	6431	LITOTRIPTOR DE CÁLCULOS BILIARES CON CABLE PARA LITOTRIPCIA	Mango De Aluminio Con Cable De 80 a 170 Cm; 10 a 14 French	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.642	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	700	10101	Litotriptor mecánico para cálculos biliares por vía endoscópica.	Mango esterilizable en autoclave. Reutilizable para uso con Litho crush V	Unidad				3.643	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	701	7097	MANGO PARA CESTA DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS	Incertable En Cesta De Extracción De Cálculo	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.644	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	702	10102	Piezas de repuestos para endolazo, para uso con el set de ligadura de lazo desmontable	Lazo de 30 mm., en caja por 10 unid.	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.645	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	703	10103	Pinza aplicadora de grapas para el tubo digestivo, de uso endoscópico	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Con grapas de dos brazos.	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.646	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	704	10104	Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y entre 230 a 250 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.647	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	705	10105	Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 160 A 180 cm. de largo. Reutilizable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.648	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	706	10106	Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.649	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	707	10107	Pinza p/ atrapar pólipos y/o cuerpos extraños del tubo digestivo, via endoscópica tipo tridente	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Descartable.	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.650	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	708	10108	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.651	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	709	10109	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07 C.A. N° 042-019/16 R.C.A. N° 042-019/16	3.652	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	710	10110	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad			RCA N° 069-059/07 R.C.A. N° 042-019/16	3.653	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	711	10111	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y de 160 a 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.654	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	712	10112	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	Unidad			Res. 049-029/05	3.655	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	713	6731	PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS.	Vía Endoscópica,DESCARTABLE, SIN Estilete de 2,3 a 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5)	Unidad			Res. 049-029/05 R.C.A. N° 042-019/16	3.656	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	714	6732	PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS.	Vía Endoscópica,Reutilizable, sin Estilete de 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5)	Unidad				3.657	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	715	7225	PINZA PARA ATRAPAR PÓLIPOS Y/O CUERPOS EXTRAÑOS DEL TUBO DIGESTIVO CON LOS ENDOSCOPIOS	Tipo Tridente; 5,5 French 240 Cm De Largo. Desechable	Unidad			RCA N° 052-026/07	3.658	
Servicio Endoscopía Digestiva	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	716	6729	Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios	Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales con largo de 240 a 250 cm, e incluye un cepillo corto para limpieza de valvulas con cerdas en ambos extremos.	Kit			Res.N° 069-052/08 R.C.A. N° 042-019/16	3.659	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	717	7063	Set de ligadura vía endoscopica	Debe incluir barril de seis bandas para endoscopios de 9,5 a 13 mm y una asa de catéter de 5 fr. Descartable.	Kit			Res. Nº 116-003/10 R.C.A. N° 042-019/16	3.661	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	718	7064	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13mm, con 6 bandas c/ barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.	Kit			Res. Nº 116-003/10	3.662	
Servicio Endoscopía Digestiva - Oftalmología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	719	10114	Shampoo para limpieza de lentes ópticos. Para uso en Endoscopía y Oftalmología.	Frasco de 10 ml. Presentación: frasco.	Unidad			RCA N° 069-059/07. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.663	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	720	10115	Silicona de uso en endoscopia, para lubricar las válvulas y pinzas endoscópicas y Oftalmología..	Frasco de 10 ml. Presentación: frasco.	Unidad			RCA N° 069-059/07. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.664	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	721	6428	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA VÍA PERCUTÁNEA	Tipo (Peg); 100% Siliconada; 24 French. Desechable	Unidad			Res. Nº 067-003/04	3.665	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	722	10116	Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 3 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter empujador de 3 Fr. y 170 cm. de largo	KIT			RCA N° 069-059/07	3.666	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	723	10117	Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 7 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter empujador de 7 Fr. y 170 cm. de largo	KIT			RCA N° 069-059/07	3.667	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	724	10118	Sistema gastrostomia, colocación endoscópica vía percutánea.	De 20 Fr. tipo Pull 100%, siliconada, en bandeja, con sus respectivos accesorios de colocación.	KIT			Res.N° 116-003/10	3.668	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	725	7061	SONDA BALÓN DE TAPONAMIENTO ESOFÁGICO TIPO STENGTAKEN BLACKEMORE N° 16	Sonda balón de triple vía para taponamiento de várices esofágicas y del techo gástrico, con 2 balones, Uno gástrico y Otro esofágico. De material de Silicona. Desechable, Estéril; Kit.-	Unidad				3.670	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	726	6733	SONDA YEYUNAL PARA COLOCACIÓN VÍA GASTROSTOMÍA, PARA NUTRICIÓN ENTERAL		Unidad			Res. Nº 008-007/09	3.671	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	727	10255	SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO 2% DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA ESTERILIZACIÓN EN FRIO. Indicado para uso con dispositivos médicos, materiales o equipo de endoscopía.	Solución lista para su uso, sin activador, pH 6 o mayor. Actividad microbiológica: activo ante bacterias: incluidas H. Pylori (10 min o menos). Mycobacterias(10 min o menos), levaduras(10 min o menos), virus: incluído HIV, HBC,HCV (10 min o menos), esporas bacterianas incluído C.Dificil(una hora o menos). Solución estable, activa como mínimo durante 28 días. Estable en contacto con sustancia orgánica. Debe incluir por cada bidón dos tirillas para control del índice de actividad desinfectante, debe cumplir con normativas internacionales (Aprobado por la FDA y/o la Comunidad Europea) de control de calidad, actividad antimicrobiana. Bidón de 5 litros.	Cc.			Res. Nº 116-003/10	3.672	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	728	2166	DETERGENTE LÍQUIDO TRIENZIMÁTICO INDICADO PARA USO CON DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES O EQUIPOS DE ENDOSCOPÍA.	Diluido al 0,5 % (25 ml para cada 5 litros de agua). Composición cualitativa; detergentes no iónicos, estabilizantes de enzimas, enzimas(proteasa, lipasa y amilasa), agentes conservadores. pH neutro. Utilizable en agua fría o caliente, debe cumplir con normativas internacionales o nacionales de control de calidad, actividad antimicrobiana. Bidón X 1 litro con dosificador incorporado.	Unidad			Res.N° 008-007/09	3.673	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	729	10120	Válvulas para canales de trabajo de fibrondoscopios Fujinon	Presentación en paquetes.-	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.674	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	730	10121	Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios Fujinon	En paquetes x 10 unidades	Unidad			RCA N° 069-059/07	3.675	
Servicio Endoscopía Digestiva	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.1 INSUMOS SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 5.1.1 SIH GRUPO 13101	731	10122	Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios Olympus	En paquetes x 10 unidades	Unidad				3.676	
NEFROLOGIA -MASTOLOGIA -UROLOGIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	732	5634	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11 RGS N° D 068/2022. modificado por RGS D 083/25	3.677	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	733	2354	AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G	Par de agujas (arterial y venosa) tribiceladas, con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Presentación: par.	Unidad			Modificacion: RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11	3.678	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	734	9475	AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G	Par de Agujas (arterial y venosa) tribiceladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back). Tubo guía de silicona de 15 a 30 cm. Presentación: par	Unidad	CE / FDA (Comunidad Europea / Fud and Drug Administration)	Kit	RCA N° 030-002/06.Res Nº 070-016/11 Modificacion RCA 003-050/25	3.679	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	735	7163	CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO	De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.680	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	736	7166	CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO	De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.681	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	737	7686	CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO	Conector de Titanio y / o adaptador universal para DPCA en material adecuado libre de PVC para el tratamiento con su prolongador (línea de transferencia) y organizador. Esterilizados con ETO y descartables	Unidad		Kit	Modifcación RCA N° 030-002/06 Modificacion RCA 003-050/25	3.682	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	738	7685	CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO	Conector de Titanio y / o adaptador universal para DPCA en material adecuado libre de PVC para el tratamiento con su prolongador (línea de transferencia) y organizador. Esterilizados con ETO y descartables	Unidad		Kit	Modifcación RCA N° 030-002/06 Modificacion RCA 003-050/25	3.683	
Nefrología	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	739	7683	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2	Polisulfona y / o Poliétersulfona. Esterilizado con rayos gamma o vapor sin ETO.	Unidad	CE / FDA (Comunidad Europea / Fud and Drug Administration)	Envase Estéril	Modificación RCA N° 030-002/06 Modificacion RCA 003-050/25	3.684	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	740	7684	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2	Polisulfona o Poliétersulfona. Esterilizado con rayos gamma o vapor sin ETO.	Unidad	De la CE (Comunidad Europea)	Envase Estéril	Modificación RCA N° 044-039/2022 Modificación RCA N° 030-002/06	3.685	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	741	7682	FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.686	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	742	11513	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y / O CELULÓSICAS DE 0,5 - 0,6 M2 DE SUPERFICIE CORPORAL	Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Acetato o Triacetato de Celulosa. Medida: 0,5 - 0,6 M2. Esterilizado con ETO ó rayos gamma	Unidad		UNIDAD	Resolucion N° 004-030-2020	3.687	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	743	2355	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS	Arterial y venosa de PVC, flexible, libre de DEHP, esterilizada con ETO o rayos gamma o radiación, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina y macrogotero. Diámetro mínimo de 6 mm o más.	Unidad	De la CE (Comunidad Europea)	Envase Estéril	Modificación RCA N° 044-039/2022 Modificación RCA N° 030-002/06	3.688	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	744	2519	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO	De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.689	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	745	9271	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO	De Poliuretano, doble lumén, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm.Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-	Unidad			Modificación RCA N° 030-002/06	3.690	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	746	9476	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO	De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- Presentación: kit/set	Unidad			RCA N° 030-002/06.Res Nº 070-016/11	3.691	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	747	9477	SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 8 A 10 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO	De poliuretano ó silicona, doble lúmen,esterilizado con ETO,con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- Presentación: kit/set.	Unidad			Res. Nº 127-035/10. Res. Nº 070-016/11.	3.692	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	748	6612	SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)	Cada 1000 ml deberá contener: Cloruro de Sodio: 210,700 - 214,930 g. Cloruro de Potasio: 2,610 - 5,222 g. Cloruro de Calcio (Dihidratado): 7,710 - 9,000 g. Cloruro de Magnesio (Hexahidratado): 2,667 - 3,558 g. Acido Acético: 6,300 - 6,311 g. Agua p/inyección C.P.S. 1000 ml. Con ó sin Glucosa (Dextrosa) Anhidra (35,00 g.)	Litro			Modificación RCA N° 044-013/07	3.693	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	749	6610	SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B)	Cada 1000 ml. Deberá contener: Bicarbonato de Sodio : 84,000 g. Agua p/Inyección c.s.p. : 1000 ml.-	Litro			Modificación RCA N° 044-013/07	3.694	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	750	6611	SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/HEMODIAL 3-5%.	(Acido paracético) 3,5 al 5%. Con o sin agregados. Presentación: frasco o bidón lacrado de 5 a 10 litros.	Litro		Bidón	Modificación RCA N° 121-029/09. Res. Nº 070-016/11 Modificacion RCA 003-050/25	3.695	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	751	5894	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 %	Set de recambio p/ Diálisis Peritoneal: Bolsas de 2.000 ml, originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO y / o autoclave. Debe contener minicaps, barbijos y accesorios para su correcto uso. Presentación: Bolsas.	Unidad		Kit	Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11 Modificacion RCA 003-050/25	3.696	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	752	2236	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,3% - 2,5 %	Set de recambio p/ Diálisis Peritoneal: Bolsas de 2.000 ml, originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO y / o autoclave. Debe contener minicaps, barbijos y accesorios para su correcto uso. Presentación: Bolsas.	Unidad		Kit	Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11 Modificacion RCA 003-050/25	3.697	
Nefrología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SIH GRUPO 13102	753	2237	SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 %	Set de recambio p/ Diálisis Peritoneal: Bolsas de 2.000 ml, originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO y / o autoclave. Debe contener minicaps, barbijos y accesorios para su correcto uso. Presentación: Bolsas.	Unidad		Kit	Modificación RCA N° 030-002/06. Res. Nº 070-016/11 Modificacion RCA 003-050/25	3.698	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	754	9650	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubricante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad		FRASCO	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.699	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	755	9651	ACIDO FOSFÓRICO AL 37% GEL	Ácido fosfórico u orthofosfórico de uso odontológico de 35 al 37 % en gel, aséptico, de consistencia de gel de color azul o azulino, con accesorios agujas o cánulas para aplicación. Presentación Jeringa rotulada de 2,5 ml o más.	Unidad		JERIGA PRECARGADA	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	3.700	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	756	6738	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE MONOCOMPONENTE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impida el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado. Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años	Unidad		FRASCO	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.701	
Centro Odontológico-Ginecología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	757	3113	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - ADULTOS	Agujas de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 30G x 7/8" (25 mm) estéril, atóxico, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantice conexión segura con protector plástico. Presentación caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad		UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 074-048/12 Modificado por RCA 037-020/19 Modificado por RCA 047-013/24	3.702	
Centro Odontológico-Ginecología	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	758	3111	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA	Agujas de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 30G x 1/2" (21 mm) estéril, atóxico, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantice conexión segura con protector plástico. Presentación caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-07/06 Modificado por RCA 074-048/12 Modificado por RCA 037-020/19 Modificado por RCA 047-013/24	3.703	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	759	3112	AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	Agujas de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 27G x 1- 1/4 " (30 mm) estéril, atóxico, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantice conexión segura con protector plástico. Presentación caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad		UNIDAD	RCA 074-048/12 Modificado por RCA 047-013/24	3.704	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	760	6741	CEMENTO DE IONÓMERO VÍTREO PARA RESTAURACIÓN	Cemento de Inómero de vidrio para restauración, autocurado, con adhesión química al esmalte y dentina, radioopaco, biocompatible, de fácil manipulación, liberación de flúor y sellado marginal, sistema de polvo microparticulado. Tiempo de trabajo hasta 3 min (mezcla y manipulación) Presentación Polvo de 10 g. como mínimo + Líquido de 5,5 ml. como mínimo + dosificacdor + block de papel. Guía técnica (Indicaciones de uso). Kit.	Unidad		KIT	RCA 022-028/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.705	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	761	9684	CEMENTO DE IONÓMETRO VÍTREO PARA BASE	Cemento de Inómero de vidrio para base, autocurado, con adhesión química a la dentina, radioopaco, biocompatible, de fácil manipulación, liberación de flúor, sistema de polvo microparticulado. Tiempo de trabajo hasta 3 min (mezcla y manipulación) Presentación Polvo de 12 g. como mínimo + Líquido de 8 ml. como mínimo + dosificacdor + block de papel. Guía técnica (Indicaciones de uso). Kit.	Unidad		KIT	Modificado por RCA 047-013/24	3.706	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	762	9751	CEMENTO QUIRÚRGICO SIN ANTIBIÓTICO	Uso odontológico	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.707	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	763	9280	CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA (PREVENCIÓN)	Uso odontológico. Cepillos para baja rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.708	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	764	9682	CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO: CONTRA ÁNGULO	Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia/grado quirúrgico o en latón. Con refrigeración de agua interna,compatible con el micromotor. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000 a 20.000 rpm. Para fresa de contra ángulo de baja rotación, transmisión 1:1. Cabezal de 9 a 10 mm. Fijación de la fresa: Traba con varilla o push boton. Autoclavable a 135 °C. ISO 13485. Debe ser compatible con el micromotor (código 9681)	Unidad	ISO 13485.	KIT	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 074-048/12 Modificado por RCA 047-013/24	3.709	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	765	9653	CUBETA PARA FLUOR	Cubeta para fluorización dental descartable articulada de cera con esponja o poliestireno expandido, flexibles, cubetas superior e inferior articuladas con o sin mango de colocación y remoción, con cara interna rugosa. En tamaño grande (large)	Unidad		UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.710	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	766	3136	CUCHARITA DE BLACK N° 3	Acero inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. N° 3 con buen filo. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.711	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	767	9654	CURETA CURVA DOBLE PARA CIRUGÍA	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.712	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	768	7538	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402, Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13404	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.713	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	769	7539	CURETA DE GRACEY 13/14	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402, Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13405	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.714	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	770	7540	CURETA DE GRACEY 5/6	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402, Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13406	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.715	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	771	7541	CURETA DE GRACEY 7/8	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402, Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13407	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.716	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	772	9655	CURETA RECTA DOBLE PARA CIRUGÍA	Acero inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. N° 3 con buen filo. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13408	UNIDAD	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	3.717	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	773	9656	ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL Y DISTAL	Elevador para raices acanalado de acero inoxidable quirúrgico. Punta fina o acuñada en forma de bisel, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135°C. Presentacion: Juego ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13408	JUEGO	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 047-013/24 ESTE	3.718	.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	774	7585	ELEVADOR DE WINTER	Elevador para raíces dentales de acero inoxidable quirúrgico: Derecho e izquierdo, con la hoja de forma triangular formando 90° con el tallo,. sterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,,	Unidad	ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.719	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	775	3143	ELEVADOR RECTO ADULTO	Elevador recto para raíces dentales, de acero inoxidable quirúrgico, con la hoja acanalada ancha,de punta redondeada en forma de bisel. Esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.720	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	776	3144	ELEVADOR RECTO INFANTIL	Elevador recto para raíces dentales, de acero inoxidable quirúrgico, con la hoja acanalada fina,de punta redondeada en forma de bisel. Esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485 ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.721	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	777	3147	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.723	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	778	9660	ESPÁTULA PARA RESINA	Espátula de resina modelo Ward, de acero quirúrgico o de aleación de aluminio con mango antideslizante y ergonómico con doble extremo de trabajo, partes activas planas lancioladas, hojas flexibles e inclinadas en posición y angulación opuesta, revestidas de material antiadherente a resinas, resistente a rayaduras. Envases conteniendo 1 unidad.	Unidad		UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24 ESTE	3.724	.
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	779	3151	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla, con estrías de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorcionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.725	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	780	3152	ESPEJO BUCAL PLANO	Espejo dental N° 5 plano sin aumento, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico Esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, libres de imágenes distorcionadas. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.726	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	781	3287	ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA	Esponja hemostática de colágeno absorbente de uso odontológico, estéril, hipoalergénico, atóxico, que garantice buena absorción y hemostasia. Empaque primario: blister individual sellado Empaque secundario cajas de 40 unidades o más.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.727	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	782	9661	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, de material plástico, flexible con guía metálica interna (metal sin memoria) que mantenga la forma, con protector de la parte activa fija, descartable, no tóxico. Paquetes de 100 unidades de sellado hermético que asegure la integridad del producto.	Unidad		UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.728	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	783	3468	FIJADOR ODONTOLÓGICO	Líquido fijador de radiografías para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Listo para usar .	Unidad		FRASCO	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.729	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	784	6742	FLUOR GEL	Gel Floruro de Sodio al 2% acidulado al 1,23% de ión de flúor, con efecto tixotrópico, con viscosidad excelente para uso en cubetas, exento de partículas extrañas, con sabor agradable, sabores surtidos, en frasco de 200 ml. o más, de polietileno de alta densidad con sellado de fábrica, rotulado según bases.	Unidad		FRASCO	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.730	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	785	9663	FORCEPS PARA ANTERIOR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes finos de mas o menos de 3 mm de ancho, ligeramente curvados, convergentes en el extremo y de bordes que contactan entre sí, cara interna cóncava con ranuras, forman un ángulo de 90° con relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 14 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.731	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	786	9662	FORCEPS PARA ANTERIOR SUPERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico; esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con sus tres elementos rectos, parte activa recta de dos mordientes con bordes de mas o menos 3 mm de ancho convergentes en el extremo, cara interna cóncava con ranuras, mango anatómico y antideslizante con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 12 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.732	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	787	3164	FORCEPS PARA INCISIVO INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico; esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con dos mordientes que convergen en el extremo con bordes curvados y con sus caras internas cóncavas con ranuras, debe formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.733	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	788	3170	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR (PICO DE LORO)	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa de forma de pico de loro, esta formada por mordientes curvos y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes presentan un pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; la parte activa forman un angulo de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.734	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	789	9664	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de loro formada por mordientes curvos y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes presentan un pico central; las caras internas son cóncavas y ranuradas, la parte activa forman un angulo de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante.con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 14 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.735	
Centro Odontológico	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	790	3171	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.736	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	791	9665	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico . Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.737	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	792	3172	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico . Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.738	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	793	9666	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIÁTRICO	Fórceps pediátrico, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.739	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	794	3166	FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que esta formado por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar emtre sí, cuyos bordes miden aproximadamente 5 mmm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas; estas mordientes forman una ángulo mas o menos recto en relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485:, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.740	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	795	3167	FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, instrumento ligeramente curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes forman un ángulo de 30°a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485 ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 054-036/08 Modificado por RCA 047-013/24	3.741	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	796	4913	FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, constituido por dos mordientes finos convergentes en el extremo que se contactan entre sí, las caras internas son cóncavas y ranuradas, forman un ángulo mas o menos recto con relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.742	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	797	3173	FORCEPS PARA RAÍZ SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, con parte activa de forma de bayoneta, es decir que se acoda en ángulo obtuso y luego se vuelve a enderezar siguiendo un trayecto paralelo al mango, está formado por mordientes de forma triangular, recta de aproximadamente de 22 mmm de largo y 3 mmm de ancho en sun borde extremo que contactan entre sí; sus caras internas son cóncavas y lisas o ranuradas, no debe traer resorte o clip en la parte interna del mango. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.743	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	798	3159	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no presentar pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.744	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	799	6743	FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cresol, Formalina y Glicerina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	Unidad		FRASCO	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.745	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	800	3245	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA CHICA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.746	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	801	3247	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA GRANDE	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.747	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	802	3246	FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA MEDIANA	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.748	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	803	3243	FRESA PARA TURBINA DE FISURA MEDIANA DE EXTREMO RECTO	Uso odontológico.Fresa diamantada para alta rotación	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.749	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	804	3237	FRESA PARA TURBINA REDONDA MEDIANA	Fresa diamantada de grano medio (anillo azul), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 014.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.750	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	805	3238	FRESA PARA TURBINA REDONDA GRANDE	Fresa diamantada de grano medio (anillo azul), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 018.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.751	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	806	3236	FRESA PARA TURBINA REDONDA PEQUEÑA	Fresa diamantada de grano medio (anillo azul), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 012.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.752	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	807	7006	FRESA QUIRÚRGICA (CARBYDE EXTRA LARGA P/ TURBINA)	Fresa de carburo de tungsteno de empleo quirúrgico, de forma redonda N°7, de vástago largo para alta rotación, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación, autoclavable a 135°C.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.753	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	808	7008	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO EXTRA LARGA	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 28 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.754	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	809	7007	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO LARGA	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.755	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	810	9670	FRESA REDONDA GRANDE PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 1,5 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.756	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	811	9671	FRESA REDONDA MEDIANA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 1 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.757	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	812	9672	FRESA REDONDA PEQUEÑA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 0,5 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación	Unidad		BLISTER	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.758	
Centro Odontológico	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	813	9667	FRESA DE GRANO FINO PARA PULIR RESINAS	Fresas diamantadas extra finas para alta rotación. Kit (4-6 unidades)	Kit			Res. N° 069-051/08	3.759	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	814	9669	GOMAS PARA PULIR RESINA (GOMAS SILICONADAS)	Gomas siliconadas para baja rotación de 3 (tres) granulaciones diferentes; forma de taza, llama o disco, con vástago de Acero Inoxidable. Autoclavable a 135°C. Kit de 3 unidades como mínimo.	Unidad		KIT	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.761	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	815	6744	HIDRÓXIDO DE CALCIO FRAGUABLE	Pasta bicomponente para uso odontológico en tubos con pasta base de 11 g. como mínimo + catalizador de 11 g. como mínimo. Presentación: cajas	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.762	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	816	3252	JERINGA TIPO CARPULE	Jeringa carpule para anestesia dental, para cartuchos de 1,8 ml. De acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.763	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	817	8770	LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, de 7 mm + - 1 de ancho de parte activa, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.764	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	818	9673	LENTES PROTECTORES P/LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.765	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	819	8772	LIMA P/HUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.766	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	820	3259	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	3.768	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	821	9674	MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.769	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	822	9681	MICROMOTOR	Sistema intra, acople borden. Velocidad regulable hasta 20.000 rpm. Refrigeración interna o externa; giro horario y contra giro	Unidad			Res. N° 063-007/08	3.770	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	823	3265	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTOS VELOCIDAD "E"	Cajas x 150 Unidades Velocidad "E"	Unidad			Modificado x Res. N° 058-001/06	3.772	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	824	9685	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad				3.773	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	825	3274	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.774	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	826	9675	PINZA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			Res. N° 063-007/07	3.775	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	827	5485	PINZA GUBIA RECTA MEDIANA	Gubia recta mediana de corte en la punta y de ambos lados, de 18 (+ -2) cm de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	RCA 058-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	3.776	
	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	828	9683	PIEZA DE MANO INTRA RECTA	Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia/grado quirúrgico. Giro horario y contragiro. Acople rápido, sistema intra. Refrigeración interna. Transmisión 1:1 . Rotación 20.000 rpm o más. ISO 13485. Conexión borden con 2 orificios según normas ISO 9168. Autoclavable a 135 ºC. Para fresas para pieza de mano. Debe ser compatible con el micromotor con código 9681.	Unidad	ISO 13485. ISO 9168.	JUEGO	Modificado por RCA 047-013/24	3.777	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	829	9676	PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA	Instrumento metálico de Acero Inoxidable Quirúrgico, en cuya parte activa se coloca la banda de matriz . ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.778	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	830	9177	PUNTAS MORSE P/ USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.779	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	831	6735	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A1	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad		JERINGA PRECARGADA	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.780	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	832	6736	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad		JERINGA PRECARGADA	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.781	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	833	6737	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad		JERINGA PRECARGADA	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.782	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	834	3500	REVELADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Listo para usar o para dilución. .	Unidad		FRASCO	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.783	
Centro Odontológico	5 - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	835	6739	SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE	Composición: Matriz orgánica (bis-GMA) y una matriz inorgánica (cerámica, vidrio y cuarzo), fluor.Color Blanco opaco. Guía técnica (Indicaciones de uso. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento; que garantice la integridad del producto, rotulado según bases. Presentación: Jeringa de 1.2 ml o más, con 10 o más puntas dispensadoras.	Unidad		JERINGA PRECARGADA	Modificado por RCA 047-013/24	3.784	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	836	3281	SINDESMOTOMO UÑA DE GATO	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Parte activa de forma mas o menos triangular y de bordes cortantes con una cara cóncava y otra ligeramente convexa, mango plano, largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.786	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	837	3284	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero Inoxidable Quirúrgico , esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano, largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.787	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	838	8980	SONDAS PERIODONTALES	Acero Inoxidable Quirúrgico , esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma aplanada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, milimetrada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 16 a 17 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.788	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	839	9677	TIJERA CURVA PARA ENCÍA	De Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C, de 11.5 cm + - 1 de punta fina. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	ISO 13485: ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.789	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	840	9747	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Uso odontológico. Tira metálica de acero inoxidable de 4 mm de ancho en sobres de 12 unidades como mínimo.	Unidad		SOBRE	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.790	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	841	3293	TIRA PARA PULIR RESINAS	Tira de poliester con micro partículas de aluminio, descartables, con doble parte activa un extremo de grano fino y el otro con grano superfino y un espacio sin abrasivo entre ellos. Presentación cajas de 50 unidades o más.	Unidad		UNIDAD	RCA 063-007/07 Modificado por RCA 047-013/24	3.791	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	842	3294	TURBINA ODONTOLÓGICA	Cuerpo en acero inoxidable, grado quirúrgico o aluminio anodizado natural. Rulemanes cerámicos. Diámetro del cabezal de 10 a 12 mm. Tres a cuatro toberas de spray, velocidad mínima 300.000 r.p.m. o más, sistema push button (sujeción de fresas por botón). Conexión para el sistema borden con 2 orificios según ISO 9168. Autoclavable a 135 °C.	Unidad		UNIDAD	RCA 102-012/10 Modificado por RCA 047-013/24	3.792	
Centro Odontológico	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	843	3295	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ -1) y 1 cm de espesor.	Unidad				3.793	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	844	6902	ACEITE DE SILICÓN P/CIRUGÍA DE RETINA, PURIFICADO, ESTÉRIL, APIRÓGENO	De : 5000 centistokes en frasco o jeringa de 5 a 10 ml + catéter inyector. Presentación: kit. Uso oftalmológico.	Unidad			Res. N020-008/09. Res. Nº 050-007/11.	3.794	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	845	7447	ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL DE KATENA, PARA INCISIÓN DE FACOEMULSIFICACIÓN EN CÓRNEA CLARA	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.795	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	846	7448	ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL PARA LENTES DE VITRECTOMÍA	Silicona.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.796	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	847	7451	ANSA DE NÚCLEO	Acero inoxidable y/o titanio. Punta curva, superficie ranurada. (cerrada).	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.797	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	848	7457	BALÓN DE HONAN PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN INTRAOCULAR, BALÓN DE GOMA, MANÓMETRO	Con Banda Elástica Para La Cabeza Y Estuche Del Set	Unidad				3.798	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	849	7460	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO (10 CM + - 2 CM), PUNTA TIPO CRESCENT, 2,5 MM DE ANCHO	Bordes Cortantes Con Doble Bisel, 200 Micras De Espesor.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.799	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	850	7461	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO(10 CM + - 2 CM) Y PUNTA CON BORDE CORTANTE DE 15º	100 Micras De Espesor	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.800	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	851	7462	BISTURÍ DE DIAMANTE C/ MANGO (10 CM + - 2 CM) Y PUNTA TIPO QUERÁTOMO, 3,0 MM DE ANCHO O MENOS.	Cuatro bordes cortantes de doble bisel, 200 micras de espesor angulado.	Unidad			Res Nº 126-018/09	3.801	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	852	9870-1	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 1 bolsillo lateral p/colecta de líquidos durante la ciruqía	Unidad				3.802	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	853	9870-2	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 2 bolsillos laterales p/colecta de líquidos durante la ciruqía	Unidad		ENVASE ESTÉRIL	RCA N° 039-019/2021	3.803	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	854	6883-2	CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descarable. Diámetro: 23 G.	Unidad			Res. Nº 050-007/11	3.804	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	855	6884	CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA	De 4 MM. Descartable. Uso oftalmológico	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.805	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	856	6885	CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA 6 MM	Descartable. Uso oftalmológico	Unidad			RCA N° 062-007/06	3.806	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	857	7073	CÁNULA DOBLE VÍA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN	TIPO SIMCOE C/ TUBULADURA DE SILICÓN DE 3,5 CM DE LONGITUD. Cánula 23 G., Curva. Aspirador 0,3 mm de diámetro.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.807	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	858	7144	CÁNULA MANTENEDORA DE CÁMARA ANTERIOR TIPO LEWICKY 23 G	De 3 Mm De Longitud, Punta Biselada C/ Tubuladora De Silicón Y Adaptador	Unidad				3.808	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	859	7489	CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR	TIPO JENSEN DE 25 G. Acero Inoxidable con Impregnación de Carburo en La Punta	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.809	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	860	10389	COTONETES-Hisopos	Hisopos de 8 cm + - 1 cm de largo: palillo de polipropileno, algodón, hidroxietilcelulosa y triclosano (antigérmen) con ambas puntas de algodón). Caja de cartón o envase de plástico por 75 a 150 unidades.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.810	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	861	6888	CUCHILLA PARA ESCLEROTOMÍA N° 57, ESTÉRIL,	Descartable, Paq. X 3	Unidad				3.811	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	862	7149	CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN P/ AMPLIAR INCISIÓN, PUNTA ROMA, DE 5,2 Y 6,2 MM DE ANCHO,ANGULADO	Descartable, Caja X 10 unidades	Unidad				3.812	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	863	7150	CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN TIPO CRESCENT	TIPO CRESCENT 2,75 mm DE ANCHO o menor, ANGULADO Descartable.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-007/06. Mod. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.813	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	864	7152	CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO MICROBISTURÍ	TIPO MICROBISTURÍ DE ÁNGULO 15º RECTO. Descartable.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-007/06. Mod. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.814	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	865	7153	CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO QUERÁTOMO	TIPO QUERÁTOMO, 2,75MM DE ANCHO o menor ,ANGULADO. Descartable.	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.815	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	866	9300	EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO	BANDA DE CERCLAJE ESTILO 287. Tipo convexa de 7 mm(+ - 1) de ancho con surco central de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.816	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	867	9301	EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO	LAZO DE SILICONA ESTILO 287. Tira plana de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.817	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	868	6886-1	FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER de 20 G	Descartable. Compatible con equipo en uso.	Unidad			Mod. Res. Nº 050-007/11.	3.818	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	869	6886-2	FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER de 23 G	Descartable. Compatible con equipo en uso.				Res. Nº 050-007/11.	3.819	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	870	6887	FIBRA ÓPTICA DE ILUMINACIÓN PARA VITRECTOMÍA	Descartable	Unidad				3.820	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	871	7332	FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA INAMI		Unidad				3.821	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	872	7333	FOCO PARA MICROSCOPIO QUIRÚRGICO HLX 12V 50W TIPO 384643		Unidad				3.822	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	873	7334	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL HEINEXHL	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL HEINEXHL 3,5V 02 88 070	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.823	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	874	7335	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO MANUAL WELCH ALLYN 03000		Unidad				3.824	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	875	7336	FOCO PARA PROYECTOR INAMI HLX	FOCO PARA PROYECTOR INAMI HLX 64.250-6V - 20W.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.825	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	876	7337	FOCO PARA RETINOSCOPIO ELÉCTRICO INAMI		Unidad				3.826	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	877	7338	FOCO PARA RETINOSCOPIO HEINE	FOCO PARA RETINOSCOPIO HEINE 3,5V XHL X 02 88 048	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.827	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	878	7339	FOCO PARA RETINOSCOPIO INDIRECTO HEINE XRL 6V X 04 88 068		Unidad				3.828	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	879	7340	FOCO PARA RETINOSCOPIO INDIRECTO KEELER		Unidad				3.829	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	880	7341	FOCO PARA RETINOSCOPIO WELCH ALLYN NO 08200		Unidad				3.830	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	881	7665	FRESA MANUAL P/ CUERPO EXTRAÑO CORNEAL A BATERIA, MANGO CON TAPA.	Batería Aa X 2. Puntas De 0.5 Y 1.0 Mm	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.831	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	882	7666	FRESA MANUAL P/ PTERIGIÓN A BATERÍA, MANGO CON TAPA	Baterías Aa X 2.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 062-007/06-RCA N° 039-019/2021	3.832	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	883	6890	GANCHOS DE IRIS "DE JUAN" (GRIESHABER)	Descartable. Uso oftalmológico.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.833	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	884	6880	JUEGO DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8 (TEMP. AMBIENTE - SITIO SECO)	Con Contenedor De Gas Esterilizado 30 mL, 1(Un) Dispositivo De Jeringa Esterilizada, Filtro Conector	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.834	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	885	6899	PICKS P/ VITRECTOMÍA DE MICHAEL _ RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.835	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	886	6900	PICKS P/ VITRECTOMÍA DE PUNTA ROMA - RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.836	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	887	6901	PICKS P/ VITRECTOMÍA ESPÁTULA DE VITRO - RUMECK	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.837	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	888	7104	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica cerrada delicada sin dientes (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.838	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	889	7105	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, RECTA (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica delicada con dientes 1x2 recta (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.839	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	890	7106	PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, CURVA (8 cm de largo + - 1 cm)	pinza de conjuntiva anatómica delicada con dientes 1x2 curva (8 cm de largo + - 1 cm). Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.840	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	891	8828	PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO COLIBRÍ 0,12 CON DIENTES 1 X 2	pinza de córnea castro viejo colibrí 0,12 con dientes 1x2. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.841	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	892	7074	PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO-COLIBRÍ 0.12, CON PLATAFORMA	pinza de córnea castro viejo-colibrí 0.12 con plataforma. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.842	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	893	7075	PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES 1 X 2	pinza de troutman p recto superior angulada con dientes 1 x 2. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.843	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	894	8868-1	PINZA MOSQUITO RECTA, DE HALSTED	pinza mosquito recta de halsted. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.844	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	895	8868-2	PINZA MOSQUITO CURVA , DE HALSTED	pinza mosquito curva de halsted. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.845	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	896	8869-1	PINZA MOSQUITO RECTA , DE HARTMANN	pinza mosquitorecta de hartmann. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.846	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	897	8869-2	PINZA MOSQUITO CURVA, DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res. Nº 050-007/11	3.847	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	898	8871	PINZA MUSCULAR DERECHA PEQUEÑA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio. (8 cm de largo + - 1 cm)	Unidad			Res.Nº 126-018/09	3.848	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	899	8873	PINZA MUSCULAR IZQUIERDA PEQUEÑA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio. (8 cm de largo + - 1 cm)	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.849	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	900	7110	PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR TIPO MC PHERSON PUNTA ROMA, ANGULADA C/ CABLE.	pinza p cauterio bipolar tipo mc pherson punta roma angulada c/ cable. Acero Inoxidable y/o titanio. Adaptable a equipo en uso	Unidad		UNIDAD	Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.850	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	901	8896	PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR	pinza para inserción de lente intraocular. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.851	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	902	8897	PINZA PARA REMOVER SUTURA, PUNTAS MUY FINAS IMPREGNADAS DE CARBURO	pinza para remover sutura puntas muy finas impregnadas de carburo. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. N° 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.852	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	903	9896	PINZA PARA RESTOS OVULARES 27 cm	De Acero Inoxidable Quirúrgico (Variación + - 1) GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS	Unidad			Res.N° 022-028/07	3.853	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	904	7112	PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA ANGULADA P/SUTURA DE 9,0 a 11,0	pinza porta hilos de mc pherson 5mm de plataforma angulada p/sutura de 9,0 a 11 5 mm. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.N°126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.854	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	905	7113	PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA, RECTA P/SUTURA 9,0 a 11,0	pinza porta hilos de mc pherson 5 mm de plataforma, recta p/sutura 9,0 a 11 . Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.855	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	906	8898-1	PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, RECTA	pinza portahilos de harms para, para hilos 7.0 a 9.0 recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.856	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	907	8898-2	PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, CURVA	pinza portahilos de harms para hilos 7.0 a 9.0 curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.857	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	908	8899-1	PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM , PARA HILOS 9.0 A 11.0, RECTA	pinza portahilos de tennant con plataforma de 6 mm , para hilos 9.0 a 11.0 recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.858	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	909	8899-2	PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM , PARA HILOS 9.0 A 11.0, CURVA.	pinza portahilos de tennant con plataforma de 6 mm , para hilos 9.0 a 11.0 curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.859	
OFTALMOLOGÍA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	910	6891-2	PINZAS P/ VITRECTOMÍA CHARLES 23G	pinzas para vitrectomia charles 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.860	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	911	6893-1	PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO 20 G	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11	3.861	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	912	6893-2	PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO 23G	pinzas p vitrectomía para cuerpo extraño 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.862	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	913	10387	PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, RECTA, PUNTAS CORTANTES.	pinza para capsulorrexis de utrata recta puntas cortantes. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11.-RCA N° 039-019/2021	3.863	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	914	7116	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍA HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, CON SEGURO	porta agujas para microcirugía hilo 9-0, 10-0 y 11-0 con seguro. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.864	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	915	7115	PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, SIN SEGURO	porta agujas para microcirugías hilo9-0, 10-0 y 11-0 sin seguro. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.865	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	916	7117	PORTA AGUJAS STANDARD PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 CON SEGURO, curva	porta agujas standard para hilos s 6.0, 7.0 y 8.0 con seguro curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.866	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	917	7118-1	PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, recta	porta agujas standard para oftalmología para hilos 6.0, 7.0 y 8.0 sin seguro recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09. Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.867	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	918	7118-2	PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, curva.	porta agujas standard para oftalmología para hilos 6.0, 7.0 y 8.0 sin seguro curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.868	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	919	7119	PORTA LÁMINAS (PARA HOJAS DE AFEITAR ROMPIBLES)	porta láminas para hojas de afeitar rompibles). Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.869	
Cir. Gral.	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	920	8068	PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL	Plástico Claro O Aluminio	Unidad				3.870	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	921	6882	PUNTAS DE VITRECTOMÍA	Descartable	Unidad		UNIDAD	RCA N° 039-019/2021	3.871	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	922	6873	RETRACTOR ORBITARIO DE SCHEPENS	retractor orbitario de schepens. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. 049-029/05-RCA N° 039-019/2021	3.872	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	923	7133	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS CURVA	tijera para tenotomía de stevens curva. Acero Inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.873	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	924	7132	TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS RECTA	tijera para tenotomía de stevens recta recta. Acero Inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.874	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	925	9902	TIJERA RECTA PARA MICROCIRUGÍA 16 cm + - 2 cm.	acero inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res. N° 126-018/09	3.875	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	926	7121	TIJERAS DE CASTROVIEJO, CURVA PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA	tijeras de castroviejo curva para transplante de córnea. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.876	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	927	7122	TIJERAS DE CÓRNEA UNIVERSAL TIPO CASTROVIEJO, HOJAS PEQUEÑAS, PUNTA ROMA	tijeras de córnea universal tipo castroviejo hojas pequeñas punta roma. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.877	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	928	7123	TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, DERECHA	tijeras de córnea tipo castroviejo pequeña, para microcirugía derecha. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.878	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	929	7124	TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO, PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, IZQUIERDA	tijeras de córnea tipo castroviejo pequeña para microcirugía izquierda. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.879	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	930	7125	TIJERAS DE DISECCIÓN DE METZENBAUM, CURVA, PUNTA ROMA DE 145 MM + - 1 cm DE LONGITUD	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	3.880	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	931	7126	TIJERAS DE ENUCLEACIÓN, CURVATURA MEDIA	tijeras de enucleacion curvatura media. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.881	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	932	7127	TIJERAS DE IRIS TIPO BARRAQUER, HOJAS DE 7 MM, PUNTA ROMA	tijeras de iris tipo barraquer, hojas de 7 mm punta roma. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.882	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	933	7128	TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA, RECTA	tijeras de vannas p/ capsulotomía recta. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.883	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	934	7129	TIJERAS DE VANNAS,P/ CAPSULOTOMÍA, CURVA	tijeras de vannas,p/ capsulotomía curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.884	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	935	7130	TIJERA DE WESTCOTT PUNTA ROMA CURVA	tijera de westcott roma curva curva. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09-RCA N° 039-019/2021	3.885	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	936	6894-2	TIJERA INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA ANGULADA DE 90º O MENOR ANGULO 23G.	tijera intraocular p vitrectomía angulada de 90º o menor angulo 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.886	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	937	6895-1	TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA RECTA 20 G	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad			Res.Nº 126-018/09.Mod. Res. Nº 050-007/11	3.887	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	938	6895-2	TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA RECTA 23G	tijeras intraocular p/ vitrectomía recta 23G. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.888	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	939	7131	TIJERA PARA CORTAR SUTURAS JAFEE PUNTA CORTANTE, HOJA MEDIANA Y CURVA.	tijera para cortar suturas jafee punta cortante hoja mediana y curva.. Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad		UNIDAD	Res.Nº 126-018/09.Mod. Res. Nº 050-007/11-RCA N° 039-019/2021	3.889	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	940	7134	TIJERAS STANDARD PUNTA AGUDA CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio. Longitud 8 cm. Variación: + - 2 cm.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	3.890	
OFTALMOLOGÍA	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	941	7135	TIJERAS STANDARD PUNTA AGUDA RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio. Longitud 8 cm. Variación: + - 2 cm.	Unidad			Res.Nº 126-018/09	3.891	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS OFTALMOLÓGICOS SIH GRUPO 13202	942	10388	TREPANO CORNEAL DESCARTABLE SIN SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE	De 6.0 a 9.5 mm de diámetro.	Unidad			Res. Nº 126-018/09	3.892	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	943	9843	Aguja de biopsia semi automática de 14 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.896	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	944	9844	Aguja de biopsia semi automática de 16 g y 15cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.897	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	945	9842	Aguja de biopsia semi automática de 16 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.898	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	946	9841	Aguja de biopsia semi automática de 18 g y 9 a 10cm de largo.	Para retirar muestra de 10 a 20 mm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.899	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	947	9836	Aguja de Chiba para biopsia.	Agujas de 21 g. x 20 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.900	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	948	9838	Aguja de Chiba para biopsia.	Agujas de 22 g. x 15 cm. de largo. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.902	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	949	9846	Aguja para biopsia Ósea con punta en diamante	Cánula externa de 13 g. x 10 cm. de largo. Incluye un mango de aguja	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.904	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	950	9793	Balón para dilatación biliar vía percutánea.	Catéter de 5 Fr. 40 a 45 cm aprox, balón de 7 a 10 mm y 4 cm de longitud. Descartable.	Unidad			RCA N° 064-029/07	3.907	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	951	9794	Balón para dilatación biliar vìa percutánea.	Catéter de 5 Fr. 40 a 45 cm aprox, balón de 7 a 10 mm y 6 cm de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.908	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	952	9798	Canastilla para extracción de cálculos biliares vía percutánea.	Canastilla de 2 a 3 fr, de 3 alambres, y 100 a 130 cm de long de catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.909	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	953	9799	Canastilla para extracción de cálculos biliares vía percutánea.	Canastilla de 2 a 3 fr, de 4 alambres, y 100 a 130 cm de long de catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.910	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	954	9823	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C1	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C1	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.911	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	955	9824	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C2	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C2	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.912	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	956	9825	Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C3	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C3	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.913	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	957	9777	Catéter de drenaje biliar interno-externo de 10 a 11 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.915	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	958	9732	Catéter de drenaje biliar interno-externo de 8 a 9 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.916	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	959	9774	Catéter de drenaje multipropósito de 10 a 11 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.917	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	960	9775	Catéter de drenaje multipropósito de 11,5 a 13 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.918	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	961	9776	Catéter de drenaje multipropósito de 13,5 a 15 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.919	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	962	9696	Catéter de drenaje multipropósito de 8 a 9 Fr. y de 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.920	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	963	9822	Catéter de gastrostomía de 14 fr. de silicona 100% y con balón	Incluye sólo el catéter de recambio. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.921	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	964	9783	Dilatador con cubierta hidrofílica. 10 FR	De 10 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.923	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	965	9784	Dilatador con cubierta hidrofílica. 12 FR	De 12 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.924	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	966	9785	Dilatador con cubierta hidrofílica. 14 FR	De 14 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.925	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	967	9786	Dilatador con cubierta hidrofílica. 16 Fr.	De 16 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.926	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	968	9779	Dilatador con cubierta hidrofílica. 6 FR	De 6 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.927	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	969	9780	Dilatador con cubierta hidrofílica. 7 FR	De 7 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.928	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	970	9781	Dilatador con cubierta hidrofílica. 8 FR	De 8 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.929	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	971	9782	Dilatador con cubierta hidrofílica. 9 FR	De 9 Fr. X 15 a 25 cm. Para dilatación percutánea de fascias. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.930	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	972	9817	Dilatador esofágico de 43 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.931	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	973	9818	Dilatador esofágico de 48 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.932	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	974	9819	Dilatador esofágico de 53 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.933	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	975	9820	Dilatador esofágico de 58 fr y 60 a 80 cm	Usado para dilatación de estenosis esofágica, colocación de stent o durante las reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.934	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	976	9795	Dispositivo para la insuflación de balones dilatadores biliares	Con botella de 20ml y 30 atm	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.935	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	977	9859	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35 mm de diam en los extremos, cuerpo 25 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.936	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	978	9860	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diam en los extremos, cuerpo 25 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.937	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	979	9861	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.938	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	980	9857	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 4 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.939	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	981	9858	Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám en los extremos, cuerpo 25 mm y 6 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.940	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	982	9854	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.941	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	983	9855	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.942	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	984	9856	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 14 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.943	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	985	9853	Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.944	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	986	9850	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.945	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	987	9851	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.946	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	988	9852	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 14 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.947	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	989	9849	Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.948	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	990	9800	Equipo introductor para conducto cístico. Para colocación de coledocoscopios, catéteres, etc.	Vaina de 4mm x 10 a 15 cm que acepte instrumentos hasta 12,0 Fr. Descartable.	Undad			Res. N° 022-026/07	3.949	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	991	9699	Guía 0.018" Punta angulada de aleación de niquel y titanio.	De 0.018" y de 50 a 80 cm. de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.950	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	992	9305	Guía 0.035" Punta angulada, cobertura hidrofílica para procedimientos de cirugía percutánea biliar.	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de longitud. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07	3.954	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	993	9804	Guía 0.035" Punta curva en "J" y teflonada o de PTFE (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.955	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	994	9805	Guía 0.035" Punta curva en "J" y teflonada o de PTFE (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.956	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	995	9809	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta curva y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.957	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	996	9807	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta recta y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.038" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.958	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	997	9806	Guía extra rígida tipo Amplatz. Punta recta y de PTFE. (Politetrafluoretileno)	De 0.035" y de 140 a 150 cm. de long. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.960	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	998	9821	Kit de Gastrostomía de 14 Fr, catéter con balón y de silicona. Vía percutánea.	Kit incluye aguja , bisturí, guía, dilatador, y peel away para introducción de la sonda de gastrostomía. Descartable.	Kit			RCA N° 064-029/07	3.961	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	999	9017-2	KIT DE TROCAR PARA CVL DE 5 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO, CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	El Kit incluye dos cánulas y un trocar, Estéril, descartable.-	Kit			RCA N° 064-029/07	3.962	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1000	9016-2	KIT DE TROCAR PARA CVL DE 5-12 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO Y CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	El Kit incluye dos cánulas y un trocar, Estéril, descartable.-	Kit			Res. N° 022-026/07	3.963	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1001	9787	Puntos percutáneos para acercar el estómago para la colocación de gastrostomia.	En paquetes de dos a cuatro unidades. Descartable.	paquetes			Res. N° 022-026/07	3.966	
	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1002	9848	Set de biopsia hepática transyugular. Aguja de 15 G y 50 a 55 cm de largo	Set incluye introductor, dilatadores, guía, aguja de biopsia, agujas de 20 y 21g, catéter introductor. Descartable.	Kit			Res. N° 004-021/09	3.968	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1003	9778	Set de dilatadores renales tipo Amplatz radiópacos con vainas de TFE. (Tetrafluoretileno)	Set incluye dilatadores de 6fr, 8fr, 10fr, 12fr, 14fr, 16fr, 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr y 30 fr. Catéter guía de 8.0 Fr de TFE (Tetrafluoretileno) Presentación KIT	Unidad			Res. N° 022-026/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	3.969	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1004	9797	Set de exploraciòn percutánea para la vía biliar.	Incluye catéter con balón de 8 a 10mm y 4 a 5 cm; guía hidrofílica 0.035"; canastilla sin punta de 2 a 3 fr; introductor; llave de tres vías. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	3.971	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1005	9829	Set de gastroyeyunostomía de doble lúmen de 16 a 17 fr. 70 a 90 cm de largo. Silicona.	Set incluye aguja, puntos percutáneos, guía, adaptador enteral, catéter introductor, peel away y catéter gastroyeyunal. Descartable.	Kit			Res. N° 022-026/07	3.974	
Cirugía de Minima Invasiva-HEMODINAMIA	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1006	9802	Set introductor percutáneo con válvula de control de flujo	Diseño con punta radiópaca de 6 Fr. x 13 a 15 cm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07 - RCA: N° 082-032/2020	3.975	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1007	9803	Set introductor percutáneo con válvula de control de flujo	Diseño con punta radiópaca de 7 Fr. x 13 a 15 cm. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.976	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1008	9698	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO: INTRODUCTOR PERCUTÁNEO DE 7 FR	Largo de 20 a 25 cm con aguja, guía para paso de guía 0.18 y 0.38 Estéril, descartable.-	Unidad		Kit	Res. N° 022-026/07 RCA: N° 082-032/2020	3.978	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1009	9801	Set introductor percutáneo de 7Fr.y 20 a 25 cm con vía lateral.	Incluye aguja de Chiba, guía y catéter de 5 Fr. Para paso de guía 0.018" y 0.038". Con banda radiópaca y cubierta hidrofílica. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.979	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1010	9816	Set para colangiografía con guía. Catéter de 5 fr x 65 cm con guía de 0.035" .	Para acceso a los conductos biliares durante colecistectomía percutánea. Radiópaco. Descartable.	Unidad			Res. N° 056-044/07	3.985	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1011	9815	Set para colangiografía. Catéter de 5 fr. 90 cm. Con guía de 0.021" .	Set para procedimientos de colecistectomía laparoscópica. Descartable.	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.986	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1012	9017-1	TROCAR PARA CVL DE 5 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO, CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	Estéril, descartable.-	Unidad			RCA N° 064-029/07	3.988	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1013	9016-1	TROCAR PARA CVL DE 5-12 MM DE DIÁMETRO CON CUERPO Y CÁNULA PLÁSTICA C/DOBLE VÁLVULA	Estéril, descartable.-	Unidad			Res. N° 022-026/07	3.989	
	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN SIH GRUPO 13203	1014	9826	Tubo adaptador de 14 fr. 30 cm de largo.	Se conecta a catéter de drenaje y a bolsa colectora. Descartable.	Unidad				3.990	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1015	10210	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofílica	ALAMBRE GUIA 0.014 X 170 A 200CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA PARA OCLUSIONES CRONICAS. HIDROFILICA:Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08. Res Nº 070-016/11 -RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	3.991	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1016	7200	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA -Nucleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofílica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		ENVASE INDIVIDUAL	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023 RCA 025-020/2025	3.992	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1017	5706	COD SIH: 5706 ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA:Nucleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada), -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		ENVASE INDIVIDUAL	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023 RCA 025-020/2025	3.993	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1018	7201	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA -Nucleo de Nitinol o acero cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofílica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		ENVASE INDIVIDUAL	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 -RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023 RCA 025-020/2025	3.994	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1019	5660	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA -Nucleo de Nitinol o acero cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofílica. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA.	UNIDAD		ENVASE INDIVIDUAL	RCA N° 002-043/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA Nº 070-020/2023 RCA 025-020/2025	3.995	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia-Cirugia Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1020	6938	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO x 260 a 300 CM.DE LONGITUD. Hidrofílica.	Alambre Guia 0,014´´ Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 260 a 300cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidabley recubrimiento dista hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o CE.Experiencia minima de Saños en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estosproductos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11-RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	3.996	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1021	3590	ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA ¨J¨ O RECTO MOLDEABLE, TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM.DE LONGITUD. Hidrofílica.	Alambre guia 0,014¨ Punta J o recto moldeable tipo Floppy x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11 RCA Nº 070-020/2023	3.997	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1022	6989	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO.	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 10MM DE DIAMETRO X40MM DE LONGITUD, SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MIDIENDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 13 DE RUPTURA.	Unidad	FDA	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.998	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1023	7595	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO.	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 12MM DE DIAMETRO X40MM DE LONGITUD, SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MIDIENDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 10 DE RUPTURA.	Unidad	FDA	UNIDAD	Modificado por RCA 047-013/24	3.999	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1024	6040	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Envase esteril individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, La caja debe contener los siguientes datos: medidas, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento y certificacion de países con alta vigilancia sanitaria	Unidad		ENVASE ESTERIL	RCA 049-029/05 RCA 106-019/12- RCA 098-028/21 RCA 070-020/23 RCA 018-020/25	4.000	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1025	5073	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE..	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Envase esteril individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, La caja debe contener los siguientes datos: medidas, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento y certificacion de países con alta vigilancia sanitaria	Unidad		ENVASE ESTERIL	RCA 049-029/05 RCA 106-019/12- RCA 098-028/21 RCA 070-020/23 RCA 018-020/25	4.001	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1026	6041	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.002	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1027	4871	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08 RCA: N° 106-019/12-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.003	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1028	10203	CATETER BALON: CATETER BALON DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON SEMICOMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro y de 6 A 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía 5french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM . Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.Nº 054-022/08-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.004	
Servicio de Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1029	10204	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento..	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	Res.Nº 054-022/08-RCA Nº 098-028/2021	4.005	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1030	10205	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro de 6 A 27 MM de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía 5french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM . Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod. Res. Nº 067-001/06-RCA Nº 098-028/2021 RCA Nº 070-020/2023	4.006	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1031	5626	CATÉTER BERMANN- ANGIO 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	Unidad			Res. 049-029/05	4.007	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1032	7203	CATÉTER BERMANN- ANGIO 6 FR.	Estéril, descartable.	Unidad			Res.Nº 049-029/05	4.008	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1033	7204	CATÉTER BERMANN- WEDGE 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	Unidad				4.009	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1034	7205	CATÉTER BERMANN- WEDGE 6 FR.		Unidad			Res. 049-029/05	4.010	
Endovascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1035	7279	CATÉTER CONECTOR P/PRESIÓN INVASIVA DE 40 a 100 cm	Estéril	Unidad			Res. G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.011	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1036	7172	CATÉTER DE COURNARD 6 FRENCH		Unidad				4.012	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1037	7173	CATÉTER DE COURNARD 7 FRENCH		Unidad			RCA N° 030-013/08	4.013	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1038	7174	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.014	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1039	5815	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.015	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1040	7175	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.016	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1041	3596	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.017	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1042	7176	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.018	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1043	5816	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 3 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.019	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1044	5773	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.020	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1045	7177	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 3 DE 5 A 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.021	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1046	7178	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.022	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1047	5818	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 1 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.023	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1048	7179	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.024	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1049	5819	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.025	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1050	7180	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.- 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.026	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1051	5659	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.027	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1052	7181	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.028	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1053	5768	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.029	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1054	7182	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.030	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1055	5770	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.031	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1056	7183	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.032	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1057	7184	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.033	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1058	7185	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.034	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1059	5766	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.035	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1060	5767	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.036	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1061	7186	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.037	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1062	5769	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.038	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1063	3595	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.039	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1064	5110	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.040	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1065	7187	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA Nº 070-020/2023	4.041	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1066	5775	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MAMARIA 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.042	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1067	7189	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA N° 030-013/08 RCA Nº 070-020/2023	4.043	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1068	7190	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 7 FRENCH		Unidad			Res. 049-029/05	4.044	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1069	7192	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad			Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA N° 070-020/2023	4.045	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1070	7193	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA N° 070-020/2023	4.046	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1071	7194	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL 7 FRENCH	Longitud de 100 a 120 cm.	Unidad				4.047	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1072	7211	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA N° 070-020/2023	4.048	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1073	7197	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL CORTO 50 a 80 CM DE LONG. 5 FR	Estéril,descartable ,recto ó angulado	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.049	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1074	7195	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL CORTO 50 a 80 CM DE LONG. 6 FR	Estéril,descartable ,recto ó angulado	Unidad			RCA N° 030-013/08	4.050	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1075	7199	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES 7 FR		Unidad			Res. 049-029/05	4.051	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1076	7198	CATÉTER DIAGNOSTICO: CATETER DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR	Esteril, Descartable, del Tipo Soft Tip. CATETER DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA N° 070-020/2023	4.052	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1077	3591	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL 1 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL1 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.053	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1078	3592	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL 2 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL2 DE 6 A 7FRcon malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter de 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.054	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1079	3593	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL 3 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL3 DE 6 A 7FRcon malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.055	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1080	5697	CATETER GUIA TERAPEUTICO AR 1 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AR1 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr. y 0,078 para cateter 7 frEmpaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.056	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1081	5698	CATETER GUIA TERAPEUTICO AR 2 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AR2 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.057	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1082	5777	CATÉTER GUÍA JL 4,5 - 6 A 7 FR		Unidad				4.058	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1083	5780	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateteres de 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.059	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1084	5703	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR.	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateter de 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.060	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1085	5927	CATETER GUIA N° 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH	CATETER GUIA N° 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr. y 0,078 para cateter 7 fr. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.061	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1086	5952	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado por RCA 031-009/25	4.062	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1087	7237	CATÉTER GUÍA Nº 3 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	CATÉTER GUÍA Nº3 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 ¨ para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 070-020/2023 Modicado RCA 031-009/25	4.063	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1088	7238	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	CATÉTER GUÍA Nº3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 049-029/05 Modicado por RCA 070-020/2023 Modicado por RCA 031-009/25	4.064	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1089	5953	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateteres de 7 french. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Modificado por RCA 067-001/06 Modicado por RCA 070-020/2023	4.065	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1090	5776	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 3,5 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 3,5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨y 0,078 para cateter 7 fr. para cateteres de 6Fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.066	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1091	3689	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 4 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 4 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr. .Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.067	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1092	5778	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 5 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 5 DE 6 A 7FRcon malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.068	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1093	5779	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 6 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 6 DE 6 A 7Fr con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter de 7 fr .Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.069	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1094	5784	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR 4 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR4 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078¨para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.070	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1095	5782	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR 5 DE 6 A 7FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.071	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1096	7188	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.072	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1097	7235	CATÉTER MULTIUSO A1 - 4 A 5 FRENCH.	Estéril, descartable.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06	4.073	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1098	7236	CATETER GUIA: CATÉTER MULTIUSO A 2 - 4 A 5 FRENCH.	CATETER GUIA: CATÉTER MULTIUSO A2 - 4 A 5 FRENCH.con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038¨ con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071¨ para cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 fr.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	Unidad		ENVASE ESTERIL	RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.074	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1099	4792	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Res. 049-029/05 RCA Nº 070-020/2023	4.075	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1100	7209	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA Nº 070-020/2023	4.076	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1101	7227	CATÉTER P/DILATACIÓN VALVULAR DE 8 a 9 MM DE DIÁMETRO	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 8 A 9 MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD, SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MIDIENDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 15 DE RUPTURA.	Unidad	FDA	UNIDAD	Modificado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	4.077	
Endovascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1102	7278	CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA PRESIÓN P/1200 a 1500 PSI de 40 a 80 cm DE LONGITUD	Estéril	Unidad			Res. G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.078	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1103	9911	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 3 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.079	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1104	9912	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 4 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.080	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1105	9913	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.081	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1106	9914	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.082	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1107	9915	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.083	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1108	9916	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.084	
	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1109	9918	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11	4.085	
Endovascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1110	7276	CONTECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		Unidad			Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21	4.086	
Endovascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1111	7277	CONTECTOR EN Y (YPSILON) DE 3 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	De uso en angioplastía coronaria.	Unidad			Res.N° 022-027/07. Res Nº 070-016/11-Res.G.S.NºD 029/2021-28/04/21	4.087	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1112	7262	GUIAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD	GUIAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO N 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD. Nucleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificacion de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de	UNIDAD		ENVASE INDIVIDUAL	Mod.Res.N° 067-001/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023 RCA 025-020/2025	4.088	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1113	7169	INTRODUCTOR P/CATETERISMO PEDIÁTRICO 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIIL, UNA AGUJA DE PUNCION DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUIA DE 0,018´ (0,46 MM) X 40 CM.	Unidad	FDA	KIT	RCA 049-029/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.089	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1114	7098	INTRODUCTOR ARTERIAL FEMORAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCION 18 G Y VALVULA HEMOSTATICA KITS	Unidad	FDA y/o CE	Kit	Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023 RCA Nº 070-020/2023	4.090	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1115	7170	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 7 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR CON BUEN DECALAJE PARA LA TRANSICION PIEL CELULAR SUBCUTANEO Y VASO, UNA AGUJA DE PUNCION 18 G X 7 CM DE LONGITUD Y UN ALAMBRE GUIA DE 0,038´(0,97) X 50 CM	Unidad	FDA	KIT	Mododoficado por RCA 067-001/06 Modificado por RCA 047-013/24	4.091	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1116	4791	INTRODUCTOR P/CATETERISMO PEDIÁTRICO 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 7 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUIA DE 0,018´(0,46 MM) X 40 CM	Unidad	FDA	KIT	RCA 049-029/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.092	
Endovascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1117	7280	JERINGA DE 150 a 180 cc DE ALTA PRESIÓN, ADAPTABLE A BOMBA INYECTORA ANGIOMAT 6000	Descartable	Unidad			Res.Nº 054-022/08- Res. G.S. Nº D 029/2021-28/04/21	4.093	
Servicio de Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1118	10206	JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL DE 150 ML A 180 ML PARA LA BOMBA INYECTORA MEDRAD MARK V PROVIS	Estéril, desechable	Unidad			Res.Nº 054-022/08	4.094	
Servicio de Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1119	10207	KIT DE CATÉTER ASPIRADOR DE TROMBO DE 7 FRENCH, COMPATIBLE CON CATÉTER GUÍA DE 7 FRENCH, ALAMBRE GUÍA 0,014 Y DE INTERCAMBIO RÁPIDO.	Estéril, desechable	Kit			Res.Nº 054-022/08	4.095	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1120	10208	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	Estéril, desechable	Kit			Res.Nº 054-022/08- Res.G.S.Nº D 029/2021-28/04/21 RGS N° D016-2023	4.096	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1121	10209	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCION, ALAMBRE GUIA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCION DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUIA DE 0,018´(046 MM) X 40 CM.	Unidad	FDA	KIT	RCA 049-029/05 Modificado por RGS D 016-2023 Modificado por RCA 070-020/2023 Modificado por RCA 047-013/24	4.097	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1122	3665	MANÓMETROS DE PRESIÒN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		Unidad			Res.- 049-029/05 RGS N° D016-2023	4.098	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1123	5707	STENT DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 18 a 20 MM DE LONGITUD	Stent Convencional,Estéril, Descartable, de aleación cromo-cobalto ó cromo platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.099	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1124	7239	STENT DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 18 a 20 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, convencional, de aleación cromo- cobalto ó cromo platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.100	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1125	7240	STENT DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 23 A 25 MM DE LONGITUD	Stent convencional,estéril, descartable, de aleación cromo cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06. Res. Nº 070-016/11	4.101	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1126	4825	STENT DE 3 MM DE DIÁMETRO x 14 a 16 MM DE LONGITUD	Stent Convencional ,Estéril, Descartable, de aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.102	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1127	7241	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 18 A 20 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, descartable, de cromo- cobalto ó cromo - platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.103	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1128	7242	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 23 a 25 MM DE LONGITUD	Stent convencional, estéril, descartable, dealeación cromo - cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Mod.Res.N° 067-001/06. Res. Nº 070-016/11	4.104	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1129	4833	STENT DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 14 a 16 MM DE LONGITUD	Stent Convencional ,Estéril, Descartable, de aleación cromo- cobalto ó cromo- platino.	Unidad			Res. 049-029/05. Res. Nº 070-016/11	4.105	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1130	10304	STENT RENAL	Stent montado sobre balón. Hecho de acero inoxidable cromo- cobalto, montado sobre balón, compatible con alambre guía de 0,018" /0,014" de 4 a 7 mm de longitud. Estéril.	Unidad			Res.N° 022-027/07	4.106	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1131	9927	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO LAZO	Con asa en lazo atraumatica. De 6 a 6,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Lazo con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Res.N° 022-027/07 - RCA: N° 047-001/18	4.107	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1132	9926	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO CESTA	Con punta del cesto atraumatico. De 7 a 8,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Cesta con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Res.N° 022-027/07 - RCA: N° 047-001/18	4.108	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugia Vascular	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1133	11302	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO TREBOL	Con 4 asas en forma de trebol, atraumáticas. De 6 a 7 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Asas con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.109	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1134	9925	SISTEMA DE LIBERACIÓN MECÁNICO PARA COILS 110 a 115 cm DE LARGO	Arterial y/0 venoso X 0,036"	Unidad			Res.N° 022-027/07	4.110	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5 .- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1135	9924	SISTEMA DE LIBERACIÓN MECÁNICO PARA COILS 80 a 85 cm DE LARGO	Arterial y/0 venoso X 0,035"	Unidad				4.111	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1136	10717	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 50 A 70 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCTOR Y SU CATETER GUIA.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	4.112	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cardiocirugía	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1137	10718	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 110 A 130 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCTOR Y SU CATETER GUIA.	Unidad			RCA: N° 106-019/12	4.113	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1138	10724	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA N° 070-020/2023	4.114	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1139	10725	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA J	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J ". Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 RCA N° 070-020/2023	4.115	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1140	10726	KIT INTRODUCTOR 7 FRENCH, LARGO DE 21 A 25 CM.	Con aguja de punción arterial y alambre guía. Estéril, descartable.	Kit			RCA: N° 106-019/12	4.116	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1141	10727	ALAMBRE GUÍA: GUÍA HIDROFILICA PARA USO EN OCLUSIONES CRÓNICAS ARTERIOVENOSAS.	Punta J o recto moldeable de 0,014" y 180 a 190 de largo. Descartable Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 106-019/12 RCA N° 070-020/2023	4.117	
Endovascular	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1142	10728	Manifold para cateterismo: llave de 3 vias con rotor para contraste, presion invasiva y fluidos.	esteril, descartable	Unidad			RCA: N° 106-019/12- Res.G.S. N° D 029/2021- 28/04/21	4.118	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1143	11113	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.0 mm x 8 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.119	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1144	11114	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.25 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.120	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1145	11115	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.50 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.121	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1146	11116	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.75 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.122	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. - ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1147	11117	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.00 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.123	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1148	11118	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.50 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.124	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1149	11119	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.00 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.125	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1150	11120	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.50 mm x 12a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.126	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1151	11121	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 5.00 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion Circunferencial de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.127	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1152	11122	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.0 mm x 8 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.128	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1153	11123	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2,25 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.129	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1154	11124	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.5 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.130	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1155	11125	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 2.75 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.131	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1156	11126	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3.0 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.132	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1157	11127	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 3,5 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.133	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1158	11128	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.0 mm x 8 a 38 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.134	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1159	11129	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 4.5 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.135	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1160	11130	STENT MEDICADO	Stent Medicado con diametro de 5.0 mm x 12 a 30 mm de longitud,recubierto con Paclitaxel o Sirolimus o Everolimus o Zotarolimus u otras drogas, Montado sobre balon SEMICOMPLACIENTE , Con plataforma de Cromo-Cobalto o Cromo-Platino o-Platino , con revestimiento de polimeros Bio-degradables o Bio-absorbibles , con liberacion luminal o abluminal de la droga . Sistema de Implantacion de intercambio rapido.Insuflado del balon con Presion Nominal a partir de 6 ATM y una presion de rotura de hasta 18 ATM. Compatible con alambre guia de 0.014 " a 0.018" y con Cateter Guia de Diametro Minimo de 5 French y longitud de 145 cm (+-5 cm) con Marcadores Radioopacos en los extremos. Dispositivo para un solo uso. Apirogeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Unidad	LA FDA Y/O CE	Empaque Individual. Esteril	RCA 066-005/17. modificado por RCA 098-028/21	4.136	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1161	11547	STENT LIBERADOR DE DROGA SIROLIMUS, CON POLIMERO BIOABSORBIBLE ABLUMINAL EN GRADIENTE	STENT MEDICADO CON LIBERACION EN GRADIENTE: STENT LIBERADOR DE DROGA SIROLIMUS, CON POLIMERO BIOABSORVIBLE ABLUMINAL EN GRADIENTE. CON 2 UNIONES Y 8 CORONAS, APTO PARA BIFURCACIETES, MONTADO SOBRE BALON SEMICOMPLACIENTE CON 2 MARCADORES RADIOPACOS DE 1 MM DE DIAMETRO PERFIL DE ENTRADA DE 0,45 MM CON EXCELENTE CAPACIDAD DE SOBREEXPANSION DE 5,8 MM.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL	RCA 057-031/24 Modificado por RCA 013-18/25	4.137	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1162	11217	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERSISTENTE TAMAÑO 4 mm al 38 mm	CON DISCO DOBLE, AUTO-EXPANDIBLE CON MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL. DISCOS UNIDOS ENTRE SÍ POR UNA CORTA CINTURA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN INTER-ATRIAL. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA LIBERADOR DE ENTREGA UN CATETER GUIA. EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN KITS	Unidad	FDA	KIT	RCA 089-019/17 Modificado por RCA 047-013/24	4.138	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1163	11218	BALON DE VALVULOPLASTIA Y ANGIOPLASTIA PERIFERICA DE BAJO PERFIL 6 mm x 20 mm al 12 mm x 20 mm	SEMI COMPLACIENTE SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, CATETER DE 80 CM DE LONGITUD. INTRODUCTOR COMPATIBLE CON 5 FRENCH	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.139	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1164	11219	GUIA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 cm	SUPER RIGIDA DE 0,035 mm, AFILADA LOS PRIMEROS 7 CM, CON PUNTA CURVA DE "J" DE 3 MM	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.140	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1165	11220	ALAMBRE GUÍA: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 150 CM DE LONGITUD CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 089-019/17 RCA Nº 070-020/2023	4.141	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1166	11221	ALAMBRE GUÍA: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 260 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 089-019/17 RCA Nº 070-020/2023	4.142	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1167	11222	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,025/0,018". PRESENTACIÓN: KITS	Unidad			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.143	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1168	11223	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	Unidad			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.144	
Servicio de Hemodinamia -Cirugia Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1169	11224	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	Unidad			RCA: N° 089-019/17 RGS N° D016-2023	4.145	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1170	11225	BALON PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR Y AORTICA DE 14 MM X 40 MM AL 25 MM X 40 MM	BALON SEMI COMPLACIENTE, SOBRE LA GUIA ALAMBRE 0,035, CON DOS MARCAS RADIOPACAS, CON HOMBRO CORTO, CATETER DE 110 CM DE LONGITUD, PRESION DE RUPTURA DE 6 ATM, INTRODUCTOR COMPATIBLE CON 8 F	Unidad	FDA	UNIDAD	RCA 089-019/17 Modificado por RCA 047-013/24	4.146	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1171	11226	CATETER GUIA VAINA TIPO MULLINS 8 F al 14 F DE 85 CM	CATETER GUIA TIPO VAINA TIPO MULLINS, DE 85 CM, CON VALVULA	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.147	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1172	11227	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR al 14 mm aortico-12 mm pulmonar	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL MALLA DE ALAMBRE. CON UNA FALDA DE RETENCION EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO. A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPUJAN CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR. EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR. EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACION. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATETER GUIA DE 180° EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORREPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	Unidad	FDA	KIT	RCA 089-019/17 Modificado por RCA 047-013/24	4.148	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1173	11228	STENT PERIFERICO RENAL DE 5 MM DE DIAMETRO X 15 MM al 7 MM DE DIAMETRO AL 19 MM DE LONGITUD PRE-MONTADO EN BALON	EL SISTEMA STENT PREMONTADO, VIENE CON UN STENT DE METAL DE ACERO INOXIDABLE, CELULAS CERRADAS, MONTADO EN UN BALON SEMI COMPLACIENTE CON PRESION MAXIMA DE INSSUFLADO DE HASTA 14 ATM, CON DOS MARCAS RADIOPACAS, QUE ACEPTAN GUIAS DE ALAMBRE DE 0,014 HASTA 0,018	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.149	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1174	11229	STENT PERIFERICO DE METAL, DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	STNT DE ACERO INOXIDABLE, CON CELDAS CERRADAS, FLEXIBLE, CON ALTA FUERZA RADIAL, NO MONTADO Y NO AUTOEXPANDIBLE. CON CAPACIADA PARA MONTAR EN BALONES, SER GUIADAS EN VAINAS LARGAS.	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.150	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1175	11230	CATETER BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA 5 F	EL BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA ES UN CATETER DE DOBLE LUMEN, DE 50 CM DE LONGITUD COMPUESTO DE UN BALON DE 9,5 MM (13,5) MM DE DIAMETRO, BALON NO COMPLACIENTE DE 1 CC DE VOLUMEN, (2CC) CON AGUJERO DISTAL, QUE PERMITE EL PASAJE DE GUIA DE ALAMBRE 0,014. EL BALON VIENE CON UNA ANGULACION DE 30° PARA EL FÁCIL PASAJE AL ATRIO IZQUIERDO.	Unidad			RCA: N° 089-019/17	4.151	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1176	11298	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 6 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,18". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.152	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1177	11299	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN: CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 6 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 047-001/18 RCA Nº 070-020/2023	4.153	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1178	11300	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 Fr., de punta curva, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. . Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno.	Unidad		Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	RCA: N° 047-001/18	4.154	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	1179	11301	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN: CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 - 7,5 Fr., de cuerpo blando, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual. Estéril	RCA: N° 047-001/18 RCA N° 070-020/2023	4.155	
Cardiología Intervencionista y Hemodinamia - Cirugía Vascular	5.- ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 12999	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13101	1180	11680	DISPOSITIVO TRANSCATETER VALVUAR VIA DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO	DISPOSITIVO TRANSCATETER VALVUAR VIA DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO. Estructura de la válvula formada por un stent de nitinol; las valvas y el recubrimiento del stent son de pericardio porcino. El nitinol otorga al stent una memoria de forma que le permite adaptarse adecuadamente al tronco pulmonar (TP) sin comprimir las estructuras vecinas. Medidas desde 28 hasta 36 mm de diámetro, con incrementos de 2 mm. El stent de la válvula debe medir 10 mm más en los extremos que en la zona central. Al ser más ancha en los extremos. Zona central y el extremo proximal están recubiertos de pericardio porcino para evitar fugas paravalvulares, y el extremo distal sin recubrir, para evitar la oclusión de las arterias pulmonares . El sistema de catéter de entrega y el sistema de carga por compresión se suministran envasados en bolsas de transferencia asépticas dobles y esteriles.	UNIDAD	ISO - CE	KIT	RCA 004-034/25	3.371	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	1	11699	CLAVO PARA FEMUR CON GENTAMICINA	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR IMPREGNADO DE CEMENTO CON GENTAMICINA, ESTERILES, DIAMETRO 10, 11, 12 DE LARGO DE 340 A 420	UNIDAD		UNIDAD	RCA 060-033/25		
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	2	7735	PARCHE DE PTFE CARDIOVASCULAR 0,4 de pared (espesor),Medidas: 20 mm x 90 mm		Unidad			Res.079-043/06	4.157	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	3	6867	PARCHE DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) Medidas: 10 cm X 10 Cm	Medidas: 10 cm x 10 cm	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.158	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	4	6860	PRÓTESIS ANILLADA DE PTFE.(POLITETRAFLUORETILENO) DE 6 mm X 30 cm de largo mínimo	De 6 mm x 30 cm de largo mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.159	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	5	6861	PRÓTESIS ANILLADA DE PTFE.(POLITETRAFLUORETILENO) DE 8 mm X 30 cm de largo mínimo	De 8 mm x 30 cm de largo mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.160	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	6	7734	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 14 X 7 mm x 40 cm. De largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.162	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	7	7733	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 16 X 8 mm x 40 cm.Mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.163	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	8	7732	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 18 X 9 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.164	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	9	7731	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 20 X 10 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.165	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	10	7730	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE DACRÓN 22 X 11 mm x 40 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.060-010/05	4.166	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	11	7707	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 16 X 8 mm x 40 cm. Mínimo	16 X 8 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.168	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	12	7706	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 18 X 9 mm x 40 cm. Mínimo	18 X 9 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.169	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	13	7705	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 20 X 10 mm x 40 cm. Mínimo	20 X 10 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.170	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	14	7704	PRÓTESIS O INJERTO BIFURCADO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 22 X 11 mm x 40 cm. Mínimo	22 X 11 mm x 40 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.171	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	15	7729	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE DACRÓN 6 X 8 mm x 60 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.172	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	16	7710	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 4 X 7 mm x 40 cm de largo mínimo	4 X 7 mm x 40 cm de largo mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.173	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	17	7712	PRÓTESIS O INJERTO CÓNICO DE PTFE VENAFLO 4 X 7 mm x 40 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.174	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	18	7717	PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 10 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.175	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	19	6847	PRÓTESIS RECTA DE PET, (POLITEREFTALATO DE ETILENO) PRECOAGULADA/PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) DE 24 X 40 MM	DE 24 X 40 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.178	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	20	6848	PRÓTESIS RECTA DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) DE 0,6 X 70 MM	DE 0,6 X 70 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.179	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	21	6849	PRÓTESIS RECTA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) DE 0,8 X 70 MM	DE 0,8 X 70 MM	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.180	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	22	3682	PRÓTESIS DE PTFE (POTETRAFLUORETILENO) IMPREGNADO CON CARBONO 5 mm x 30 cm Mínimo	IMPREGNADO CON CARBONO 5 mm x 30 cm Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.181	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	23	3681	PRÓTESIS DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) IMPREGNADO CON CARBONO 6 mm X 30 cm Mínimo	IMPREGNADO CON CARBONO 6 mm X 30 cm Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.182	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	24	9941	PRÓTESIS VASCULAR RECTA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)	6 mm X 20 cm PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)	Unidad			Res.N° 079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.185	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	25	7815	STENT DE 6 a 12 mm DE DIÁMETRO X 1 a 4 cm DE LONGITUD	DIÁMETRO X 1 a 4 cm DE LONGITUD	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.190	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	26	7817	STENT MONTADO PARA AORTA ABDOMINAL		Unidad			Res.060-010/05	4.191	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	27	7818	STENT MONTADO PARA AORTA TORÁCICA		Unidad			Res.079-043/06	4.192	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	28	7723	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 22 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.196	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	29	7724	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 24 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.079-043/06	4.197	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	30	7725	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 26 mm X 30 cm de largo mínimo	Precoagulada - Porosidad "0"	Unidad			Res.060-010/05	4.198	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	31	7726	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 27 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.199	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	32	7728	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 30 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.200	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	33	7714	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 6 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.201	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	34	7716	TUBO, PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 8 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.060-010/05	4.202	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	35	7727	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE DACRÓN 28 mm X 30 cm. Mínimo		Unidad			Res.079-043/06	4.203	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	36	7693	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 10 mm x 30 cm. De largo Mínimo	10 mm x 30 cm. De largo Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.204	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	37	7694	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 12 mm x 30 cm. Mínimo	12 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.205	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	38	7695	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 14 mm x 30 cm. Mínimo	14 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.206	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	39	7696	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 16 mm x 30 cm. Mínimo	16 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.079-043/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.207	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	40	7699	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 22 mm x 30 cm. Mínimo	22 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.210	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	41	7700	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 24 mm x 30 cm. Mínimo	24 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.211	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	42	7702	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE(POLITETRAFLUORETILENO) 28 mm x 30 cm. Mínimo	28 mm x 30 cm. Mínimo	Unidad			Res.060-010/05 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.213	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	43	7692	TUBO,PRÓTESIS O INJERTO RECTO DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) 8 mm x 30 cm. De largo Mínimo	8 mm x 30 cm. De largo Mínimo	Unidad			RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.220	
Cir.Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.1 Prótesis de Cirugía Vascular Periférica 6.1 - SIH GRUPO 610	44	11518	Prótesis recta de Dacrón con cuatro ramas laterales para aorta toracoabdominal	Prótesis de recta de Dacrón precoagulada de 60 cm de longitud con calibre de 20 a 30 mm y con 4 ramas laterales presuturadas: 2 ramas de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud para las arterias mesentérica superior y tronco celiaco; 2 ramas de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud para las arterias renales. Las 4 ramas salen de la porción media de la prótesis.	Unidad	FDA Y/O CE Y/O ISO	Envase estéril individual	RCA: N° 007-045/2022 DE 8 DE FEBRERO DE 2022	4.221	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	45	10226	ARTERIÓTOMO	Para revascularización miocárdica. Material descartable, estéril, con punta de metal de 4 mm. Envase individual.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.222	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	46	10227	CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA ADULTOS.	Material descartable 7 a 8 Fr., estéril.	Unidad			Res.Nº 020-008/09	4.223	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	47	10228	CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA PEDIÁTRICA.	Material descartable 5 Fr., estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.224	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	48	10229	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 18	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.225	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	49	10230	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 20	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.226	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	50	10231	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 22	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.227	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	51	10232	CÁNULA VENOSA INFANTIL Nº 24	Cánula venosa para canular venas superior y cava inferior independientemente, punta perforada, lugar de conexión 0,64 cm (1/4), descartable, estéril.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.228	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	52	6940	CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO HEMOSTÁTICO	Para disección aórtica transposición de grandes vasos y revascularización, artículo consumible, estéril. Una jeringa o vial. Kit completo.	Kit			Res. Nº 020-008/09	4.229	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	53	10233	ELECTRODO DE RESINCRONIZADOR PARA VENTRÍCULO IZQUIERDO.	Endocardio para implante en vena coronaria a través del seno coronario. Conector IS-I Uni o bipolar. Extremo distal cónico, platinizado con liberación de esteroides. Punta sellada con silicona. Cuerpo de electrodo 4 a 6 Fr.	Unidad			RCA N° 031-023/07	4.230	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	54	6834	Electrodos de Marcapaso Definitivo Epicardio.	Unicameral Uni o Bipolar, conector IS-1, Epicardio	Unidad			Res. Nº 020-008/09 - RCA: N° 058-011/17	4.231	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	55	10239	EQUIPO DE CIRUGÍA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	Estabilizador coronario con posicionador de corazón, extremo proximal rotable, aspirador con extremo de silicona maleable,descartable. (Garantía 1 año mínimo.)	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.232	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	56	6830	Generador de Marcapaso Definitivo Bicameral con sus Electrodos Auricular y Ventricular.	Bicameral Uni o Bipolar; conector IS-1 c/respuesta en frecuencia. Búsqueda de la conducción AV, auto captura auricular y ventricular sensado asegurado + Electrodo auricular Uni o Bipolar, conector IS-1 endocavitario, liberación de esteroides endocavitario, extremo en tirabuzón + Electrodo Ventricular Uni o Bipolar, conector IS-1, liberación de esteroides endocavitario, extremo tirabuzón o aleta. Presentación Kit	Unidad			RCA N° 031-023/07 - RCA: N° 058-011/17	4.233	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	57	6829	Generador de Marcapaso Definitivo Unicameral con su Electrodo Ventricular.	Unicameral Uni o Bipolar, conector IS-1 c/respuesta en frecuencia. Manejo de la captura ventricular, sensado asegurado, sugerencia de programación clínica + Electrodo Ventricular Uni o Bipolar, conector IS-1, liberación de esteroides endocavitario, extremo tirabuzón o aleta. Presentación Kit	Unidad			Res. Nº 020-008/09 - RCA: N° 058-011/17	4.234	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	58	10242	GENERADOR PARA RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA, PARA ESTIMULACIÓN TRICAMERAL.	Características: tricameral, conector tipo ISI bipolar. Estimulación Ventrículo izquierdo - VI; Ventrículo Derecho- VD independiente. Prueba de auto detección Auricular VD y VI. Salidas programables por separado hasta 7,5 V.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.235	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	59	10249	KIT DE IMPLANTACIÓN DE ELECTRODO DE VI	Compuesto por: Catéteres Guías, Válvulas de Hemostasia. Dilatador de Catéter Guía. Catéter Balón para Venografía	Kit				4.236	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	60	6845	PARCHE DE TEFLÓN	Poliéster Felt/Teflón Medidas: 20 X 20 Cm. (+ - 5 cm)	Unidad			RCA N° 043-014/06	4.238	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	61	3648	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO	Embebido En Glutaraldehído. Medidas 10 X 6 Cm (+ - 5 cm)	Unidad				4.239	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	62	3649	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 26. LONG: 30 CM		Unidad				4.240	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	63	3650	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 28. LONG: 30 CM		Unidad				4.241	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	64	3651	TUBOS DE DACRÓN PARA ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA N 30, LONG: 30 CM		Unidad				4.242	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	65	6846	TUBOS DE PTF		Unidad				4.243	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	66	6835	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 21	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.244	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	67	6836	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 23	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.245	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	68	6161	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 25	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.246	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	69	6837	TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 27	Tubos De Dacrón Y Válvula Metálica De Carbón Pirolítico	Unidad				4.247	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	70	9943	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE	Metálica (carbón pirolítico)	Unidad			Res.N° 031-023/07	4.252	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	71	6806	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.254	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	72	5870	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N 17.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.256	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	73	6803	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.258	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	74	6804	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.260	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	75	6805	VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA Nº 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.262	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	76	6797	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.266	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	77	6798	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.268	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	78	6799	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.272	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	79	6800	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.274	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	80	6801	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.277	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	81	6802	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE.	Metálica (Carbón Pirolítico)	Unidad				4.280	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	82	10243	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 23	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.282	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	83	10244	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 25	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.283	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	84	10245	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 27	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.284	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	85	10246	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 29	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.285	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	86	10247	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 31	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.286	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	87	10248	VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA Nº 33	Tratamiento anticalcio, montada sobre stent de bajo perfil, posición supra anular, gradiente por debajo de 15 mm Hg.	Unidad			Res. Nº 020-008/09	4.287	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	88	11316	VALVULA CARDIACA AORTICA BIOLOGICA N° 21 A 29	DIAMETRO EXTERNO DE LA VALVULA DE 21 A 29MM DE ORIGEN BOVINO O PORCINO CON TRATAMIENTO ANTICALCICO APIROGENO	Unidad		JUEGO CAJA SELLADA CONTENIENDO DISPOSITIVO MEDICO EN FRASCO O EN PAQUETE INDIVIDUAL CERRADO ESTERIL, CON INDICADORES DE TEMPERATURA FRIO/CALOR VISIBLE	RESOLUCION C.A.N°009-001/19	4.288	
Cardiocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.2. PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDÍACA 6.2 - SIH GRUPO 620	89	11317	VALVULA CARDIACA AORTICA BIOLOGICA N° 19 A 29	DIAMETRO EXTERNO DE LA VALVULA DE 19 A 29MM DE ORIGEN BOVINO O PORCINO CON TRATAMIENTO ANTICALCICO CON CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO VALVULA EN VALVULA - ANILLO EXPANSIBLE APIROGENO	Unidad		JUEGO CAJA SELLADA CONTENIENDO DISPOSITIVO MEDICO EN FRASCO O EN PAQUETE INDIVIDUAL CERRADO ESTERIL, CON INDICADORES DE TEMPERATURA FRIO/CALOR VISIBLE	RESOLUCION C.A.N°009-001/19	4.289	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	90	7974	ALAMBRE 0.5 EN ACERO QUIRÚRGICO LONGITUD 1 METRO.		Unidad			Res.060-010/05	4.290	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	91	7927	ALAMBRES QUIRÚRGICOS 1.2 MM EN ACERO LONGITUD 1 METRO.		Unidad			Res.060-010/05	4.291	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	92	7928	ALAMBRES QUIRÚRGICOS 1.6 MM EN ACERO LONGITUD 1 METRO.		Unidad			Res.060-010/05	4.292	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	93	7771	ANCLAS QUIRÚRGICAS DE 3.5 MM.		Unidad			Res.060-010/05	4.293	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	94	7772	ANCLAS QUIRÚRGICAS DE 5 MM.		Unidad			Res.060-010/05	4.294	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	95	3313	BARRA TIPO USS DURA 6.0 DE 200 A 500 MM EN ACERO O TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.295	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	96	7632	BARRA DURA TIPO USS 6.0 DE 50 A 150 MM EN ACERO O TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.296	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	97	7890	CLAVO NO FRESADO HUMERAL TIPO UHN DIÁMETRO 6.7 A 9.5 MM EN TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.297	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	98	2774	CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES.		Unidad			Res.060-010/05	4.298	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	99	7066	CEMENTO ÓSEO RADIOPACO, ESTÉRIL, DE BAJA VISCOSIDAD CON GENTAMICINA.	Para aplicación con jeringa. Kit completo	KIT			RCA N° 002-041/08	4.299	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	100	7067	CEMENTO ÓSEO RADIOPACO, ESTÉRIL, DE BAJA VISCOSIDAD SIN ANTIBIÓTICO	Para aplicación con jeringa. Kit completo	KIT			RCA N° 002-041/08	4.300	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	101	2557	CERA P/ HUESO		Unidad			Res.060-010/05	4.301	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	102	7904	CLAVO DE ENDERS 4.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.302	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	103	7968	CLAVO DISTAL DE FÉMUR TIPO DFN	EN TITANIO O ACERO QUIRURGICO. CLAVO RETRÓGRADO INTRAMEDULAR DE FÉMUR DE 9 A 15 MM DE DIAMETRO CON LONGITUDES DE 160 A 480 MM. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		UNIDAD SET	RCA.060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.303	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	104	5547	CLAVO EN ENDERS 3.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.304	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	105	9871	CLAVO PARA FÉMUR PROXIMAL TIPO PFN	CON LAMINA HELICOIDAL DE ACERO Qx. 200 - 400 MM CON SUS COMPONENTES. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		SET	RCA.060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.305	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	106	7905	CLAVO DE STEIMAN 2.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.306	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	107	7906	CLAVO DE STEIMAN 3.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.307	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	108	7907	CLAVO DE STEIMAN 3.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.308	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	109	3333	CLAVO TIPO UTN PARA TIBIA CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO		Unidad			Res.060-010/05	4.309	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	110	3323	CLAVO UNIVERSAL FRESADO PARA FÉMUR CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.310	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	111	4855	CLAVO UNIVERSAL FRESADO PARA TIBIA CON 4 PERNOS DE BLOQUEO EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.311	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	112	5722	CLAVOS TIPO TEN EN TITANIO 3.5 MM X 440 MM.		Unidad			Res.060-010/05	4.312	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	113	7929	CLAVOS TIPO TEN EN TITANIO 4.0 MM X 440 MM.		Unidad			Res.060-010/05	4.313	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	114	7987	ENDO PRÓTESIS NO CONVENCIONAL PARA FÉMUR TOTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.314	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	115	7994	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA HÚMERO EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.315	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	116	7992	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA TIBIA + COMPONENTE FEMORAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.316	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	117	7993	ENDO PRÓTESIS PARCIAL NO CONVENCIONAL PARA TIBIA TOTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.317	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	118	7990	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL CON RESECCIÓN 1/3 DISTAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.318	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	119	7989	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL CON RESECCIÓN 1/3 PROXIMAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.319	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	120	7988	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.320	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	121	7991	ENDO PRÓTESIS PARCIAL PARA FÉMUR NO CONVENCIONAL PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL DE MOVIMIENTO FISIOLÓGICO EN ACERO QUIRÚRGICO		Unidad			Res.060-010/05	4.321	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	122	7995	ENDO PRÓTESIS TOTAL NO CONVENCIONAL PARA HÚMERO EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res. N° 022-029/07	4.322	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	123	7778	ESPACIADORES QUIRÚRGICOS PARA CADERA.	TAMAÑO ESTANDAR Y LARGO INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		UNIDAD	RCA.060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.323	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	124	7779	ESPACIADORES QUIRÚRGICOS PARA RODILLA.		Unidad			Res.060-010/05	4.324	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	125	9876	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, GRANDE	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 32 cm.	Unidad			Res. N° 022-029/07	4.326	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	126	9875	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, MEDIANA	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 25 cm.	Unidad			Res. N° 022-029/07	4.327	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	127	9874	FÉRULA DIGITAL PARA MANO, PEQUEÑA	Chapa galvanizada con goma espuma. Medida 2 cm x 15 cm.	Unidad			Res.060-010/05	4.328	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	128	7899	FIJADOR INTERNO TIPO VENTROFIX		Unidad			RCA N° 002-041/08	4.329	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	129	7925	GRAPAS DE BLOUNT EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.330	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	130	3354	GRAPAS DE COVENTRY EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.331	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	131	6924	MINIFIJADOR TIPO AO	barra de minitutor de 4mm x 160mm (1), x 180mm (1), x 200mm (1), x220mm (1), rotula universal de 4mm (6), schanz autoperporantes de 4mm/3mm (6), rotulas tubo tubo (2) INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.337	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	132	3390	PLACA AUTO-ESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL SISTEMA 4.2 A 4.35 DE 24 A 63 MM EN TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.342	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	133	7996	PLACA AUTO-ESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL SISTEMA 4.2 A 4.35 EN TITANIO.		Unidad			Res. 060-010/05	4.343	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	134	7900	PLACA AUTO-ESTABLE P/COLUMNA CERVICAL DE TITANIO (PLACA EN H) DE 40 MM A 55 MM.	De Titanio.	Unidad			Res.060-010/05	4.344	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	135	7916	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.345	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	136	7917	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.346	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	137	7918	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.347	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	138	7912	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.348	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	139	7913	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.349	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	140	7914	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.350	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	141	7915	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA SISTEMA 3.5 MM CON 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.351	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	142	7924	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.352	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	143	7919	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.353	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	144	7920	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.354	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	145	7921	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.355	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	146	7922	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.356	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	147	7923	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA SISTEMA 3.5 MM CON 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.357	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	148	7812	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN SISTEMA 2.4 MM PARA MANDIBULA CON TORNILLOS EN TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.358	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	149	7805	PLACA DE TENSION SISTEMA 2.4 MM CON 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.359	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	150	7814	PLACA EN L SISTEMA 2.4 MM CON TORNILLOS DE TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.362	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	151	7837	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.366	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	152	5712	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.368	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	153	5135	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.369	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	154	3397	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.370	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	155	5136	PLACA EN L SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.371	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	156	7834	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.372	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	157	7835	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.373	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	158	7836	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.374	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	159	7832	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.375	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	160	5132	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.376	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	161	5546	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.377	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	162	5133	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.378	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	163	7833	PLACA EN T SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.379	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	164	7946	PLACA EN T TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 MM X 4/5/6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.380	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	165	7945	PLACA EN T Y TORNILLOS TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.381	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	166	7943	PLACA L TIPO LCP DE SOSTÉN SISTEMA 4.5/5.0 MM X 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.382	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	167	7959	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.383	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	168	7955	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.384	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	169	7956	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.385	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	170	7957	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.386	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	171	7958	PLACA LCD CP SISTEMA 4.5 MM ANCHA DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.387	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	172	7969	PLACA PARA CALCÁNEO SISTEMA 3.5 MM DE LONGITUD DE 60 A 70 MM EN TITANIO.		Unidad			Res.060-010/05	4.393	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	173	7971	PLACA PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	UN PAR SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRURGICO. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.394	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	174	7973	PLACA PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	UN PAR SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRURGICO. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.395	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	175	7970	PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.396	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	176	7972	PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		Unidad			Res.060-010/05	4.397	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	177	7947	PLACAS PARA TIBIA DISTAL TIPO LCP	SISTEMA 3.5/ 5.0 MM DE EN ACERO QUIRÚRGICO. INCLUIR VARIANTES: (1. PLACA MEDIAL DE TIBIA DISTAL / 2. PLACA ANTEROLATERAL DE TIBIA DISTAL) DE 5 A 10 ORIFICIOS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.398	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	178	7809	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.399	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	179	7810	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.400	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	180	7811	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.401	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	181	7827	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN L DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.402	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	182	7828	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN L DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.403	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	183	7829	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN Y DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.404	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	184	7830	PLACA SISTEMA 1.5 MM EN Y DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.405	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	185	7825	PLACA SISTEMA 1.5 MM RECTA DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.406	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	186	7822	PLACA SISTEMA 2 MM EN L DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.407	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	187	7823	PLACA SISTEMA 2 MM EN T CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.408	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	188	7819	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.409	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	189	7820	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.410	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	190	7821	PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.411	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	191	7798	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.412	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	192	5192	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.413	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	193	5193	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.414	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	194	5194	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.415	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	195	5195	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.416	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	196	5196	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.417	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	197	7797	PLACA SISTEMA 3.5 MM 1/3 TUBO DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.418	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	198	6049	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.419	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	199	7799	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.420	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	200	7800	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.421	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	201	3409	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.422	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	202	7801	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.423	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	203	7802	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.424	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	204	7803	PLACA SISTEMA 3.5 MM DCP DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.425	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	205	5120	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.432	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	206	5121	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.433	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	207	5122	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.434	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	208	5116	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.435	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	209	5117	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.436	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	210	5118	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.437	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	211	5119	PLACA SISTEMA 4.5 MM DCP ANGOSTA 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res.060-010/05	4.438	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	212	7854	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.439	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	213	5833	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.440	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	214	7855	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 14, ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.441	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	215	7856	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 16 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.442	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	216	7845	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.443	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	217	7853	PLACA TIPO DCS SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.444	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	218	7850	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.445	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	219	7851	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 11 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.446	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	220	7852	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.447	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	221	7844	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.448	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	222	5442	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.449	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	223	7846	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.450	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	224	7847	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.451	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	225	7848	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.452	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	226	7849	PLACA TIPO DHS SISTEMA 4.5 MM DE 9 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.453	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	227	10143	PLACA TIPO L.C.P. PARA FEMUR DISTAL DE 4,5 - 5 mm. CON 7 a 13 AGUJEROS CON SUS TORNILLOS		JUEGO			Res.060-010/05	4.454	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	228	7940	PLACA TIPO LCP SISTEMA 3.5 MM 6 A 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRURGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.455	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	229	7936	PLACA TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 ANCHA DE 10 A 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.456	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	230	7935	PLACA TIPO LCP SISTEMA 4.5/5.0 ESTRECHA DE 8 A 12 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res. N° 030-008/08	4.457	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	231	10142	PLACA TIPO PHILOS	DE 3,5 mm, EN ACERO QUIRURGICO CON 3 a 14 AGUJEROS, CON SUS TORNILLOS INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		JUEGO	RCA 002-041/08 Modificado por RCA 047-013/24	4.458	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	232	10123	PLACA TIPO PUDU EN TITANIO PARA FEMUR	EN TITANIO, SISTEMA 4,5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 7,5MM A 15MM INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		KIT	RCA 002-041/08 Modificado por RCA 047-013/24	4.459	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	233	10124	PLACA TIPO PUDU PARA TIBIA	EN TITANIO SISTEMA 4,5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10MM A 15MM INCLUIR SET INSTRUMENTAL	Unidad		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.460	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	234	7976	PRÓTESIS DE THOMPSON CUELLO LARGO EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.463	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	235	3422	PRÓTESIS DE THOMPSON CUELLO ESTÁNDAR EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.464	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	236	7984	PRÓTESIS TOTAL CADERA HÍBRIDA	TALLO EN ACERO INOXIDABLE. EL VASTAGO CEMENTADO DEBE SER: 2 OPCIONES DE OFFSET, CON TAPÓN Y CENTRALIZADOR, DISEÑO PULIDO DE DOBLE CONICIDAD, VÁSTAGOS DE ACERO INOXIDABLE EN 9 TAMAÑOS. COPA ACETABULAR CON: OPCIÓN DE DOBLE MOVILIDAD, COPAS MODULARES DE TITANIO CON, ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 40, 42 Y 44 MM, RANURA ANTIRROTACIÓN, MECANISMO DE BLOQUEO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO. CABEZAS: CABEZA DE COCR Y CERÁMICO. CABEZA BIPOLAR: DISEÑO AUTOCENTRANTE, COLLARÍN DE BLOQUEO EXTRAÍBLE, COMPATIBLE CON CABEZAS DE COCR DE 22 MM O 28 MM Y SUPERFICIE EXTERNA PULIDA. KIT ESTÉRIL.	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 02-031/26	**4.475**	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	237	7983	PRÓTESIS TOTAL CADERA NO CEMENTADA	TALLO NO CEMENTADO. 2 POSIBILIDADES DE OFFSET, 9 OPCIONES DE TAMAÑO, CON COPA NO CEMENTADA RECUBIERTA, LINNER CON POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR Y CABEZAS EN OPCIÓN DE ACERO Y CERÁMICA. COPA ACETABULAR CON: OPCIONES A DOBLE MOVILIDAD, COPAS MODULARES DE TITANIO CON, ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 40, 42 Y 44 MM, RANURA ANTIRROTACIÓN, MECANISMO DE BLOQUEO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO. CABEZAS: CABEZA DE COCR Y CERAMICO. CABEZA BIPOLAR: DISEÑO AUTOCENTRANTE, COLLARÍN DE BLOQUEO EXTRAÍBLE, COMPATIBLE CON CABEZAS DE COCR DE 22 MM O 28 MM Y SUPERFICIE EXTERNA PULIDA KIT ESTÉRIL.	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 02-031/26	**4.476**	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	238	7982	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO CHANLEY TALLO REFORZADO CON PARED POSTERIOR EN ACERO QUIRÚRGICO.		JUEGO			Res.060-010/05	4.477	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	239	7979	PRÓTESIS TOTAL CADERA CEMENTADA.	CABEZA DE CROMO COBALTO EN OPCIONES 28 MM, 32 MM Y 36 MM. KIT	JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 106-019/12	4.478	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	240	7986	PROTESIS DE HOMBRO MODULAR CON OPCIÓN DE CONVERSIÓN DEL SISTEMA ANATÓMICO A REVERSA	OPCIÓN A - PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO: VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXIAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUEPRO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, CABEZA HUMERAL DE 42 A 54 MM. Y OPCIÓN B - PROTESIS TOTAL ANATÓMICA: : VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXIAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUEPRO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, CABEZA HUMERAL DE 42 A 54 MM, META BACK GLENOIDEO NO CEMENTADO Y LINER DE POLETILENO DE DISTINTOS TAMAÑOS. Y OPCIÓN C - PROTESIS TOTAL REVERSA: : VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXIAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUEPRO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, GLENOSFERA CENTRICA O EXCENTRICA , META BACK GLENOIDEO NO CEMENTADO Y LINER DE POLETILENO DE DISTINTOS TAMAÑOS. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		JUEGO	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.479	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	241	7770	PRÓTESIS TOTAL DE REVISIÓN DE RODILLA MODULAR ANATOMICA	RODILLA DE REVISIÓN CON CONSTREÑIMIENTO PROGRESIVO MODULAR EN CROMO COBALTO CON LINNER DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR Y SUPLEMENTOS DE TITANIO, UNIÓN FEMORAL Y TIBIAL CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, 6 TAMAÑOS DE FÉMUR Y 6 TAMAÑOS DE TIBIA, LINNER CON POSTE FIJADO, VÁSTAGOS TIBIALES Y FEMORALES CEMENTADOS Y NO CEMENTADOS, CON Y SIN OFFSET, SEMICUÑAS TIBIALES APILABLES Y SUPLEMENTOS FEMORALES DISTALES Y POSTERIORES, ROTACIÓN INTERNA/EXTERNA DE 2°Y -7° E INCLINACIÓN VARO/VALGO DE 1° Y -4° POSIBILIDAD DE COMPATIBILIDAD CON RODILLA PRIMARIA TANTO EN FÉMUR COMO EN TIBIA. KIT ESTÉRIL.	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 02-031/26	**4.480**	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	242	7985	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA PRIMARIA MODULAR ANATOMICA	PRÓTESIS DE RODILLA PRIMARIA ESTABILIZADA POSTERIOR Y/O ULTRACONGRUENTE MODULAR EN CROMO COBALTO, CON LINNER DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, 8 TAMAÑO DE FÉMUR, 8 TAMAÑOS DE TIBIA, CORTE PATELAR ANTERIOR PROFUNDO, 4 TAMAÑOS DE PATELLA, LINNER DE CROSSLINK, AMPLIA COMBINACIÓN DE COMPONENTES FEMORALES Y TIBIALES, DEBE PERMITIR HIPERFLEXIÓN. QUILLA DE PERFIL BAJO EN TODOS LOS TAMAÑOS KIT ESTÉRIL.	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 090-035/13 RCA 02-031/26	**4.481**	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	243	7857	TUTOR MODULAR TIPO AO MIEMBRO INFERIOR	6 schanz 4.5 a 5.0 MM / 6 rotulas Tubo-Schantz / 3 ROTULAS TUBO TUBO / 5 TUBOS DE 100 a 450 INCLUIR SET INSMTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.482	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	244	5390	TUTOR MODULAR TIPO AO PARA MIEMBRO SUPERIOR	6 schanz 4.5 MM / 6 rotulas TS / 3 ROTULAS TUBO TUBO / 3 TUBOS DE 100 a 300. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.483	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	245	7859	RÓTULA TRANSVERSAL MÚLTIPLE EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.487	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	246	5976	TORNILLO CANULADO 7.0 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.489	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	247	9734	TORNILLO PEDICULAR USS DE 5,0 MM.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			R.C.A. Nº 079-044/06	4.490	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	248	9735	TORNILLO PEDICULAR USS DE 6,0 MM.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			R.C.A. Nº 079-044/06	4.491	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	249	9741	TORNILLO USS P/ GANCHO PEDICULAR.	Material de acero inoxidable ó titanio.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07	4.492	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	250	10128	TORNILLO DE INTERFERENCIA PARA ISQUIOTIBIALES	EN TITANIO INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.493	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	251	3442	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.494	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	252	10127	SISTEMA DE FIJACION CORTICAL	CON SISTEMA SUSPENSORIO EN FEMUR Y TORNILLO DE INTERFERENCIA INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	RCA 060-010/05 Modificado por RCA 047-013/24	4.495	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	253	7910	TORNILLO CANULADO 3.5 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.496	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	254	7911	TORNILLO CANULADO 4.0 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res.060-010/05	4.497	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	255	10125	TORNILLOS DE HEBERT EN TITANIO DE 2 MM DE DIÁMETRO		UNIDAD			RCA N° 002-041/08	4.498	
Prótesis traumatológica	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	256	10126	TORNILLOS DE HEBERT EN TITANIO DE 4 MM DE DIÁMETRO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.499	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	257	7864	TUTOR EXTERNO DE ELONGACIÓN ÓSEA TIPO WAGNER EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res.060-010/05	4.500	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	258	10742	Prótesis no cementada para cupula de radio	Vastago no cementado telescopado en cromo cobalto cabeza de polietileno	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.502	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	259	10743	Prótesis total de tobillo no cementada	En cromo - cobalto molibdeno- titaneo	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.503	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	260	10744	Prótesis total de rodilla modular	Con cuñas intercambiables y vastagos intercambiables con posibilidad de constreñida de revisión de cromo cobalto	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.504	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	261	10745	Rejilla acetabular de titanio	Con tres aletas maleables para refuerzo de pared acetabular con sus respectivos tornillos	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.505	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	262	10746	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	CON REVISIÓN CEMENTADA DE ACERO ANATÓMICA CONICO PULIDA DE LONGITUDES 175 MM, LAS CABEZAS DE DIÁMETROS 28 MM 32 MM CON COTILO DE TITANIO POROSO PARA MEJOR OSTEOINTEGRACIÓN CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ACETABULARES INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA 106-019/12 Modificado por RCA 047-013/24	4.506	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	263	10747	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	CON REVISIÓN CEMENTADA DE ACERO ANATÓMICA CONICO PULIDA DE LONGITUDES 225 MM, LAS CABEZAS DE DIÁMETROS 36 MM CON COTILO DE TITANIO POROSO PARA MEJOR OSTEOINTEGRACIÓN CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ACETABULARES INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA 106-019/12 Modificado por RCA 047-013/24	4.507	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	264	10748	Prótesis total de cadera NO cementada de revisión	Prótesis Total de cadera. NO cementada de Revisión, Modular; Acetábulo, 48 a 64 mm diámetro (+- 4 mm), con recubrimiento en titanio poroso con tornillos de fijación respectivos. Polietileno de Alta Densidad; cabeza diámetro 28 a 36 mm. Vástago 250 a 330 mm longitud (+ - 30 mm). Con bloqueo distal, con sus respectivos tornillos.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12 RCA: N° 016-021/17 RCA: N° 024-001/17- RCA N°: 027-001/17	4.508	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	265	10752	Sistema de anclaje	100% Poliéster N° 5. Diametro 1,4 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.509	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	266	10753	Sistema de anclaje	100% Poliéster N° 5. Diametro 2,9 mm	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.510	
Traumatología	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SIH GRUPO 630	267	11700	CLAVO PARA TIBIA CON GENTAMICINA	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA IMPREGNADO DE CEMENTO CON GENTAMICINA, ESTERILES, DIAMETRO 9, 10, 11 DE LARGO DE 280 A 400	UNIDAD		UNIDAD	RCA 060-033/25		
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	268	7898	ALAMBRES SUB LAMINARES PARA RECTÁNGULO DE HARTSHILL	De acero inoxidable	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06	4.511	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	269	9736	BARRA TIPO USS 3,5 x 80 mm P/EST. TRANS.	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.512	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	270	9738	BARRA DURA TIPO USS 6,0 MM DE 50 a 500 MM	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. Nº 070-016/11	4.513	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	271	7894	CEMENTO ACRÍLICO PARA CRANEOPLASTÍA	(Polimetacrilato de metilo, metacrilato de metilo). Cemento óseo de craneoplastía.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.514	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	272	10254	CEMENTO BIOLÓGICO DE FIBRINÓGENO Y TROMBINA.	En solución para mezcla de 1 ó 3 ml para uso neuroquirúrgico.	Kit			Res.020-008/09	4.515	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	273	7867	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.516	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	274	7868	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 5.5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.517	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	275	7869	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.518	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	276	7870	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL CURVO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06	4.519	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	277	7865	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE BAYONETA DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 5,0 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.520	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	278	7866	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE FENESTRADO DE 5,0 MM DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,2 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.521	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	279	7878	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO, DE 15 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7,7 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.522	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	280	7880	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO, DE 18 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,5 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.523	
Neurocirugia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	281	7871	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO, DE 12 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7,8 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.524	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	282	7872	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO, DE 15 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 8,8 mm.	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. N° 070-016/11	4.525	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	283	7879	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.526	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	284	7881	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.527	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	285	7882	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL RECTO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.528	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	286	7874	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE 5.5 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.529	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	287	7875	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE 6 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Res.060-010/05	4.530	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	288	7876	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL SEMICURVO DE COBALTO DE 9 MM	De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06	4.531	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	289	7877	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL TEMPORARIO RECTO DE TITANIO, DE 12 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7 mm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.532	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	290	7873	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL TEMPORARIO SEMI CURVO DE TITANIO, DE 10 MM DE LONGITUD	Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de + - 0,5 a 1,5 mm	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06	4.533	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	291	9737	CONECTOR TRANSVERSAL TIPO USS p/BARRAS DE 6,0 MM	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.534	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	292	10234	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 2,5 cm (+ -1), estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.535	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	293	10235	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO ABSORVIBLE O CELULOSA OXIDADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 5 a 7 cm (+ -1). estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.536	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	294	10236	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 10(+-2) cm X 20(+-2) cm , estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.537	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	295	10237	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	Hemostática absorvible de celulosa oxidada regenerada de múltiples fibras y con protección bactericida, de 5 (+-1)cm X 2,5 (+-1)cm, estéril, descartable.	UNIDAD			RCA N° 031-023/07.Res. Nº 070-016/11	4.538	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	296	10238	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA	Con hilos, radiópaca, de algodón, compatible con el tejido nervioso y detectable por Rayos , TAMAÑO: 1 X 3 pulgadas aprox. Y paquetes o sobres de 10 a 20 unidades.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.539	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	297	9739	GANCHO LAMINAR TIPO USS	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.540	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	298	9740	GANCHO PEDICULAR TIPO USS	Material de acero Inoxidable ó Titanio	UNIDAD			R.C.A. N° 079-044/06.Res. Nº 070-016/11	4.541	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	299	9742	KIT DE CEMENTO ÓSEO PARA VERTEBROPLASTÍA, RADIÓPACO	Material de acero Inoxidable ó Titanio. El kit debe incluir aguja de punción para médulaósea, cemento polimetil metacrilato radiópaco para relleno de la vertebra y sistema inyector. Presentación : kit.	UNIDAD			Res.060-010/05. Res. Nº 070-016/11	4.542	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	300	7624	KIT DE DRENAJE NEUROQUIRURGICO DE DERIVACIÓN VENTRICULAR EXTERNA	Compuesto de: catéter ventricular de (30 cm o más) recto con marcas radiopacas. Válvula antirreflujo en sistema cerrado. Llave de tres vías apta para medición. Bolsa colectora de 400 ml o más.Presentación: kit.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.543	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	301	10250	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Pediátrica, de 5 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.544	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	302	10251	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Pediátrica, de 8 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.545	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	303	10252	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Adultos, de 11(+-2) mm de diámetro, estéril. Para usar con el craneotomo.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09. Res. Nº 070-016/11	4.546	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	304	10253	PUNTA PERFORADORA CRANEAL DESCARTABLE.	Adultos, de 14 mm de diámetro, estéril.	UNIDAD			Res. Nº 020-008/09	4.547	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	305	7893	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA	Válvula de presión baja, media y alta, catéter ventricular de 10(+-3) cm. Catéter pericraneal de 90 (+-10) cm.	UNIDAD			Mod.Res.N° 067-003/06. Res. Nº 070-016/11	4.548	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	306	3670	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (DVP) INFANTIL	De presión media	UNIDAD			Res.060-010/05	4.549	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	307	10754	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,3-1,7 mm de Titanio, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Vallevlab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.550	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	308	10755	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,8-2,2 mm de Titanio, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Vallevlab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.551	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	309	10756	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,3-1,7 mm Acero inoxidable al carbono, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Vallevlab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.552	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	310	10757	PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR	Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,8-2,2 mm de Acero inoxidable al carbono, con cable reusable/descartable, adaptable a Equipo tipo Vallevlab.	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.553	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	311	10758	SISTEMAS DE PLACAS-MALLAS Y TORNILLOS PARA CIRUGÍA CRANEO FACIAL	Placa y malla, tornill de bajo perfil 0,5 mm o menor con tornillos autoperforantes de titanio. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.554	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	312	10759	IMPLANTE DE TITANIO PARA FIJACIÓN OCCIPITOCERVICAL	Tornillos de masa lateral-Ganchos y barras de titanio para fijación occipitocervical y cervical. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.555	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	313	10760	FORRO ESTÉRIL PARA MICROSCOPIO	Forro estéril de polietileno para microscopio quirúrgico, compatible con Microscopio Zeiss NC4	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.556	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	314	10761	CEMENTO OSEO DE FOSFATO CÁLCICO	Trifosfato cálcico + Solvente. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.557	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	315	10762	FIJADOR DE FLAP OSEO PARA CRANEOTOMÍAS	Implante de titanio en forma de discos dobles de 10 a 25 mm de diámetro	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.558	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	316	10763	SUSTITUTO DE DURAMADRE	Membrana microporosa de poliéster uretano purificado	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.559	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	317	10764	PLACA MÁS CAJA DE FIJACIÓN ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL	Placa de titanio con 4 tornillos autobloqueantes más caja sw PEEK. Kit	UNIDAD			RCA: N° 106-019/12	4.560	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	318	11490	Electrodo helicoidal	Electrodo HELICOIDAL de 1,2 m (CORKSCREW), cable de teflon, de facil penetracion, y baja impedancia	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.561	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	319	11491	Electrodo aguja trenzada 2,5 m doble	Electrodos de agujas trenzadas de 13mm x 27G, 2,5 m de acero inoxidable	UNIDAD		Par. Sobres de 2 agujas	RCA: N° 068-041/19	4.562	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	320	11492	Electrodo de superficie doble	Electrodo de superficie doble,de hidrogel sobre placa adhesiva de cloruro de plata de 15X20mm 2,5m	UNIDAD		Par. Sobres de 2 pares	RCA: N° 068-041/19	4.563	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	321	11493	Electrodo aguja simple	Electrodo de aguja simple de 13mm x 27G, 2,5 m de acero inoxidable	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.564	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	322	11494	Electrodo de superficie	Electrodo de superficie (tierra- GROUND) simple, de hidrogel sobre placa adhesiva de cloruro de plata 3,5x5,0 cm, 2m	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.565	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	323	11495	Estimulador monopolar de prueba directa	Estimulador monopolar de prueba directa de acero inoxidable, con punta redonda (ball tip) de 175 mm y mango anatomico	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.566	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	324	11496	Estimulador Lesna	Estimulador de prueba para pediculo lumbar recto,de acero inoxidable y mango anatomico	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.567	
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	325	11497	Insertador de Sensor Auditivo	Insertador de Sensor auditivo de inserción como fuente de estímulo tipo click o tono para generación del potenciales evocados auditivos.	UNIDAD		Sobres individuales	RCA: N° 068-041/19	4.568	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurocirugía	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.4 PRÓTESIS SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 6.4 - SIH GRUPO 640	326	11498	Reemplazo de punta para sensor Auditivo	Olivas de Reemplazo para introducir en conducto auditivo externo, de punta para sensor Auditivo de 1,4 cm	UNIDAD		Paquetes de 50 unidades	RCA: N° 068-041/19	4.569	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	327	9507	ADAPTADOR CON VÍA LATERAL TUOHY BORST	Para catéter de 4 a 9 french y 0.07 a 0.118'' de diámetro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.570	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	328	9588	AGUJAS ARTERIALES DE 18 G PARA ACCESO VASCULAR	Aguja en punta y sin estileto.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.571	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	329	9488	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA CEREBRAL.	Balón para angioplastia cerebral de 3,5 a 8 mm de diámetro x 10 a 60 mm de longitud. Para ser usado con introductor de 5 a 8 french de 100 a 180 cm de largo.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.572	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	330	9486	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALÓN DE 15 atm DE PRESIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO X 2 CM DE LARGO.	Balón con bandas doradas radiópacas. Para ser usado con introductor de 5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.573	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	331	9487	BALÓN DE ANGIOPLASTÍA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALÓN DE 15 atm DE PRESIÓN DE 6 MM DE DIÁMETRO X 2 CM DE LARGO.	Balón con bandas doradas radiópacas. Para ser usado con introductor de 5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.574	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	332	9581	BALONES DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS Y MALFORMACIONES VASCULARES CEREBRALES	Balón de 3,5 mm a 6 mm de diámetro y 6 a 22 mm de longitud y Catéter de 135 a 160 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.575	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	333	9582	BALONES DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS MALFORMACIONES	Catéter de 150 cm, balón de 7 mm x 7 mm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.576	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	334	9490	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.577	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	335	9491-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' A 0,040'' estéril	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.578	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	336	9491-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030'' a 0,040'' estéri.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.579	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	337	9492-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040 estéril.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.580	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	338	9492-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2 O BENTSON	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 RGS N° D016-2023	4.581	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	339	9493-1	CATÉTER CEREBRAL DE 4 FR x 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res.Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 RGS N° D016-2023	4.582	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	340	9493-2	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16 RGS N° D016-2023	4.583	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	341	9497	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.584	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	342	9868	CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 FR	de 90 a 120 cm de largo, estéril	UNIDAD			Res. N° 022-029/07. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.585	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	343	9869	CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 7 FR	de 90 a 110 cm de largo, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.586	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	344	9510	CATÉTER RECUPERADOR DE FILTRO DE 6.3 FR Y 80 CM DE LARGO. VAINA DE RECUPERACIÓN DE 11 FR Y 60 CM.	Equipo contiene: sistema coaxial con vaina de recuperación, un dilatador, guía, aguja, una llave de paso de tres vías.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.587	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	345	9495	CATÉTER VERTEBRAL DE 4 FR x 100 a 125 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO VERTEBRAL	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.588	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	346	9494	CATÉTER VERTEBRAL DE 5 FR x 100 a 125 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO VERTEBRAL	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.589	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	347	9496	CATÉTER VISCERAL DE 5 FR de 65 CM a 100 CM DE LARGO CON PUNTA C1 o C2	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0.030'' a 0,040'' estéril.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.590	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	348	9561	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 1 a 2,5 mm de diámetro x 1 a 10 cm, de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.591	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	349	9562	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 2 mm de diámetro x 1 a 10 cm, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.592	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	350	9563	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm de diámetro x 2 a 12 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.593	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	351	9564	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm x 6 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.594	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	352	9558	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 3 mm x 8 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.595	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	353	9559	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 4 mm de diámetro x 4 a 14 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.596	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	354	9560	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 4 mm x 12 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.597	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	355	9518	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 5 mm de diámetro x 6 a 22 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.598	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	356	9519	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 5 mm x 15 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.599	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	357	9520	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 6 mm de diámetro x 6 a 26 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.600	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	358	9521	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 6 mm x 20 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.601	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	359	9522	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 7 mm de diámetro x 10 a 31 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.602	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	360	9523	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 7 mm x 30 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.603	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	361	9524	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 8 mm diámetro x 12 a 37 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.604	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	362	9525	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 9 mm diámetro x 18 a 33 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.605	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	363	9526	COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL	Coil de 9 mm x 30 cm, liberación manual.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11	4.606	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	364	9527	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 10 a 20 mm de diámetro x 20 a 36 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.607	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	365	9528	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 1 a 2 mm x 1 a 10 cm, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.608	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	366	9529	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 2 mm de diámetro x 1 a 10 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.609	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	367	9530	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 3 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.610	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	368	9531	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 4 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.611	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	369	9532	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 6 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.612	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	370	9533	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 8 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.613	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	371	9534	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 2 mm x 4 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.614	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	372	9535	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 3 mm de diámetro x 4 a 10 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.615	
Neurorradiologia-Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	373	9536	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 3 a 6 mm de diámetro x 6 a 15 cm de largo, acomodable para aneurismas irregulares, para llenado, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S N° D 035/2021	4.616	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	374	9537	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 4 mm de diámetro x 6 a 12 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.617	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	375	9538	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 4 mm x 10 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.618	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	376	9539	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 4 mm x 12 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.619	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	377	9540	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 5 mm diámetro x 10 a 22 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.620	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	378	9541	COIL CEREBRAL TIPO HELICOIDAL	Coils espiralado de 5 mm x 20 cm, liberación manual.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11	4.621	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	379	9542	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 6 mm de diámetro x 10 a 20 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R. N° 040-003/16	4.622	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	380	9543	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 7 mm de diámetro x 10 a 30 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.623	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	381	9544	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 8 mm de diámetro x 10 a 30 cmde largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.624	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	382	9545	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 9 mm de diámetro x 15 a 30 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.625	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	383	9546	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 10 mm diámetro x 30 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.626	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	384	9547	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 11 a 12 mm de diámetro x 15 a 35 cm largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.627	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	385	9548	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 13 a 14 mm de diámetro x 20 a 40 cm largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.628	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	386	9549	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 15 a 20 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, acomodable para llenado de aneurismas irregulares, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.629	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	387	9550	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 15 a 16 mm de diámetro x 30 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.630	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	388	9551	COIL CEREBRAL ASPECTO HELICOIDAL	Coils de 17 a 18 mm de diámetro x 30 a 50 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.631	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	389	9552	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coils de 20 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.632	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	390	9553	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 10 mm de diámetro x 20 a 40 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.633	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	391	9554	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 12 mm de diámetro x 30 a 45 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.634	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	392	9555	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 14 mm de diámetro x 30 a 50 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.635	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	393	9556	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coil de 18 mm de diámetro x 30 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			RCA N° 005-011/08. Res Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.636	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	394	9557	COIL CEREBRAL ASPECTO TRIDIMENSIONAL	Coils de 22 a 24 mm de diámetro x 40 a 60 cm de largo, liberación controlada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06. Res. Nº 070-016/11 R.C.A. N° 040-003/16	4.637	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	395	9489	EQUIPO DISPOSITIVO DE INSUFLACIÓN PARA BALONES DE ANGIOPLASTÍA	De 10 a 30 cc (ml) con presión máxima de 40 atm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.638	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	396	9583	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Filtro de 3 a 7 mm de diámetro y con guía correspondiente.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.639	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	397	9584	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 4 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.640	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	398	9585	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 5 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.641	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	399	9586	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 6 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.642	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	400	9587	FILTRO DE PROTECCIÓN PARA EMBOLIZACIONES	Red de forma cónica. Filtro de 7 mm largo de guía 190/320 cm.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.643	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	401	9508	FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL CON DISEÑO DE 12 ALAMBRES, CON DIÁMETRO DE 30 MM EXPANDIDO Y 45 MM DE LARGO. INTRODUCTOR DE 8.5 FR Y 45 CM.	Filtro no magnético, sistema de introducción de filtro cargado con gancho asidor de acero inoxidable; aguja, guía, dilatador y sistema de introducción.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.644	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	402	9511	FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL TIPO NIDO DE PÁJARO CON 40 MM DE DIÁMETRO EXPANDIDO C/ CATÉTER DE 11 FR y 40 CM DE LARGO	Con vaina introductora de 12 french. Uso con guía 0.038".	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.645	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	403	9509	FILTRO DE VENA CAVA YUGULAR CON DISEÑO DE 12 ALAMBRES, CON DIÁMETRO DE 30 MM EXPANDIDO Y 45 MM DE LARGO. INTRODUCTOR DE 8.5 FR Y 80 CM.	Filtro no magnético, sistema de introducción de filtro cargado con gancho asidor de acero inoxidable; aguja, guía, dilatador y sistema de introducción.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RGS N° D016-2023	4.646	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	404	9512	FILTRO DE VENA CAVA YUGULAR TIPO NIDO DE PÁJARO CON 40 MM DE DIÁMETRO EXPANDIDO C/ CATÉTER DE 11 FR y 75 CM DE LARGO	Con vaina introductora de 12 french. Uso con guía 0.039".	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.647	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	405	9569	GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS	De 0.007 a 0.010 pulgadas y de 160 a 220 cm largo. Material radioopaco. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.648	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	406	9570	GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS	De 0.011 a 0.014 pulgadas y de 160 a 220 cm largo. Material radioopaco. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.649	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	407	9571	GUÍA PARA MALFORMACIONES EN ARTERIAS Y/O VENAS	De 0.007 a 0.008 pulgadas y de 200 cms largo y/o prolongable de 315 a 360 cm. Material hidrofílico. Punta recta o angulada	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.650	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	408	9513	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.035 pulgadas y 180 cm de largo. Hidrofílica y radiópaca.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08	4.651	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	409	9514-1	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.035 pulgadas y 260 cm de largo. Tipo stiff. Hidrofílica y radiópaca. Estéril.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08	4.652	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	410	9514-3	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	De intercambio, punta angulada de 0,035 pulgadas y 150 cm de largo. Tipo soft. Hidrofílica y radiópaca. Estéril.	UNIDAD			Res. N° 092-027/08	4.654	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	411	9515	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta angulada de 0.038 pulgadas y 260 cm de largo. Hidrofílica y radiópaca.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06	4.655	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	412	9516	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta recta o angulada de 0.012 a 0.017 pulgadas y 180 a 220 cm de largo, radioopaca	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.656	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	413	10215	GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035 " PUNTA ANGULADA DE 150 CM DE LARGO	Tipo soft, estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08. Mod. Res Nº 047-004/11	4.657	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	414	10216	GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035 " PUNTA ANGULADA DE 150 CM DE LARGO	Tipo stiff, estéril, descartable.	UNIDAD			Res. Nº 092-027/08. Mod. Res Nº 047-004/11	4.658	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	415	9517	GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	Punta recta o angulada de 0.018 a 0.025 pulgadas y 180 a 220 cm de largo. Radioopaca	UNIDAD			Res. N° 022-028/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.659	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	416	9579	SUSTANCIAS EMBOLIZANTES PARA ANEURISMAS y/o malformaciones	n-Butyl Cyanoacrylate, adhesivo tisular que incluya Oleo Ethiodized, mínimo 10 ml	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.660	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	417	9885	INTRODUCTOR DE 6 FR y de 7 a 15 CM DE LARGO . USADO CON GUÍA DE 0.035 y 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 RGS N° D016-2023	4.661	
Neurorradiologia -Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	418	9498	INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 RGS N° D016-2023	4.662	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	419	9499	INTRODUCTOR DE 7 FR, de 7 a 15 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.663	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	420	9501	INTRODUCTOR DE 7 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.664	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	421	9500	INTRODUCTOR DE 8 FR, 7 a 15 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 00.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.665	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	422	9502	INTRODUCTOR DE 8 FR, 80 a 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 a 0.040"	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res. Nº 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.666	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	423	10213	INTRODUCTOR DE 4 A 5 FR. Y de 4 a 15 CM DE LARGO.	Radioopaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD			Res.Nº 102-013/10 R.C.A. N° 040-003/16	4.667	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	424	10214	INTRODUCTOR RADIAL DE 5 a 6 FR. Y 4 a 15 CM DE LARGO.	Estéril, descartable. Con brazalete para compresión	UNIDAD			Res.Nº 102-013/10 R.C.A. N° 040-003/16	4.668	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	425	9575	LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS	Radioopaco., en base a polímero y con diluyente DMSO.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.669	
Neurorradiologia-Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	426	9574	LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS	De poca viscosidad, es un copolimero, contiene EVOH y diluyente DMSO. Radiópaco.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.670	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	427	9566	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.010 a 0.014" Diámetro de 1.4 -2 french.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 R.C.A. N° 040-003/16	4.671	
Neurorradiologia Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	428	9567	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.014 a 0.018" Diámetro de 2.1 - 2.5 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 Res. G.S. N° D 015/2024	4.672	
Neurorradiologia-Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	429	9568	MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.014 a 0.018" Diámetro de 2.6 - 3 french.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.673	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	430	9565	MICRO CATÉTER, PARA MALFORMACIONES	Largo total 150 a 200 cm para uso máximo con guía de 0.007 a 0.008" Diámetro de 0.8 - 2.8 french. Punta desprendible.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.674	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	431	9576	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN PVA	Tamaño de partículas de 40 a 300 micrones. Frasco	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.675	
Neurorradiologia-Cirugia Vascular	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	432	9577	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN PVA	Tamaño de partículas de 301 a 800 micrones. Frasco	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16 - Res. G.S. N° D 035/2021	4.676	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	433	9580	SISTEMA PARA ACCESO A LA CARÓTIDA. PARA INTRODUCIR CATÉTERES Y BALONES	Vaina de 6 french, 80 - 100 cm de largo. Punta distal radiópaca y angulada.	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.678	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	434	9572	SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS	Para liberación controlada que debe suministrarse según tipo de coils adjudicado	UNIDAD			RCA N° 005-011/08 R.C.A. N° 040-003/16	4.679	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	435	9573	SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS y/o STENTS	Para liberación controlada que debe suministrarse según tipo de coils y/o Stent adjudicado	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 R.C.A. N° 040-003/16	4.680	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	436	9503	STENT CAROTIDIO DE 6 A 9 MM DE DIÁMETRO X 10 A 60 MM DE LARGO	Radioopaco, autoexpandible	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15 R.C.A. N° 040-003/16	4.681	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	437	9504	STENT VASCULAR DE 7MM DE DIÁMETRO X 40 MM DE LARGO CON CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.682	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	438	9505	STENT VASCULAR DE 8MM DE DIÁMETRO X 20 MM DE LARGO CON CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 037-004/06 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.683	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	439	9506	STENT VASCULAR DE 8MM DE DIÁMETRO X 40 MM DE LARGO CATÉTER POSICIONADOR DE 125 CM DE LARGO	De alambre de aleación de niquel y titanio, autoexpandible y con los extremos distales bañados en oro.	UNIDAD			Res. N° 022-029/07 RCA: N° 005-031/15 RCA: N° 018-018/15	4.684	
Neurorradiologia	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA 6.5 - SIH GRUPO 14000	440	11015	Stent Autoexpandible Cerebral, Diversor de Flujo	Radioopaco de 2 a 7.5 mm de diámetro y de 10 a 75 mm de largo, recuperable. Con su catéter de colocación u su guía.	UNIDAD			RCA: N° 050-038/13 R.C.A. N° 040-003/16	4.686	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	441	11040	Prótesis para amputación tranfemoral con rodilla monocéntrica y Pie. SACH.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquíatico o longitudinal con contención isquíatico y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla monocéntrica con mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie SACH: con cuña de talón de espuma rígida y resina flexible tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.687	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	442	11041	Prótesis para amputación tranfemoral con rodilla monocéntrica y Pie Dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquíatico o longitudinal con contención isquíatico y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla monocéntrica con mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.688	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	443	11042	Prótesis para amputación transfemoral con rodilla Policéntrica y Pie Dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquíatico o longitudinal con contención isquíatico y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla Policéntrica en acero con regulación de fricción y soporte de extensión; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.689	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	444	11043	Prótesis para amputación transfemoral Policéntrica Hidráulica con pie dinámico.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquíatico o longitudinal con contención isquíatico y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla: Policéntrica hidráulica con control en la fase de balanceo; Pie Dinámico: de comprensión axial durante la carga, talón de espuma de poliuretano, quilla en uretano flexible y tobillo de madera, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.690	
Medicina Física y Reabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	445	11044	Prótesis para amputación transfemoral y rodilla con traba manual y pie articulado.	Prótesis modular con encaje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo Isquíatico o longitudinal con contención isquíatico y válvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla: monocéntrica, con bloqueo manual activado a distancia, de aluminio; Pie Articulado: de eje simple con bisagra que provee movimientos de flexo-extensión, tamaño según, medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.691	
Medicina Física y Reabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	446	11045	Prótesis para amputación transtibial y Pie Dinámico	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.692	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	447	11046	Prótesis para amputación transtibial y Pie Dinámico	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie Dinámico: de comprensión axial durante la carga, talón en espuma de poliuretano, quilla en uretano flexible y tobillo de madera, tamaño según medida del paciente Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.693	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	448	11047	Prótesis para amputación de Pirogoff	Prótesis para amputación de Pirogoff en resina acrílica de alta resistencia, con pie tipo Pirogoff, tamaño según medida del paciente.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.694	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	449	11048	Prótesis para amputación de Linsfranc	Prótesis para amputación de Linsfranc, En termoplástico con relleno blando en región anterior del pie y cierre de contacto en tobillo y pierna.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.695	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	450	11049	Orto Prótesis para amputación de dedos del Pie	Orto prótesis para amputación de dedos del pie con relleno anterio y plantilla con descarga bajo las partes óseas distales remanentes.	UNIDAD			RCA: N° 099-020/14	4.696	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	451	7745	Prótesis para Hemipelvivectomía con Articulación de cadera con traba manual, rodilla monocéntrica y pie Dinámico.	Prótesis modular con cesto pélvico laminada en resina acrílica rígida en la parte distal con base metálica para articulación de cadera y resina flexible en la región proximal con almohada en la región distal fijada con cintos y cierre de contacto; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero; Articulación de cadera con traba manual; Rodilla monocentrica en mecanismo de freno activado con descarga de peso, con impulsor y manguito protector, en acero, ángulo de flexión de articulación de rodilla de 145°; Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel.	UNIDAD			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.697	
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	452	7753	Prótesis paa desarticulación de cadera con rodilla policéntrica y pie dinámico	Prótesis modular con canje externo laminado en resina acrílica, tipo cuadrilátero con apoyo isquiático o longitudinal con contención isquiatico y valvula de succión; Tubos, alienadores y adaptadores en metal ligero. Rodilla policéntrica de titanio con impulsor mecánico Pie Dinámico: con combinación de núcleo de madera y espuma de media densidad en talón y alta densidad en antepie, tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	UNIDAD			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.698	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
Medicina Física y Rehabilitación	6.- PRÓTESIS 6 - SIH GRUPO 599	6.5 PRÓTESIS CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SIH GRUPO 650	453	7754	Prótesis para amputación transtibial con Pie SACH	Prótesis modular con encaje externo en resina acrílica, externo en poliformio, tipo KBM, PTB ó PTS; Pie SACH: con cuña de talón de espuma rígida y resina flexible tamaño según medida del paciente. Terminación estética con espuma y media cosmética del color de la piel. Previendo 1 o 2 cambios de encajes.	JUEGO			Res.060-010/05 RCA: N° 099-020/14	4.699	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	1	11006	ACENOCUMAROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	2	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	2	8079	ACETAZOLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	4	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	3	10777	ACICLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	5	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	4	10778	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	6	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	5	8238	ÁCIDO FÓLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	7	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	6	8080	ÁCIDO FUSÍDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	8	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	7	10780	ACIDO LÁCTICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	9	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	8	10532	ADENOSINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	15	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	9	8082	ADRENALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	16	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	10	8084	ALBENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	20	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	11	8086	ALENDRONATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	23	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	12	8087	ALFA METILDOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	25	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	13	10786	ALFACALCIDOL (VIT. D3) /1-25 DIHIDROCOLECALCIFEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	26	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	14	8089	ALFENTANIL CITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	27	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	15	10787	ALLOPURINOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	28	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	16	8090	ALPRAZOLAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	31	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	17	10534	AMANTADINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	32	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	18	8091	AMBROXOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	33	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	19	10788	AMIKACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	36	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	20	10789	AMILORIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	37	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	21	10535	AMINOFILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	38	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	22	8094	AMIODARONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	39	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	23	8095	AMITRIPTILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	40	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	24	10536	AMLODIPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	41	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	25	8245	AMOXICILINA TRIHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	42	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	26	11007	AMPICILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	43	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	27	8098	ANTAZOLINA FOSFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	45	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	28	10537	ATENOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	47	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	29	10790	ATORVASTATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	48	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	30	8099	ATROPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	49	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	31	10538	AZITROMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	51	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	32	10791	BACITRACINA ZINC	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	52	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	33	8247	BENZOATO DE SODIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	55	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	34	8103	BESILATO DE ATRACURIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	57	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	35	10540	BETAHISTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	58	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	36	10541	BETAMETASONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	59	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	37	10793	BEVACIZUMAD	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	61	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	38	10794	BIFIDOBACTERIUM BREVIS 1 X 10 6 U.F.C.(como mínimo)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	63	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	39	8105	BIPERIDENO HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	65	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	40	10796	BISACODILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	66	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	41	10797	BORTEZOMIB	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	68	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	42	9596	BRIMONIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	69	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	43	8107	BROMAZEPAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	70	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	44	8110	BUPIVACAÍNA HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	74	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	45	10799	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	75	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	46	10544	CABERGOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	76	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	47	8249	CAFEÍNA ANHIDRA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	77	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	48	8112	CARBAMAZEPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	82	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	49	10802	CARBIDOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	83	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	50	10803	CARBOMERO 940	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	84	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	51	10804	CARTICAINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	88	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	52	9597	CARVEDILOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	89	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	53	8253	CEFALEXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	90	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	54	10805	CEFAZOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	91	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	55	8115	CEFIXIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	92	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	56	8116	CEFOPERAZONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	93	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	57	8117	CEFOTAXIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	94	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	58	8118	CEFTAZIDIMA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	95	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	59	8119	CEFTRIAXONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	96	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	60	10806	CETIRIZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	97	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	61	10807	CICLOBENZAPRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	99	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	62	10808	CILASTATINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	104	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	63	10809	CINITAPRIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	105	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	64	8123	CIPROFLOXACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	106	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	65	10810	CIPROTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	107	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	66	8125	CITICOLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	110	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	67	10812	CITIDIN -5- MONOFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	111	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	68	8255	CITRATO DE HIERRO AMONIACAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	112	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	69	8126	CLARITROMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	114	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	70	8127	CLINDAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	115	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	71	8128	CLOBETAZOL PROPIONATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	116	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	72	8129	CLONAZEPAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	118	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	73	10548	CLONIXINATO DE LISINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	119	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	74	10813	CLOPIDOGREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	120	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	75	10549	CLORANFENICOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	121	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	76	10814	CLORFENIRAMINA MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	122	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	77	10815	CLOREXIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	123	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	78	8261	CODEÍNA FOSFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	125	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	79	9603	COLAGENASA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	126	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	80	9604	COLISTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	128	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	81	9605	CONDROITIN SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	130	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	82	10550	DABIGATRAN ETEXILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	131	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	83	9606	DESMOPRESINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	134	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	84	10552	DEXAMETASONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	137	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	85	8133	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	138	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	86	8134	DEXAMETASONA PIVALATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	139	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	87	8265	DEXTROMETORFAN BROMHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	141	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	88	10554	DIAZEPAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	142	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	89	8266	DICLOFENAC SÓDICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	143	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	90	8267	DICLOROTIAZIDE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	145	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	91	8135	DIFENIL HIDANTOÍNA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	146	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	92	10820	DIGOXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	147	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	93	8136	DILTIAZEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	148	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	94	10821	DIOSMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	149	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	95	10822	DIPIRONA/METAMIZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	150	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	96	10823	DIVALPROATO DE SODIO/DIVALPROEX SODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	151	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	97	8137	DOBUTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	152	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	98	10825	DOMPERIDONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	154	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	99	10555	DONEPECILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	155	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	100	10826	DOPAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	156	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	101	10828	DORZOLAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	158	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	102	9607	DOXICICLINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	159	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	103	10556	EFEDRINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	163	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	104	8139	ENALAPRIL MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	164	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	105	8140	ENALAPRILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	165	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	106	10557	ENANTATO DE PROGESTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	166	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	107	8141	EPINEFRINA BITARTRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	167	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	108	10831	ERGONOVINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	170	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	109	10559	ERITROPOYETINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	172	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	110	10833	ERTAPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	174	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	111	8142	ESPIROLACTONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	175	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	112	10561	ESTRADIOL VALERATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	177	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	113	10562	ESTRIOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	179	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	114	8144	ETAMSILATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	180	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	115	8145	ETINIL ESTRADIOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	181	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	116	9611	ETILEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	183	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	117	8148	FENAZOPIRIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	188	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	118	9613	FENILEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	189	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	119	8237	FENOBARBITAL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	190	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	120	10845	FENTANILO CITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	192	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	121	8150	FLUCONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	194	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	122	8151	FLUMAZENIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	196	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	123	10847	FLUOXETINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 087-006/10 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	198	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	124	9615	FLUTICASONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	199	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	125	10848	FUROSEMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	200	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	126	8153	GANCYCLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	203	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	127	8154	GENTAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	205	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	128	10851	GLIMEPRIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	212	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	129	9620	GLUCOSAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	214	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	130	10565	GLUTARALDEHIDO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	215	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	131	8156	HALOPERIDOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	216	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	132	10852	HALOPERIDOL DECANOATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	217	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	133	8158	HEPARINA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	220	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	134	9621	HEXOPRENALINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	221	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	135	9623	HIALURONIDATO DE SODIO / ÁCIDO HIALURÓNICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	223	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	136	10567	HIDROCORTISONA BASE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	224	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	137	10568	HIDROXICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	226	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	138	9625	HIDROXICLOROQUINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	227	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	139	10569	HIERRO SACARATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	230	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	140	10570	IBUPROFENO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	232	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	141	8161	IMIPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	235	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	142	10858	INSULINA CRISTALINA HUMANA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12- RCA N°017-019/18	239	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	143	9628	INSULINA GLARGINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12 RCA N°017-019/18	240	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	144	10859	INSULINA LISPRO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12 RCA N°017-019/18	241	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	145	10860	INSULINA NPH HUMANA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	242	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	146	10863	IPRATROPIO, BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	247	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	147	8165	ISOSORBIDE DINITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	251	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	148	8166	ISOSORBIDE MONONITRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	252	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	149	9631	ISOTRETINOINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	253	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	150	10867	IVERMECTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	254	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	151	8167	KETAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	255	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	152	10572	KETOROLAC TROMETAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	256	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	153	9632	LABETALOL CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	259	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	154	10573	LAMOTRIGINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	264	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	155	10574	LATANOPROST	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	267	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	156	10875	LEVETIRACETAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	272	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	157	10876	LEVODOPA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	273	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	158	9634	LEVOFLOXACINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	274	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	159	9635	LEVOMEPROMAZINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	275	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	160	10577	LEVONORGESTREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	276	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	161	9636	LEVOSULPIRIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	277	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	162	8169	LEVOTIROXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	278	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	163	10877	LIDOCAINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	279	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	164	9638	LOSARTAN POTÁSICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	283	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	165	8298	MEBENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	285	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	166	10881	MELOXICAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	289	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	167	8175	MEROPENEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	295	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	168	10884	MESALASINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	296	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	169	10885	METFORMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	297	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	170	8176	METIL PREDNISOLONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	299	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	171	10886	METOCLOPRAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	300	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	172	8178	METRONIDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	303	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	173	10888	MICONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	307	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	174	8181	MIDAZOLAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	308	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	175	10890	MORFINA SULFATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	313	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	176	8183	NEOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	314	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	177	10584	NIMODIPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	318	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	178	8185	NITROFURANTOINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	320	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	179	10586	NITROFURAZONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	321	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	180	8186	NITROGLICERINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	322	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	181	8187	NORADRENALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	324	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	182	10893	NORETISTERONA ENANTATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	325	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	183	10894	NORGESTREL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	326	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	184	10587	OLANZAPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	328	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	185	8188	OMEPRAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	329	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	186	8189	ONDANSETRON CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	330	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	187	10588	OSELTAMIVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	331	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	188	8190	OXACILINA SODICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	332	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	189	10589	OXCARBAZEPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	334	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	190	8193	OXITOCINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	337	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026 — **II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"**

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	191	10898	PANCURONIO BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	341	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	192	8307	PARACETAMOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	344	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	193	8197	PENICILINA 10.000.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	348	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	194	10901	PENICILINA 1.200.000 UI	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	349	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	195	10902	PENICILINA G SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	350	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	196	8198	PENTOXIFILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	351	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	197	8199	PILOCARPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	353	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	198	8200	PIPERACILINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	355	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	199	8202	POLIMIXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	361	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	200	9641	PRAMIPEXOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	362	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	201	10909	PREDNISOLONA METIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	364	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	202	8310	PREDNISONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	365	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	203	10591	PREGABALINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	366	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	204	8205	PROPANOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	369	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	205	10592	PROPINOXATO CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	371	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	206	10910	PROPOFOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	372	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	207	10593	PROTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	373	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	208	8207	PSEUDOEFRINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	374	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	209	10911	RACECADOTRIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	376	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	210	10912	RIFAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	378	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	211	10595	RISPERIDONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	381	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	212	10596	SALBUTAMOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	384	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	213	9643	SALMETEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	385	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	214	9644	SERTACONAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	387	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	215	8315	SIMETICONA (DIMETIL POLISILOXANO)	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	389	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	216	10914	SOMATROPINA (HORMONA DE CRECIMIENTO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	390	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	217	10916	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	393	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	218	8211	SULBACTAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	394	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	219	8212	SULFAMETOXAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	397	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	220	10919	TAMSULOSINA HCL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	405	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	221	8324	TARTRATO ERGOTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	406	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	222	8215	TAZOBACTAM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	407	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	223	10920	TELMISARTAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	409	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	224	10921	TESTOSTERONA ENANTATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	412	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	225	8326	TIABENDAZOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	414	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	226	8218	TIMOLOL MALEATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	419	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	227	10923	TIOTROPIO BROMURO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	423	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	228	9648	TOBRAMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	426	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	229	10602	TOLTERODINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	428	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	230	10603	TOPIRAMATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	429	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	231	10604	TRAMADOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	432	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	232	10605	TRAZODONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	434	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	233	8221	TRIMEBUTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	435	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	234	10606	TRIMETOPRIM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	436	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	235	8223	TROPICAMIDA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	438	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	236	10928	URIDIN - 5- DIFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	441	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	237	10929	URIDIN - 5- MONOFOSFATO DISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	442	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	238	10930	URIDIN - 5- TRIFOSFATO TRISODICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	443	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	239	10607	VALGANCICLOVIR	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	445	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	240	10931	VANCOMICINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	446	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	241	9649	VENLAFAXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	448	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	242	10933	VITAMINA A	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N° 058-002/06 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	454	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	243	8335	VITAMINA B12/CIANOCOBALAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	455	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	244	8337	VITAMINA B6/PIRIDOXINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	457	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	245	8338	VITAMINA C/ACIDO ASCORBICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	458	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	246	8339	VITAMINA D3/COLECALCIFEROL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	459	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	247	8341	VITAMINA K/FITOMENADIONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	461	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	248	8230	WARFARINA SÓDICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	462	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	249	10609	ZOLPIDEM	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	464	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	250	10980	ATOSIBAN	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	466	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	251	10984	CIPROFIBRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	470	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	252	10985	CISATRACURIO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	471	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	253	10986	DEXMEDETOMIDINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	472	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	254	10990	GALANTAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	476	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	255	10992	ILOPROST	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	477	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	256	10996	NEBIVOLOL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	480	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	257	10998	QUETIAPINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	482	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	258	10999	REMIFENTANILO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	483	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	259	11000	SEVELAMER CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	484	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	260	11001	SILDENAFIL	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	485	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	261	11003	SITAGLIPTINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	487	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	262	11004	TERLIPRESINA ACETATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA: N° 106-019/12-RCA N°017-019/18	488	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	263	11235	DICLOFENAC POTASICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	493	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	264	11236	ACIDO SALICÍLICO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	494	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	265	11237	PENICILINA G BENZATINICA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	495	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	266	11239	PROGESTERONA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	497	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	267	11240	NEOSTIGMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	498	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	268	11241	TETRAZOLINA CLORHIDRATO	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	499	
DCPM		1.2.a - SIH grupo 9201: Estándares primarios	269	11243	VITAMINA" B1" / TIAMINA	Patrón primario/secundario.	mg		FRASCO	RCA N°017-019/18	501	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	270	8357	ACETATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	511	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	271	8361	ACETATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	515	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	272	8362	ACETATO DE SODIO CRISTALIZADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	516	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	273	8364	ACETATO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	518	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	274	8366	ACIDO BENZOÍCO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	520	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	275	8367	ACIDO BÓRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	521	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	276	8368	ACIDO CÍTRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	522	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	277	8371	ACIDO HEPTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	525	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	278	8374	ACIDO MOLÍBDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	526	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	279	8375	ACIDO OCTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	527	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	280	8376	ACIDO OXÁLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	528	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	281	8377	ACIDO PENTANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	529	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	282	8379	ACIDO SALICÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	530	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	283	8380	ACIDO SULFANÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	531	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	284	8381	ACIDO SULFOSALICÍLICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	532	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	285	8384	ACIDO TARTÁRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	535	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	286	8385	ACIDO TRICLOROACÉTICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	536	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	287	8388	ALMIDÓN SOLUBLE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	539	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	288	8389	AMARILLO DE TITANIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	540	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	289	8390	AMONIO CARBONATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	541	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	290	8391	AMONIO CERIO NITRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	542	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	291	8392	AMONIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	543	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	292	8393	AMONIO HEPTAMOLIBDATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	544	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	293	8394	AMONIO OXALATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	545	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	294	8395	AMONIO PERSULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	546	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	295	8396	AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	547	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	296	8397	AMONIO TIOCIANATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	548	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	297	8398	ANARANJADO DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	549	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	298	8399	ANHIDRO ARSENIOSO/TRIOXIDO DE ARSÉNICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	550	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	299	8400	ANTIMONIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	551	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	300	8401	AZUFRE EN POLVO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	552	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	301	8402	AZUL DE BROMOTIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	553	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	302	8403	AZUL DE METILENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	554	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	303	8404	AZUL DE TETRAZOILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	555	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	304	8405	AZUL DE TIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	556	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	305	8406	BARIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	557	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	306	8407	BARIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	558	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	307	8409	BENZOATO DE SODIO (POLVO)	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	560	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	308	8411	BICARBONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	562	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	309	8413	BICROMATO DE POTASIO/BICROMATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	564	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	310	8416	BIPIRIDINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	567	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	311	8417	BISMUTATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	568	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	312	8418	BROMURO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	569	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	313	8419	BROMURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	570	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	314	8420	BROMURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	571	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	315	8421	CALCIO CLORURO BIHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	572	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	316	8422	CALCIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	573	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	317	8423	CARBÓN VEGETAL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	574	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	318	8424	CARBONATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	575	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	319	8425	CARBONATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	576	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	320	8426	CARBONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	577	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	321	8427	CERIO Y AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	578	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	322	8429	CITRATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	580	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	323	8431	CLORATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	582	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	324	8433	CLORURO DE BARIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	584	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	325	8434	CLORURO DE CALCIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	585	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	326	8435	CLORURO DE COBALTO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	586	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	327	8436	CLORURO DE ESTAÑO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	587	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	328	8437	CLORURO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	588	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	329	8438	CLORURO DE NITROBENZOILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	589	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	330	8439	CLORURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	590	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	331	8440	CLORURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	591	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	332	8441	CLORURO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	592	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	333	8442	CLORURO FÉRRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	593	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	334	8443	COBRE SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	594	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	335	8444	CREATININA (indicador)	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	595	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	336	8445	DIHIDRÓGENO FOSFATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	596	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	337	8446	DIHIDRÓGENO FOSFATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	597	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	338	8447	DIHIDRÓGENO ORTOFOSFATO DE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	598	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	339	8449	DIMETILAMINO BENZALDEHÍDO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	600	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	340	8452	EFEDRINA CLORHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	602	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	341	8453	EOSINA SIMPLE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	603	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	342	8454	ESTAÑO GRANULADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	604	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	343	8455	FENOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	605	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	344	8456	FENOLFTALEÍNA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	606	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	345	8457	FERRICIANURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	607	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	346	8458	FERROCIANURO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	608	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	347	8459	FERROINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	609	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	348	8460	FORMALDEHÍDO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	610	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	349	8461	FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	611	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	350	8462	FOSFATO DISÓDICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	612	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	351	8463	FOSFATODIBÁSICO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	613	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	352	8464	FOSFATOMONOBÁSICO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	614	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	353	8465	FTALATO ÁCIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	615	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	354	8466	FUCSINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	616	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	355	8467	GLUCOSA MONOHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	617	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	356	8468	HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	618	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	357	8470	HEXAMETILEN TETRAAMINO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	619	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	358	8472	HIDROGENO FTALATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	621	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	359	8474	HIDRÓXIDO DE BARIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	623	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	360	8475	HIDRÓXIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	624	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	361	8476	HIDRÓXIDO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	625	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	362	8477	AZUL HIDROXINAFTOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	626	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	363	8478	ÍNDIGO CARMÍN	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	627	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	364	8479	IODATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	628	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	365	8480	LAURIL SODIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	629	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	366	8481	MAGNESIO CLORURO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	630	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	367	8483	MERCURO CROMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	632	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	368	8484	METABISULFITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	633	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	369	8485	METAPERIODATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	634	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	370	8486	MOLIBDATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	635	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	371	8487	MONOVANADATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	636	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	372	8489	NARANJA DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	637	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	373	8490	NARANJA DE XILENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	638	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	374	8491	NARANJA ORANGE G	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	639	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	375	8492	NEGRO DE ERICROMO T	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	640	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	376	8493	NEGRO DE NAFTALENO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	641	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	377	8494	NEOMICINA SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	642	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	378	8495	NINHIDRINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	643	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	379	8496	NITRATO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	644	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	380	8497	NITRATO DE PLATA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	645	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	381	8498	NITRATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	646	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	382	8499	NITRATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	647	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	383	8500	NITRATO (SUBNITRATO) DE BISMUTO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	648	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	384	8501	NITRITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	649	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	385	8502	NITRO PRUSIATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	650	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	386	8503	OXALATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	651	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	387	8504	OXALATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	652	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	388	8505	OXALATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	653	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	389	8506	ÓXIDO CUPROSO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	654	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	390	8507	ÓXIDO DE MERCURIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	655	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	391	8508	ÓXIDO DE PLOMO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	656	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	392	8509	PANCREATINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	657	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	393	8512	PENTÓXIDO DE FÓSFORO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	660	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	394	8513	PEPSINA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	661	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	395	8514	PERMANGANATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	662	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	396	8515	FENANTROLIN MONOHIDRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	663	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	397	8516	PILOCARPINA NITRATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	664	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	398	8517	PIPERAZINA ANHIDRA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	665	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	399	8520	PÚRPURA DE BROMO CRESOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	668	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	400	8521	REACTIVO DE SPLITTERBER P/ DETERMINACIÓN DE FOSFATOS	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	669	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	401	8523	ROJO CONGO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	671	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	402	8524	ROJO DE METILO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	672	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	403	8525	SILICAGEL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	673	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	404	8527	SULFATO ACIDO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	675	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	405	8528	SULFATO CÉRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	676	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	406	8529	SULFATO DE AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	677	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	407	8530	SULFATO DE CADMIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	678	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	408	8531	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	679	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	409	8532	SULFATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	680	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	410	8533	SULFATO DE ZINC	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	681	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	411	8534	SULFATO FÉRRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	682	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	412	8535	SULFITO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	683	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	413	8537	TETRA BUTIL AMONIO SULFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	685	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	414	8538	TETRA BUTIL AMONIOFOSFATO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	686	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	415	8539	TETRABORATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	687	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	416	8540	TIMOL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	688	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	417	8541	TIOCIANATO DE POTASIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	689	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	418	8542	TIOCIANATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	690	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	419	8545	UREA	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	693	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	420	8547	VERDE BRILLANTE	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	695	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	421	8549	VIOLETA CRISTAL	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	697	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	422	8551	YODO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	699	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	423	8553	YODURO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	700	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	424	8554	ZINC EN POLVO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	701	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	425	8555	ZINC GRANULADO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	702	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	426	10934	BROMURO DE DIMIDIUM	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	703	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	427	10935	CLORURO FERRICO	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	704	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	428	10936	EDTA (etilen diaminotetraacetico)	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	705	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	429	10937	POTASIO CROMATO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	706	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	430	10938	POTASIO FERROCIANURO DE	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	707	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	431	10939	POTASIO IODURO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	708	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	432	10940	TARTRATO CUPRICO	Pro-analisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	709	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	433	10854	HYAMINA	Pro-analisis	g		FRASCO	Res. Nº 061-004/09 RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	711	
DCPM		1.3.d - SIH grupo 9204: REACTIVOS SÓLIDOS	434	10952	SODIO TIOSULFATO	Pro-análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	712	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	435	10943	2-PROPANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	713	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	436	10944	ACETATO DE ETILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	714	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	437	8558	ACETATO DE ISOAMILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	715	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	438	8559	ACETATO N- BUTILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	716	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	439	10945	ACETONA	Pro- análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	717	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	440	8560	ACETONITRILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	718	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	441	8561	ÁCIDO ACÉTICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	719	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	442	10946	ACIDO CLORHIDRICO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	720	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	443	8562	ACIDO FÓRMICO ANHIDRO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	721	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	444	8563	ACIDO FOSFÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	722	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	445	8565	ACIDO NÍTRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	724	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	446	8566	ÁCIDO O-FOSFÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	725	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	447	8567	ÁCIDO PERCLÓRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	726	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	448	8569	ACIDO PERCLÓRICO 70 %	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	728	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	449	8570	ACIDO SULFÚRICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	729	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	450	8572	ALCOHOL BUTÍLICO NORMAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	731	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	451	8573	ALCOHOL ETÍLICO	Pro Análisis	L		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	732	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	452	8574	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO	Pro Análisis	L		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	733	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	453	8575	AMONÍACO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	734	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	454	10947	AMONIACO HIDROXIDO	Pro-análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	735	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	455	8576	ANHÍDRIDO ACÉTICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	736	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	456	8577	ANILINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	737	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	457	8578	BENCENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	738	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	458	8580	BUTANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	740	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	459	8581	CICLOHEXANO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	741	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	460	8582	CICLOHEXANONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	742	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	461	8583	CLOROFORMO OFICINAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	743	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	462	8584	CLOROFORMO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	744	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	463	8585	CLORURO DE BENZOÍLO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	745	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	464	8586	CLORURO DE METILO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	746	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	465	8587	DIETIL ÉTER	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	747	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	466	8588	DIMETILFORMAMIDA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	748	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	467	8589	DIOXANO P.A	Pro- análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	749	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	468	8591	ÉTER DE PETRÓLEO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	751	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	469	8592	ÉTER ETÍLICO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	752	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	470	8593	ÉTER ETÍLICO ANHIDRO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	753	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	471	8600	FURFURAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	760	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	472	8601	GLICERINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	761	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	473	8602	GUAYACOL CRISTAL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	762	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	474	8604	ISOBUTANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	763	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	475	8605	ISOBUTILMETILCETONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	764	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	476	8606	METANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	765	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	477	8607	METILETIL CETONA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	766	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	478	8608	MEZCLA SULFOCRÓMICA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	767	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	479	8609	N-HEXANO P.A.	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	768	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	480	8612	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	771	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	481	8613	PIRIDINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	772	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	482	8614	PROPANOL	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	773	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	483	8618	TETRA BUTIL AMONIOHIDRÓXIDO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	777	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	484	8619	TETRA HIDROFURANO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	778	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	485	8620	TETRACLORURO DE CARBONO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	779	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	486	8621	TOLUENO	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	780	
DCPM		1.3.e - SIH grupo 9205: Reactivos líquidos	487	8622	TRIETIL AMINA	Pro Análisis	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	781	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	488	10956	Celdas de cuarzo de 10 mm para lectura espectrofotométrica		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	785	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	489	10957	Celdas de cuarzo de 5 mm para lectura espectrofotométrica		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	786	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	490	10958	Celdas de cuarzo de 2 mm para lectura espectrofotométria		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	787	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	491	10959	Columnas de uplc C18 BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	788	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	492	10960	Columnas de uplc C18 shiel BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	789	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	493	10961	Columnas de uplc C8 BEH 1,0 X 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	790	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	494	10962	columnas de uplc fenilo 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	791	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	495	10963	Columnas de uplc HILIC (cromatografia de intersección hidrofílica) 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	792	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	496	10964	columnas de uplc BEH amida 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	793	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	497	10965	precolumnas BEH C18 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	794	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	498	10966	precolumnas BEH shield RP 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	795	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	499	10967	precolumnas BEH C8 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	796	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	500	10968	precolumnas fenilo 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	797	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	501	10969	precolumnas HILIC (cromatografia de interacción hidrofílica) 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	798	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	502	10970	precolumnas BEH amida 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 089-017/12-RCA N°017-019/18	799	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	503	10978	Merck Index Ultima Edición		UNIDAD		UNIDAD	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	807	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	504	11251	Papel de Filtro Analítico cualitativo		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	808	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	505	11252	Papel de Filtro Analítico cuantitativo		Unidad		CAJA	RCA N°017-019/18	809	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	506	11253	Solución Buffer Ph 2.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	810	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	507	11254	Solución Buffer Ph 4.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	811	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	508	11255	Solución Buffer Ph 7.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	812	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	509	11256	Solución Buffer Ph 10.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	813	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	510	11257	Solución Buffer Ph 12.0		ML		FRASCO	RCA N°017-019/18	814	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	511	11260	USP 41 NF 36FARMACOPEA AMERICANA. Ed. (español)		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	817	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	512	8300	Soporte horizontal para pipetas		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	819	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	513	8451	Propipeta rígida para pipetas de hasta 2 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	820	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	514	10949	Propipeta rígida para pipetas de hasta 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	821	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	515	10948	Propipeta rígida para pipetas de hasta 20 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	822	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	516	10942	Picnómetro de vidrio por 5 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	823	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	517	10941	Picnómetro de vidrio por 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	824	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	518	11268	Guantes de nitrilo tamaño mediano en cajas por 100 unidades		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	827	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	519	11269	Pinza para mufla		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	828	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	520	11270	Frasco de vidrio color ambár x 1 L con tapa rosca y contratapa de plástico		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	829	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	521	11271	Frasco de plástico (polipropileno) x 10 L, con tapa rosca. Para reactivos quimicos		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	830	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	522	11272	Cepillos de limpieza para buretas de vidrio. 120 x 20 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	831	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	523	11273	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio grandes. 70 x 130		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	832	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	524	11274	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio medianos. 50 x 120 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	833	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	525	11275	Cepillos de limpieza para matraces de vidrio pequeños. 50 x 110 mm		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	834	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	526	11277	Bureta volumetrica x 10 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	836	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	527	11278	Bureta volumetrica x 25 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	837	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	528	11279	Bureta volumetrica x 50 ml		UNIDAD		UNIDAD	RCA N°017-019/18	838	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	529	11280	Filtros de PTFE de 22/25 de 0,22µm para jeringa, para HPLC		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	839	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	530	11281	Filtros de PTFE de 45/25 de 0,45µm para jeringa, para HPLC		UNIDAD		CAJA	RCA N°017-019/18	840	
DCPM		1.3.F - SIH grupo 9202: Insumos Varios	531	11283	Filtros para solventes HPLC de Nylon 0,45µm x 47 mm		UNIDAD		CAJA		842	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	532	8343	1-PROPANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	843	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	533	8344	2-PROPANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	844	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	534	8345	ACETATO DE ETILO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	845	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	535	8346	ACETONITRILO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	846	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	536	8347	CLOROFORMO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	847	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	537	8348	ETANOL ABSOLUTO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	848	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	538	8349	L-DIETILAMINA HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	849	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	539	8350	METANOL HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	850	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	540	8351	TETRABUTIL HIDROXIAMONIO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	851	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	541	8352	TETRAHIDROFURANO HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	852	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	542	8353	TRIETILAMINA HPLC	HPLC/UPLC	ML		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-RCA N°017-019/18	853	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	543	8372	ACIDO HEXANSULFONATO DE SODIO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-	855	
DCPM		SIH grupo 9203:SOLVENTES HPLC	544	8373	ACIDO METAFOSFÓRICO	Pro Análisis	g		FRASCO	RCA: N° 049-005/12-	856	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3000	1	5916	ACETATO DE ETILO	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				858	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3001	2	2133	ALCOHOL 80°	Líquido Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	859	
AC Servicios		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3002	3	6911	DETERGENTE P/ LAVA VAJILLAS	Líquido. Frasco de 1000 cc	CC			RCA N°018-016/07	860	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3003	4	2255	ACETONA COMERCIAL	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				861	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3004	5	2256	ACETONA P/A. (GRADO DE PUREZA: PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco Original De Vidrio Color Ámbar. 1000 Cc	Cm Cúbico				862	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3005	6	2257	ACIDO ACÉTICO GLACIAL P/A. (GRADO DE PUREZA: PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				863	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3006	7	2125	ÁCIDO BÓRICO	Polvo. Pote De Plástico. Envase De 1.000 G	Gramo				864	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3007	8	2259	ÁCIDO CLORHÍDRICO COMERCIAL	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				865	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3008	9	2260	ACIDO CLORHÍDRICO P/A. CONC. MIN. 37% D: 1,19 (GRADO DE PUREZA PRO-ANÁLISIS)	Líquido. Frasco Original De 1.000 Cc	Cm Cúbico				866	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3009	10	2126	ÁCIDO FÉNICO PA	Polvo. Envase Original	Gramo				867	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3010	11	2262	ÁCIDO FOSFOTUNGSTÍDICO	Frasco De Vidrio Color Ambar De 25 G	Gramo				868	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3011	12	2127	ÁCIDO LÁCTICO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				869	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3012	13	2263	ÁCIDO NÍTRICO. CONC. MIN. 65% D: 1,4	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ambar. 1000 Cc	Cm Cúbico				870	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3013	14	2128	ÁCIDO SALICÍLICO	Polvo	Gramo				871	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3015	15	2269	AGUA DESTILADA CONDUCTIVIDAD 0 -4 U SISTEM/SEG.	Líquido. Bidones De 5.000 Cc	Cm Cúbico				872	
USO AMBULATORIO		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3016	16	2270	AGUA DESTILADA ESTÉRIL	INYECTABLE ENVASE DE 1.000 mL	UNIDAD		ENVASE	RCA 018-016/07 Modificado RCA 052-024/25	873	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3018	17	2132	ALCOHOL ABSOLUTO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm.Cúbico				874	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3019	18	2137	ALCOHOL METÍLICO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm.Cúbico				875	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3020	19	2142	AMONÍACO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				876	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3022	20	2274	AZUL BRILLANTE DE CRESIL	Polvo. Frasco De Vidrio De 25 G	Gramo				877	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3023	21	2145	AZUL DE METILENO	Polvo. Frasco De Vidrio Color Ambar	Gramo				878	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3024	22	2275	BÁLSAMO DEL CANADÁ SINTÉTICO	Líquido. Frasco De Vidrio Color Ambar. 100 Cc	CC			RCA N°018-016/07	879	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3025	23	6746	BENCIDINA BASE	Polvo. Frasco De 100 G	Gramo				880	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3026	24	2277	BENEDICT CUALITATIVO	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	CC			RCA N°018-016/07	881	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3027	25	2226	BICARBONATO DE SODIO	Polvo. Envase De Plástico De 500 G	Gramo				882	
ANESTESIA		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3029	26	2149	CAL SODADA	Compuesto por Hidroxido de Calcio de 75 % a 84 % - Agua de 14% a 18%- Etil Violeta. Obs: podrá contener Hidroxido de Sodio / Silicato de Sodio. Granulado de color blanco, con un diámetro de 4 mm a 5 mm.	Gramo		Cartucho/Frasco/Bidon de 1000 gr. a 5000 gr.	RCA: N° 047-001/18	883	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3030	27	2150	CALCIO CARBONATO	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				884	
M.Prima L.Prod.		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3031	28	2228	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	Polvo Pureza 95 a 100 %	Gramo			Res. 049-029/05	885	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3032	29	2154	CLORAL HIDRATO	Polvo. Frasco Oscuro De 1.000 G	Gramo				886	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3033	30	2155	COBRE SULFATO COMERCIAL	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				887	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3034	31	2284	CRISTAL VIOLETA P/A.	Polvo. Envase Original	Gramo				888	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3035	32	2286	E D T A	Polvo. Envase De 1.000 G	Gramo				889	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3036	33	2288	EOSINA AMARILLA	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				890	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3037	34	2289	EOSINA AZUL DE METILENO S/MAY GRUWALD.	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				891	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3038	35	2313	EOSINA AZUL DE METILENO S/WRIGHT.	Polvo. Frasco De 25 G	Gramo				892	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3040	36	2290	ETER DE PETROLEO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				893	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3041	37	2291	ETER ETILICO	Líquido. Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cúbico				894	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3042	38	2175	EUGENOL	Líquido. Frasco de vidrio oscuro de 100 cc	CC			RCA N°018-016/07	895	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3043	39	2292	FORMALDEHÍDO	Comprimido. Frasco De Polietileno. 100 Comprimidos	Comprimido				896	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3044	40	2293	FORMOL 40 %	Líquido. Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	897	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3045	41	2296	GIENZA	Polvo	Gramo				898	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3046	42	2183	GLICERINA OFICINAL	Líquido. Frasco De 1.000 Cc	Cm Cúbico				899	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3047	43	2185	GLUCOSA ANHIDRA	Polvo Potes de Plástico de 500 a 1000 gr.	Gramo			RCA N°018-016/07	900	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3048	44	2186	GLUTARALDEHÍDO 2% (SOLUCION DE GLUTARALDEHÍDO 2% DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA ESTERILIZACION EN FRIO. INDICADO PARA USO CON DISPOSITIVOS MEDICOS MATERIALES O EQUIPOS EN ENDOSCOPIA)	SOLUCION LISTA PARA SU USO, SIN ACTIVADOR. PH 6. ACT IVIDAD MICROBIOLOGICA: ACTIVO ANTE BACTERIAS: HPILORI, MYCOBACTERIAS, LEVADURAS, VIRUS INCLUIDO HIV,HBC,HCV), TODOS 10MIN O MENOS. ESPORAS BACTERIANAS INCLUIDO C.DIFICILE 1H O MENOS .SOLUCION ESTABLE, ACTIVA COMO MINIMO DURANTE 28 DIAS. ESTABLE EN CONTACTO CON SUSTANCIA ORGANICA. DEBE INCLUIR TIRILLAS PARA CONTROL DEL INDICE DE ACTIVIDAD DESINFECTANTE, DEBE CUMPLIR CON NORMATIVAS INTERNACIONALES O NACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD ANTIBACTERIANA. BIDONES DE 5.000 CC.	CC.			Res. 008-007/09	901	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3050	45	2299	HEMATOXILINA	Líquido	Frasco Original				902	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3051	46	2318	HIDRATO DE CLORAL 10 %	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 250 a 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	903	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3054	47	2230	HIPOSULFITO DE SODIO	Polvo. Envase De Plastico De 500 G	Gramo				904	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3055	48	6747	IODATO DE SODIO	Polvo. Envase De 100 G	Gramo				905	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3056	49	2192	IODO SUBLIMADO	Polvo. Frasco Oscuro	Gramo				906	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3057	50	2193	IODOFORMO	Polvo. Frasco De Vidrio Ambar O Plástico Resistente De 100 G	Gramo				907	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3058	51	2217	IODURO DE POTASIO	Polvo. Potes De 500 G	Gramo				908	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3062	52	2300	MEZCLA SULFOCRÓMICA	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	909	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3063	53	2203	NITRATO DE PLATA	Lápiz. Frasco Oscuro	Gramo				910	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3064	54	2205	PARAFINA EN GRANOS	Sólido. Frasco De 1.000 G	Gramo				911	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3065	55	2220	PERMANGANATO DE POTASIO	Polvo. Frasco Oscuro Potes De 50 G	Gramo				912	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3067	56	6748	PARAFINA EN PLANCHA	Sólido. Plancha de 5.000 a 25.000 gr.	Gramo				913	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3068	57	2322	SOLUCIÓN FENICADA 3/1000	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar con tapa multidosis	CC			RCA N°018-016/07	914	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3069	58	5420	SOLUCIÓN LUGOL FUERTE B	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1000 cc	CC			RCA N°018-016/07	915	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3070	59	2273	SULFATO DE AMONIO	Polvo	Gramo				916	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3073	60	2246	VASELINA LÍQUIDA	Líquido. Frasco Plástico de 250 a 500 cc	CC			RCA N°018-016/07	917	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3074	61	2248	VASELINA SOLIDA	SÓLIDA/ POTE DE 1000 g	UNIDAD		POTE	Modificado RCA 052-024/25	918	
Patología Cerv		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3075	62	2311	VERDE LUZ	Polvo	Gramo				919	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3076	63	2312	VIOLETA DE GENCIANA	Polvo	Gramo				920	
Patolog. Cervical-Anatomia Pat		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3077	64	2314	XILOL	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	921	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3078	65	2315	XILOL P/A.	Líquido. Frasco de vidrio color ámbar de 1.000 cc Frasco Original	CC			RCA N°018-016/07	922	
		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4 SIH GRUPO 3079	66	2251	ZINC ÓXIDO	Polvo. Envase de Polietileno de 1.000 gr.	Gramo			RCA N°018-016/07	923	
USO AMBULATORIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9300	1	1497	ACETATO/SULFATO DE ZINC 0,4 a 1 mg/ml	Ampollas 2 - 10 ml.	Ampolla			RCA N° 027-029/07	924	
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9302	2	6790	AGUA DESTILADA	Ampolla De 5 mL	Ampolla			RCA N° 010-042/07	926	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9303	3	11347	BICARBONATO DE SODIO	8,4% - 1 MOLAR Ampolla / sachet / vial	Unidad		Unidad	RCA N° 004-032/2020 17/01/2020 - RCA N° 035-022/2021 RCA N°031-018-2023	927	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9304	4	1538	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR (3mEq/mL)	INYECTABLE AMPOLLA DE 10 mL	UNIDAD		AMPOLLA	RCA N° 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25	928	
HOSPITALARIO /AMBULATORIO PEDIATRIA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9305	5	1542	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR (3mEq/mL)	INYECTABLE AMPOLLA DE 10 mL	UNIDAD		AMPOLLA	RCA N° 010-042/07 modificado Modificado RGS D-56/23 Modificado RCA 052-024/25	929	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9307	6	735	FOSFATO DE POTASIO 3 mmol/ml	Fosfato de Potasio 3 mmol/ml, ampolla de 10 ml	UNIDAD		AMPOLLA	RCA 030-006/08 Modificado por RCA 047-013/24	930	
UNIDAD DE NUTRICIÓN U DE OBSTETRICIA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9308	7	1539	GLUCONATO DE CALCIO 10% (100mg/mL)	INYECTABLE AMPOLLA DE 10 mL	UNIDAD		AMPOLLA	RCA 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25 Modificado RCA 073-009/25	931	
NUTRICION -CLINICA MEDICA – PEDIATRIA –MEDICINA CRITICA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9307	8	11702	GLICEROFOSFATO DE SODIO (equivalente a 216 mg de glicerofosfato de sodio anhidro)	GLICEROFOSFATO DE SODIO (equivalente a 216 mg de glicerofosfato de sodio anhidro), Electrolitos: 1 MMOL De Fosfato /ML Y 2 MMOL De Sodio /ML, Parenteral (en solución de nutrición)	mL		VIAL	RCA 081-030/25		
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9309	9	6792	EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20%	EMULSIÓN LIPÍDICA CON OMEGA 3 AL 20%. ACEITE DE SOJA REFINADO: 60-80 G/L, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA (TCM): 60-100 G/L, TRIGLICÉRIDOS CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3: 20-30 G/1, CONTENIDO CALÓRICO: 1.900 -2000 KCAL/L. OSMOLALIDAD: 300 - 500 MOSM/KG. FRASCO: 250 - 600 ML	mL		VIAL	Modificación RCA 044-015/07 Mod. RCA 039-005/26	932	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9310	10	1144	MANITOL 15% (150mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 500 mL CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25	933	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9311	11	6793	MULTIVITAMINAS INTRAVENOSAS	Vitaminas: hidrosolubles y liposolubles. Ampollas x 5-10 ml. Criterio de evaluación: igual a especificaciones técnicas.	Ampolla			Modificación RCA 044-015/07	934	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9312	12	10178	MULTIVITAMINAS PEDIÁTRICAS	Vitaminas hidrosolubles y liposolubles con Vitamína K Intravenosa Pediátricas.-	Frasco Ampolla			RCA N° 042-019/08	935	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9313	13	741	OLIGOELEMENTOS	Ampolla de 10ml	UNIDAD		AMPOLLA	RCA 010-042/07 Modificado por RCA 047-013/24	936	
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9314	14	1534	POLÍMEROS DE GELATINA	Frasco/Sachet de 500 mL	Sachet/Frasco			RCA N° 010-042/07	937	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		**1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9315**	**15**	**9949**	**SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES PARA NIÑOS 7 a 12 %**	**Aminoácidos Cristalinos (Histidina, Cisteína, Taurina y Tirosina) para vía intravenosa. Frasco de 100 ml a 1000 ml. Criterio de evaluación: concentración.**	**Frasco**			**Modificación RCA 044-015/07 Modificado rca 079-018/26**	938	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9316	16	6796	SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES 9 A 12% PARA ADULTOS	Aminoácidos Cristalinos para vía intravenosa. Frasco de 500 a 1000 ml. Criterio de evaluación: concentración.	Frasco			Modificación RCA 044-015/07	939	
NEONATOLOGIA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9317	17	11313	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA AL 50%	Solución inyectable, transparente, incolora y sin precipitados. Contenido Estéril. Composición: cada c.c. debe contener Glucosa (Dextrosa) Anhidra 500 mg. Apirógeno. Ampolla de vidrio de 10 cc o 20 cc.	Unidad		Ampolla	RCA: N° 082-001/18 - RCA: N° 035-022/2021	940	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9318	18	11314	DEXTROSA HIPERTÓNICA 50% (500mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 1000 mL CON SISTEMA CERRADO CON DOBLE PUERTO DE INYECCIÓN . CON ESCALAS GRADUADAS NÚMERICAS VISIBILES EN EL ENVASE DE MÁXIMO 100 CC ENTRE UNA Y OTRO. LIBRE DE LÁTEX. SOLUCIÓN APTA PARA MEZCLA CON OTROS MEDICAMENTOS.	UNIDAD		ENVASE	RCA: N° 082-001/18, Modificada RCA 035-022/21 Modificado RCA 052-024/25	941	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9319	19	2048	DEXTROSA HIPERTÓNICA 10% (100mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 1000 mL CON SISTEMA CERRADO CON DOBLE PUERTO DE INYECCIÓN . CON ESCALAS GRADUADAS NÚMERICAS VISIBILES EN EL ENVASE DE MÁXIMO 100 CC ENTRE UNA Y OTRO. LIBRE DE LÁTEX. SOLUCIÓN APTA PARA MEZCLA CON OTROS MEDICAMENTOS.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07, Modificada por RCA 035-022/21 Modificado RCA 052-024/25	942	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9320	20	2048-2	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA 10%	Presentación: Envase de 1000 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad		Frascos	RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12 - RCA: N° 035-022/2021	943	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9321	21	1532	SOLUCIÓN GLUCOSADA HIPERTÓNICA 33%	Ampolla de 20 mL.	Unidad		Ampolla	RCA N° 010-042/07 - RCA: N° 035-022/2021- RCA 064-065-2022	944	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9322	22	1527	DEXTROSA ISOTÓNICA 5% (50mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 500 mL CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificada por RCA 035-022/21 Modificado RCA 052-024/25	945	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9323	23	1527-6	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	946	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9324	24	1526	DEXTROSA ISOTÓNICA 5% (50mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 1000 mL CON SISTEMA CERRADO CON DOBLE PUERTO DE INYECCIÓN . CON ESCALAS GRADUADAS NÚMERICAS VISIBILES EN EL ENVASE DE MÁXIMO 100 CC ENTRE UNA Y OTRO. LIBRE DE LÁTEX. SOLUCIÓN APTA PARA MEZCLA CON OTROS MEDICAMENTOS.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25	947	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9325	25	1526-6	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 1000 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	948	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9326	26	1535	RINGER LACTATO (Na 130 mEq/L., K 4 mEq/L.,Ca 3 mEq/L., Cl 109,7 mEq/L., Lactato 28 mEq/L.)	INYECTABLE/ ENVASE DE 500 mL CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25	949	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9327	27	1535-6	SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	950	
OFTALMOLOGÍA		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9328	28	6795	SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA ESTÉRIL P/IRRIGACIÓN OCULAR	Frasco o sachet de 500 ml. Presentación: frasco o sachet.	Cc.			RCA N° 010-042/07.Mod. Res. Nº 050-007/11	951	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9329	29	1529	SUERO FISIOLÓGICO 0,9% (9 mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 1000 mL CON SISTEMA CERRADO CON DOBLE PUERTO DE INYECCIÓN . CON ESCALAS GRADUADAS NÚMERICAS VISIBILES EN EL ENVASE DE MÁXIMO 100 cc ENTRE UNO Y OTRO. LIBRE DE LÁTEX. SOLUCIÓN APTA PARA MEZCLA CON OTROS MEDICAMENTOS.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificada por RCA 062-007/20 MODIFICADO POR RCA 081-028/23 Modificado RCA 052-024/25	952	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9330	30	1530	SUERO FISIOLÓGICO 0,9% (9 mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 500 ML CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 010-042/07 Modificado RCA 052-024/25	953	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9331	31	1530-6	SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0,90%	Presentación: Envase de 500 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA N° 010-042/07 RCA: N° 092-028/12	954	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9334	32	1549	SUERO FISIOLÓGICO ISOTÓNICO 0,90%	Ampolla de 5 mL.	Ampolla			RCA N° 010-042/07	955	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9335	33	10711	DEXTROSA ISOTÓNICA 5% (50mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 250 ML CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 092-028/12 Modificado RCA 052-024/25	956	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9336	34	10712	SOLUCIÓN GLUCOSADA ISOTÓNICA 5%	Presentación: Envase de 100 ml con sistema cerrado (Sistema tipo membrana que no permite el contacto de la solución con el medio ambiente)	Unidad			RCA: N° 092-028/12	957	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9332	35	10713	SUERO FISIOLÓGICO 0,9% (9 mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 250 mL CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA 092-028/12 Modificado RCA 052-024/25	958	
HOSPITALARIO		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9333	36	10714	SUERO FISIOLÓGICO 0,9% (9 mg/mL)	INYECTABLE/ ENVASE DE 100 mL CON SISTEMA CERRADO. LIBRE DE LÁTEX.	UNIDAD		ENVASE	RCA: N° 092-028/12 Modificado RCA 052-024/25	959	
		1.5.a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5.a - SIH GRUPO 9339	37	10716	POLIHIDROXIETIALMIDON	Para vía intravenosa. Frascos de 500 ml.	Sachet			RCA: N°106-019/12	960	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9400	38	3942	FÓRMULA COMPLETA LÁCTEA DE INICIO (de 0 a 6 meses)	Hidratos de Carbono, Proteínas,Grasas,Vitaminas y Minerales. POLVO.Cada 100 gramos: Aporte energético Total: 430-530kcal/100g, Hidratos de Carbono: 50-60 g/100g, Proteinas: 8-12 g/100g, Grasas Totales: 20-30 g/100g, Grasas Saturadas: 7-13 g/100g, Grasas Trans: 0-0,3 g/100g, Grasas Mono Insaturadas: 8-12 g/100g, Grasas Poli Insaturadas: 2- 6 g/100g, Omega 6 (ÁCIDO LINOLEICO =AL): 3000-5300 mg/100g, Omega 3 (ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO= ALA): 300-850 mg/100g, DHA (Ácido Docosahexaenoico): 40-100mg/100g, ARA (Ácido Araquidoónico): 40-100 mg/100g, Sodio: 100-300 mg/100g, Potasio: 400-720 mg/100g, Fibra: 0-7 g/100g. Hierro: >= 3,9 mg/100g. Vitaminas y minerales completos. Sin Gluten (no excluyente) Presentación: Frasco, pote , lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: hermeticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos. Opciones de certificación: FDA o CE o ISO u otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, según Resolución CA N°018-024/19 en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) aprobado por el Consejo de Administración	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24 Modificado por RCA 043-023/25	961	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9402	39	9947	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA DE CONTINUACIÓN (6 A 12 meses)	Hidratos de Carbono,Proteínas, Grasas,Vitaminas y Minerales. POLVO. Cada 100 gramos: Aporte energético Total: 400-500kcal/100 g, Hidratos de Carbono: 50-65 g/100 g, Proteinas: 9-18 g/100 g, Grasas Totales: 19-25 g/100 g, Grasas Saturadas: 0-10 g/100 g, Grasas Trans: 0-0,8 g/100 g, Grasas Mono Insaturadas: 0-12 g/100 g, Grasas Poli Insaturadas:0- 5 g/100 g, Omega 6 (ÁCIDO LINOLEICO =AL): 2500-5000 mg/100 g, Omega 3 (ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO= ALA): 300-700 mg/100 g, DHA: 0-66 mg/100 g, ARA: 0-70 mg/100 g. Sodio :160-270 mg/100 g, Potasio: 550-730 mg/100 g, Fibra: 0-6 g/100 g. Hierro: >= 5,5 mg/100 g. Vitaminas y minerales completos. Sin Gluten (no excluyente) Presentación: Frasco, pote , lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: hermeticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos. Opciones de certificación: FDA o CE o ISO u otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, según Resolución CA N°018-024/19 en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) aprobado por el Consejo de Administración	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24 Modificado por RCA 043-023/25	963	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9403	40	3937	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA PARA PREMATUROS	Hidratos de Carbono, Proteínas,Grasas,Vitaminas y Minerales. POLVO. Cada 100 gramos: Aporte energético Total: 450 - 530kcal. Hidratos de Carbono: 50-55 g. Proteinas: 12-18 g/100 g. Grasas Totales: 20-30 g/100 g, Grasas Saturadas: 9-12 g/100 g, Grasas Trans: 0-0,2 g/100 g, Grasas Mono Insaturadas: 7-10 g/100 g, Grasas Poli Insaturadas: 4- 6 g/100 g, Omega 6 (ÁCIDO LINOLEICO =AL): 2800-5000 mg/100 g, Omega 3 (ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO= ALA): 300- 500mg /100 g, DHA: 80-120mg/100 g, ARA: 95-120mg /100 g, Sodio : 192-415 mg/100 g, Potasio: 465-700 mg/100 g, Taurina: 32-41 mg, Fibra: 0 - 5g/100 g. Vitaminas y minerales completos. Sin Gluten (no excluyente) Presentación: Frasco, pote , lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: hermeticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos. Opciones de certificación: FDA o CE o ISO u otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, según Resolución CA N°018-024/19 en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) aprobado por el Consejo de Administración	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 032-013/06 . Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24 Modificado por RCA 043-023/25	964	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9404	41	3945	Fórmula Polimérica Estándar para Adultos con Fibras	Libre de Gluten. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa, sucrosa, glucosa: ≤ al 15 % del VCT. Calorías: 0,90-1,30 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 12-20%, Hidratos de Carbono: 50-60%, Grasas: 20-35% del VCT. Fuente de proteínas: en mayor porcentaje (≥ 60 %) proteinas de origen animal de alto valor biologico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥55 %) maltodextrina y/o almidón de maíz. Sin grasas TRANS. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Total de fibra dietética: > 6 g/1000 Kcal. Vitaminas y minerales: completos. Osmolaridad: < 500 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 300 a 1200 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 090-018/08. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	965	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9405	42	3944	Fórmula polimérica estándar para adultos sin fibras	Libre de Gluten. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa,sucrosa,glucosa: ≤ al 15 % del VCT. Calorías: 0,90-1,30 kcal/ml (dilución estándar) Proteínas: 14-20%, Hidratos de Carbono: 50-60%, Grasas: 20-35% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (≥ 60 %) proteinas de origen animal de alto valor biologico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥ 55%) de maltodextrina y/o almidón de maíz. Sin grasas TRANS. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales: completos. Osmolaridad: < 500 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase Primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 300 - 1200 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 032-013/06 . Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	966	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9406	43	7248	Fórmula Polimérica Completa para Niños de 2-10 años libre de Lactosa y Gluten	Hidratos de Carbono, Proteínas, Grasas,Vitaminas y Minerales. POLVO. Cada 100 gramos: Aporte energético Total: 450-500 kcal/100 g, Hidratos de Carbono : 40-62 g/100 g, Proteinas: 12-15g/100, Grasas Totales:15-30 g/100 g, Fibra: 2-4 g/100 g. Sodio: 170-260 mg /100 g. Potasio: 560 - 630 mg/100 g. Vitaminas y minerales completos. Sin Gluten Presentación: Frasco, pote , lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio : hermeticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos. Opciones de certificación: FDA o CE o ISO u otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, según Resolución CA N°018-024/19 en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) aprobado por el Consejo de Administración	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24 Modificado por RCA 043-023/25	967	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9407	44	4925	Fórmula Polimérica Especifica para Adultos con Hiperglicemia	Libre de Gluten. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Libre de sacarosa, sucrosa, glucosa líquida y/o jarabe de maíz. Calorías: 0,90-1,30 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 15-25%, Hidratos de Carbono: 30-60%, Grasas: 20-45% del VCT. Fuente de proteínas: en mayor porcentaje (≥ 60 %) proteinas de origen animal de alto valor biologico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥55 %) maltodextrina y/o almidón de maíz. Sin grasas TRANS. Debe contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales: completos. Osmolaridad: < 500 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 300 a 1200 gr.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 090-018/08. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	968	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9408	45	6051	Fórmula Polimérica Especifica para Adultos con insuficiencia Renal con Diálisis	Libre de Gluten. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa < al 10 % del VCT. Calorías: ≥ 2,0 kcal/ml (dilución estándar) Proteínas: 14-17%, Hidratos de Carbono: 40 -60%, Grasas 30-45% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (≥60%) de proteínas de origen animal de alto valor biologico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥55) de maltodextrina y almidón de maíz. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales completos acorde el requerimiento especial del paciente renal con diálisis en cuanto a Na, P, K, Vit A y D. Carga renal de solutos < 500 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 20 - 1000 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	969	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9409	46	9948	Fórmula polimérica específica para adultos con insuficiencia renal sin diálisis	Libre de Gluten. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa < al 10 % del VCT. Calorías: ≥ 2,0 kcal/ml (dilución estándar) Proteínas: 5-11%, Hidratos de Carbono: 40-70%, Grasas 30-45% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (≥ 60%) proteínas de origen animal de alto valor biologico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥55%) de maltodextrina y almidón de maíz. Pueden contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales completos acorde el requerimiento especial del paciente renal sin dialisis en cuanto a Na, P, K, Vit A y D. Carga renal de solutos < 300 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 20 - 1000 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	970	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9410	47	7246	Fórmula Oligomérica o Semielemental con inmunonutrientes para adultos	Calorías: 1 a 1,20 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 20-35%, Hidratos de Carbono: 40-60%, Grasas 15-45 % del VCT. Fuente de proteínas: 100% péptidos de proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥55 %) de maltodextrina. L-glutamina: ≥ 4g/100gr L-arginina: ≥ 5gr/100gr Debe contener ácidos grasos esenciales omega 3. Vitaminas y minerales completos. Osmolaridad: ≥ 450 mOsm/L (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 20 - 1000 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	971	
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9411	48	6869	Fórmula Semielemental para niños de 0 a 10 años.	Hidratos de Carbono, Proteínas, Grasas, Vitaminas y Minerales. Polvo cada 100 gramos: Aporte energético total: 490-520 kcal/100g, Hidratos de Carbono : 50-55 g/100g, Proteínas : 14-15 g/100g, Grasas Totales: 25-30 g/100g, Grasas Saturadas: 10-20 g/100g, Grasas Mono Insaturadas: 5-8 g/100g, Grasas Poli Insaturadas: 0-6 g/100g, Omega 6 (ÁCIDO LINOLEICO =AL): 3000-4000 mg/100g, Omega 3 (ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO= ALA): 500-700 mg/100g, DHA: ≥50 mg/100g, ARA: ≥50 mg/100g, Fibra: 0 g/100g, Grasas Trans: 0-trazas g/100g, Sodio: 140-200 mg/100g, Potasio: 500-600 mg/100g, Sin Lactosa. Proteína de suero de leche de vaca extensamente hidrolizada. Vitaminas y minerales completos. Sin Gluten. Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio: herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos. Opciones de certificación: FDA o CE o ISO u otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, según Resolución CA N°018-024/19 en el Marco de la Implementación Estándar de Control Interno (MECIP) aprobado por el Consejo de Administración.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24 Modificado por RCA 043-023/25	972	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

Versión : 20/08/2026

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	N° ORDEN	OBS
UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SIH GRUPO 9413	49	3941	Preparado Modular de Proteínas Animales	Libre de Gluten y Sacarosa. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Proteínas: de origen animal de alto valor biológico (PAVB) ≥ 90%. Fuente de proteína: caseinato de calcio y/o proteínas del suero. Calorías: 350 a 400 kcal / 100g. Presentación: frasco, pote, lata Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 200 - 1000 g.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-015/07. Modificado por RCA 093-039/11 Modificado por RCA 047-013/24	974	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9500	50	2317	AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES	Líquido Frasco de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	975	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9502	51	2139	ALCOHOL RECTIFICADO al 96%	Frasco De 1.000 c.c. Pureza 96%. Densidad como mínimo de 0,816 g/ml.Presentación Frasco.	CC			R.C.A: N° 067-023/16	977	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9503	52	4795	CLORHEXIDINA GLUCONATO 0,5% (SOL. ISOPROPANOLICA)	Líquido. Frascos de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	978	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9504	53	4796	CLORHEXIDINA SOLUCION JABONOSA 4% (40mg/mL)	SOLUCIÓN JABONOSA FRASCO DE 1000 mL CON DISPENSADOR	UNIDAD		FRASCO	RCA 018-016/07, Modificado por RCA 039-020/19 Modificado RCA 052-024/25	979	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9505	54	2160	CLORURO DE BENZALCONIO 1% a 1,3 %	Líquido. Frasco X 1.000 ml	Cm Cúbico			RCA N° 049-016/06	980	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9506	55	2161	CLORURO DE BENZALCONIO C/ NITRITO 0,10 a 0,15 %	Líquido. Frasco X 1.000 ml	Cm Cúbico			RCA N° 049-016/06	981	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9507	56	4763	GLUTARALDEHÍDO 25% + FENOL 90%	Kit	CC			RCA N°018-016/07	982	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9508	57	2158	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN JABONOSA 7,5% (75mg/mL)	SOLUCIÓN JABONOSA/ FRASCO OSCURO DE 1000 ML CON DISPENSADOR	UNIDAD		FRASCO	RCA 018-016/07 Modificado RCA 052-024/25	983	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9509	58	2159	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN JABONOSA 10% (100mg/mL)	SOLUCIÓN/ FRASCO OSCURO DE 1000 ML	UNIDAD		FRASCO	RCA 049-029/05 Modificado RCA 052-024/25	984	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9510	59	4762	OCTIL DIETILENTRIAMINA 2,43% DESINFECTANTE	Polvo. Caja de 10 a 100 Sobres	Sobre			RCA N°018-016/07	985	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9511	60	762	SOLUCIÓN DAKIN CARREL	Frasco de 1000 Cc	CC			RCA N°018-016/07	986	
		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9512	61	2326	TINTURA DE IODO 5%	Frasco de Vidrio Color Ambar de 1.000 cc	CC			RCA N°018-016/07	987	
Servicios Clinicos y Quirúrgicas		1.5.c - Antisépticos y Desinfectantes de Uso Hospitalario 1.5.c - SIH GRUPO 9513	62	11359	ALCOHOL ETILICO 70 %	SOLUCIÓN FRASCO 1.000 mL	UNIDAD		ENVASE	RCA N°020-025/2020 Modificado RCA 052-024/25	988	